



Wrocław 2020-07-09

NTG.037.43.2020

**ODPOWIEDŹ
NA ZAPYTANIE DOT. PAKIETU NR 2 – FILTR PEDIATRYCZNY**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej jako Zamawiający w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę **Fartuchów ochronnych RTG / Filtra pediatrycznego/Okularów ochronnych** odpowiadając na zapytanie jednego z oferentów:

„Czy Zamawiający dopuści Filtr pediatryczny 1mm A1+0,2Cu do cyfrowego przewoźnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych MobileDaRt Evolution firmy SHIMADZU?”

informuje, że dopuszcza jako równoważny - **Filtr pediatryczny 1mm A1+0,2Cu** do cyfrowego przewoźnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych MobileDaRt Evolution firmy SHIMADZU.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Jacek Kubica
specjalista chirurg

Kierownik
Sekcji Gospodarczej
Tadeusz Wysocki

