



Wrocław 2021.10.11

NTG.037.96.2021

**INFORMACJA DLA OFERENTÓW  
W ZWIĄZKU Z PYTANIAMi ZADANYMI PRZEZ OFERENTÓW W POWTÓRZONYM  
POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ  
Zadanie nr 2 – PODUSZKA DO BOCZNEGO POZYCJONOWANIA PACJENTA.**

W związku z zapytaniami Oferentów zadanymi do postępowania j.w. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Dotyczy: PODUSZKA „WĄŻ” DO BOCZNEGO POZYCJONOWANIA PACJENTA

**Pytanie 1 dot. Pkt. 3**

Prosimy o dopuszczenie produktu z wypełnieniem z: 50% pianką, 50% z włókna poliestrowe, spełniającego pozostałe wymagania określone w pkt. 3.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt wg opisu jak w zapytaniu.

**Pytanie 2 dot. Pkt.4**

Prosimy o dopuszczenie pokrowca o następujących parametrach:

Pokrowiec zewnętrzny, higieniczny, paroprzepuszczalny, zmywalny, odporny na uszkodzenia, zabezpieczający przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wnętrza, zdejmowany, zapinany na suwak, przeznaczony do prania w temp. 95 st. C, oraz do czyszczenia powierzchniowego, środkami na bazie alkoholu lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 70%, roztworami utleniającymi lub max 1% roztworem chloru, posiadające czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt wg opisu jak w zapytaniu.

**Pytanie 3 dot. Pkt. 5**

Prosimy o dopuszczenie produktu o wymiarach 38x200 cm lub 28x170 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt o wymiarach 38x200 cm.

**Pytanie 4 Pkt. 6**

Prosimy o dopuszczenie produktu przebadanego na zgodność z normą EN ISO 12952-1 "Wyroby włókiennicze – Ocena zapalności elementów pościeli" - potwierdzenie w instrukcji obsługi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt wg opisu jak w zapytaniu.

Zastępca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
lek. Jolanta Kubiśka  
specjalista



**DOLNY  
ŚLĄSK**