



Wrocław 2021.10.08

NTG.037.95.2021

**INFORMACJA DLA OFERENTÓW
W ZWIĄZKU Z PYTANIAMI ZADANYMI PRZEZ OFERENTÓW W POWTÓRZONYM
POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ**

**Zadanie nr 1 - PASÓW UNIERUCHOMIAJĄCYCH DLA PACJENTÓW,
Zadanie nr 2 – PODUSZKA DO BOCZNEGO POZYCJONOWANIA PACJENTA.**

W związku z zapytaniem Oferentów zadanymi do postępowania j.w. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasów magnetycznych wykonanych z bawełny z dodatkiem sztucznego jedwabiu z możliwością prania w pralce do 95°C. Niższa temperatura przedłuża żywotność produktu. Pasy nie są podatne na suszenie w suszarkach i maglowanie. Możliwe jest 8% skurczenie się pasów po praniu.
Środki piorące: nie stosować substancji agresywne, zmiękczające środki do płukania, żadne wybielacze. Suszenie w niskich temperaturach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na oferowane pasy wg. opisu jak w zapytaniu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

