



Wrocław, 27.01.2022 r.

NTG.037.06.2022

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Dotyczy: Postępowanie Zaproszenie do składania propozycji cenowej na dostawę zgrzewarek rolkowych do pakowania sprzętu sterylizacyjnego. Znak: NTG.037.03.2022

W związku zapytaniem jednego z oferentów Zamawiający wyjaśnia co następuje;

Dotyczy zapisów SWZ:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie czyni wymogu posiadania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Dotyczy Umowy:

Pytanie 2: §10 ust 2 Prosimy o zmianę zapisów tak, aby pozwalały na usunięcie wady (lub wymianę wadliwego elementu) w zamian za **wymiany towaru** na wolny od wad.

Urządzenia tego typu składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 3: §14 Prosimy o dodanie ustępu o następującej treści „Jeżeli **odstąpienie od umowy** nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw, określonych umową”.

Obecne zapisy chronią jedynie Zamawiającego, nie dają Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 4: §14 ust 1 pkt 2) Wykonawca wnosi o dokonanie **zmian wysokości kar umownych**, tj. zamiast 1% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5: §14 ust 1 pkt 3) Wykonawca wnosi o dokonanie **zmian wysokości kar umownych**, tj. zamiast 1% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



Pytanie 6: §14 ust 1 pkt 4) Wykonawca wnosi o dokonanie **zmian wysokości kar umownych**, tj. zamiast 10% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 7: §14 ust 1 pkt 5) Wykonawca wnosi o dokonanie **zmian wysokości kar umownych**, tj. zamiast 10% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pytanie 8: Dotyczy KARTA PRODUKTU ZGRZEWARKA ROLKOWA (załącznik do Zaprośenie do składania propozycji cenowej na dostawę ZGRZEWARKI ROLKOWEJ DO PAKOWANIA SPRZĘTU DO STERYLIZACJI NTG.O..2022) pkt. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie urządzenia o wymiarach 560 x 250 x 145 mm (dł. x szer. x wys.)?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w Karcie produktu w punkcie 4 wymiary sprzętu i ich nie zmienia.

Pytanie 9: Dotyczy KARTA PRODUKTU ZGRZEWARKA ROLKOWA (załącznik do Zaprośenie do składania propozycji cenowej na dostawę ZGRZEWARKI ROLKOWEJ DO PAKOWANIA SPRZĘTU DO STERYLIZACJI NTG.O..2022) pkt. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o zakresie temperature pracy 80°C – 220°C?

Uzasadnienie: Zakres temperatur pracy w urządzeniach tego typu rozpoczyna się od wartości 80°C ze względu na fakt, iż materiały wykorzystywane do zgrzewania w zastosowaniach medycznych można poddać procesowi zgrzewania od 80 °C wzwyż. Tak szeroki zakres temperatur pracy podczas procesu zgrzewania jest nieadekwatny i niekompatybilny z procesami wykorzystywanymi w segmencie medycznym. Zakres pracy urządzeń typu zgrzewarka do zastosowań medycznych jest optymalny w zakresie 80°C – 220°C, całkowicie zaspokajając wymagania do zgrzewania różnych materiałów stosowanych w segmencie medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zakres temperatur opisany w punkcie 6: Jest: "Zakres temperature pracy 0-220°C", ma być: "Zakres temperature pracy od 80 do 220°C"

Pytanie 10: Dotyczy KARTA PRODUKTU ZGRZEWARKA ROLKOWA (załącznik do Zaprośenie do składania propozycji cenowej na dostawę ZGRZEWARKI ROLKOWEJ DO PAKOWANIA SPRZĘTU DO STERYLIZACJI NTG.O..2022) pkt. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy z max. 14 dni na max. 30 dni od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużanie czasu dostawy max. do 30 dni.



Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

