



**INFORMACJA DLA OFERENTÓW  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: NTG.037.13.2022 - zaproszenia do składania propozycji cenowej na dostawę wózka funkcyjnego anestezyjologicznego z wyposażeniem dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego

im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

W odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:**

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie korpusu wózka (szafki) o szerokości 610 mm i wysokości roboczej do blatu 1000 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Punkcie 1 Karty produktu.

**Pytanie 2:**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego 4 pojedyncze, łożyskowe kółka o średnicy 150 mm, w tym 2 z hamulcem (bez blokady kierunkowej)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Punkcie 2 Karty produktu.

**Pytanie 3:**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 9 szuflad – 2 szt. posiadającego 9 szuflad o wys. 75 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Punkcie 3 Karty produktu.

**Pytanie 4:**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę nad blatem o wym. ok. 670 x 170 x 340 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Punkcie 5 Karty produktu.

**Pytanie 5:**


Czy (w pkt. 6 i 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez relingów i uchwytów do mocowania akcesoriów ze względu na to, że w oferowanych wózka akcesoria będą mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do nadstawki i nie ma konieczności stosowania w tym celu uchwytów i relingów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Punkcie 6 i 7 Karty produktu.

**Pytanie 6:**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na pojemnik do zużytych igieł, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności – 1 szt. dla każdego wózka (jak na zdjęciu poniżej)?



**Odpowiedź:**








Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Punkcie 8 Karty produktu.

**Pytanie 7:**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt stalowy, lakierowany proszkowo na rękawiczki o wym. ok. 140 x 195 x 215 mm - 1 szt. dla każdego wózka (jak na zdjęciu poniżej)?



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Punkcie 9 Karty produktu.

**Pytanie 8:**


Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w organizery do szuflad, wszystkie szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp., przegródki wykonane z tworzywa, dzielące szufladę na min. 9 pól, umożliwiające dowolną konfigurację wielkości pól?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyposażenie wózka w organizery do szuflad.

**Pytanie 9:**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na śmieci o wym. ok. 295 x 315 x 405 mm o poj. 14l. zawieszany z boku wózka, z możliwością otwierania pokrywy pojemnika kolaniem – 1 szt. do każdego wózka (jak na zdjęciu poniżej)?



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Punkcie 11 Karty produktu.

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt