



ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowej na dostawę materiałów szewnych i tasiemek dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

Dot. Zadania 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Zadania 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęśła” pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Zadania 2, poz. 1, 11 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Zadania 2, poz. 1, 11 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęśła” pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Zadania 3 Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania ok. 42 dni?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Zadania 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.





Dot. Zadania 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęśła” pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na złożenie ważnej oferty w zadaniu nr 1 ze szwami syntetycznymi plecionymi, powlekanymi, wchłanianymi od 56-70 dni od zaimplantowania

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na złożenie ważnej oferty w zadaniu nr 3 ze szwami syntetycznymi z poliglaktyny 910, plecionymi, powlekanymi poliglaktyną 370+ stearynianem wapnia, wchłanianymi do 42 dni od zaimplantowania.

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w zadaniu nr 1:

- poz. 7 z igłą odwrotnie-tnąca dwuwkłęśła o długości 26mm
- poz. 11 ze szwem o długości 70cm,
- poz. 32 z igłą okrągłą wzmocnioną, tzn. odporna na trudne warunki operacyjne.

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w zadaniu nr 2:

- poz. 1 ze szwem o długości 45 cm

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w zadaniu nr 3

- poz. 4 ze szwem z igłą 26mm o długości nici 75 cm

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w zadaniu nr 2 poz. nr 2 szwu o długości 45cm i igłą dwuwkłęśła.

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **27.04.2022 do godziny 14.00.**

Starszy technik farmaceutyczny

Anna Buczyńska

Kierownik Apteki

mgr farm. Barbara Szklarz

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Jacek Kubica
specjalista chirurg



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl