



Wrocław, 08.03.2023

Znak: EZ/136/402/23-2 (111570)

Dotyczy: zapytań ofertowych na dostawę wyrobów medycznych (jednorazowe staplery i zszywki)

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 06.03.2023

Pytanie nr 1. poz. 1. Zamawiający wymaga: "Ładunek klipsów hemostatycznych kompatybilnych z uchwytem klipsownicy firmy Aesculap w ilości 100szt". Oferowany przez nas produkt pakowany jest zbiorczo 20 magazynków po 10szt, czyli 1 opakowanie zbiorcze zawiera 200szt. Prosimy dopuszczenie takiego pakowania i ponowne przeliczenie ilości wymaganego produktu.

Odpowiedź: *Zamawiający omyłkowo wpisał jednostkę miary w szt. Prawidłowa jednostka miary to magazynek: Zamawiający oczekuje 100 magazynków czyli 5 opakowań.*

Pytanie nr 2. poz. 2. Zamawiający wymaga: "Klipsy endoskopowe (6-9 mm, kąt od 90-135)" Prosimy o doprecyzowanie oraz podanie większej ilości danych, które umożliwią zaoferowanie produktu.

Odpowiedź: *Zamawiający dookreśla opis: „Klipsy endoskopowe 6-9 mm, kąt od 90 do 135 stopni kompatybilne z posiadaną wielorazową klipsownicą firmy Olympus (min. średnica kanału roboczego: 2,8 mm i o długości roboczej 2300 mm)“*

Dyrektor
Katarzyna Kapuścińska
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

