



Wrocław, 28.08.2023

Znak sprawy: EZ/769-770/410-405/23/ (127595)

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę niewszczepialnego sprzętu i wyrobów medycznych oraz osłony na mikroskop

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE W DNIU 26.08.2023

Pytanie 1: Dotyczy Lp. 24 - "Pragniemy zwrócić uwagę, że zgłębnik Flokare (gastrostomijny) wszczepiany metodą operacyjną występuje wyłącznie w rozmiarach CH 10, 14, 18. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wykreślenie rozmiarów CH 12, 16, 20.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonał aktualizacji Załącznika nr 1 Formularza asortymentowo-cenowego.*

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. med. Artur Wieraszko

