Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Wrocław, 07.08.2023

Znak sprawy: EZ/617/416/23-2 (125248)

**Dotyczy:** zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i materiałów medycznych

**ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 04.08.2023**

**Pytanie 1:** Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie laryngoskopu składającego się z łyżki oraz rękojeści wykonanych z tworzywa sztucznego?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.***

**Pytanie 2:** Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści łącznik rozciągliwy do 15 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.***

**Pytanie 3:** Pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową ze standardowym mankietem, z drenem balonika kontrolnego wtopionym bezpośrednio w mankiet?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza asortymentowo-cenowego.***

**Pytanie 4:** Pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści dren o długości 120 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.***

**Pytanie 5:** Pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści ustnik z silikonową opaską mocującą?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.***

Dyrektor
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl