



Wrocław, 13.08.2020r.

NTG.037.48.2020

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego według 6 pakietów w ramach zakupów COVID.

Pakiet nr 3 – Zamgławiacze

W związku z pytaniami jednego z Oferentów Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) – jedyną normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza aby system do dezynfekcji posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) lecz nie czyni z tego wymogu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 90 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na realizację przedmiotu zamówienia do 90 dni.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

