



Wrocław 2021-04-28

NTG.037.59.21

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA - ZESTAW NR 2 ZADANE PRZEZ JEDNEGO Z OFERENTÓW,
które dotyczą zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi jednorazowego przeglądu serwisowego
urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji będących w użytkowaniu Działu Sterylizacji (zapytanie ofertowe) –
nr sprawy: EZ/308/NT/21**

Pytanie 1 dotyczy Odpowiedź na Pytanie 2 i 3 dnia 27.04.2021

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyraża zgodę na udział Wykonawcy, który nie posiada legalnego oprogramowania serwisowego i kodów serwisowych? Brak potencjału w tym zakresie może wykluczać możliwość wykonania usługi zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnej dokumentacji technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada legalne oprogramowanie i kody serwisowe dostarczone wraz z urządzeniami przez Dostawcę urządzeń. Zamawiający posiada zobowiązanie Dostawcy zawarte w umowie dostawy o dostarczaniu aktualnych kodów serwisowych i oprogramowania przez cały okres eksploatacji urządzeń na żądanie Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy usługi serwisowej posiadane narzędzia jeśli Wykonawca złoży taki wniosek. W związku w powyższym Zamawiający nie stawia warunków posiadania przez Wykonawcę specjalistycznego oprogramowania i kodów.

Pytanie 2 dotyczy Odpowiedź na Pytanie 4 z dnia 27.04.2021

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i podanie parametrów testu siły rozrywu zgrzewu, które stanowią podstawę dopuszczenia urządzenia do pracy. Według naszej wiedzy warunkiem dopuszczenia urządzenia do pracy jest pozytywna opinia serwisu wydana na podstawie przeglądu technicznego, nie są nam znane przepisy lub inne regulacje prawne, które stawiają taki warunek, podobnie jak żaden z dostawców urządzeń do zgrzewania również nie stawia tego typu wymagań. Podanie parametrów siły rozrywu jest niezbędne do przygotowania prawidłowej wyceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga przeprowadzenia testów siły rozrywu i jest to warunkiem dopuszczenia urządzenia do pracy. Zamawiający wymaga przeprowadzenia testu siły rozrywu zgodnie z normami ISO 11607-2 i ISO 11607-1 - siła rozrywa zgrzewa winna być wyższa lub równa 1,5 N na każde 15 mm zgrzewu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy znajomości tych norm i wymagań w nich zawartych.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt



**DOLNY
ŚLĄSK**