



Dot. Odpowiedzi na pytania z dnia 15.12.2022 r. do postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn „Wykonanie usługi jednorazowego przeglądu serwisowego urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji będących w użytkowaniu Działu Sterylizacji Zamawiającego”.

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zakresu czynności:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z wnioskiem o podanie terminu (miesiąca) planowanej realizacji usługi dla urządzeń objętych umową. Informacja znajduje się w zaleceniach ostatniego raportu serwisowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje realizację usługi w terminie zgodnym z zapisami § 4 ust. 1 umowy licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy. Przewidywany termin to przełom grudnia i stycznia.

**Pytanie 2**

Załącznik nr 1 Wykaz czynności serwisowych wykonywanych przy przeglądach myjni Getinge, ust. 6  
Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy wymiana 2 szt. przepływomierzy dotyczy wszystkich myjni, czy tylko wybranych – jeżeli tak to prosimy podać numery seryjne. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ to warunek przygotowania prawidłowej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskaże 2 szt. przepływomierzy do wymiany w urządzeniach, które zostaną wytypowane w trakcie przeglądu serwisowego.

**Pytanie 3**

Załącznik nr 1 Wykaz czynności serwisowych wykonywanych przy przeglądach myjni Getinge, ust. 15  
Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i podanie nazwy oraz numeru katalogowego uszkodzonych elementów, które należy wymienić. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ to warunek przygotowania prawidłowej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wymiany filtra wózka laparoskopowego. Zamawiający nie posiada numerów katalogowych elementów objętych wymianą.

**Pytanie 4**

Załącznik nr 1 Wykaz czynności serwisowych wykonywanych przy przeglądach myjni Getinge, ust. 15  
Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy wymiana uszkodzonych elementów dotyczy wszystkich myjni, czy tylko wybranych – jeżeli tak to prosimy podać numery seryjne. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ to warunek przygotowania prawidłowej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wymiany filtrów wózka laparoskopowego we wszystkich urządzeniach.

**Pytanie 5**

Załącznik nr 1 Wykaz czynności serwisowych wykonywanych przy przeglądach myjni Getinge, ust. 17  
Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie z przedmiotu zamówienia pozycji „wymiana płyty CPU – 1 szt.”, ponieważ nie jest to element przeglądu technicznego tylko poważna naprawa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje konieczność wymiany płyty CPU – 1 szt.

**Pytanie 6**

Załącznik nr 1 Wykaz czynności serwisowych wykonywanych przy przeglądach myjni Getinge, ust. 17  
W przypadku podtrzymania wymogu wymiany płyty CPU, prosimy o podanie opisu stwierdzonej awarii związanej z elementem sterowania. Informacja znajduje się w zaleceniach właściwego raportu serwisowego. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ to warunek przygotowania prawidłowej oferty cenowej.





**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wymiany płyty CPU z powodu nieprawidłowego jej działania.

**Pytanie 7**

Załącznik nr 1 Wykaz czynności serwisowych wykonywanych przy przeglądach myjni Getinge, ust. 17  
W przypadku podtrzymania wymogu wymiany płyty CPU, zwracamy się z wnioskiem o podanie typu i numeru seryjnego urządzenia, w którym należy wymienić płytę CPU. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ to warunek przygotowania prawidłowej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Typ myjni 46-5, numer seryjny myjni WAA 056243.

**Pytanie 8**

Załącznik nr 1 Wykaz czynności serwisowych wykonywanych przy przeglądach myjni Getinge, ust. 17  
Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga nowej, oryginalnej płyty CPU? Wytwórca urządzenia nie przewiduje możliwości instalacji elementów sterowania nieznanego pochodzenia, regenerowanych itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga nowej płyty CPU.

**Pytanie 9**

Załącznik nr 1 Wykaz czynności serwisowych wykonywanych przy przeglądach myjni Getinge, ust. 18  
Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wymiany oryginalnego, nowego zestawu składającego się z 2 grzałek? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ to warunek przygotowania prawidłowej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga nowego zestawu składającego się z 2-ch grzałek myjni WD 15 Claro.

**Pytanie 10**

Załącznik nr 1 Wykaz czynności serwisowych wykonywanych przy przeglądach sterylizatorów Getinge, ust. 2

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy wymiana filtra sterylnego dotyczy wszystkich sterylizatorów, czy tylko wybranych – jeżeli tak to prosimy podać numery seryjne. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ to warunek przygotowania prawidłowej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wymiany filtrów wszystkich sterylizatorów.

**Pytanie 11**

Załącznik nr 1 Wykaz czynności serwisowych wykonywanych przy przeglądach sterylizatorów Getinge, ust. 15

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy wymiana zestawu naprawczego siłownika rygla drzwi dotyczy wszystkich sterylizatorów, czy tylko wybranych – jeżeli tak to prosimy podać numery seryjne. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ to warunek przygotowania prawidłowej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamierza wymienić siłownik rygla drzwi w jednym sterylizatorze wskazanym w trakcie przeglądu serwisowego.

**Pytanie 12**

Załącznik nr 1 Wykaz czynności serwisowych wykonywanych przy przeglądach suszarek Getinge, ust. 2  
Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień kiedy ostatnio były wymieniane uszczelki oraz czy wymiana dotyczy wszystkich urządzeń, czy tylko wybranych – jeżeli tak to prosimy podać numery seryjne. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ to warunek przygotowania prawidłowej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Uszczelki w suszarkach wymieniane były podczas ostatniego przeglądu i Zamawiający nie wymaga wymiany uszczelki w suszarkach.

Zastępca Dyrektora  
ds. Organizacji i Kadr  
mgr Tomasz Dymyt

mgr Tomasz Dymyt

