

Dotyczy: pytań do zapytania ofertowego na dostawę dwóch aparatów do krioterapii.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach?

Zasilanie: 230V ($\pm 10\%$) 50Hz

Maksymalny pobór mocy: 510VA

BEZPIECZEŃSTWO: Klasa I, Stopień B

Bezpieczniki: 2 x 2,5A TT

Czynnik chłodniczy: Ciekły azot (LN)

Ilość czynnika roboczego do zbiornika TR35: 33,6 litra, 27,2 kg

Temperatura azotu -196°C

Temperatura gazu wylotowego: -160°C ÷ -100°C

ZUŻYCIE LN

Dla poziomu nadmuchu MINIMUM ~ 0,052kg / minutę

Dla poziomu nadmuchu MAKSYMUM ~ 0,15 kg / minutę

Wymiary aparatu: 982 x 645 x 470 mm (wysokość x długość x szerokość)

Ciężar aparatu bez Dewara (zbiornika): 22 kg

Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie o podanych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów wyszczególnionych przez zamawiającego w opisie przedmiotu.