



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**



EZ/10568/15

Wrocław, dn. 09.06.2015r.

Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na usługi w naprawy, konserwacji i przeglądów aparatury medycznej (sygnatura EZ/190/EM/15).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

„Wzór umowy dla zadania nr 12 i 13

1. „§ 5 ust. 1 pkt. 1 Prosimy o potwierdzenie, iż wywiad telefoniczny Inżyniera serwisu Wykonawcy jest równoznaczny z przystąpieniem do usunięcia awarii? Wywiad telefoniczny ma na celu wstępną diagnozę usterki, co może się przełożyć na mniejszą ilość wizyt Inżyniera serwisu na miejscu, szybszą naprawę aparatu a co za tym idzie zmniejszenie kosztów serwisu.”

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami wzoru umowy I, wywiad telefoniczny nie jest równoznaczny z przystąpieniem do usunięcia awarii.

2. „§ 5 ust. 1 pkt. 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności wymiany części czas naprawy będzie wynosił 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia oferty cenowej, zgodnie z zapisem z par. 7 ust. 4, w którym to Zamawiający wymaga uzgodnienia kosztów zakupu części. Informacja o koszcie wymiany części Wykonawca przedstawia w dokumencie jakim jest „oferta cenowa”. Jednocześnie Wykonawca nie może odpowiadać za czas jaki Zamawiający przeznaczą na analizę kosztów zakupu części i nie może być on wliczany do czasu naprawy, tj. 3 dni roboczych od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Realizacja zlecenia na podstawie akceptacji „oferty cenowej” będzie informacją dla stron, jak część kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup części została już wykorzystana. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca sprowadza części zamiennie bezpośrednio od producenta z magazynów poza granicami naszego kraju.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy I: „strony mogą uzgodnić inny termin wykonywania przedmiotu umowy”.

3. „§ 6 ust. 1 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający akceptuje warunki gwarancyjne określone przez producenta urządzenia i części zamiennych, „warunkiem utrzymania gwarancji na dostarczone części jest terminowe, zgodne z instrukcją obsługi, wykonywanie przeglądów całego urządzenia przez autoryzowany serwis.”

Zamawiający informuje, iż określił swoje wymagania w SIWZ I zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy.

4. „§ 6 ust. 3 Uprzejmie prosimy o ograniczenie rękojmi do czasu i zakresu obowiązywania udzielonej gwarancji. Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja, nie są objęte rękojnią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi

na powyższe, Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji, rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi."

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. „§ 7 ust. 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż faktura za daną naprawę ma zostać wystawiona na podstawie podpisanego przez strony Raportu Serwisowego, który będzie obrazować ilość godzin, jaką Inżynier Wykonawcy poświęcił na realizację zamówienia wraz z informacją jakie części zostały wymienione, po wcześniejszej akceptacji kosztów wymiany części przez Zamawiającego."

Zamawiający informuje, że wymaga, aby każdorazowo wykonanie prac potwierdził pracownik Samodzielnej Sekcji Aparatury Medycznej albo pracownik Oddziału lub Działu Zamawiającego upoważniony do ich odbioru, co precyzuje zapis § 5 ust. 2 wzoru umowy I. Zamawiający tym samym dopuszcza różne formy potwierdzenia wykonania usługi w tym również Raport Serwisowy, Kartę Pracy, itp.

6. „§ 9 ust. 1 Prosimy o modyfikację zapisów dotyczących kar umownych, poprzez naliczenie ich od kwot netto umowy za zwłokę, nie za opóźnienie, oraz ograniczenie ich wartości do 10% wartości netto przedmiotu umowy dopisując: „Jednak nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy”. Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te, na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu. Wprowadzenie zapisu o ograniczeniu wartości kar umownych umożliwi złożenie atrakcyjnej cenowo oferty przez Wykonawcę."

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wzoru umowy I.

7. „§ 9 ust. 4 Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu: „w tym także zwrotu utraconego zysku” oraz dodanie na końcu zdania następującego stwierdzenia: „z zastrzeżeniem ust. 7.” (w kolejnym pytaniu Wykonawca wnosi o dodanie ust. 7)"

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wzoru umowy I.

8. „§ 9 ust. 7 Prosimy o dodanie zapisu doprecyzowującego odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy w art. 7 par. 9 I nadanie im brzmienia: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom."

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowane znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy."

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wzoru umowy I.

9. „§ 10 ust. 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadanie wskazanemu ustępowi brzmienia: „Umowa zostaje

zawarta na okres od dniar. do dniar. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w zależności, które wydarzenie nastąpi wcześniej."

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wzoru umowy I.

10. „§ 10 ust. 2 pkt. 1). Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu: „z własnej winy (zwłoka)” po słowach: „opóźnia się” zgodnie z uzasadnieniem zamieszczonym w poprzednim pytaniu.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wzoru umowy I.

11. „§ 10 ust. 3 Poprosimy o dopisanie w ust. 3: „w przypadkach opisanych w ust. 1 i 2 odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wzoru umowy I.

12. „§ 11 ust. 2 i 3 Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art. 54 ustawy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wzoru umowy I.

Dotyczy Zadania nr 19:

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści możliwość wydzielenia do odrębnych pakietów asortymentu wymienionego w pozycji nr 7-10 oraz w pozycji nr 14. Dotychczasowy kształt zadania nr 19 uniemożliwia złożenie ofert specjalistycznym, firmom których działalność ukierunkowana jest na serwis anestezjologicznej i pomiarowej aparatury medycznej.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującym przepisem art. 379 § 2 Kodeksu Cywilnego świadczenie jest podzielne jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu oraz wartości. Aby zatem instytucja zamawiająca mogła zasadnie i legalnie stwierdzić, że dane zamówienie publiczne nie jest podzielne musi udowodnić, że spełnienie go w częściach doprowadzi do znacznej zmiany przedmiotu lub jego wartości, przy czym należy odnieść się do takich elementów jak właściwości techniczne przedmiotu zamówienia, sposób jego eksploatacji (w całości lub w częściach) czy wartość prac potrzebnych do jego ponownego zespolenia (Por. wyrok UZP sygn. akt KIO/UZP 126/07 i KIO/UZP 1177/08).

W związku z powyższym warto również zwrócić uwagę na sentencję jednego z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, w którym skład orzekający zwrócił uwagę, że „zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający ma prawo dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Zamawiający decyduje zatem, o tym czy dopuszcza taką możliwość czy też nie. Prawo zamawiającego w tym zakresie nie jest jednak bezwzględne, podlega ono kontroli pod względem zgodności

z zasadami udzielania zamówienia, a w szczególności, czy niedopuszczenie do składania ofert częściowych, w sytuacji gdy przedmiot zamówienia jest podzielony, nie prowadzi do naruszenia zasady wynikającej z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 2 ustawy, a więc równego traktowania wykonawców zapewniającego zachowanie uczciwej konkurencji”. (Por. wyrok UZP sygn. akt UZP/ZO/0-648/05).”

Zamawiający wydziela z Zadania 19 poz. 7+10 i 14, które to pozycje utworzą Zadanie 38. W załączeniu „Wykaz Aparatury” oraz „Formularz cenowy”, uwzględniające powyższą zmianę.

Dotyczy SIWZ, Zadanie 19 (poz. 3,4,5,11,12,13)

14. Wykonawca wnioskuje o wyłączenie do osobnego pakietu niżej wymienionego sprzętu, ponieważ jesteśmy przedstawicielami oraz autoryzowanym serwisem tej firmy na terenie Polski: Jednocześnie prosimy o podanie numerów seryjnych wymienionego sprzętu.

ZADANIE 19 - konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania, parowników i innych urządzeń

3	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	szt	1
4	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	szt	1
5	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	szt	1
11	Parownik	Tec	szt	1
12	Parownik	Tec	szt	1
13	Parownik	Tec	szt	1

Zamawiający wydziela z Zadania 19 poz. 3, 4, 5, 11, 12, 13, które to pozycje utworzą Zadanie 39. W załączeniu „Wykaz Aparatury” oraz „Formularz cenowy”, uwzględniające powyższą zmianę. Zamawiający Informuje, iż niezbędne dane dotyczące aparatów znajdują się w „Wykazie Aparatury” dla ww. części przedmiotu zamówienia.

„Dotyczy SIWZ, Zadanie 22 (poz. 23)”

15. Wykonawca wnioskuję o wyłączenie do osobnego pakietu niżej wymienionego sprzętu, ponieważ jesteśmy przedstawicielami oraz autoryzowanym serwisem tej firmy na terenie Polski: Jednocześnie prosimy o podanie numerów seryjnych wymienionego sprzętu.

23	Defibrylator	RESPONDER 1000	szt	1
----	--------------	----------------	-----	---

Zamawiający wydziela z Zadania 21 i Zadania 22 poz. 23, która to pozycja utworzy odpowiednio Zadanie 43 i Zadanie 44. W załączeniu „Wykaz Aparatury” oraz „Formularze cenowe”, uwzględniające powyższą zmianę.

„Dotyczy SIWZ, Zadanie 29 (poz. 2,3,4,5,6,7,8,9,14,15)”

16. Wykonawca wnioskuję o wyłączenie do osobnego pakietu niżej wymienionego sprzętu, ponieważ jesteśmy przedstawicielami oraz autoryzowanym serwisem tej firmy na terenie Polski”

2	Kardiomonitor	cardiocap 5	Datex Ohmeda	2001	szt	1
3	Kardiomonitor	CCCM	Datex Ohmeda	2009	szt	1
4	Kardiomonitor	CCCM	Datex Ohmeda	2009	szt	1
5	Kardiomonitor	CCCM	Datex Ohmeda	2009	szt	1
6	Kardiomonitor	CCCM F-CMC1-04-PL	Datex Ohmeda	2008	szt	1
7	Kardiomonitor	CCCM S/5	Datex Ohmeda	2008	szt	1
8	Kardiomonitor	CCCM S/5	Datex Ohmeda	2008	szt	1
9	Kardiomonitor	CCCM S/5	Datex Ohmeda	2008	szt	1
14	Kardiomonitor	FM S/5	Datex Ohmeda	2007	szt	1
15	Kardiomonitor	FM S/5	Datex Ohmeda	2007	szt	1

Zamawiający wydziela z Zadania 29 poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, które to pozycje utworzą Zadanie 47. W załączeniu „Wykaz Aparatury” oraz „Formularz cenowy”, uwzględniające powyższą zmianę.

„Dotyczy SIWZ, Zadanie 34 (poz. 3,4,5,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30)”

17. Wykonawca wnioskuję o wyłączenie do osobnego pakietu niżej wymienionego sprzętu, ponieważ jesteśmy przedstawicielami oraz autoryzowanym serwisem tej firmy na terenie Polski”

3	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	AITECS 2016	Viltechmeda	2013	szt	1
4	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	AITECS 2016	Viltechmeda	2013	szt	1
5	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	AITECS 2016	Viltechmeda	2013	szt	1

18	Pompa infuzyjna objętościowa	Plum A+	Hospira	2009	szt	1
19	Pompa infuzyjna objętościowa	Plum A+	Hospira	2009	szt	1
20	Pompa infuzyjna objętościowa	Plum A+	Hospira	2009	szt	1
21	Pompa infuzyjna objętościowa	Plum A+	Hospira	2009	szt	1
22	Pompa infuzyjna objętościowa	Plum A+	Hospira	2011	szt	1

26	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	SP-12SPro-N	Viltechmeda	2007	szt	1
27	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	SP-12SPro-N	Viltechmeda	2007	szt	1
28	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	SP-12SPro-N	Viltechmeda	2008	szt	1
29	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	SP-12SPro-Z	Viltechmeda	2008	szt	1
30	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	SP-12SPro-Z	Viltechmeda	2009	szt	1

Zamawiający wydziela z Zadania 34 poz. 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, które to pozycje utworzą Zadanie 46. W załączeniu „Wykaz Aparatury” oraz „Formularz cenowy”, uwzględniające powyższą zmianę.

„Dotyczy SIWZ, Zadanie 36 (poz. 3,4,5,11,12,13)

18. Wykonawca prosi o podanie numerów seryjnych wymienionego sprzętu, informacji na temat monitorów oraz modułów gazowych.”

1	Aparat do znieczulania	Aespire/CAM	Datex Ohmeda	2007	szt	1
2	Aparat do znieczulania	Aespire/5 typ 7100	Datex Ohmeda	2009	szt	1
3	Aparat do znieczulania	Aespire/5 typ 7100	Datex Ohmeda	2006	szt	1
4	Aparat do znieczulania	S/5 Aespire/5 7900	Datex Ohmeda	2006	szt	1
5	Aparat do znieczulania	Aestia 5/7100	Datex Ohmeda	2001	szt	1
6	Aparat do znieczulania	S/5 Aespire/5	Datex Ohmeda	2009	szt	1
7	Aparat do znieczulania	S/5 Aespire/5	Datex Ohmeda	2009	szt	1

Zamawiający informuje, iż niezbędne dane dotyczące aparatów znajdują się w „Wykazie Aparatury” dla ww. części przedmiotu zamówienia.

19. „Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 11 pozycji nr 2 tj. aparatu RTG Visitor, prod Villa i utworzenie dla tego aparatu osobnego pakietu 11a”

Zamawiający wydziela z Zadania 11 poz. 2, która to pozycja utworzy Zadanie 40. W załączeniu „Wykaz Aparatury” oraz „Formularz cenowy”, uwzględniające powyższą zmianę.

20. „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 4, 5, 6, 7, 8 w pakiecie 33. Ponadto prosimy o podanie numerów seryjnych respiratorów Medumat wraz z rokiem produkcji, w celu poprawnego wycenienia przeglądów (w skład każdego przeglądu wchodzi zestaw przeglądowy zależny od daty produkcji oraz części już wymienionych w respiratorze).”

Zamawiający wydziela z Zadania 33 poz. 4, 5, 6, 7, 8, które to pozycje utworzą Zadanie 45. W załączeniu „Wykaz Aparatury” oraz „Formularz cenowy”, uwzględniające powyższą zmianę. Ponadto Zamawiający informuje, iż niezbędne dane dotyczące aparatów znajdują się w „Wykazie Aparatury” dla ww. części przedmiotu zamówienia.

„Pytania dotyczące defibrylatorów LIFEPAK

21. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu wszystkie defibrylatory LIFEPAK z Zadania nr 21 i 22? Wydzielenie ww. urządzeń do jednego pakietu umożliwi Autoryzowanemu Serwisowi możliwość uczestnictwa w ww. postępowaniu przetargowym oraz zaproponowanie atrakcyjnych cen."

Zamawiający wydziela z Zadania 21 i Zadania 22 poz. 12+22, które to pozycje utworzą odpowiednio Zadanie 41 i Zadanie 42. W załączeniu „Wykaz Aparatury” oraz „Formularze cenowe”, uwzględniające powyższą zmianę.

22. „Czy w związku z faktem, że defibrylatory są urządzeniami bezpośrednio ratującymi życie Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta lub certyfikatów ze szkoleń producenta? Posiadanie autoryzacji gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń, dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych i akcesoriów oraz do najnowszych wersji oprogramowania, a także wykonywanie usług zgodnie z wymaganiami producenta.”

Zamawiający informuje, iż określił swoje wymagania w SIWZ i zapisów tych nie zmienia.

23. „Czy Zamawiający wymaga nowych i oryginalnych części zamiennych służących do naprawy defibrylatorów LIFEPAK? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie dysponuje informacjami dotyczącymi działania i skuteczności defibrylatorów LIFEPAK posiadających nieoryginalne i niesprawdzone przez Producenta części. Używanie części niezatwierdzonych przez firmę Pysio-Control może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia.”

Zamawiający informuje, iż określił swoje wymagania w SIWZ i zapisów tych nie zmienia.

„Dotyczy Zadania 23

24. Zwracamy się z prośbą o informację jakich modeli diatermii dotyczy zadanie.”

Zamawiający informuje, iż niezbędne dane dotyczące aparatów znajdują się w „Wykazie Aparatury” dla ww. części przedmiotu zamówienia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), polegających na zmianie zapisów „Formularzy cenowych” – zgodnie ze zmienionymi „Formularzami cenowymi” oraz „Wykazem aparatury” w załączeniu, oraz wprowadzeniu następujących zmian:

było:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„1.1. Przedmiotem zamówienia są usługi naprawy, konserwacji i przeglądów aparatury medycznej przez okres 3 miesięcy / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 25 miesięcy według wymienionych niżej części:

Zadanie 1 -	naprawa aparatów USG	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 2 -	naprawa sztucznych nerek	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 3 -	naprawa stymulatorów serca	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 4 -	naprawa aparatów EEG	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 5 -	naprawa strzykawki angiograficznej	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 6 -	przeгляд aparatu do termoablacji wątroby	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 7 -	przeгляд bieżni	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 8 -	naprawa endoskopów	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 9 -	naprawa endoskopów firmy Pentax	(okres realizacji - 12 miesięcy),

Zadanie 10 -	naprawa diatermii firmy ERBE	(okres realizacji - 6 miesięcy),
Zadanie 11 -	naprawa aparatów RTG	(okres realizacji - 6 miesięcy),
Zadanie 12 -	naprawa aparatu RTG Siemens	(okres realizacji - 6 miesięcy),
Zadanie 13 -	naprawa aparatu RTG firmy Siemens	(okres realizacji - 6 miesięcy),
Zadanie 14 -	naprawa diatermii Aesculap	(okres realizacji - 6 miesięcy),
Zadanie 15 -	naprawa sterylizatora plazmowego	(okres realizacji - 6 miesięcy),
Zadanie 16 -	naprawa mikroskopów	(okres realizacji - 6 miesięcy),
Zadanie 17 -	przegląd diatermii Valleylab	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 18 -	naprawa diatermii Valleylab	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 19 -	konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania, parowników i innych urządzeń	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 20 -	ostrzenie i regeneracja narzędzi	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 21 -	przegląd defibrylatorów	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 22 -	naprawa defibrylatorów	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 23 -	przegląd diatermii ES	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 24 -	naprawa diatermii ES	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 25 -	naprawa modułów kapnografii	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 26 -	przegląd analizatora	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 27 -	naprawa analizatora	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 28 -	naprawa wiertarek różnych	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 29 -	naprawa kardiomonitorów	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 30 -	konserwacja respiratorów różnych	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 31 -	naprawa rejestratorów Holtera RR i EKG	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 32 -	naprawa łóżek Egertona	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 33 -	naprawa respiratorów transportowych	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 34 -	naprawa pomp infuzyjnych i strzykawkowych	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 35 -	legalizacja wag	(okres realizacji - 25 miesięcy),
Zadanie 36 -	naprawa aparatów do znieczulania	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 37 -	przegląd gammakamery	(okres realizacji - 3 miesiące).

...

„18.1. Wykonawca składając swoją ofertę w winien określić wartość zadania przy uwzględnieniu wymogów postawionych przez Zamawiającego odnośnie sposobu wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia, który to sposób podany został we wzorach umów, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

W odniesieniu do usług napraw ceną oferty jest wartość brutto części przedmiotu zamówienia (zadania), będąca sumą wartości brutto części do napraw oraz wartości brutto za usługi napraw, która jest z kolei iloczynem liczby roboczogodzin i wartości brutto za 1 roboczogodzinę, obliczonej poprzez powiększenie wartości netto za 1

roboczogodzinę o podatek VAT.

W odniesieniu do usług przeglądów / legalizacji wag ceną oferty jest wartość brutto części przedmiotu zamówienia (zadania), obliczona poprzez powiększenie wartości netto o podatek VAT.

W odniesieniu do Zadania 19 i Zadania 30 ceną oferty jest wartość brutto, będąca sumą wynagrodzenia ryczałtowego brutto, będącego sumą iloczynów wartości jednostkowej brutto za m-c, obliczonej poprzez powiększenie wartości jednostkowej netto za m-c o podatek VAT, oraz liczby miesięcy, a także wysokości wynagrodzenia brutto za części eksploatacyjne (zużyte w ramach usługi naprawczej, nie objęte zakresem napraw konserwacyjnych).

W odniesieniu do Zadania 20 ceną oferty jest wartość brutto części przedmiotu zamówienia (zadania), będąca iloczynem ilości narzędzi oraz szacowanej ilości ostrzeń / szacowanej ilości regeneracji i ceny jednostkowej brutto za ostrzenie / regenerację, obliczonej poprzez powiększenie wartości jednostkowej netto za ostrzenie / regenerację o podatek VAT."

„20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (dotyczy Zadania 6, Zadania 7, Zadania 17, Zadania 20, Zadania 21, Zadania 23, Zadania 26, Zadania 35, Zadania 37):

Lp.	Kryteria (K)	Ranga (R) %
1	Cena	80,00
2	Okres gwarancji na czynności przeglądowe (dotyczy Zadania 6, Zadania 7, Zadania 17, Zadania 21, Zadania 23, Zadania 26, Zadania 37) Okres gwarancji na czynności legalizacji (dotyczy Zadania 35) Okres gwarancji na usługę będącą przedmiotem umowy (dotyczy Zadania 20)	20,00
	OGÓŁEM :	100,00

$$\frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R$$

ad.1. Wartość punktowa ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

ad.2. Okres gwarancji na czynności przeglądowe / legalizacji należy podać w „Ofercie Wykonawcy II”, „Ofercie Wykonawcy IV” i „Ofercie Wykonawcy V”, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres gwarancji punktowany przez Zamawiającego to 6 miesięcy. Okres gwarancji należy podać z dokładnością do pełnych miesięcy. Okres gwarancji na czynności przeglądowe / legalizacji winien wynosić minimum 2 miesiące – niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty. Za okres gwarancji na czynności przeglądowe / legalizacji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów dla Zadania 6, Zadania 7, Zadania 17, Zadania 20, Zadania 21, Zadania 23, Zadania 26, Zadania 35, Zadania 37. Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:

Okres gwarancji	2 m-ce	3 m-ce	4 m-ce	5 m-cy	6 m-cy
punktacja	0,00 pkt	5,00 pkt	10,00 pkt	15,00 pkt	20,00 pkt

Zamawiający nie przewiduje możliwości wpisania przez Wykonawcę innych okresów gwarancji niż jednego z wyżej wymienionych.

Wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych za nieprawidłowe wypełnienie pkt. 4 „Oferty Wykonawcy II”, „Oferty Wykonawcy IV”, „Oferty Wykonawcy V”, stanowiących integralną część SIWZ.

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

20.1A. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (nie dotyczy Zadania 6, Zadania 7, Zadania 17, Zadania 20, Zadania 21, Zadania 23, Zadania 26, Zadania 35, Zadania 37):

Lp.	Kryteria (K)	Ranga (R) %
1	Cena	80,00
2	Termin płatności	20,00
	OGÓŁEM :	100,00

$$\frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R$$

ad.1. Wartość punktowa ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

ad.2. Termin płatności należy podać w „Ofercie Wykonawcy I” oraz „Ofercie Wykonawcy III”, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. Za termin płatności Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów dla Zadania 1+5, Zadania 8+16, Zadania 18, Zadania 19, Zadania 22, Zadania 24, Zadania 25, Zadania 27+34, Zadania 36. Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:

Termin płatności	30 dni	45 dni	60 dni
punktacja	0,00 pkt	10,00 pkt	20,00 pkt

Zamawiający nie przewiduje możliwości wpisania przez Wykonawcę innych terminów płatności niż jednego z wyżej wymienionych.

Wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych za nieprawidłowe wypełnienie pkt. 6 „Oferty Wykonawcy I”, „Oferty Wykonawcy III”, stanowiących integralną część SIWZ.

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.”

Oferta Wykonawcy I, Wzór umowy I

„Dotyczy: Zadania 1+5, Zadania 8+16, Zadania 18, Zadania 22, Zadania 24, Zadania 25, Zadania 27+29, Zadania 31+34, Zadania 36”

Oferta Wykonawcy II, Wzór umowy II

„Dotyczy: Zadania 6, Zadania 7, Zadania 17, Zadania 21, Zadania 23, Zadania 26, Zadania 37”

Oferta Wykonawcy III, Wzór umowy III

„Zadania 19, Zadania 30”

„Wysokość wynagrodzenia za części eksploatacyjne (zużyte w ramach usługi naprawczej, nie objęte zakresem napraw konserwacyjnych) wynosi:

- dla ZADANIA 19 netto 21 420,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100), kwota VAT 4 926,60 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 60/100) brutto 26 346,60 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100)*,

- dla ZADANIA 30 netto 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100), kwota VAT 2 070,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych 00/100) brutto 11 070,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100)*.”

jest:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„1.1. Przedmiotem zamówienia są usługi naprawy, konserwacji i przeglądów aparatury medycznej przez okres 3 miesięcy / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 25 miesięcy według wymienionych niżej części:

- | | | |
|--------------|---|--|
| Zadanie 1 - | <i>naprawa aparatów USG</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 2 - | <i>naprawa sztucznych nerek</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 3 - | <i>naprawa stymulatorów serca</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 4 - | <i>naprawa aparatów EEG</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 5 - | <i>naprawa strzykawki angiograficznej</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 6 - | <i>przeгляд aparatu do termoablacji wątroby</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 7 - | <i>przeгляд bieżni</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 8 - | <i>naprawa endoskopów</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 9 - | <i>naprawa endoskopów firmy Pentax</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 10 - | <i>naprawa diatermii firmy ERBE</i> | <i>(okres realizacji - 6 miesięcy),</i> |
| Zadanie 11 - | <i>naprawa aparatów RTG</i> | <i>(okres realizacji - 6 miesięcy),</i> |
| Zadanie 12 - | <i>naprawa aparatu RTG Siemens</i> | <i>(okres realizacji - 6 miesięcy),</i> |
| Zadanie 13 - | <i>naprawa aparatu RTG firmy Siemens</i> | <i>(okres realizacji - 6 miesięcy),</i> |
| Zadanie 14 - | <i>naprawa diatermii Aesculap</i> | <i>(okres realizacji - 6 miesięcy),</i> |
| Zadanie 15 - | <i>naprawa sterylizatora plazmowego</i> | <i>(okres realizacji - 6 miesięcy),</i> |
| Zadanie 16 - | <i>naprawa mikroskopów</i> | <i>(okres realizacji - 6 miesięcy),</i> |
| Zadanie 17 - | <i>przeгляд diatermii Valleylab</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 18 - | <i>naprawa diatermii Valleylab</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 19 - | <i>konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 20 - | <i>ostrzenie i regeneracja narzędzi</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 21 - | <i>przeгляд defibrylatorów</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 22 - | <i>naprawa defibrylatorów</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 23 - | <i>przeгляд diatermii ES</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 24 - | <i>naprawa diatermii ES</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 25 - | <i>naprawa modułów kapnografii</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 26 - | <i>przeгляд analizatora</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 27 - | <i>naprawa analizatora</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 28 - | <i>naprawa wiertarek różnych</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 29 - | <i>naprawa kardiomonitorów</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 30 - | <i>konserwacja respiratorów różnych</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 31 - | <i>naprawa rejestratorów Holtera RR i EKG</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |
| Zadanie 32 - | <i>naprawa łóżek Egertona</i> | <i>(okres realizacji - 12 miesięcy),</i> |

Zadanie 33 -	naprawa respiratorów transportowych	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 34 -	naprawa pomp infuzyjnych i strzykawkowych	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 35 -	legalizacja wag	(okres realizacji - 25 miesięcy),
Zadanie 36 -	naprawa aparatów do znieczulania	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 37 -	przegląd gammakamery	(okres realizacji - 3 miesiące),
Zadanie 38 -	konserwacja i naprawa myjni i sterylizatora	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 39 -	konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania i parowników	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 40 -	naprawa aparatu RTG Visitor	(okres realizacji - 6 miesięcy),
Zadanie 41 -	przegląd defibrylatorów Lifepak	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 42 -	naprawa defibrylatorów Lifepak	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 43 -	przegląd defibrylatora	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 44 -	naprawa defibrylatora	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 45 -	naprawa respiratorów transportowych	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 46 -	naprawa pomp infuzyjnych i strzykawkowych	(okres realizacji - 12 miesięcy),
Zadanie 47 -	naprawa kardiomonitorów Datex Ohmeda	(okres realizacji - 12 miesięcy).

..."

„18.1. Wykonawca składając swoją ofertę w winien określić wartość zadania przy uwzględnieniu wymogów postawionych przez Zamawiającego odnośnie sposobu wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia, który to sposób podany został we wzorach umów, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

W odniesieniu do usług napraw ceną oferty jest wartość brutto części przedmiotu zamówienia (zadania), będąca sumą wartości brutto części do napraw oraz wartości brutto za usługi napraw, która jest z kolei iloczynem liczby roboczogodzin i wartości brutto za 1 roboczogodzinę, obliczonej poprzez powiększenie wartości netto za 1 roboczogodzinę o podatek VAT.

W odniesieniu do usług przeglądów / legalizacji wag ceną oferty jest wartość brutto części przedmiotu zamówienia (zadania), obliczona poprzez powiększenie wartości netto o podatek VAT.

W odniesieniu do Zadania 19, Zadania 30, Zadania 38 i Zadania 39 ceną oferty jest wartość brutto, będąca sumą wynagrodzenia ryczałtowego brutto, będącego sumą iloczynów wartości jednostkowej brutto za m-c, obliczonej poprzez powiększenie wartości jednostkowej netto za m-c o podatek VAT, oraz liczby miesięcy, a także wysokości wynagrodzenia brutto za części eksploatacyjne (zużyte w ramach usługi naprawczej, nie objęte zakresem napraw konserwacyjnych).

W odniesieniu do Zadania 20 ceną oferty jest wartość brutto części przedmiotu zamówienia (zadania), będąca iloczynem ilości narzędzi oraz szacowanej ilości ostrzeń / szacowanej ilości regeneracji i ceny jednostkowej brutto za ostrzenie / regenerację, obliczonej poprzez powiększenie wartości jednostkowej netto za ostrzenie / regenerację o podatek VAT.”

„20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (dotyczy Zadania 6, Zadania 7, Zadania 17, Zadania 20, Zadania 21, Zadania 23, Zadania 26, Zadania 35, Zadania 37, Zadania 41, Zadania 43):

Lp.	Kryteria (K)	Ranga (R) %
1	Cena	80,00
2	Okres gwarancji na czynności przeglądowe (dotyczy Zadania 6, Zadania 7, Zadania 17, Zadania 21, Zadania 23, Zadania 26, Zadania 37, Zadania 41, Zadania 43) Okres gwarancji na czynności legalizacji (dotyczy Zadania 35) Okres gwarancji na usługę będącą przedmiotem umowy (dotyczy Zadania 20)	20,00
	OGÓŁEM :	100,00

$$\frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R$$

ad.1. Wartość punktowa ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

ad.2. Okres gwarancji na czynności przeglądowe / legalizacji należy podać w „Ofercie Wykonawcy II”, „Ofercie Wykonawcy IV” i „Ofercie Wykonawcy V”, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres gwarancji punktowany przez Zamawiającego to 6 miesięcy. Okres gwarancji należy podać z dokładnością do pełnych miesięcy. Okres gwarancji na czynności przeglądowe / legalizacji winien wynosić minimum 2 miesiące – niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty. Za okres gwarancji na czynności przeglądowe / legalizacji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów dla Zadania 6, Zadania 7, Zadania 17, Zadania 20, Zadania 21, Zadania 23, Zadania 26, Zadania 35, Zadania 37, Zadania 41, Zadania 43. Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:

Okres gwarancji	2 m-ce	3 m-ce	4 m-ce	5 m-cy	6 m-cy
punktacja	0,00 pkt	5,00 pkt	10,00 pkt	15,00 pkt	20,00 pkt

Zamawiający nie przewiduje możliwości wpisania przez Wykonawcę innych okresów gwarancji niż jednego z wyżej wymienionych.

Wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych za nieprawidłowe wypełnienie pkt. 4 „Oferty Wykonawcy II”, „Oferty Wykonawcy IV”, „Oferty Wykonawcy V”, stanowiących integralną część SIWZ.

Jeśli Wykonawca nie wypełni pkt. 4 „Oferty Wykonawcy II”, „Oferty Wykonawcy IV”, „Oferty Wykonawcy V”, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres gwarancji: 2 miesiące.

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

20.1A. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (nie dotyczy Zadania 6, Zadania 7, Zadania 17, Zadania 20, Zadania 21, Zadania 23, Zadania 26, Zadania 35, Zadania 37, Zadania 41, Zadania 43):

Lp.	Kryteria (K)	Ranga (R) %
1	Cena	80,00
2	Termin płatności	20,00
	OGÓŁEM :	100,00

$$\frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R$$

ad.1. Wartość punktowa ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

ad.2. Termin płatności należy podać w „Ofercie Wykonawcy I” oraz „Ofercie Wykonawcy III”, stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. Za termin płatności Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów dla Zadania 1+5, Zadania 8+16, Zadania 18, Zadania 19, Zadania 22, Zadania 24, Zadania 25, Zadania 27+34, Zadania 36, Zadania 38+40, Zadania 42, Zadania 44+47. Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:

Termin płatności	30 dni	45 dni	60 dni
punktacja	0,00 pkt	10,00 pkt	20,00 pkt

Zamawiający nie przewiduje możliwości wpisania przez Wykonawcę innych terminów płatności niż jednego z wyżej wymienionych.

Wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych za nieprawidłowe wypełnienie pkt. 6 „Oferty Wykonawcy I”, „Oferty Wykonawcy III”, stanowiących integralną część SIWZ.

Jeśli Wykonawca nie wypełni pkt. 6 „Oferty Wykonawcy I”, „Oferty Wykonawcy III”, Zamawiający uzna, że Wykonawca wymaga zapłaty w terminie 30 dni.

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.”

Oferta Wykonawcy I, Wzór umowy I

„Dotyczy: Zadania 1+5, Zadania 8+16, Zadania 18, Zadania 22, Zadania 24, Zadania 25, Zadania 27+29, Zadania 31+34, Zadania 36, Zadania 40, Zadania 42, Zadania 44+47”

Oferta Wykonawcy II, Wzór umowy II

„Dotyczy: Zadania 6, Zadania 7, Zadania 17, Zadania 21, Zadania 23, Zadania 26, Zadania 37, Zadania 41, Zadania 43”

Oferta Wykonawcy III, Wzór umowy III

„Dotyczy: Zadania 19, Zadania 30, Zadania 38, Zadania 39”

„Wysokość wynagrodzenia za części eksploatacyjne (zużyte w ramach usługi naprawczej, nie objęte zakresem napraw konserwacyjnych) wynosi:

- dla ZADANIA 19 netto 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), kwota VAT 1 380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto 7 380,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)**,

- dla ZADANIA 30 netto 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100), kwota VAT 2 070,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych 00/100) brutto 11 070,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100)**,

- dla ZADANIA 38 netto 9 420,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100), kwota VAT 2 166,60 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) brutto 11 586,60 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 60/100)**,

- dla ZADANIA 39 netto 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), kwota VAT 1 380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto 7 380,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)**.”

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez poprawę omyłki pisarskiej w „Wykazie aparatury” dla Zadania 21 i Zadania 22 (nowe Zadanie 41 i Zadanie 42) poz. 15,

poz. 20+22, polegającą na błędnym zapisie nazwy producenta. Wobec powyższego:

było: „Medtronik”

jest: „Medtronic”.

Jednocześnie, w oparciu o wyżej przywołaną podstawę prawną, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy II. Wobec powyższego:

było:

par. 7 ust.4. „W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę*, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.”

„* dotyczy Zadań z dwunastomiesięcznym okresem realizacji”


jest:

par. 7 ust.4. „W przypadku zmian stawek podatku VAT, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.”

„* dotyczy Zadań z dwunastomiesięcznym okresem realizacji”.

Wobec powyższej zmiany dokonanej w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ, z równoczesnym zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp. W oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.06.2015r., godziny i miejsca pozostają bez zmian.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmienione: „Oferta Wykonawcy I”, „Oferta Wykonawcy II”, „Oferta Wykonawcy III” „Wzór umowy I”, „Wzór umowy II”, „Wzór umowy III” „Wykaz Aparatury”, „Formularz cenowy” - naprawy, „Formularz cenowy” – przeglądy / legalizacja, „Formularz cenowy” - konserwacja, stanowiące integralną część SIWZ - Zamawiający przypomina o pkt. 12.11 SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

WYKAZ APARATURY						
L.p.	aparatura	typ	producent	rok produkcji	j.m.	ilość aparatów
ZADANIE 1 - naprawa aparatów USG						
1	Aparat USG	SSD 3500 Aloka	Aloka	2004	szt	1
2	Aparat USG	SSD-4000 CV	Aloka	2009	szt	1
3	Aparat USG	Aloka Alpha-6	Aloka	2010	szt	1
4	Aparat USG	Flex Fokus 1202	Briel	2011	szt	1
5	Aparat USG	PROSOUND ALPHA 6CV	Aloka	2011	szt	1
6	Aparat USG	model 004EC10030	Boston	2001	szt	1
7	Aparat USG	SSD-10(ALPHA 10)	Aloka	2005	szt	1
8	Aparat USG	MyLabOne	Esaote Europe	2011	szt	1
9	Aparat USG	MERLIN 1101	BK MEDICAL	2007	szt	1
10	Aparat USG	EUB - 555	HITACHI	1995	szt	1
11	Aparat USG	DP-8800 Plus	Mindray	2007	szt	1
12	Aparat USG	EUB 405	HITACHI	1993	szt	1
ZADANIE 2 - naprawa sztucznych nerek						
1	Sztuczna nerka	Prometheus	Fresenius	2007	szt	1
2	Sztuczna nerka	Fresenius 4008	Fresenius	2000	szt	1
3	Sztuczna nerka	Multifiltrate	Fresenius	2006	szt	1
ZADANIE 3 - naprawa stymulatorów serca						
1	Stymulator	EDP 30/B	Biotronic	2008	szt	1
2	Stymulator zewnętrzny	Reocos S	Biotronic	2010	szt	1
3	Stymulator zewnętrzny	MicroPace EPS320	BARD	2011	szt	1
ZADANIE 4 - naprawa aparatów EEG						
1	Aparat EEG	DigiTrack	Elmiko	2007	szt	1
2	Aparat EEG	DigiTrack	Elmiko	1994/2006	szt	1
ZADANIE 5 - naprawa strzykawki angiograficznej						
1	Strzykawka angiograficzna	Mark V plus Model 514SU	Medrat	1999	szt	1
ZADANIE 6 - przegląd aparatu do termoablacji wątroby						
1	Aparat do termoablacji wątroby	Cool Tip-CTRF-220	Valleylab	2007	szt	1
ZADANIE 7 - przegląd bieżni						
1	Bieżnia	Quinton TM55	Quinton	2009	szt	1
2	Bieżnia	Model Max 1 Treadmill	Marquette electronics	1994	szt	1
ZADANIE 8 - naprawa endoskopów						
1	Sigmoidofiberoskop	CF-P20S	Olympus	2000	szt	1
2	Videoduodenoskop	TJF - 145	Olympus	2003	szt	1
3	Videogastroskop	GIF - Q 145	Olympus	2003	szt	1
4	Videokolonoskop	CF - Q165 I	Olympus	2008	szt	1
5	Kolonofiberoskop	CF30L	Olympus	1995	szt	1
ZADANIE 9 - naprawa endoskopów firmy Pentax						
1	Duenofiberoskop	FD34V	Pentax	2001	szt	1
2	Kolonoskop	FC-38FW2	Pentax	2006	szt	1
3	Videogastroskop	EG290Kp	Pentax	2010	szt	1
ZADANIE 10 - naprawa diatermii firmy ERBE						
1	Diatermia	ICC-200	Erbe	1993	szt	1
2	Diatermia	ICC-200	Erbe	1998	szt	1
3	Diatermia	ICC-350	Erbe	1992	szt	1
4	Diatermia	BIPOLAR	Erbe	1997	szt	1
5	Diatermia	ICC 300	Erbe	2007	szt	1
6	Diatermia	VIO300S	Erbe	2012	szt	1

im. T. Marciniaka
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 20 Wrocław ul. Traugutta 116
 52-074 52-074

WYKAZ APARATURY						
L.p.	aparatura	typ	producent	rok produkcji	j.m.	ilość aparatów
ZADANIE 11 - naprawa aparatów RTG						
1	Aparat RTG z ramieniem C	Gold BV25	Philips	1998	szt	1
2	Aparat Rentgenowski	Visitor AR30	Vita-Sistemi-Medicali-Italy	2010	szt	4
3	Aparat Rentgenowski	DYNARAD HF 110A	DEER PARK USA	1995	szt	1
ZADANIE 12 - naprawa aparatu RTG Siemens						
1	Aparat Rentgenowski	AXIOM ICONOS R200	Siemens	2006	szt	1
ZADANIE 13 - naprawa aparatu RTG firmy Siemens						
1	Aparat RTG z ramieniem C	Siremobil Compact-L	Siemens	2007	szt	1
ZADANIE 14 - naprawa diatermii Aesculap						
1	Diatermia	GN60/TB50	Aesculap	1994	szt	1
2	Diatermia	GN 300	Aesculap	1999	szt	1
3	Diatermia	GK50	Aesculap	1981	szt	1
4	Diatermia	GN - 350	Aesculap	1998	szt	1
ZADANIE 15 - naprawa sterylizatora plazmowego						
1	Steryliczator plazmowy	STERRAD 100 S	JOHNSON&JOHNSON	1996	szt	1
ZADANIE 16 - naprawa mikroskopów						
1	Mikroskop operacyjny	OPNI PICO	Zeiss	2008	szt	1
2	Mikroskop operacyjny	M-690	Leitz	1988	szt	1
3	Mikroskop operacyjny	Moller HI-R 1000	Moller	2007	szt	1
4	Mikroskop operacyjny	OME 5000	Olympus	1993	szt	1
ZADANIE 17 - przegląd diatermii Valleylab			ZADANIE 18 - naprawa diatermii Valleylab			
1	Diatermia	Forceez- 8c	Valleylab	2006	szt	1
2	Diatermia	Forceez- 8c	Valleylab	2006	szt	1
3	Diatermia	Forceez- 8c	Valleylab	2003	szt	1
4	Diatermia	Ligasure-8	Valleylab	2006	szt	1
5	Diatermia	Forceez- 8c	Valleylab	2003	szt	1
6	Diatermia	Forceez- 8c	Valleylab	2011	szt	1
7	Platforma elektrochirurgiczna	FORCETRIAD	Valleylab	2013	szt	1
ZADANIE 19 - konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania						
1	Aparat do znieczulania	Tycjan	Ampomed Europe	1994	szt	1
2	Aparat do znieczulania	SULLA 909	Drager	1993	szt	1
3	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	Datex-Ohmeda	1998	szt	4
4	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	Datex-Ohmeda	1998	szt	4
5	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	Datex-Ohmeda	1998	szt	4
6	Aparat do znieczulania	Falkon	Anmedic	2001	szt	1
7	Myjnia	Deco260	ZNSM Świdnica	1998	szt	4
8	Myjnia	Deco 190	ZNSM Świdnica	1998	szt	4
9	Myjnia	Deco 190	ZNSM Świdnica	1998	szt	4
10	Myjnia	Deco 190	SMS	1999	szt	4
11	Parownik	Tec	Datex-Ohmeda	2009	szt	4
12	Parownik	Tec	Datex-Ohmeda	2009	szt	4
13	Parownik	Tec	Datex-Ohmeda	2009	szt	4
14	Steryliczator	AS-6612 PA	SMS	1996	szt	4
ZADANIE 21 - przegląd defibrylatorów			ZADANIE 22 - naprawa defibrylatorów			
1	Defibrylator	BeneHeart D3	Mindray	2011	szt	1
2	Defibrylator	BeneHeart D3	Mindray	2011	szt	1
3	Defibrylator	BeneHeart D3	Mindray	2011	szt	1
4	Defibrylator	BeneHeart D3	Mindray	2011	szt	1
5	Defibrylator	Cardio Aid	S&W	1993	szt	1
6	Defibrylator	Cardio Aid	S&W	1996	szt	1
7	Defibrylator	Cardio Aid	S&W	1997	szt	1
8	Defibrylator	Cardio Aid	S&W	1999	szt	1
9	Defibrylator	Cardio Aid Mc+	S&W	1997	szt	1
10	Defibrylator	Cardio Aid Mc+	S&W	1999	szt	1
11	Defibrylator- stymulator	DMS 750	S&W	1992	szt	1
12	Defibrylator	Lifepak-12	Physio-control	2004	szt	4
13	Defibrylator	Lifepak-12	Physio-control	2004	szt	4
14	Defibrylator	Lifepak-12	Physio-control	2004	szt	4

Dochoślaski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Męcarcinia
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 50-420 Wrocław ul. Traugutta 6-116
 tel. 342 75 01 fax 071 343 67 47

WYKAZ APARATURY

L.p.	aparatura	typ	producent	rok produkcji	j.m.	ilość aparatów
15	Defibrylator	Lifepak-12	Medtronic	2008	szt	4
16	Defibrylator	Lifepak-20	Physio-control	2003	szt	4
17	Defibrylator	Lifepak-20	Physio-control	2003	szt	4
18	Defibrylator	Lifepak-20	Physio-control	2004	szt	4
19	Defibrylator	Lifepak-20	Physio-control	2007	szt	4
20	Defibrylator	Lifepak-20	Medtronic	2009	szt	4
21	Defibrylator	Lifepak-20	Medtronic	2009	szt	4
22	Defibrylator	Lifepak-20	Medtronic	2009	szt	4
23	Defibrylator	RESPONDER 4000	GE-Medical	2004	szt	4
ZADANIE 23 - przegląd diatermii ES			ZADANIE 24 - naprawa diatermii ES			
1	Diatermia	ES300	Euromed	1997	szt	1
2	Diatermia	ES300	Euromed	2001	szt	1
3	Diatermia	ES300	Euromed	1997	szt	1
ZADANIE 25 - naprawa modułów do kapnografii						
1	Moduł entropii	E-ENTROPY-00-PL	Datex Ohmeda	2012	szt	1
2	Moduł entropii	E-ENTROPY-00-PL	Datex Ohmeda	2012	szt	1
3	Moduł entropii	E-Entropy	Datex Ohmeda	2013	szt	1
4	Moduł entropii	E-Entropy	Datex Ohmeda	2013	szt	1
5	moduł gazowy	M-COV	Datex Ohmeda	2003	szt	1
6	moduł gazowy	M-COV	Datex Ohmeda	2007	szt	1
7	Moduł kapnografii	E-MINI-C	Datex Ohmeda	2008	szt	1
8	Moduł kapnografii	E-MINI-C	Datex Ohmeda	2008	szt	1
9	Moduł kapnografii	E-MINI-C	Datex Ohmeda	2008	szt	1
10	Moduł kapnografii	E-MINI-C	Datex Ohmeda	2008	szt	1
11	Moduł kapnografii	E-MINI-C	Datex Ohmeda	2010	szt	1
12	Moduł kapnografii	E-MINI-C	Datex Ohmeda	2010	szt	1
13	Moduł kapnografii	E-CAIOV-00	Datex Ohmeda	2009	szt	1
14	Moduł kapnografii	E-MINI-C	Datex Ohmeda	2008	szt	1
15	Moduł kapnografii	E-CAIO-00	Datex Ohmeda	2006	szt	1
16	Moduł kapnografii	E-MINI-C	Datex Ohmeda	2009	szt	1
17	Moduł kapnografii	E-CAIO-00	Datex Ohmeda	2009	szt	1
18	Moduł kapnografii	E-MINI-C	Datex Ohmeda	2008	szt	1
19	Moduł parametrów życiowych	E-PSMP	Datex Ohmeda	2013	szt	1
20	Moduł parametrów życiowych	E-PSMP	Datex Ohmeda	2013	szt	1
21	Moduł rzutu serca	E-COP-00	Datex Ohmeda	2008	szt	1
22	Moduł rzutu serca	E-COP-00	Datex Ohmeda	2008	szt	1
23	Moduł rzutu serca	E-COP-00	Datex Ohmeda	2007	szt	1
24	Moduł rzutu serca	E-COP-00	Datex Ohmeda	2008	szt	1
25	Moduł zwiotczenia mięśniowego	E-NMT	Datex Ohmeda	2012	szt	1
26	Moduł zwiotczenia mięśniowego	E-NMT	Datex Ohmeda	2012	szt	1
27	Moduł zwiotczenia mięśniowego	E-NMT	Datex Ohmeda	2013	szt	1
28	Moduł zwiotczenia mięśniowego	E-NMT	Datex Ohmeda	2013	szt	1
ZADANIE 26 - przegląd analizatora			ZADANIE 27 - naprawa analizatora			
1	Analizator	Cobas B-221	Roche	2009	szt	
ZADANIE 28 - naprawa wiertarek różnych						
1	Wiertarka ortopedyczna	Pro 6200	Conmed Linvatec	2007	szt	1
2	Wiertarka chirurgiczna	System 5	Stryker	2004	szt	1
3	Wiertarka chirurgiczna	Stryker	Stryker	1999	szt	1
4	Wiertarka ortopedyczna	System 6	Stryker	2007	szt	1
5	Wiertarka chirurgiczna	Power Modul	SYNTHES	2011	szt	1
ZADANIE 29 - naprawa kardiomonitörów						
1	Kardiomonitör	78352C	Hawlet Packard	1998	szt	1
2	Kardiomonitör	cardicap-5	Datex Ohmeda	2001	szt	4
3	Kardiomonitör	CCCM	Datex Ohmeda	2009	szt	4
4	Kardiomonitör	CCCM	Datex Ohmeda	2009	szt	4
5	Kardiomonitör	CCCM	Datex Ohmeda	2009	szt	4
6	Kardiomonitör	CCCM-F-CMC1-04-PL	Datex Ohmeda	2008	szt	4
7	Kardiomonitör	CCCM-S/5	Datex Ohmeda	2008	szt	4
8	Kardiomonitör	CCCM-S/5	Datex Ohmeda	2008	szt	4
9	Kardiomonitör	CCCM-S/5	Datex Ohmeda	2008	szt	4

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Narcińskiego
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 50-420 Wrocław ul. Traugutta 11b
 tel. 343-76-01 fax 0711341

WYKAZ APARATURY

L.p.	aparatura	typ	producent	rok produkcji	j.m.	ilość aparatów
10	Kardiomonitor	Criticon Dinamap 8100T	JOHNSON&JOHNSON	1997	szt	1
11	Kardiomonitor	Criticon Dinamap 8721	JOHNSON&JOHNSON	1995	szt	1
12	Kardiomonitor	Diascope Travler	S&W	1999	szt	1
13	Kardiomonitor	Diascope Travler	S&W	1999	szt	1
44	Kardiomonitor	FM S/5	Datex-Ohmeda	2007	szt	4
45	Kardiomonitor	FM S/5	Datex-Ohmeda	2007	szt	4
16	Kardiomonitor	FX2000	Emtel	2003	szt	1
17	Kardiomonitor	FX2000	Emtel	2003	szt	1
18	Kardiomonitor	FX2000	Emtel	2003	szt	1
19	Kardiomonitor	FX2000M	Emtel	2004	szt	1
20	Kardiomonitor	FX2000M	Emtel	2004	szt	1
21	Kardiomonitor	FX2000M	Emtel	2004	szt	1
22	Kardiomonitor	FX2000M	Emtel	2010	szt	1
23	Kardiomonitor	FX2000M	Emtel	2010	szt	1
24	Kardiomonitor	FX2000M	Emtel	2010	szt	1
25	Kardiomonitor	FX2000P	Emtel	2009	szt	1
26	Kardiomonitor	FX2000P	Emtel	2009	szt	1
27	Kardiomonitor	FX2000P	Emtel	2009	szt	1
28	Kardiomonitor	FX2000P	Emtel	2010	szt	1
29	Kardiomonitor	FX2000P	Emtel	2011	szt	1
30	Kardiomonitor	FX2000P	Emtel	2011	szt	1
31	Kardiomonitor	FX2000P	Emtel	2012	szt	1
32	Kardiomonitor	FX3000	Emtel	2012	szt	1
33	Kardiomonitor	IntelliVue MP5	Philips Medizin Systeme	2008	szt	1
34	Kardiomonitor	IntelliVue MP5	Philips Medizin Systeme	2008	szt	1
35	Kardiomonitor	iPM9800	Mindray	2009	szt	1
36	Kardiomonitor	iPM9800	Mindray	2009	szt	1
37	Kardiomonitor	iPM9800	Mindray	2010	szt	1
38	Kardiomonitor	iPM9800	Mindray	2010	szt	1
39	Kardiomonitor	PM8000	Mindray	2003	szt	1
40	Kardiomonitor	PM8000	Mindray	2005	szt	1
41	Kardiomonitor	PM9000	Mindray	2006	szt	1
42	Kardiomonitor	PM9000	Mindray	2006	szt	1
43	Kardiomonitor	PM9000	Mindray	2007	szt	1
44	Kardiomonitor	PM9000	Mindray	2007	szt	1
45	Kardiomonitor	Propaq CS244	Wele/Allyn	2005	szt	1
46	Kardiomonitor	Propaq CS244	Wele/Allyn	2006	szt	1
47	Kardiomonitor	Qube	SPACE LABS	2013	szt	1
48	Kardiomonitor	Qube	SPACE LABS	2013	szt	1
49	Kardiomonitor	Qube	SPACE LABS	2013	szt	1
50	Kardiomonitor	Qube	SPACE LABS	2013	szt	1
51	Kardiomonitor	Space Labs 90309	SPACE LABS	1993	szt	1
52	Kardiomonitor	Space Labs 90309	SPACE LABS	1996	szt	1
53	Kardiomonitor	Space Labs 90309	SPACE LABS	1997	szt	1
54	Kardiomonitor	TYP 8031	Biazet	1986	szt	1
55	Kardiomonitor	TYP 8031	Biazet	1986	szt	1
56	Kardiomonitor	VIRIDIA	Hawlet Packard	1998	szt	1
ZADANIE 30 - konserwacja respiratorów różnych						
1	Respirator	Bear 1000	Bear Medical	1999	szt	1
2	Respirator	Bear BP 2000	Bear Medical	1995	szt	1
3	Respirator	Bird 8400	Dutchmed	1996	szt	1
4	Respirator	Bird 6400 ST	Dutchmed	1997	szt	1
5	Respirator	Bear 1000	Bear Medical	1998	szt	1
ZADANIE 31 - naprawa rejestratorów Holtera RR i EKG						
1	Rejestrator	DMS 300-3a	DM Software	2010	szt	1
2	Rejestrator	DMS 300-3a	DM Software	2010	szt	1
3	Rejestrator	DMS 300-3a	DM Software	2010	szt	1
4	Rejestrator	DMS 300-3a	DM Software	2010	szt	1
5	Rejestrator	DMS 300-3a	Oxford	2011	szt	1
6	Rejestrator	DMS 300-3a	Oxford	2011	szt	1
7	Rejestrator	DMS 300-3a	Oxford	2011	szt	1
8	Rejestrator	DMS 300-4a	DM Software	2010	szt	1
9	Rejestrator	DMS 300-4a	DM Software	2010	szt	1
10	Rejestrator	DMS 300-4a	Oxford	2011	szt	1
11	Rejestrator	DMS 300-4a	Oxford	2011	szt	1
12	Rejestrator	DMS-300-7	Oxford	2005	szt	1
13	Rejestrator	DMS-300-7	Oxford	2005	szt	1
14	Rejestrator	DMS-300-7	Oxford	2006	szt	1

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Mścińskiego
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 50-220 Wrocław ul. Traugutta 115
 tel. 71 343 78.01 fax 071/343-67-47

WYKAZ APARATURY

L.p.	aparatura	typ	producent	rok produkcji	j.m.	ilość aparatów
15	Rejestrator	OMS-300-7	Oxford	2007	szt	1
16	Rejestrator	OMS-300-7	Oxford	2007	szt	1
17	Rejestrator	OMS-300-7	Oxford	2006	szt	1
18	Rejestrator	OMS-300-7	Oxford	2004	szt	1
19	Rejestrator	OMS-300-7	Oxford	2006	szt	1
20	Rejestrator Holtera ciśnieniowy	BR-102plus	Schiller	2010	szt	1
21	Rejestrator Holtera ciśnieniowy	BTL-08 abpm	BTL Industries	2014	szt	1
22	Rejestrator Holtera ciśnieniowy	BTL-08 abpm	BTL Industries	2014	szt	1
23	Rejestrator Holtera ciśnieniowy	HoICARD CR-07	Aspel	2009	szt	1
24	Rejestrator Holtera ciśnieniowy	HoICARD CR-07	Aspel	2008	szt	1
25	Rejestrator Holtera ciśnieniowy	SH-P	Farum	2009	szt	1
ZADANIE 32 - naprawa łóżek Egertona						
1	Łóżko reanimacyjne z wagą	Eleganza3XC	Linet	2013	szt	1
2	Łóżko reanimacyjne z wagą	Eleganza3XC	Linet	2013	szt	1
3	Łóżko Egertona	LE-02	Famed Żywiec	2000	szt	1
4	Łóżko Egertona	LE-02	Famed Żywiec	2000	szt	1
5	Łóżko Egertona	LE-02	Famed Żywiec	2000	szt	1
6	Łóżko Egertona	LE-02	Famed Żywiec	2000	szt	1
7	Łóżko Egertona	LE-02	Famed Żywiec	2000	szt	1
8	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
9	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
10	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
11	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
12	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
13	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
14	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
15	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
16	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
17	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
18	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
19	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
20	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
21	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
22	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2008	szt	1
23	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
24	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
25	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
26	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
27	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
28	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
29	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
30	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
31	Łóżko Egertona	LE-08.0	Famed Żywiec	2006	szt	1
32	Łóżko Egertona	LE12	Famed Żywiec	2007	szt	1
33	Łóżko Egertona	LE12	Famed Żywiec	2007	szt	1
34	Łóżko Egertona	LR-12.0	Famed Żywiec	2008	szt	1
35	Łóżko Egertona	LR-12.0	Famed Żywiec	2008	szt	1
36	Łóżko Egertona	LR-12.0	Famed Żywiec	2008	szt	1
37	Łóżko Egertona	LR-12.0	Famed Żywiec	2008	szt	1
38	Łóżko Egertona	ŁS	ZBW	1997	szt	1
39	Łóżko Egertona	ŁS	ZBW	1997	szt	1
40	Łóżko Egertona	ŁS	ZBW	1997	szt	1
41	Łóżko Egertona	ŁS	ZBW	1997	szt	1
42	Łóżko Egertona	ŁS	ZBW	1997	szt	1
43	Łóżko Egertona	ŁS	ZBW	1997	szt	1
44	Łóżko Egertona	ŁS	ZBW	1997	szt	1
45	Łóżko Egertona	ŁS	ZBW	1997	szt	1
46	Łóżko Egertona	ŁS	ZBW	1997	szt	1
47	Łóżko transportowo-kąpielowe	typ 2200	SWEDEN	2000	szt	1
48	Łóżko Egertona	X39A	Famed Żywiec	1991	szt	1
49	Łóżko Egertona	X39A	Famed Żywiec	1991	szt	1

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 Centrum Medycyny Katunkowej
 50-420 Wrocław ul. Traugutta 115
 tel. 71-76-01 fax 071-76-57 47

WYKAZ APARATURY

L.p.	aparatura	typ	producent	rok produkcji	J.m.	ilość aparatów
ZADANIE 33 - naprawa respiratorów transportowych						
1	Respirator transportowy	Ambu-Matic	Ambu International	1997	szt	1
2	Respirator transportowy	HT70	Nelcor Bennett	2013	szt	1
3	Respirator transportowy	HT70	Nelcor Bennett	2013	szt	1
4	Respirator transportowy	Medumat-Basic	Weimmann	2003	szt	4
5	Respirator transportowy	Medumat-Koska-standard	Weimmann	2009	szt	4
6	Respirator transportowy	Medumat-Koska-standard	Weimmann	2009	szt	4
7	Respirator transportowy	Medumat-standard-a	Weimmann	2005	szt	4
8	Respirator transportowy	Medumat-Standard-zest-Life	Weimmann	2005	szt	4
9	Respirator transportowy	ParaPac 200D	Smiths Medical	2009	szt	1
10	Respirator transportowy	ParaPac 200D	Smiths Medical	2011	szt	1
11	Respirator transportowy	Standard- a ASSIST	Weimmann	2005	szt	1
ZADANIE 34 - naprawa pomp infuzyjnych i strzykawkowych						
1	Pompa strzykawkowa	Agilla	Fresenius	2008	szt	1
2	Pompa strzykawkowa	Agilla	Fresenius	2008	szt	1
3	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	AITECS-2016	Viltechmeda	2013	szt	4
4	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	AITECS-2016	Viltechmeda	2013	szt	4
5	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	AITECS-2016	Viltechmeda	2013	szt	4
6	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	AP14	Ascor	2010	szt	1
7	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	AP14	Ascor	2010	szt	1
8	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	AP14	Ascor	2010	szt	1
9	Pompa infuzyjna	AP-22	Ascor	2007	szt	1
10	Pompa infuzyjna	AP-22	Ascor	2007	szt	1
11	Pompa infuzyjna	AP-22	Ascor	2007	szt	1
12	Pompa infuzyjna objętościowa	Inusomat Space	B/Braun	2012	szt	1
13	Pompa infuzyjna objętościowa	Inusomat Space	B/Braun	2012	szt	1
14	Pompa infuzyjna objętościowa	Inusomat Space	B/Braun	2013	szt	1
15	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	Perfusor Space	B/Braun	1991	szt	1
16	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	Perfusor Space	B/Braun	2000	szt	1
17	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	Perfusor Space	B/Braun	1994	szt	1
18	Pompa infuzyjna-objętościowa	Plum-A-	Hospira	2009	szt	4
19	Pompa infuzyjna-objętościowa	Plum-A-	Hospira	2009	szt	4
20	Pompa infuzyjna-objętościowa	Plum-A-	Hospira	2009	szt	4
21	Pompa infuzyjna-objętościowa	Plum-A-	Hospira	2009	szt	4
22	Pompa infuzyjna-objętościowa	Plum-A-	Hospira	2011	szt	4
23	Pompa infuzyjna	S-1	MEDIMA	2008	szt	1
24	Pompa infuzyjna	S-1	MEDIMA	2008	szt	1
25	pompa strzykawkowa	SEP 21S	Ascor	2007	szt	1
26	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	SP-12SPro-N	Viltechmeda	2007	szt	4
27	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	SP-12SPro-N	Viltechmeda	2007	szt	4
28	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	SP-12SPro-N	Viltechmeda	2008	szt	4
29	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	SP-12SPro-Z	Viltechmeda	2008	szt	4
30	Pompa infuzyjna-jednostrzykawkowa	SP-12SPro-Z	Viltechmeda	2009	szt	4

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 50-426 Wrocław, ul. Traugutta 11b
 tel 343-76-01 fax 071-343-97-47

WYKAZ APARATURY						
Lp.	aparatura	typ	producent	rok produkcji	J.m.	ilość aparatów
ZADANIE 35 - legalizacja wag						
1	waga elektroniczna	Axis B2000IP	Axis	1996	szt	1
2	waga elektroniczna	Axis B-15W	Axis	1996	szt	1
3	Waga towarowa	B300	Axis	2001	szt	1
4	waga szalkowa	WL 5	LFW Lublin	1963	szt	1
5	waga uchylna	WL 15	LFW Lublin	1964	szt	1
6	waga apteczna	WD200	SMP	1972	szt	1
7	waga elektroniczna	Axis AM50	Axis	1996	szt	1
8	waga lekarska	WL-150	LFW Lublin	1965	szt	1
9	waga lekarska	WL 150	LFW Lublin	1965	szt	1
10	waga niemowlęca	WL 20	LFW Lublin	1968	szt	1
11	waga lekarska	WL-150	LFW Lublin	1965	szt	1
12	waga niemowlęca	WPT 6/15	RadWag	2007	szt	1
13	waga niemowlęca	WL 10	Zalmp	1968	szt	1
14	waga niemowlęca	WL 10	Zalmp	1968	szt	1
15	waga lekarska	WL-150	LFW Lublin	1970	szt	1
16	waga lekarska	WL-150	LFW Lublin	1988	szt	1
17	waga lekarska	WL-150	LFW Lublin	1976	szt	1
18	waga lekarska	WL-150	LFW Lublin	1975	szt	1
19	waga lekarska	WL-150	LFW Lublin	1974	szt	1
20	waga lekarska	WL-150	LFW Lublin	1963	szt	1
21	waga niemowlęca	WL 20	LFW Lublin	1983	szt	1
22	waga lekarska	WL-150	LFW Lublin	1965	szt	1
23	waga lekarska	WL-150	LFW Lublin	1963	szt	1
24	waga lekarska	WL 150	LFW Lublin	1973	szt	1
25	waga elektroniczna	WPT 150	LFW Lublin	1972	szt	1
26	waga elektroniczna	WPT 150 OC	RadWag	2000	szt	1
27	waga elektroniczna	WPT 150 OC	RadWag	2000	szt	1
28	waga lekarska	WL 150	LFW Lublin	1963	szt	1
29	waga lekarska	WL 150	LFW Lublin	1963	szt	1
30	waga niemowlęca	X112	Famed Łódź	1975	szt	1
31	waga lekarska	WL 150	LFW Lublin	1963	szt	1
32	waga apteczna	WPE-60	LFW Lublin	1993	szt	1
33	waga apteczna	WPT	LFW Lublin	1993	szt	1
34	waga apteczna	WPT-12	LFW Lublin	1992	szt	1
35	waga apteczna	WPT-12	LFW Lublin	1992	szt	1
36	waga elektroniczna	WPT 300	LFW Lublin	1994	szt	1
37	waga apteczna	WPT-2000	LFW Lublin	1990	szt	1
38	waga lekarska	WL 150	LFW Lublin	1998	szt	1
39	waga lekarska	WL 150	LFW Lublin	1974	szt	1
40	waga lekarska	WL 150	LFW Lublin	1963	szt	1
ZADANIE 36 - naprawa aparatów do znieczulania						
1	Aparat do znieczulania	Aespire/5 typ 7100	Datex Ohmeda	2009	szt	1
2	Aparat do znieczulania	Aespire/5 typ 7100	Datex Ohmeda	2006	szt	1
3	Aparat do znieczulania	Aespire/CAM	Datex Ohmeda	2007	szt	1
4	Aparat do znieczulania	Aestiva 5/7100	Datex Ohmeda	2001	szt	1
5	Aparat do znieczulania	S/5 Aespire/5	Datex Ohmeda	2009	szt	1
6	Aparat do znieczulania	S/5 Aespire/5	Datex Ohmeda	2009	szt	1
7	Aparat do znieczulania	S/5 Aespire/5 7900	Datex Ohmeda	2006	szt	1
ZADANIE 37 - przegląd gammakamery						
1	GAMMACAMERA	Nucline Dynacamera DC4/15 typ 882698	Mediso	1977	szt	1
ZADANIE 38 - konserwacja i naprawa myjni i sterylizatora						
7	Myjnia	Deco260	ZNSM Świdnica	1998	szt	1
8	Myjnia	Deco 190	ZNSM Świdnica	1998	szt	1
9	Myjnia	Deco 190	ZNSM Świdnica	1998	szt	1
10	Myjnia	Deco 190	SMS	1999	szt	1
14	Steryliizator	AS - 6612 PA	SMS	1996	szt	1
ZADANIE 39 - konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania i parowników						
3	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	Datex Ohmeda	1998	szt	1
4	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	Datex Ohmeda	1998	szt	1
5	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	Datex Ohmeda	1998	szt	1
11	Parownik	Tec	Datex Ohmeda	2009	szt	1
12	Parownik	Tec	Datex Ohmeda	2009	szt	1
13	Parownik	Tec	Datex Ohmeda	2009	szt	1

Dochoślaski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 Centrum Medycyny Traumatologicznej
 50-420 Wrocław ul. Traugutta 116
 tel. 71 76 01 76-01 fax 071/343-67-47

WYKAZ APARATURY						
L.p.	aparatura	typ	producent	rok produkcji	j.m.	ilość aparatów
ZADANIE 40 - naprawa aparatu RTG Visitor						
2	Aparat Rentgenowski	Visitor AR30	Villa Sistemi Medicali Italy	2010	szt	1
ZADANIE 41 - przegląd defibrylatorów Lifepak			ZADANIE 42 - naprawa defibrylatorów Lifepak			
12	Defibrylator	Lifepak 12	Physio control	2001	szt	1
13	Defibrylator	Lifepak 12	Physio control	2001	szt	1
14	Defibrylator	Lifepak 12	Physio control	2004	szt	1
15	Defibrylator	Lifepak 12	Medtronic	2008	szt	1
16	Defibrylator	Lifepak 20	Physio control	2003	szt	1
17	Defibrylator	Lifepak 20	Physio control	2003	szt	1
18	Defibrylator	Lifepak 20	Physio control	2004	szt	1
19	Defibrylator	Lifepak 20	Physio control	2007	szt	1
20	Defibrylator	Lifepak 20	Medtronic	2009	szt	1
21	Defibrylator	Lifepak 20	Medtronic	2009	szt	1
22	Defibrylator	Lifepak 20	Medtronic	2009	szt	1
ZADANIE 43 - przegląd defibrylatora			ZADANIE 44 - naprawa defibrylatora			
23	Defibrylator	RESPONDER 1000	GE Medical	2004	szt	1
ZADANIE 45 - naprawa respiratorów transportowych						
4	Respirator transportowy	Medumat Basic	Weimmann	2003	szt	1
5	Respirator transportowy	Medumat Koska- standard	Weimmann	2009	szt	1
6	Respirator transportowy	Medumat Koska- standard	Weimmann	2009	szt	1
7	Respirator transportowy	Medumat standard a	Weimmann	2005	szt	1
8	Respirator transportowy	Medumat Standard zest. Life	Weimmann	2005	szt	1
ZADANIE 46 - naprawa pomp infuzyjnych i strzykawkowych						
3	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	AITECS 2016	Viltechmeda	2013	szt	1
4	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	AITECS 2016	Viltechmeda	2013	szt	1
5	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	AITECS 2016	Viltechmeda	2013	szt	1
18	Pompa infuzyjna objętościowa	Plum A+	Hospira	2009	szt	1
19	Pompa infuzyjna objętościowa	Plum A+	Hospira	2009	szt	1
20	Pompa infuzyjna objętościowa	Plum A+	Hospira	2009	szt	1
21	Pompa infuzyjna objętościowa	Plum A+	Hospira	2009	szt	1
22	Pompa infuzyjna objętościowa	Plum A+	Hospira	2011	szt	1
26	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	SP-12SPro-N	Viltechmeda	2007	szt	1
27	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	SP-12SPro-N	Viltechmeda	2007	szt	1
28	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	SP-12SPro-N	Viltechmeda	2008	szt	1
29	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	SP-12SPro-Z	Viltechmeda	2008	szt	1
30	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	SP-12SPro-Z	Viltechmeda	2009	szt	1
ZADANIE 47 - naprawa kardiomonitorów Datex Ohmeda						
2	Kardiomonitor	cardicap 5	Datex Ohmeda	2001	szt	1
3	Kardiomonitor	CCCM	Datex Ohmeda	2009	szt	1
4	Kardiomonitor	CCCM	Datex Ohmeda	2009	szt	1
5	Kardiomonitor	CCCM	Datex Ohmeda	2009	szt	1
6	Kardiomonitor	CCCM F-CMC1-04-PL	Datex Ohmeda	2008	szt	1
7	Kardiomonitor	CCCM S/5	Datex Ohmeda	2008	szt	1
8	Kardiomonitor	CCCM S/5	Datex Ohmeda	2008	szt	1
9	Kardiomonitor	CCCM S/5	Datex Ohmeda	2008	szt	1
14	Kardiomonitor	FM S/5	Datex Ohmeda	2007	szt	1
15	Kardiomonitor	FM S/5	Datex Ohmeda	2007	szt	1

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Matczniaka
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 53-420 Wrocław, ul. Traugutta 119
 tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47

FORMULARZ CENOWY

L.p.	Nazwa części przedmiotu zamówienia	ilość aparatów	j.m.	liczba roboczogodzin	wartość netto za 1 roboczogodzinę	VAT %	kwota VAT za roboczogodzinę	wartość brutto za 1 roboczogodzinę	wartość netto za usługi napraw	kwota VAT za usługi napraw	wartość brutto za usługi napraw	wartość netto części do napraw	kwota VAT części do napraw	wartość brutto części do napraw	wartość netto	wartość brutto	kwota VAT	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	x	x	x	x	(6 x 7)	(6 + 8)	(5 x 6)	(5 x 8)	(5 x 9)	x	x	x	(10 + 13)	(11 + 14)	(12 + 15)	
27	Zadanie 40 - naprawa aparatu RTG Visitor	1	roboczogodzinna	4								750,00	172,50	922,50				
28	Zadanie 42 - naprawa defibrylatorów Lifepak	11	roboczogodzinna	11								958,52	220,00	1 178,52				
29	Zadanie 44 - naprawa defibrylatora	1	roboczogodzinna	1								86,95	20,00	106,95				
30	Zadanie 45 - naprawa respiratorów transportowych	6	roboczogodzinna	7,5								2 000,00	460,00	2 460,00				
31	Zadanie 46 - naprawa pomp infuzyjnych i strzykawkowych	13	roboczogodzinna	62								6 396,00	1 471,08	7 867,08				
32	Zadanie 47 - naprawa kardiomonitorów Datex Ohmeda	10	roboczogodzinna	15								2 423,21	557,34	2 980,55				

Dobrośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Traugutta 118
50-120 Wrocław tel. 71 343 67 47

FORMULARZ CENOWY

L.p.	Nazwa części przedmiotu zamówienia	ilość aparatów	wartość netto	VAT %	kwota VAT	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	(4 x 5)	(4 + 6)
1	Zadanie 6 - przegląd aparatu do termocablacji wątroby	1				
2	Zadanie 7 - przegląd bieżni	2				
3	Zadanie 17 - przegląd diatermii Valleylab	7				
4	Zadanie 21 - przegląd defibrylatorów	11				
5	Zadanie 23 - przegląd diatermii ES	3				
6	Zadanie 26 - przegląd analizatora	1				
7	Zadanie 35 - legalizacja wag	40				
8	Zadanie 37 - przegląd gammakamery	1				
9	Zadanie 41 - przegląd defibrylatorów Lifepak	11				
10	Zadanie 43 - przegląd defibrylatora	1				

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
2-20 Wrocław, ul. Traugutta 119
tel. 71 343-67-47 fax 071/343-67-47

FORMULARZ CENOWY

L.p.	aparatura	typ	j.m.	ilość aparatów	wartość netto za m-c	VAT %	kwota j. VAT za m-c	wartość brutto za m-c	liczba miesięcy	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	(6 x 7)	(8 + 8)	x	(6 x 10)	(8 x 10)	(9 x 10)
ZADANIE 19 - konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania												
1	Aparat do znieczulania	Tycjan	szk	1					12			
2	Aparat do znieczulania	SULLA 909	szk	1					12			
6	Aparat do znieczulania	Falkon	szk	1					12			
Razem (wynagrodzenie ryczałtowe):												
Wysokość wynagrodzenia za części eksploatacyjne (zużyte w ramach usługi naprawczej, nie objęte zakresem napraw konserwacyjnych):										6 000,00	1 380,00	7 380,00
Razem z częściami:												
ZADANIE 30 - konserwacja respiratorów różnych												
1	Respirator	Bear 1000	szk	1					12			
2	Respirator	Bear BP 2000	szk	1					12			
3	Respirator	Bird 8400	szk	1					12			
4	Respirator	Bird 6400 ST	szk	1					12			
5	Respirator	Bear 1000	szk	1					12			
Razem (wynagrodzenie ryczałtowe):												
Wysokość wynagrodzenia za części eksploatacyjne (zużyte w ramach usługi naprawczej, nie objęte zakresem napraw konserwacyjnych):										9 000,00	2 070,00	11 070,00
Razem z częściami:												
ZADANIE 38 - konserwacja i naprawa myjni i sterylizatora												
7	Myjnia	Deco260	szk	1					12			
8	Myjnia	Deco 190	szk	1					12			
9	Myjnia	Deco 190	szk	1					12			
10	Myjnia	Deco 190	szk	1					12			
14	Sterylizator	AS - 6612 PA	szk	1					12			
Razem (wynagrodzenie ryczałtowe):												
Wysokość wynagrodzenia za części eksploatacyjne (zużyte w ramach usługi naprawczej, nie objęte zakresem napraw konserwacyjnych):										9 420,00	2 166,60	11 586,60
Razem z częściami:												
ZADANIE 39 - konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania i parowników												
3	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	szk	1					12			
4	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	szk	1					12			
5	Aparat do znieczulania	Excel 210SE	szk	1					12			
11	Parownik	Tec	szk	1					12			
12	Parownik	Tec	szk	1					12			
13	Parownik	Tec	szk	1					12			
Razem (wynagrodzenie ryczałtowe):												
Wysokość wynagrodzenia za części eksploatacyjne (zużyte w ramach usługi naprawczej, nie objęte zakresem napraw konserwacyjnych):										6 000,00	1 380,00	7 380,00
Razem z częściami:												

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
50-420 Wrocław ul. Traugutta 116
tel. 343 76-01 fax 071/343-67-47

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres (siedziba) Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY I

1. Oferujemy usługi awaryjnych napraw aparatury medycznej wg :

ZADANIE	wartość netto zł *
	(słownie:) *
	kwota VAT zł *
	(słownie:) *
	wartość brutto zł *
	(słownie:) *

itd.

Wartość brutto powinna zawierać wartość netto, kwotę podatku VAT, cenę transportu, upusty, rabaty oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z aktualnym wzorem stanowiącym integralną część SIWZ.
- Numer faksu pod który Zamawiający będzie wysyłał wnioski, zawiadomienia oraz informacje Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Zamawiający prześle ww. korespondencję na numer faksu podany w ofercie.
- Przystąpienie do usunięcia awarii nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od czasu zgłoszenia w dni robocze, o którym mowa w § 4 ust 1 wzoru umowy I.
- Gwarancję na wymienione części ustala się na okres miesięcy (*nie krótszy niż 3 miesiące*) liczonych od dnia zakończenia naprawy.
- Za wykonanie przedmiotu umowy wymagać będziemy zapłaty w terminie ... dni (30 dni – 0,00 pkt, 45 dni – 10,00 pkt, 60 dni – 20,00 pkt) licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej przelewem na konto bankowe. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się podać numer powyższego konta bankowego.
- Wszelkie zgłoszenia, informacje i uwagi wynikające z realizacji umowy Zamawiający będzie mógł zgłaszać do – tel.
..... – tel.
- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć część wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (należy wskazać część). Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
- W wypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w ustalonym terminie po otrzymaniu informacji akceptującej**:
 - w siedzibie Zamawiającego,
 - na własną odpowiedzialność w swojej siedzibie, i odesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania, po** :
 - przesłaniu pocztą priorytetową,
 - przesłaniu pocztą kurierską (nr klienta) na koszt własny,
 - odebraniu jej przez przedstawiciela firmy.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

* Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** Niepotrzebne skreślić.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres (siedziba) Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY II

1. Oferujemy usługi przeglądów aparatury medycznej wg :

ZADANIE	wartość netto zł *
	(słownie:)
	kwota VAT zł *
	(słownie:)
	wartość brutto zł *
	(słownie:)

itd.

Wartość brutto powinna zawierać wartość netto, kwotę podatku VAT, cenę transportu, upusty, rabaty oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z aktualnym wzorem stanowiącym integralną część SIWZ.
- Numer faksu pod który Zamawiający będzie wysyłał wnioski, zawiadomienia oraz informacje Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Zamawiający prześle ww. korespondencję na numer faksu podany w ofercie.
- Gwarancję na czynności przeglądowe ustala się na okres miesięcy (*nie krótszy niż 2 miesiące*) od daty odbioru robót.
- Za wykonanie przedmiotu umowy wymagać będziemy zapłaty w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej przelewem na konto bankowe. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się podać numer powyższego konta bankowego.
- Wszelkie zgłoszenia, informacje i uwagi wynikające z realizacji umowy Zamawiający będzie mógł zgłaszać do- tel.
.....- tel.
- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć część wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (*należy wskazać część*). Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
- W wypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w ustalonym terminie po otrzymaniu informacji akceptującej**:
 - w siedzibie Zamawiającego,
 - na własną odpowiedzialność w swojej siedzibie, i odesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania, po** :
 - przesłaniu pocztą priorytetową,
 - przesłaniu pocztą kurierską (nr klienta) na koszt własny,
 - odebraniu jej przez przedstawiciela firmy.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

* Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** Niepotrzebne skreślić.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres (siedziba) Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY III

1. Oferujemy usługi napraw i konserwacji aparatury medycznej:

Zadanie	wynagrodzenie ryczałtowe netto	zł *
	(słownie:) *	
	kwota VAT	zł *
	(słownie:) *	
	wynagrodzenie ryczałtowe brutto	zł *
	(słownie:) *	

itd.

1.2. Wysokość wynagrodzenia za części eksploatacyjne (zużyte w ramach usługi naprawczej, nie objęte zakresem napraw konserwacyjnych):

- dla ZADANIA 19 netto 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), kwota VAT 1 380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto 7 380,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)**,
- dla ZADANIA 30 netto 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100), kwota VAT 2 070,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych 00/100) brutto 11 070,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100)**,
- dla ZADANIA 38 netto 9 420,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100), kwota VAT 2 166,60 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) brutto 11 586,60 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 60/100)**,
- dla ZADANIA 39 netto 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), kwota VAT 1 380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto 7 380,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)**.

RAZEM (suma 1. i 1.2.)	Zadanie ...	wartość netto	zł *
		(słownie:) *	
		kwota VAT	zł *
		(słownie:) *	
		wartość brutto	zł *
		(słownie:) *	

itd.

Wartość brutto powinna zawierać wartość netto, kwotę podatku VAT, cenę transportu, upusty, rabaty oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z aktualnym wzorem stanowiącym integralną część SIWZ.
3. Numer faksu pod który Zamawiający będzie wysyłał wnioski, zawiadomienia oraz informacje Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Zamawiający prześle ww. korespondencję na numer faksu podany w ofercie.
4. Gwarancję na robociznę ustala się na okres miesięcy (nie krótszy niż 2 miesiące) od daty odbioru robót.
5. Gwarancję na wymienione części ustala się na okres miesięcy (nie krótszy niż 12 miesięcy).
6. Za wykonanie przedmiotu umowy wymagać będziemy zapłaty w terminie ... dni (30 dni – 0,00 pkt, 45 dni – 10,00 pkt,

* Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** Niepotrzebne skreślić.

60 dni – 20,00 pkt) licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej przelewem na konto bankowe. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się podać numer powyższego konta bankowego.

7. Wszelkie zgłoszenia, informacje i uwagi wynikające z realizacji umowy Zamawiający będzie mógł zgłaszać do – tel.
..... – tel.
8. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć część wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (należy wskazać część). Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
9. W wypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w ustalonym terminie po otrzymaniu informacji akceptującej**:
- w siedzibie Zamawiającego,
 - na własną odpowiedzialność w swojej siedzibie, i odesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania, po** :
 - przesłaniu pocztą priorytetową,
 - przesłaniu pocztą kurierską (nr klienta) na koszt własny,
 - odebraniu jej przez przedstawiciela firmy.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

* Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
** Niepotrzebne skreślić.

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art. 10 ust. 11 art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych według sygnatury sprawy EZ/190/EM/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

UMOWA USŁUGI / EM / 15 - wzór I

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:
Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym Im. T. Marciniaka

Centrum Medycyny Ratunkowej

z/s ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

reprezentowanym przez Marka Nikla – Dyrektora, którego zastępuje:

1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

2) Marian Wołski - Główny Księgowy

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

z/s
który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi awaryjnych napraw użytkowanej przez Zamawiającego aparatury medycznej wg Zadania, której wykaz zawiera załącznik nr 1 do umowy, zwane dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.

3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami / z udziałem podwykonawców). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca może odstąpić od wykonywania naprawy w przypadku stwierdzenia konieczności kasacji aparatu. W takim przypadku Wykonawca wysławi odpowiednie orzeczenie techniczne bez zlecenia Zamawiającego.

§ 3

Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletność, rzetelność, i terminowe wykonywanie prac wynikających z umowy.

§ 4

1. Podstawą wykonywania usługi jest telefoniczne zgłoszenie bezzwrotnie potwierdzone przez Zamawiającego faksem.

2. Osobami wyznaczonymi ze strony Wykonawcy do kontaktów wynikających z realizacji niniejszej umowy są:

1) - tel.

2) - tel.

3. Celem zapewnienia kontroli terminowości wykonania usługi Wykonawca i Zamawiający prowadzą rejestry zgłoszeń.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy należy wykonywanie napraw w możliwie najkrótszym terminie, przy czym:

1) przystąpienie do usunięcia awarii nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od czasu zgłoszenia w dni robocze, o którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

* dotyczy Zadań z dwunastomiesięcznym okresem realizacji

1

2) zakończenie usuwania awarii nie może nastąpić później niż w czasie 3 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy na czas usuwania awarii dłuższy niż 3 dni robocze, Wykonawca zapewni wstawienie sprzętu zastępczego wolnego od wad, o nie gorszych parametrach, kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy nie będą naliczane.

3) strony mogą uzgodnić inny termin wykonywania przedmiotu umowy.

2. Wykonanie prac powierza pracownik Samodzielnej Sekcji Aparatury Medycznej albo pracownik Oddziału lub Działu Zamawiającego.

§ 6

1. Okres gwarancji na części wymienione w aparaturze medycznej objętej umową ustala się na okres miesięcy (nie krótszy niż 3 miesiące) liczonych od dnia zakończenia naprawy.

2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.

3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rekojmii należy do przedmiotu umowy.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Ogólna wartość umowy wyniesie brutto, z (słownie:), zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy

2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie każdorazowo iloczyn ilości godzin niezbędnych do wykonania czynności określonych w § 1 umowy oraz stawki godzinowej w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz kosztów części i materiałów zużytych do napraw. Stawka godzinowa winna uwzględniać koszty dojazdu do miejsca usługi.

3. Części i materiały niezbędne do wykonywania naprawy zapewni Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1.

4. Każdorazowy zakup części jest dokonywany po jego uzgodnieniu z pracownikiem Samodzielnej Sekcji Aparatury Medycznej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia objętego umową z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć 20 % wartości brutto umowy. Wykonawca nie będzie z tego tytułu wnosil do Zamawiającego roszczeń.

6. Zamawiający płaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdorazową naprawę w terminie ... dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy

7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę*, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

8. Zmiana załącznika nr 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 11 ust. 4 umowy.

9. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę.

§ 8

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w lokalizacjach Zamawiającego we Wrocławiu tj. ul. Traugutta 116 i al. Włósniej 36 lub w nowej lokalizacji Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do aparatury w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

3. W razie konieczności wykonania przedmiotu umowy poza miejscem wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport własnym środkiem transportu lub zlecić przewóz firmie kurierskiej na koszt własny.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

* dotyczy Zadań z dwunastomiesięcznym okresem realizacji

2

- 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 7 ust. 1.
4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje rozszerzenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także zwrotu utraconego zysku.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Brak szkody nie wyłącza w/w odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

§ 10

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia r. do r.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca:
 - 1) opóźnia się z wykonywaniem zobowiązań określonych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 2) przerwie wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,
 - 3) nie wykona zobowiązań gwarantujących w ustalonym terminie.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 5 dni lub naruszy postanowienia § 3.

§ 11

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje rozszerzenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza w/w odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oprócz wypadków wskazanych w § 7 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
 - 2) zmiany miejsca realizacji umowy,
 - 3) zmiana konta bankowego,
 - 4) w przypadku nie wykorzystania wartości wynagrodzenia wykazanej w § 7 ust. 1 Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 nie więcej niż o 6 miesięcy,
 - 5) zmiana osób wykazanych w § 4 ust. 2 umowy.

6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
7. Spory mogące wynikać z związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Dołnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
00-420 Wrocław ul. Traugutta 115
50-174 Wrocław tel. 71 717343-67-47

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych według sygnatury sprawy EZ/190/EM/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

UMOWA USŁUGI / EM / 15 – wzór II

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka

Centrum Medycyny Ratunkowej

z/s ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000040364, NIP 899-22-28-860, REGON 006320384,

reprezentowanym przez Marka Nikla – Dyrektora, którego zastępuje:

1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

2) Marian Wołski - Główny Księgowy

- zwanym dalej „Zamawiającym”

z/s

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi przeglądów konserwacyjnych aparatury medycznej użytkowanej przez Zamawiającego wg Zadania której wykaz zawiera załącznik nr 1 umowy, zwane dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikację i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.

3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami / z udziałem podwykonawców). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne, i terminowe wykonywanie prac wynikających z umowy.

§ 4

1. Podstawą wykonywania usługi jest telefoniczne zgłoszenie bezzwocznie potwierdzone przez Zamawiającego faksem.

2. Osobami wyznaczonymi ze strony Wykonawcy do kontaktów wynikających z realizacji niniejszej umowy są:

1) - tel.

2) - tel.

3. Celem zapewnienia kontroli terminowości wykonania usługi Wykonawca i Zamawiający prowadzą rejestry zgłoszeń.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy należy wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych aparatów objętych niniejszą umową, w zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

2. Wykonanie prac potwierdza wykonawca w paszporcie technicznym aparatu oraz na Karcie Pracy potwierdzonej przez pracownika Samodzielnej Sekcji Aparatury Medycznej albo pracownika Oddziału lub Działu Zamawiającego.

3. Części i materiały niezbędne do wykonywania przeglądu zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust 1.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na czynności przeglądowe na okres miesięcy (nie krótszy niż 2 miesiące) od daty odbioru robót.

2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.

3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rekojmii należy do przedmiotu umowy.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Ogólna wartość umowy wyniesie brutto zł (słownie:), zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdorazowy przegląd w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia objętego umową z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć 20 % wartości brutto umowy. Wykonawca nie będzie z tego tytułu wnosł do Zamawiającego roszczeń.

4. W przypadku zmian stawek podatku VAT, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

5. Zmiana załącznika nr 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 11 ust. 4 umowy.

6. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego ją stawkę.

§ 8

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w lokalizacjach Zamawiającego we Wrocławiu tj. ul. Traugutta 116 i al. Wiśniewej 36 lub w nowej lokalizacji Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fiełdora 2 we Wrocławiu. / Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w lokalizacji Zamawiającego we Wrocławiu przy al. Wiśniewej 36.**

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do aparatury w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

3. W razie konieczności wykonania przedmiotu poza miejscem wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport na koszt własny.

4. Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych aparatów objętych niniejszą umową będzie się odbywało jeden raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. / Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych aparatów objętych niniejszą umową będzie się odbywało cztery razy w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.**

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 7 ust. 1.

4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupelniającego do wysokości szkody, w tym także zwrotu utraconego zysku.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. Brak szkody nie wyłącza w/w odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

§ 10

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia r. do r.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca:

1) opóźnia się z wykonywaniem zobowiązań określonych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- 2) przerwie wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,
- 3) nie wykona zobowiązań gwarancyjnych w ustalonym terminie.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 5 dni lub naruszy postanowienia § 3.

§ 11

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oprócz wypadków wskazanych w § 7 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
 - 2) zmiany miejsca realizacji umowy,
 - 3) zmiana konta bankowego,
 - 4) zmiana osób wykazanych w § 4 ust. 2 umowy.
6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
7. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
00-20 Wrocław, ul. Traugutta 116
tel. 71 717 443-67-47

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych według sygnatury sprawy EZ/190/EM/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

UMOWA USŁUGI / EM / 14 – wzór III

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy
 Doświadczonego Specjalistycznym Im. T. Marciniaka
 Centrum Medycznym Ratunkowym
 z/s ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław
 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,
 reprezentowanym przez Marka Nikla – Dyrektora, którego zastępuje:
 1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
 2) Małgorzata Wojski - Główny Księgowy
 - zwanym dalej „Zamawiającym”
 a

z/s
 który reprezentuje:

1)
 2)
 - zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi napraw i konserwacji użytkowanej przez Zamawiającego aparatury medycznej wg Zadania, której wykaz zawiera załącznik nr 1 umowy, zwane dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikację i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.

3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami / z udziałem podwykonawców). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletność, rzetelność, i terminowość wykonywanie prac wynikających z umowy.

§ 4

1. Podstawą wykonywania usługi jest telefoniczne zgłoszenie bezwzględnie potwierdzone przez Zamawiającego faksem.

2. Osobami wyznaczonymi ze strony Wykonawcy do kontaktów wynikających z realizacji niniejszej umowy są:

1., tel.
 2., tel.

§ 5

3. Celem zapewnienia kontroli terminowości wykonania usługi Wykonawca i Zamawiający prowadzą rejestry zgłoszeń.

§ 6

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy należy wykonywanie napraw w możliwie najkrótszym terminie, przy czym:

- 1) przystąpienie do usunięcia awarii nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od czasu zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
- 2) zakończenie usuwania awarii nie może nastąpić później niż w czasie 3 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
- 3) strony mogą pisemnie uzgodnić inny termin wykonywania przedmiotu umowy.

2. Wykonanie prac potwierdza pracownik Samodzielnej Sekcji Aparatury Medycznej albo pracownik Oddziału lub

* Jeśli dotyczy

1

Działu Zamawiającego upoważniony do ich odbioru.
 3. Materiały niezbędne do wykonywania konserwacji zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na okres (nie krótszy niż 2 miesiące) od daty odbioru robót na robocznę i (nie krótszy niż 12 miesięcy) na wymienione części.

2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.

3. Wykonawca zobowiązuje z tytułu gwarancji i rekojmii należy do przedmiotu umowy.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy obejmuje:

- 1) zapewnienie przez Wykonawcę pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu,
- 2) dokonywanie czynności konserwacyjno-przegładowych określonych przez producenta sprzętu,
- 3) dokonywanie napraw w przypadku awarii sprzętu,
- 4) rejestrowanie napraw i przeglądów w paszportach sprzętu.

2. Wykonawca wykonuje czynności konserwacyjno-przegładowe i naprawcze, o których mowa w ust. 1, na podstawie opracowanych przez siebie i Zamawiającego harmonogramów.

3. Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych aparatów objętych niniejszą umową odbywa się raz w roku w terminie uzgodnionym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2.

4. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie awarię, nie później jednak niż w dniu następnym po jej wystąpieniu.

§ 8

1. Zamawiający zapłaci za usługi konserwacyjne i usługi naprawcze wynagrodzenie ryczałtowe dla Zadania w wysokości netto (słownie:), kwota VAT (słownie:). W ramach ww.) wartość brutto (słownie:). W ramach ww. wynagrodzenia Wykonawca winien uwzględnić m.in. dojazd, roboczo-godzinny, materiały niezbędne do wykonywania konserwacji. Wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w wypadku kasacji aparatu objętego umową, a jego wysokość ulegnie zmniejszeniu o kwotę ryczałtu miesiecznego skasowanego aparatu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wysokość wynagrodzenia za części eksploatacyjne (zużyte w ramach usługi naprawczej, nie objęte zakresem napraw konserwacyjnych) wynosi:

- dla ZADANIA 19 netto 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), kwota VAT 1 380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto 7 380,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)*,

- dla ZADANIA 30 netto 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100), kwota VAT 2 070,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych 00/100) brutto 11 070,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100)*,

- dla ZADANIA 38 netto 9 420,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100), kwota VAT 2 166,60 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) brutto 11 586,60 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 60/100)*,

- dla ZADANIA 39 netto 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), kwota VAT 1 380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto 7 380,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)*.

3. Podstawą rozliczenia usług wymienionych w ust. 1 umowy, będzie faktura w formie papierowej wystawiona każdorazowo przez Wykonawcę po upływie miesiąca rozliczeniowego, na kwotę 1/12 wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1. Wynagrodzenie to Zamawiający płaci Wykonawcy w cyklu miesiecznym w terminie dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy

* Jeśli dotyczy

2

9/12

4. Zakup części eksploatacyjnych i zużytych w ramach usługi naprawczej, których całkowita wartość określona jest w ust. 2, jest dokonywany po jego uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez pracownika Samodzielnej Sekcji Aparatury Medycznej, w terminie dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy
5. W przypadku zmian stawek podatku VAT wprowadza się możliwość tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
6. Zmiana załącznika nr 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 12 ust. 4 umowy.
7. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę.

§ 9

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w lokalizacjach Zamawiającego we Wrocławiu tj. ul. Traugutta 116 i al. Wiśniewej 36 lub w nowej lokalizacji Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do aparatury w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.
3. W razie konieczności wykonania przedmiotu umowy poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport na koszt własny.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 8 w ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 8 ust. 1.
4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także zwrotu utraconego zysku.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

§ 11

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dniado
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni w przypadku, gdy Wykonawca:
 - 1) opóźnia się z wykonywaniem zobowiązań określonych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 2) przewlekle wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,
 - 3) nie wykona zobowiązań gwarantujących w ustalonym terminie,
 - 4) nastąpi zmiana siedziby Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Owiadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca spóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 5 dni lub naruszy postanowienia § 3.

§ 12

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługują roszczenia o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem

* Jeśli dotyczy

3

nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oprócz wypadków wskazanych w § 8, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:

- 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
- 2) zmiana miejsca realizacji umowy,
- 3) zmiana osób wykazanych w § 4,
- 4) zmiana konta bankowego.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Traugutta 115
50-100 Wrocław, fax 071/343-67-47

* Jeśli dotyczy

4

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 74761-2015 z dnia 2015-05-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1.1. Przedmiotem zamówienia są usługi naprawy, konserwacji i przeglądów aparatury medycznej przez okres 3 miesięcy / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 25 miesięcy według wymienionych niżej części: Zadanie 1 - naprawa aparatów USG (okres...

Termin składania ofert: 2015-06-02

Numer ogłoszenia: 83891 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74761 - 2015 data 22.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420

Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3414333, fax. 071 3436747.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia

są usługi naprawy, konserwacji i przeglądów aparatury medycznej przez okres 3 miesięcy / 6 miesięcy / 12

miesiący / 25 miesięcy według wymienionych niżej części: Zadanie 1 - naprawa aparatów USG (okres realizacji -

12 miesięcy), Zadanie 2 - naprawa sztucznych nerek (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 3 - naprawa

stymulatorów serca (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 4 - naprawa aparatów EEG (okres realizacji - 12

miesiący), Zadanie 5 - naprawa strzykawki angiograficznej (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 6 - przegląd

aparatu do termoablacji wątroby (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 7 - przegląd bieżni (okres realizacji - 12

miesiący), Zadanie 8 - naprawa endoskopów (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 9 - naprawa endoskopów

firmy Pentax (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 10 - naprawa diatermii firmy ERBE (okres realizacji - 6

miesiący), Zadanie 11 - naprawa aparatów RTG (okres realizacji - 6 miesięcy), Zadanie 12 - naprawa aparatu RTG

Siemens (okres realizacji - 6 miesięcy), Zadanie 13 - naprawa aparatu RTG firmy Siemens (okres realizacji - 6

miesiący), Zadanie 14 - naprawa diatermii Aesculap (okres realizacji - 6 miesięcy), Zadanie 15 - naprawa

sterylizatora plazmowego (okres realizacji - 6 miesięcy), Zadanie 16 - naprawa mikroskopów (okres realizacji - 6

miesiący), Zadanie 17 - przegląd diatermii Valleylab (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 18 - naprawa diatermii

Valleylab (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 19 - konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania,

parowników i innych urządzeń (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 20 - ostrzenie i regeneracja narzędzi (okres

realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 21 - przegląd defibrylatorów (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 22 -

naprawa defibrylatorów (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 23 - przegląd diatermii ES (okres realizacji - 12

miesiący), Zadanie 24 - naprawa diatermii ES (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 25 - naprawa modułów

kąpnografii (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 26 - przegląd analizatora (okres realizacji - 12 miesięcy),

Zadanie 27 - naprawa analizatora (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 28 - naprawa wiertarek różnych (okres

realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 29 - naprawa kardiomonitorów (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 30 -

konserwacja respiratorów różnych (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 31 - naprawa rejestratorów Holtera RR i
EKG (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 32 - naprawa kłzek Egertona (okres realizacji - 12 miesięcy),

Zadanie 33 - naprawa respiratorów transportowych (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 34 - naprawa pomp

infuzyjnych i strzykawkowych (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 35 - legalizacja wag (okres realizacji - 25

miesiący), Zadanie 36 - naprawa aparatów do znieczulania (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 37 - przegląd

gammakamery (okres realizacji - 3 miesiące). Powyższe części przedmiotu zamówienia wykazane zostały w -

Wykazie Aparatury, stanowiącym integralną część SIWZ, w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowiąc

on będzie następnie załącznik do umowy; - Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, w

przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowiąc on będzie następnie załącznik do umowy. Miejsce wykonania

ww. usług - lokalizacja przy ul. Traugutta 116 i al. Wiśniowa 36 we Wrocławiu oraz nowa lokalizacja

Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego

zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1.1. Przedmiotem zamówienia są usługi naprawy, konserwacji i przeglądów

aparatury medycznej przez okres 3 miesięcy / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 25 miesięcy według wymienionych niżej

części: Zadanie 1 - naprawa aparatów USG (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 2 - naprawa sztucznych nerek

(okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 3 - naprawa stymulatorów serca (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 4

-naprawa aparatów EEG (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 5 -naprawa strzykawki angiograficznej (okres

realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 6 - przegląd aparatu do termoablacji wątroby (okres realizacji - 12 miesięcy),

Zadanie 7 - przegląd bieżni (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 8 -naprawa endoskopów (okres realizacji - 12

miesiący), Zadanie 9 -naprawa endoskopów firmy Pentax (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 10 -naprawa

diatermii firmy ERBE (okres realizacji - 6 miesięcy), Zadanie 11 -naprawa aparatów RTG (okres realizacji - 6

miesiący), Zadanie 12 -naprawa aparatu RTG Siemens (okres realizacji - 6 miesięcy), Zadanie 13 -naprawa

aparatu RTG firmy Siemens (okres realizacji - 6 miesięcy), Zadanie 14 -naprawa diatermii Aesculap (okres

realizacji - 6 miesięcy), Zadanie 15 -naprawa sterylizatora plazmowego (okres realizacji - 6 miesięcy), Zadanie 16

-naprawa mikroskopów (okres realizacji - 6 miesięcy), Zadanie 17 -przeгляд diatermii Valleylab (okres realizacji -

12 miesięcy), Zadanie 18 -naprawa diatermii Valleylab (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 19 -konserwacja i

naprawa aparatów do znieczulania (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 20 -ostrzenie i regeneracja narzędzi

(okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 21 -przeгляд defibrylatorów (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 22

-naprawa defibrylatorów (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 23 -przeгляд diatermii ES (okres realizacji - 12

miesiący), Zadanie 24 -naprawa diatermii ES (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 25 -naprawa modułów

kąpnografii (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 26 -przeгляд analizatora (okres realizacji - 12 miesięcy),

Zadanie 27 -naprawa analizatora (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 28 -naprawa wiertarek różnych (okres

realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 29 -naprawa kardiomonitorów (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 30

-konserwacja respiratorów różnych (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 31 -naprawa rejestratorów Holtera RR

i EKG (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 32 -naprawa kłzek Egertona (okres realizacji - 12 miesięcy),

Zadanie 33 -naprawa respiratorów transportowych (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 34 -naprawa pomp

infuzyjnych i strzykawkowych (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 35 -legalizacja wag (okres realizacji - 25 miesięcy), Zadanie 36 -naprawa aparatów do znieczulania (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 37 -przeład gammakamery (okres realizacji - 3 miesiące), Zadanie 38 -konservacja i naprawa myjni i sterylizatora (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 39 -konservacja i naprawa aparatów do znieczulania i parowników (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 40 -naprawa aparatu RTG Visitor (okres realizacji - 6 miesięcy), Zadanie 41 -przeład defibrylatorów Lifepak (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 42 -naprawa defibrylatorów Lifepak (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 43 -przeład defibrylatora (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 44 -naprawa defibrylatora (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 45 -naprawa respiratorów transportowych (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 46 -naprawa pomp infuzyjnych i strzykawkowych (okres realizacji - 12 miesięcy), Zadanie 47 -naprawa kardiomonitatorów Datex Ohmeda (okres realizacji - 12 miesięcy), Powyższe części przedmiotu zamówienia wykazane zostały w: - Wykazie Aparatury, stanowiącym integralną część SIWZ, w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowiąc on będzie następnie załącznik do umowy; - Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowiąc on będzie następnie załącznik do umowy. Miejsce wykonania ww. usług - lokalizacja przy ul. Traugutta 116 i al. Włocławska 36 we Wrocławiu oraz nowa lokalizacja Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.2. Wnunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).

W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 37.

W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 47.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian wzór I § 7 ust. 7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. § 7 ust. 8. Zmiana załącznika nr 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 11 ust. 4 umowy. § 7 ust. 9. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. § 11 ust. 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 11 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 7 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przypadkach określonych poniżej: 1)zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2)zmiana miejsca realizacji umowy, 3)zmiana konta bankowego, 4)w przypadku nie wykorzystania wartości wynagrodzenia wykazanej w § 7 ust. 1 Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 nie więcej niż o 6 miesięcy, 5)zmiana osób wykazanych w § 4 ust. 2 umowy. § 11 ust. 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. wzór II § 7 ust. 4. W przypadku zmian stawek podatku VAT,

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. § 7 ust. 5. Zmiana załącznika nr 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 11 ust. 4 umowy. § 7 ust. 6. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. § 11 ust. 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 11 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 7 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przypadkach określonych poniżej: 1)zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2)zmiany miejsca realizacji umowy, 3)zmiana konta bankowego, 4)zmiana osób wykazanych w § 4 ust. 2 umowy. § 11 ust. 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. wzór III § 8 ust. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w wypadku kasacji aparatu objętego umową, a jego wysokość ulegnie zmniejszeniu o kwotę ryczałtu miesięcznego skasowanego aparatu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. § 8 ust. 5. W przypadku zmian stawek podatku VAT wprowadza się możliwość tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. § 8 ust. 6. Zmiana załącznika nr 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 12 ust. 4 umowy. § 8 ust. 8. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. § 12 ust. 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 12 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 8, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1)zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2)zmiana miejsca realizacji umowy, 3)zmiana osób wykazanych w § 4, 4)zmiana konta bankowego. § 12 ust. 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. wzór IV § 7 ust. 4. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy. § 7 ust. 5. Stałość cen, o której mowa w ust. 4, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny usług wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy. § 7 ust. 6. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. § 7 ust. 7. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 11 ust. 4 umowy. § 7 ust. 8. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. § 11 ust. 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 11 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 7, Strony umowy zastrzegają sobie prawo

do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1)zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.) 2)zmiany miejsca realizacji umowy, 3)zmiana osób określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, 4)zmiana miejsca wykonania przedmiotu umowy określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 5)w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 nie więcej niż o 6 miesięcy, 6)zmiany miejsca wskazanego w § 8 ust. 2, § 11 ust. 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, wzór V § 7 ust. 4. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie § 7 ust. 5. Zmiana załącznika nr 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 11 ust. 6. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego określonego w § 11 ust. 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, § 11 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 7 Strony umowy zachowania formy pisemnego aneksu podpisane przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, § 11 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 7 Strony umowy zachowania formy pisemnego aneksu podpisane przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, § 11 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 4 ust. 2 umowy, § 11 ust. 6. Zmiana miejsca realizacji umowy, 3)zmiana konta bankowego, 4)zmiana osób wykazanych w § 4 ust. 2 umowy, § 11 ust. 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, wzór III § 8 ust. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w wypadku kasacji aparatu objętego umową, a jego wysokość ulegnie zmniejszeniu o kwotę ryczałtu miesięcznego skasowanego aparatu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, § 8 ust. 5. W przypadku zmian stawek podatku VAT wprowadza się możliwość tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, § 8 ust. 6. Zmiana załącznika nr 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 12 ust. 4 umowy, § 8 ust. 8. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę, § 12 ust. 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, § 12 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 8, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1)zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2)zmiana miejsca realizacji umowy, 3)zmiana osób wykazanych w § 4, 4)zmiana konta bankowego, § 12 ust. 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór IV § 7 ust. 4. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy, § 7 ust. 5. Stałość cen, o której mowa w ust. 4, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny usług wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy. § 7 ust. 6. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy § 7 ust. 7. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 11 ust. 4 umowy, § 7 ust. 8. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego określonego w § 11 ust. 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu podpisane przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, § 11 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 7, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1)zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.) 2)zmiany miejsca realizacji

zmian stawek podatku VAT, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, § 7 ust. 5. Zmiana załącznika nr 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 11 ust. 4 umowy, § 7 ust. 6. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę, § 11 ust. 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, § 11 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 7 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przypadkach określonych poniżej: 1)zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2)zmiany miejsca realizacji umowy, 3)zmiana konta bankowego, 4)zmiana osób wykazanych w § 4 ust. 2 umowy, § 11 ust. 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, wzór III § 8 ust. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w wypadku kasacji aparatu objętego umową, a jego wysokość ulegnie zmniejszeniu o kwotę ryczałtu miesięcznego skasowanego aparatu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, § 8 ust. 5. W przypadku zmian stawek podatku VAT wprowadza się możliwość tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, § 8 ust. 6. Zmiana załącznika nr 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 12 ust. 4 umowy, § 8 ust. 8. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę, § 12 ust. 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, § 12 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 8, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1)zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2)zmiana miejsca realizacji umowy, 3)zmiana osób wykazanych w § 4, 4)zmiana konta bankowego, § 12 ust. 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór IV § 7 ust. 4. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy, § 7 ust. 5. Stałość cen, o której mowa w ust. 4, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny usług wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy. § 7 ust. 6. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy § 7 ust. 7. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 11 ust. 4 umowy, § 7 ust. 8. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego określonego w § 11 ust. 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu podpisane przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, § 11 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 7, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej: 1)zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.) 2)zmiany miejsca realizacji

umowy, 3) zmiana osób określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, 4) zmiana miejsca wykonania przedmiotu umowy określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 5) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 nie więcej niż o 6 miesięcy, 6) zmiana miejsca wskazanego w § 8 ust. 2, § 11 ust. 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. wzór V § 7 ust. 4. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. § 7 ust. 5. Zmiana załącznika nr 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 11 ust. 4 umowy. § 7 ust. 6. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. § 11 ust. 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 11 ust. 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 7 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany miejsca realizacji umowy, 3) zmiana konta bankowego, 4) zmiana osób wyznaczonych w § 4 ust. 2 umowy. § 11 ust. 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Traugutta 116 bud. C, II piętro, pokój 210.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Traugutta 116 bud. C, II piętro, pokój 210.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz. Nr 19.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zadanie 19 - konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania, parowników i innych urządzeń. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania, parowników i innych urządzeń, zgodnie z Wykazem aparatów i Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin płatności - 20.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zadanie 19 - konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania, zgodnie z Wykazem aparatów i Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin płatności - 20.

Il.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. Nr 38.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Zadanie 38 - konserwacja i naprawa myjni i sterylizatora 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja i naprawa myjni i sterylizatora, zgodnie z Wykazem aparatów i Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin płatności - 20. Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. Nr 39.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: Zadanie 39 - konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania i parowników 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja i naprawa aparatów do znieczulania i parowników, zgodnie z Wykazem aparatów i Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin płatności - 20.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. Nr 40.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: Zadanie 40 - naprawa aparatu RTG Visitor 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa aparatu RTG Visitor, zgodnie z Wykazem aparatów i Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.12.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin płatności - 20.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. Nr 41.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: Zadanie 41 - przegląd defibrylatorów Lifepak. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd defibrylatorów Lifepak, zgodnie z Wykazem aparatów i Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Okres gwarancji na czynności przeglądowe - 20. Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. Nr 42.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: Zadanie 42 - naprawa defibrylatorów Lifepak. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa defibrylatorów Lifepak, zgodnie z Wykazem aparatów i Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin płatności - 20.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. Nr 43.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: Zadanie 43 - przegląd defibrylatora. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd defibrylatora, zgodnie z Wykazem aparatów i Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Okres gwarancji na czynności przeglądowe - 20.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. Nr 44.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: Zadanie 44 - naprawa defibrylatora. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa defibrylatora, zgodnie z Wykazem aparatów i

Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin płatności - 20.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. Nr 45.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr. 45 NAZWA: Zadanie 45 - naprawa respiratorów transportowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa respiratorów transportowych, zgodna z Wykazem aparatury i Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin płatności - 20.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. Nr 46.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr. 46 NAZWA: Zadanie 46 - naprawa pomp infuzyjnych i strzykawkowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa pomp infuzyjnych i strzykawkowych, zgodnie z Wykazem aparatury i Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin płatności - 20.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. Nr 47.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr. 47 NAZWA: Zadanie 47 - naprawa lardiomonitorów Datex Ohmeda. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa lardiomonitorów Datex Ohmeda, zgodnie z Wykazem aparatury i Formularzem cenowym, 1 część. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Termin płatności - 20.