



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**



EZ/12375/15

Wrocław, dn. 20.07.2015r.

Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych oraz urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran (sygnatura sprawy EZ/233/211/15).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

Zadanie 1

1. Pytanie

„Zadanie 1 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety bawełnianej 8-warstwowej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

2. Pytanie

„Zadanie 1 oraz 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet wykonanych z gazy bielonej metodą bezchlorową?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

3. Pytanie

„Zadanie 1 oraz 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby z gazy sterylizowane były parą wodną nadciśnieniu? Sugerujemy wprowadzenie takiego wymogu ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.”

Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu, które to jednak nie stanowią wymogu Zamawiającego, zgodnie z zapisami części B pkt 3.1 lit. b) i pkt 12.1 lit. i) SIWZ.

4. Pytanie

„Zadanie 1 oraz 2:

Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008

ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław

Al. Wiśniowa 36, 51-137 Wrocław
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

sekretariat

fax

centrala

kancelaria/fax

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

(71) 78 90 236

(71) 34 36 747

(71) 34 27 021 do 025 lub (71) 78 90 200

(71) 360 22 18

Sporządziła: Olga Bak
Sprawdziła: Ewa Kulis

dla pary wodnej wymaganego prawem od każdego producenta jałowych wyrobów medycznych? Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów, ponieważ walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42 EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest przeprowadzana dla każdej przemysłowej formy jałowienia (pary wodnej, tlenu etylenu oraz radiacji)."

Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu, które to jednak nie stanowią wymogu Zamawiającego, zgodnie z zapisami części B pkt 3.1 lit. b) i pkt 12.1 lit. i) SIWZ.

5. Pytanie

„Zadanie 1 oraz 2:

Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim."

Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu, które to jednak nie stanowią wymogu Zamawiającego, zgodnie z zapisami części B pkt. 3.1 lit. b) i pkt. 12.1 lit. i) SIWZ.

6. Pytanie

„Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 cm x 45 cm?"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

7. Pytanie

„ZADANIE 1

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety bawełnianej zgodnej z wymogami SIWZ w rozmiarze 45x45cm?"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

Zadanie 2

8. Pytanie

„Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 17 nitkową 4 warstwową?"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

Zadanie 3

9. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 130x80cm?”

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w ww. rozmiarze, zgodnie z zapisem zamieszczonym pod „Formularzem cenowym”, iż Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości rozmiaru w granicach +/- 20%. Wówczas rozmiar oferowanego asortymentu Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 3 wraz z nazwą handlową.

10. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 40x60cm?”

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w ww. rozmiarze, zgodnie z zapisem zamieszczonym pod „Formularzem cenowym”, iż Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości rozmiaru w granicach +/- 20%. Wówczas rozmiar oferowanego asortymentu Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 3 wraz z nazwą handlową.

11. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 40x45cm?”

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w ww. rozmiarze, zgodnie z zapisem zamieszczonym pod „Formularzem cenowym”, iż Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości rozmiaru w granicach +/- 20%. Wówczas rozmiar oferowanego asortymentu Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 3 wraz z nazwą handlową.

12. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 80x90cm?”

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w ww. rozmiarze, zgodnie z zapisem zamieszczonym pod „Formularzem cenowym”, iż Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości rozmiaru w granicach +/- 20%. Wówczas rozmiar oferowanego asortymentu Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 3 wraz z nazwą handlową.

13. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 160x240cm?”

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w ww. rozmiarze, zgodnie z zapisem zamieszczonym pod „Formularzem cenowym”, iż Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości rozmiaru w granicach +/- 20%. Wówczas rozmiar oferowanego asortymentu Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 3 wraz z nazwą handlową.

14. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu operacyjnego uniwersalnego posiadającego w swoim składzie serwetę na stół do instrumentarium 150x190cm, serwetę z przyłepcem 170x180cm oraz dodatkowo dwa ręczniczki z włókniny kompresowej o wymiarach 40x20cm, pozostałe parametr zgodnie z SIWZ?”

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu operacyjnego o wskazanym składzie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym” bez zmian.

15. Pytanie

„Proszę o zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 w pozycji 3 serwety w rozmiarze 50cm x 50cm spełniającej pozostałe wymogi Zamawiającego.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

16. Pytanie

„Proszę o zgodę na zaferowanie w zadaniu 3 w pozycji 4 serwety spełniającej wszystkie wymogi Zamawiającego ale z otworem w rozmiarze 6 x 8 cm.”

Zamawiający wyraża zgodę.

17. Pytanie

„Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w o wymiarach 90 cm x 120 cm ?”

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie serwety w ww. rozmiarze, zgodnie z zapisem zamieszczonym pod „Formularzem cenowym”, iż Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości rozmiaru w granicach +/- 20%. Wówczas rozmiar oferowanego asortymentu Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 3 wraz z nazwą handlową.

18. Pytanie

„Zadanie nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w o wymiarach 50 cm x 70 cm ?”

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie serwety w ww. rozmiarze, zgodnie z zapisem zamieszczonym pod „Formularzem cenowym”, iż Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości rozmiaru w granicach +/- 20%. Wówczas rozmiar oferowanego asortymentu Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 3 wraz z nazwą handlową.

19. Pytanie

„Zadanie nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w o wymiarach 45 cm x 45 cm ?”

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaferowanie serwety w ww. rozmiarze.

20. Pytanie

„Zadanie nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w o wymiarach 50 cm x 75 cm z otworem 6 cm x 8 cm ?”

Zamawiający wyraża zgodę.

21. Pytanie

„Zadanie nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w o wymiarach 50 cm x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm ?”

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie serwety w ww. rozmiarze, zgodnie z zapisem zamieszczonym pod „Formularzem cenowym”, iż Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości rozmiaru w granicach +/- 20%. Wówczas rozmiar oferowanego asortymentu Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 3 wraz z nazwą handlową.

22. Pytanie

„Zadanie nr 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach L-XL?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, mianowicie dokonuje w kolumnie 3 wykreślenia „****” z pozycji 7 Zadania 3.

23. Pytanie

„Zadanie nr 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm.
Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 240 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Zadanie 4

24. Pytanie

„Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę do artroskopii kolana 200x320cm z otworem samouszczelniającym się w rozmiarze 6x8cm?"

Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 5

25. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych o zawartości gipsu medycznego 95%, opakowanie w formie przezroczystej folii w celu oszacowania ilości luźnego gipsu, opaska nawinięta na plastikowy trzpień w formie tulei z otworami w celu równoległego namoczenia opaski, deklarowany czas wiązania 5 min., deklarowany czas trwania plastyczności 3-3,30 min.?"

Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu, które to jednak nie stanowią wymogu Zamawiającego, zgodnie z zapisami części B pkt. 3.1 lit. b) i pkt. 12.1 lit. i) SIWZ.

26. Pytanie

„ZADANIE 6

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej zgodnej z wymogami SIWZ w rozmiarze 4mx15cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Zamawiający domniemywa, że pytanie Wykonawcy odnosi się do pozycji 3 Zadania 5 - Opaski gipsowe szybkowiązące. Zamawiający dopuszcza w ww. zakresie opakowania o innej ilości zgodnie z zapisem zawartym pod „Formularzem cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ: „Za wyjątkiem Zadania 1+4 oraz pozycji 11 Zadania 10 Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas ilość sztuk, opakowań, kompletów oraz metrów bieżących należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowanych opakowań handlowych i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania.”

27. Pytanie

„Zadanie 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski w rozmiarze 3 cm x 15 cm?”

Zamawiający domniemywa, że pytanie Wykonawcy odnosi się do pozycji 3 Zadania 5 - Opaski gipsowe szybkowiązące. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek w ww. rozmiarze.

Zadanie 8

28. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 1-6:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przylepca na hypoalergicznym kleju akrylowym, taśma zabezpieczona papierem zapobiegającym zabrudzeniu?”

Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu, które to jednak nie stanowią wymogu Zamawiającego, zgodnie z zapisami części B pkt. 3.1 lit. b) i pkt. 12.1 lit. i) SIWZ.

29. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 7-8:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przylepca na kleju kauczukowym z dodatkiem tlenku cynku?”

Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu, które to jednak nie stanowią wymogu Zamawiającego, zgodnie z zapisami części B pkt. 3.1 lit. b) i pkt. 12.1 lit. i) SIWZ.

30. Pytanie

„Proszę o zgodę na zaoferowanie w zadaniu 8 w pozycji 7 i 8 przylepca spełniającego wszystkie wymogi Zamawiającego ale na tkaninie wiskozowej.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

31. Pytanie

„Zadanie 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'24 szt z przeliczeniem zamawianych opakowań i podaniem ceny za opakowanie?”

Zamawiający dopuszcza w ww. zakresie opakowania o innej ilości zgodnie z zapisem zawartym pod „Formularzem cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ: „Za wyjątkiem Zadania 1+4 oraz pozycji 11 Zadania 10 Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas ilość sztuk, opakowań, kompletów oraz metrów bieżących należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowanych opakowań handlowych i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania.”

32. Pytanie

„Zadanie 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'6 szt z przeliczeniem zamawianych opakowań i podaniem ceny za opakowanie?”

Zamawiający dopuszcza w ww. zakresie opakowania o innej ilości zgodnie z zapisem zawartym pod „Formularzem cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ: „Za wyjątkiem Zadania 1+4 oraz pozycji 11 Zadania 10 Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas ilość sztuk, opakowań, kompletów oraz metrów bieżących należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowanych opakowań handlowych i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania.”

33. Pytanie

„ZADANIE 8

Poz. nr 7-8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca tkaninowego wykonanego z tkaniny wiskozowej? Pozostałe parametry bez zmian.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

34. Pytanie

„Zadanie 8 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego w opakowaniu a 24szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.”

Zamawiający dopuszcza w ww. zakresie opakowania o innej ilości zgodnie z zapisem zawartym pod „Formularzem cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ: „Za wyjątkiem Zadania 1+4 oraz pozycji 11 Zadania 10 Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem

ilości. Wówczas ilość sztuk, opakowań, kompletów oraz metrów bieżących należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowanych opakowań handlowych i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.”.

35. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego w opakowaniu a 6szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.”
Zamawiający dopuszcza w ww. zakresie opakowania o Innej ilości zgodnie z zapisem zawartym pod „Formularzem cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ: „Za wyjątkiem Zadania 1+4 oraz pozycji 11 Zadania 10 Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas ilość sztuk, opakowań, kompletów oraz metrów bieżących należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowanych opakowań handlowych i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.”.

Zadanie 10

36. Pytanie

„Dotyczy ZAŁĄCZNIKA DO ZADANIA 10 - KARTA PARAMETRÓW, pozycja 10:

Czy zamawiający dopuści możliwość zamocowania do stojaka lub ramy łóżka za pomocą paska naramiennego.”
Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

37. Pytanie

„ZADANIE 10

Poz. 1-4 – czy Zamawiający zaakceptuje długość drenu portu o długości 60cm co w połączeniu z długością drenu zbiornika 180 cm daje większą wartość niż wymagana?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

38. Pytanie

„ZAŁĄCZNIK DO ZADANIA 10 – KARTA PARAMETRÓW

W związku z tym, iż wszystkie systemy do terapii podciśnieniowej ran oparte są o jeden system kompatybilny urządzenie-akcesoria zwracamy się do zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie akcesoriów (zbiorników i zestawów opatrunkowych) kompatybilnych wyłącznie z systemem VivanoTec?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

Dotyczy wzoru umowy I i wzoru umowy II:

39. Pytanie

„Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Zamawiający informuje, że terminy podane we wzorze umowy I, stanowiącym integralną część SIWZ, w §1

ust. 3, § 5 ust. 3, § 6 ust. 4 i wzorze umowy II, stanowiącym integralną część SIWZ, w §1 ust. 3, § 5 ust. 4 i ust. 5, § 6 ust. 3 i § 7 ust. 4 odnoszą się do dni kalendarzowych, a terminy podane we wzorze umowy I w §4 ust. 3 i wzorze umowy II w §4 ust. 3 odnoszą się do dni roboczych. Zamawiający potwierdza, że za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

40. Pytanie

„Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Pytanie

Czy Zamawiający zgadza się, aby w §5 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzorów umów.

42. Pytanie

„Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 6 ust. 1, 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzorów umów.

Ponadto Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu w postępowaniu j.w., w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z równoczesnym zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt. 2 ustawy, zmienia zapisy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

- zmianę brzmienia pkt. 1.1 SIWZ oraz „Formularza cenowego”, stanowiącego integralną część SIWZ, poprzez wykreślenie z nazwy Zadania 7 słowa „hydrożelowe”:

było: „ZADANIE 7 – Opatrunki hydrożelowe”

jest: „ZADANIE 7 – Opatrunki”,

- zmianę brzmienia „Formularza cenowego”, stanowiącego integralną część SIWZ, poprzez wykreślenie w kolumnie 3: „***” z pozycji 7 Zadania 3.

W załączeniu „Formularz Cenowy” i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisie pkt. 12.11. SIWZ.

Wobec powyższych zmian dokonanych w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z równoczesnym zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy. W oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający zmienia termin i godzinę składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert na dzień **27.07.2015r.**, godzina **13:00**

- termin otwarcia ofert na dzień **27.07.2015r.**, godzina **13:15**.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Napuścińska

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Rozmiar	j.m.	ilość w op. j.*	ilość op.j.	oferowana ilość w op. j.*	oferowana ilość op.j.	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (Uwagi)	Str. oferty - opis katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(10x11)	(10+12)	(9x10)	(9x12)	(9x13)	x	x
ZADANIE 1 - Serwety wyjałowione																	
1	Serweta bawełniana, biała, wyjałowiona, 4 warstwy 17 nitok, z nitką radiacyjną i lasienką, pierwsze opakowanie sterylne, drugie zbiorcze	**	30x30cm	op	2	828	2	828									
ZADANIE 2 - Serwety wyjałowione																	
1	Serweta bawełniana, biała, wyjałowiona, 10 warstw 17 nitok, z nitką radiacyjną i lasienką, pierwsze opakowanie sterylne, drugie zbiorcze	**	45x70cm	op	2	10	2	10									
ZADANIE 3 - Bielizna operacyjna sterylna jednorazowego użytku z włókniny poliolefinowej, zgodna z normą PN-EN 13795																	
1	Serwety operacyjne	***	120x95cm	op	1	2512	1	2512									
2	Serwety operacyjne	***	45x75cm	op	1	7194	1	7194									
3	Serwety operacyjne	***	37x45cm	op	1	4004	1	4004									
4	Serwety operacyjne z otworem o średnicy 8 cm i przyłepcem	***	45x75cm	op	1	7798	1	7798									
5	Serweta operacyjna samoprzylepna	***	75x90cm	szt	1	170	1	170									
6	Serweta operacyjna samoprzylepna	***	150x240cm	szt	1	244	1	244									
7	Fartuch operacyjny do zabiegów wykonany z włókniny. Rękaw zakończony mankietem opinającym nadgarstek. Wязanie zapewniające sterylność tylnej części fartucha.		XL-XXL #	szt	1	42	1	42									
8	Zestaw operacyjny uniwersalny zawierający serwetę wzmoczoną na sztywno do instrumentarium 150x200cm, serwetę na stołek Mayo 80x145cm, 2 serwety z przyłepcem 75x90cm, serweta z przyłepcem 150x180cm, serweta z przyłepcem 150x240cm, taśma samoprzylepna	***		kpl	1	52	1	52									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x	x

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116
tel. 343-76 01 fax 071 343 67 47

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Rozmiar	j.m.	ilość w op.j.*	ilość w op.j.	oferowana ilość w op.j.*	oferowana ilość op.j.	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT (10x11)	Cena j. brutto (10x12)	wartość netto (9x10)	Kwota VAT (9x12)	wartość brutto (9x13)	PRODUCENT (Uwagi)	St. oferty - opis Usługowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ZADANIE 4 - Bielizna operacyjna sterylna jednorazowego użytku z włókniny poliolefinowej, zgodna z normą PN-EN 13795																		
1	Serweta do antroskopii kolana z elastycznym otworem na kończyny dolną o średnicy min. 8 cm			szk	1	192	1	192										
ZADANIE 5 - Opaski gipsowe szybkowiązające																		
1	Opaska gipsowa typu Pregips o czasie wiązania od 5 do 6 minut	**	3mx10cm	op	1	3984												
2		**	3mx12cm	op	1	12569												
3		**	4mx15cm	op	1	17508												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	razem				X	X	
ZADANIE 6 - Opatrunki siatkowe jutowe nie przywierające do ran i przeszczepów																		
1	Opatrunek kontaktowy o działaniu nawilżająco-natłuszczającym typu Adaptic	**	7,6x7,6cm	op	50	12												
2		**	7,6x20,3cm	op	24	12												
3		**	7,6x40,6cm	op	36	2												
4		**	12,7x22,8cm	op	12	4												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	razem				X	X	
ZADANIE 7 - Opatrunki																		
1	Opatrunek z podjną powidonową typu Inadine	**	5x5cm	op	25	42												
2		**	9,5x9,5cm	op	25	34												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	razem				X	X	
ZADANIE 8 - Przyłepce																		
1	Przyłepiec włókninowy, posiadający podłoże z mikroporami, ułatwiający przepuszczalność pary wodnej typu Plastrofix	**	10mx5cm	op	1	278												
2		**	10mx10cm	op	1	218												
3		**	10mx15cm	op	1	988												
4		**	10mx2,5cm	op	1	204												
5		**	10mx20cm	op	1	12												
6		**	10x30cm	op	1	4												
7	Przyłepiec tkaninowy, wykonany z tkaniny barwiennej pokryty klejem hypoalergicznym typu Plastrovis	**	5mx1,25cm	op	1	228												
8		**	5mx50mm	op	1	1284												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	razem				X	X	
ZADANIE 9 Kompres uciskowy																		
1	Kompres uciskowy typu Radstat			szk	1	600												

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 50-420 Wrocław ul. Traugutta 116
 tel 71 343 76 01 fax 071/343-67-47

FORMULARZ CENOWY

L.P.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Rozmiar	j.m.	ilość w opł.*	ilość w opł.	oferowana ilość w op. j.*	oferowana ilość op. j.	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT (10x11)	Cena j. brutto (10x12)	wartość netto (9x10)	kwota VAT (9x12)	wartość brutto (9x13)	PRODUCEM (Uwagi)	Str. oferty - opis katalogowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ZADANIE 10- Zestawy do podciśnieniowego leczenia ran urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran																		
1	Zestaw zawierający: - Opatrunek piankowy jałowy mały o wymiarach nie mniejszych niż 7x7 cm - Folia (lub folie) transparentna służąca do zamocowania w/w opatrunku - Dren z portem służący do odprowadzenia treści z rany i połączenia opatrunku z pompą		—	kpl	1	26												
2	Zestaw zawierający: - Opatrunek piankowy jałowy średni o wymiarach nie mniejszych niż 10x12 cm - Folia (lub folie) transparentna służąca do zamocowania w/w opatrunku - Dren z portem służący do odprowadzenia treści z rany i połączenia opatrunku z pompą		—	kpl	1	80												
3	Zestaw zawierający: - Opatrunek piankowy jałowy duży o wymiarach nie mniejszych niż 14x24 cm - Folia (lub folie) transparentna służąca do zamocowania w/w opatrunku - Dren z portem służący do odprowadzenia treści z rany i połączenia opatrunku z pompą		—	kpl	1	80												
4	Zestaw zawierający: - Opatrunek piankowy jałowy bardzo duży o wymiarach nie mniejszych niż 20x28 cm - Folia (lub folie) transparentna służąca do zamocowania w/w opatrunku - Dren z portem służący do odprowadzenia treści z rany i połączenia opatrunku z pompą		—	kpl	1	27												

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 102401-2015 z dnia 2015-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych oraz urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran wg niżej wymienionych części: ZADANIE 1 - Serwety wyjąłowane, ZADANIE 2 - Serwety wyjąłowane, ZADANIE 3 - Bielizna...
Termin składania ofert: 2015-07-17

Numer ogłoszenia: 107541 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102401 - 2015 data 09.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3414333, fax. 071 3436747.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych oraz urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran wg niżej wymienionych części: ZADANIE 1 - Serwety wyjąłowane, ZADANIE 2 - Serwety wyjąłowane, ZADANIE 3 - Bielizna operacyjna sterylna jednorazowego użytku z włókniny pełnobarierowej, zgodna z normą PN-EN 13795, ZADANIE 4 - Bielizna operacyjna sterylna jednorazowego użytku z włókniny pełnobarierowej, zgodna z normą PN-EN 13795, ZADANIE 5 - Opaski gipsowe szybkowiązące, ZADANIE 6 - Opatrunki siatkowe jałowe nie przywierające do ran i przesczczepów, ZADANIE 7 - Opatrunki hydrożelowe, ZADANIE 8 - Przylepca, ZADANIE 9 - Kompres uciskowy, ZADANIE 10 - Zestawy do podciśnieniowego leczenia ran i urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Powyższe części przedmiotu zamówienia wykazane zostały i opisane w Formularzu cenowym oraz Załączniku do Zadania 10 - Karcie Parametrów, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw: lokalizacja przy ul. Traugutta 116 we Wrocławiu oraz al. Włóknowej 36 we Wrocławiu lub lokalizacja przy ul. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych oraz urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran wg niżej wymienionych części: ZADANIE 1 - Serwety wyjąłowane, ZADANIE 2 - Serwety wyjąłowane, ZADANIE 3 - Bielizna operacyjna sterylna jednorazowego użytku z włókniny pełnobarierowej, zgodna z normą PN-EN 13795, ZADANIE 4 - Bielizna operacyjna sterylna jednorazowego użytku z włókniny pełnobarierowej, zgodna z normą PN-EN 13795, ZADANIE 5 - Opaski gipsowe szybkowiązące, ZADANIE 6 - Opatrunki siatkowe jałowe nie przywierające do ran i przesczczepów, ZADANIE 7 - Opatrunki, ZADANIE 8 - Przylepca, ZADANIE 9 - Kompres uciskowy, ZADANIE 10 - Zestawy do podciśnieniowego leczenia ran i urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Powyższe części przedmiotu zamówienia wykazane zostały i opisane w Formularzu cenowym oraz Załączniku do Zadania 10 - Karcie Parametrów, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw: lokalizacja przy ul. Traugutta 116 we Wrocławiu oraz al. Włóknowej 36 we Wrocławiu lub lokalizacja przy ul. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

1.3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Traugutta 116 bud. C, II piętro, pokój 210.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2015 godzina 13:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Traugutta 116 bud. C, II piętro, pokój 210.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. nr 7.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr. 7 NAZWA: ZADANIE 7 - Opatrunki hydrożelowe.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr. 7 NAZWA: ZADANIE 7 - Opatrunki.