

77. Pytanie

„Poz. nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii, sterylnego, podwójnie pakowanego, w którym wszystkie serwety wykonane są z dwuwarstwowego laminatu polipropylen/polietylen o gramaturze 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m² (łącznie gramatura w obszarze krytycznym 110g/m²), folii PE o grubości 60µ i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80x145cm
- 1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią (19x30cm), z torbą do zbierania płynów 320x245cm (pad 50x80cm)
- 4 samoprzylepne serwety operacyjne 50x50cm
- 1 taśma samoprzylepna 10x50cm
- 2 uchwyty Velcro 2x23cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x33cm”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

78. Pytanie

„...Zadanie 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

3 serwety samoprzylepne (folia PE) 50 x 50 cm

1 serweta do kraniotomii, 225 x 280 cm, otwór, 19 x 25 cm, ze zintegrowaną folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów, z sitem i zaworem do podłączenia drenu, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Parametry materiałów:

Serweta główna - obłożenie pacjenta wykonane w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włóknina polipropylenowa, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 112,5 g/m². Pozostała powierzchnia laminat dwuwarstwowy włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa o gramaturze 57,5 g/m².

Serweta na stół instrumentariuszki - Materiał 2-warstwowy składa się z włókniyny polipropylenowej i z dwukolorowej folii polietylenowej (niebiesko-zielonej/białej; grubość 50 µm). Łączna gramatura 77 g/m².

Serweta na stół Mayo - Materiał 2-warstwowy składa się z włókniyny polipropylenowej i z niebiesko-zielonej folii polietylenowej (grubość 55 µm). Łączna gramatura 86,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

79. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zabiegów do kraniotomii o następującym składzie i parametrach:

serweta z otworem, workiem na płyny i folią chir.	1	L3	240x200	PROST.	25x20
serweta z przylepcem	2	L3	60x50		
serweta	1	L3	180x150		
kieszon dwukomorowa z kształtką	1	PE - 2K	42x35		
kieszon na płyny z kształtką	1	PE - 1K	40x30		
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20		

Minimalne parametry materiałów:

-serweta z pozycji 1,2, 3 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m², jednorodna chłonność na całej powierzchni)

- osłona na stolik Mayo z pozycji 8 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m²

- serweta na stolik instrumentalny z pozycji 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m²/ włóknina 35 g/m²"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

80. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zabiegów na głowie, szyi typu turban o następującym składzie i parametrach:

- 1) serweta o wymiarach 240cmx300 cm z wycięciem "U" otoczonym taśmą lepną,
- 2) obłożenie głowy składające się z podwójnej serwetki wykonane w sposób, który umożliwi w trakcie aplikacji uzyskać efekt tzw. turbanu, wymiary 130cmx90 cm
- 3) serweta na stolik instrumentalny o wymiarach 150cmx200 cm
- 4) osłania na stolik Mayo 80cmx145cm – 1szt.
- 5) torebka na szyję – 1szt.

-serweta z pozycji 1,2 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m², jednorodna chłonność na całej powierzchni)

- osłona na stolik Mayo z pozycji 4 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m²

- serweta na stolik instrumentalny z pozycji 3 wykonana z mocnego i trwałego laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa, gramatura całkowita 56g/m², jednorodna chłonność na całej powierzchni)"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym

Integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

81. Pytanie

„Poz. nr 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na głowie-szyi, sterylnego, podwójnie pakowanego, w którym wszystkie serwety wykonane są z dwuwarstwowego laminatu polipropylen/polietylen o gramaturze 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m² (łącznie gramatura w obszarze krytycznym 110g/m²), folii PE o grubości 60µ i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80x145cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym, typu "U" ("U" 10x60cm) 225x280cm (pad 60x70cm)
- 1 serweta typu turban 65x100cm/75x90cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

82. Pytanie

„...Zadanie 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na głowie w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm

4 ręczniki 30 x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

1 serweta turban (2 częściowa) włóknina hydrofobowa, 2-warstwowa 130 x 100 cm

1 serweta z wycięciem, dwuwarstwowa z dodatkowym wzmocnieniem wokół pola operacyjnego, 225 x 300 cm z prostokątnym wycięciem, 14 x 80 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Parametry materiałów:

Serweta główna - obłożenie pacjenta wykonane w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włóknina polipropylenowa, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 112,5 g/m². Pozostała powierzchnia laminat dwuwarstwowy włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa o gramaturze 57,5 g/m².

Serweta na stół instrumentariuszki - Materiał 2-warstwowy składa się z włókniny polipropylenowej i z dwukolorowej folii polietylenowej (niebiesko-zielonej/białej; grubość 50 µm). Łączna gramatura 77 g/m².

Serweta na stół Mayo - Materiał 2-warstwowy składa się z włókniny polipropylenowej i z niebiesko-zielonej folii polietylenowej (grubość 55 µm). Łączna gramatura 86,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów."

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

ZADANIE 4

83. Pytanie

„Zadanie 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii naczyń mózgowych, o następującym składzie i parametrach:

- Fartuch jednorazowy chirurgiczny wykonany z włókniny SMS rozmiar L – 2 szt.
- Serweta angiograficzna o wymiarach 240cm x 320cm z dwoma otworami 12cm z folią chirurgiczną przylepną, - 1 szt
- kompresy gazowe 10cm x 10cm – 50 szt.
- miska okrągła 125ml – 1 szt.
- strzykawka 3 częściowa, typu luer lock 10ml – 3 szt.
- strzykawka 3 częściowa, typu luer lock 20 ml – 1 szt.
- Skalpel z rączką – 1 szt.
- igła 0,8x40 – 2 szt.
- igła 1,2x40 – 2 szt.”

Zamawiający informuje, że doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 4 pozycji 1 „Formularza cenowego”, który otrzymuje brzmienie:

„Zestaw do angiografii naczyń mózgowych, sterylny, podwójnie pakowany:

Minimalny skład wymiary i parametry zestawu:

- 1) Fartuch jednorazowy chirurgicznym wykonany z włókniny typu SMS rozmiar L- 2szt
- 2) Serweta angiograficzna o wymiarach 240cmx340cm (+/-10cm) wykonana z włókniny typu SMS, z dwoma otworami w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną, boki serwety przykrywające panele boczne angiografu z folii przezroczystej-1szt
- 3) Kompres gazowy 10cmx10 cm -50szt
- 4) Miska, okrągła 125 ml -1szt
- 5) Strzykawka 2 częściowa, typu luer lock 10 ml -3szt
- 6) Strzykawka, 2 częściowa, typu luer lock 20 ml LL -1szt
- 7) Skalpel z rączką -1szt
- 8) Igła 0,8x40- 2szt
- 9) Igła 1,2x60- 2szt”

Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zestaw zaoferowany przez Wykonawcę, pod warunkiem uwzględnienia ww. zmiany wprowadzonej w opisie przedmiotu zamówienia.

84. Pytanie

„...do zadania nr 4, poz. 1

Zestaw do angiografii naczyń mózgowych, sterylny, podwójnie pakowany:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z serwetą angiograficzną o wymiarach 220 x 350 cm z włókniny typu SMS, z dwoma otworami w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną?”

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań zawartych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w odpowiedzi na pytanie 83.

85. Pytanie

„Zadanie 4 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do embolizacji, o następującym składzie i parametrach:

- fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, rozmiar L – 3 szt.
- Serweta angiograficzna o wymiarach 240cm x 320cm z dwoma otworami w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną – 1 szt.
- kompresy gazowe 10cm x 10cm - 100 szt.
- miska okrągła niebieska 250 ml – 2 szt.
- miska okrągła przezroczysta 125 ml – 1 szt.
- miska niebieska 2500 ml do cewników z wrąbkami – 1 szt.
- miska niebieska bez wrąbków, 27x22x5 – 1 szt.
- strzykawka 10ml, 3 częściowa luer lock z gumką – 3 szt.
- strzykawka 20ml, 3 częściowa luer lock z gumką – 2 szt.
- strzykawka 5 ml, 3 częściowa luer lock z gumką – 2 szt.
- strzykawka 3 ml, 3 częściowa luer lock z gumką – 4 szt.
- skalpel nr 11 z rączką – 1 szt.
- igła 1,2x40 – 1szt.
- igła 0,8x40 – 1 szt.
- kranik jednodrożny – 1 szt.
- Y konektor do drenów (łącznik Y do drenów) – 1 szt.
- kleszczyki plastikowe, 20 cm – 1 szt.
- serweta 80x60cm z włókniny SMS – 1 szt.
- Dren długość 10cm , średnica 2,0x4,1mm, kranik trójdrożny z możliwością obrotu dookoła (o 360 stopni), osiowo
i promieniście ruchoma nakrętka, kompatybilny ze wszystkimi systemami ciśnieniowymi infuzyjnymi, elastyczny -1szt
- Serweta wykonana z włókniny typu SMS 90cmx160cm -1szt
- Powłoka ochronna na blende wykończona gumką o średnicy 92cm lub 127cmx 91cm- 1szt
- Powłoka ochronna wykończona gumką 71cmx91cm(+/-10cm) -2szt

Serweta wykonana z włókniny typu SMS 140cmx160cm -1szt”

Zamawiający informuje, że doprecyzowuje i zmienia opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 4 pozycji 2 „Formularza cenowego”, który otrzymuje brzmienie:

„Zestaw do embolizacji, sterylny, podwójnie pakowany:

Minimalny skład wymiary i parametry zestawu:

Fartuch jednorazowy chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, rozmiar L -3szt

Serweta angiograficzna, wykonana z włókniny SMS o wymiarach 240cmx340cm (+/-10cm) z dwoma otworami udowymi w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną, boki serwety przykrywające panele boczne angiografu z folii przezroczystej -1szt

kompresy gazowe 10cmx10 cm - 100szt

Miska I[^] okrągła 250 ml -2szt

Miska II[^] okrągła 120 ml -1 szt

Miska IV[^] do cewników I przewodników okrągła, z widocznymi wrąbkami blokującymi przewodnik -

cewnik przed wyslizgiwaniem się z miski -1szt

Miska III^A 31cmx28,5cmx5 cm (+/- 0,5cm) z widocznymi wróbkami blokującymi przewodnik - cewnik przed wyslizgiwaniem się z miski -1szt

Strzykawka 10ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -3szt

Strzykawka 20 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -2szt

Strzykawka 5 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -2szt

Strzykawka 2 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -4szt

Skalpel nr 11 z rączką -1szt

Igła 18G -1szt

Igła 21G -1szt

Kranik jednodrożny -1szt

Y konektor -1szt

Kleszczyki, proste, długość 20 cm (+/- 1cm) -1szt

Serweta 60cmx90 cm (+/- 10cm) z włókniny typu SMS -1szt

Dren długość 25cm (+/- 5cm), średnica 2,0x4,1mm, kranik trójdrożny z możliwością obrotu o 360 stopni, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka, kompatybilny ze wszystkimi systemami ciśnieniowymi infuzyjnymi, elastyczny -1szt

Serweta wykonana z włókniny typu SMS 100cmx150cm (+/- 10 cm) -1szt

Powłoka ochronna na blende wykończona gumką 140cmx140cm (+/-10cm) -1szt

Powłoka ochronna wykończona gumką 70cmx80cm(+/-10cm) -2szt

Serweta wykonana z włókniny typu SMS 140cmx150cm (+/-10cm) -1szt"

Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zestaw zaoferowany przez Wykonawcę, pod warunkiem uwzględnienia ww. zmian wprowadzonych w opisie przedmiotu zamówienia.

86. Pytanie

„Zadanie 4 poz. 2:

Prosimy o sprecyzowanie do czego ma pasować Y konektor?

Zamawiający informuje, że Y konektor ma być kompatybilny z wymaganym w zestawie „drenem długość 25cm (+/- 5cm), średnica 2,0x4,1mm, kranik trójdrożny z możliwością obrotu o 360 stopni, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka, kompatybilny ze wszystkimi systemami ciśnieniowymi infuzyjnymi, elastyczny”. Ponadto Zamawiający informuje, że końcówka głównego kanału Y konektora będzie podłączana do specjalistycznych cewników, które nie wchodzi w skład zestawu.

87. Pytanie

„Zadanie 4 poz. 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli w miejsce kranika przedłużkę z jedną końcówką męską i jedną żeńską?

Zamawiający informuje, że kranik jest osobnym elementem łączonym z drenem i Zamawiający wymaga, aby spełniał wymagania wskazane w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

88. Pytanie

„... do zadania nr 4, poz. 2

Zestaw do embolizacji, sterylny, podwójnie pakowany:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z serwetą angiograficzna o wymiarach 220 x 350 cm z włókniny typu SMS, z dwoma otworami w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną?

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań zawartych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 85.

Czy Zamawiający będzie wymagał skalpela bezpiecznego zintegrowanego z rączką którego ostrze po użyciu bezpiecznie wchodzi do wnętrza rączki (chroniąca przed zakłuciem się personelu zgodnie z wejściem Dyrektywy Rady 2010/32/UE dotycząca zapobieganiu zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej?

Zamawiający nie wymaga, ale zgodnie z zapisami pkt 3.1. lit b) oraz pkt 12.1 lit. m) Części B SIWZ, dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu.

Czy Zamawiający dopuści Miskę III o wymiarach o wysokości 4 cm ?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

89. Pytanie

„Zadanie 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do ablacji, o następującym składzie i parametrach:

- a) serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 320x180cm z panelem foliowym, serweta posiada dwa otwory 8cm, wypełnione folią chirurgiczną. 1szt.
- b) fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS rozm. XL – 1szt.
- c) ręczniki chłonne 40cmx35cm – 2szt.
- d) osłona foliowa na gumce na ekran radiologiczny Ø 92cm – 1szt.
- e) serweta z laminatu nieprzemakalnego na stolik 150cmx180cm – 1szt.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

90. Pytanie

„...do zadania 4, poz. 3

Zestaw do Ablacji i Wszczepiania Rozruszników, sterylny, podwójnie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z serwetą angiograficzna o wymiarach 220 x 350 cm z włókniny typu SMS, z dwoma otworami w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ręczniki o wymiarach 37 x 57 cm ?”

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety angiograficznej o ww. parametrach. Jednocześnie informuje, że dopuszcza, nie czyniąc wymogu, zaoferowanie ręczników o wymiarach 37x57 cm.

91. Pytanie

„Zadanie 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii, o następującym składzie i parametrach:

- a) obłożenie (serweta) do angiografii udowej o wymiarach 240cm x 380 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², serweta posiada przezroczyste foliowe wstawki o wymiarach 60cmx380 cm, które służą do jałowego zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. W obłożeniu znajdują się 2 otwory w okolicach TT udowych okrągłe o średnicy 12 cm i 2 otwory owalne w okolicach TT promieniowych 12x7cm. Warstwa chłonna dookoła otworów 155x120 wykonana z wiskozy gramatura 110g/m²
- b) sterylny fartuch chirurgicznych w rozmiarze XL, fartuch wykonany jest z włókniny typu SMS, u góry fartuch zapinany jest na rzep, rękawy wykończone są elastycznym, syntetycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora.- 1szt.

c) ręczniki wysokochłonne o wymiarze 40cmx35 cm - 4 szt..

d) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepca na RTG o średnicy 43cm – 1szt.

e) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepca na RTG o średnicy 92cm – 1szt.

f) serweta o wymiarze 150cmx190cm (+/-10cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m²/ włóknina 35 g/m²

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

92. Pytanie

„...do zadania nr 4, poz. 4

Zestaw do zabiegu angiografii, sterylny, podwójnie pakowany

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę angiograficzną 4 - otworowa wykonaną z włókniny SMS o wymiarach 240 x 380 cm z 2 przezroczystymi krawędziami 60 cm x 380 cm

Dwa otwory na tt. udowe otoczone paskiem lepym w świetle otworu o średnicy 12 cm (średnica samego otworu 7,5 cm) oraz dwa otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy z paskiem lepym w świetle otworu w rozmiarze 12 x 7 cm (wielkość samego otworu 6 x 4 cm) ,warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym w rozmiarze min. 140 x 150 cm.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ręczniki o wymiarach 37 x 57 cm ?”

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie serwety angiograficznej o ww. parametrach. Jednocześnie informuje, że dopuszcza, nie czyniąc wymogu, zaferowanie ręczników o wymiarach 37x57 cm.

ZADANIE 5

93. Pytanie

„Proszę o wydzielenie z pakietu 5 pozycji 1 i 2 i utworzenie z nich samodzielnej części.”

94. Pytanie

„Zadanie nr 5

Wykonawca zgłasza się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 5 pozycji 1 i 2. Wydzielenie w/w pozycji umożliwiłoby zaferowanie korzystniejszej cenowo oferty.”

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 5 w pytaniach 93-94. Wydzielona pozycja 1 i 2 z dotychczasowego Zadania 5 tworzy Zadanie 13. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają wysokości wadium wymaganego w niniejszym postępowaniu dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Dla ww. Zadania 13 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 418,00 złotych. Zmianie ulega równocześnie wysokość wadium dla Zadania 4 oraz dla pozostałych części przedmiotu zamówienia.

95. Pytanie

„Zadanie nr 5, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę włókninową zawierający w opakowaniu wewnętrznym ręczniki z włókniny, pozostałe wymagania zgodne z siwz?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

96. Pytanie

„Pytanie nr 2

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 5, poz. 1 i 2 fartuchów chirurgicznych o parametrach opisanych przez Zamawiającego pakowanych w torbę papierowo-foliowa zapewniającą sterylność bez ręczników do osuszania rąk.

Lub

Prosimy o możliwość zaferowania fartuchów chirurgicznych opakowanych w torbę papierowo foliową zapewniającą sterylność z ręcznikami do osuszania rąk pakowanymi oddzielnie jednak wycenionymi łącznie z fartuchami i dostarczanymi Zamawiającemu jako komplet. Wszystkie pozostałe parametry fartuchów bez zmian."

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

97. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne standard rozmiar M-XXL jałowe, wykonane z włókniny typu SMS, niepyłającej, wysoko oddychającej, elastyczne pochłaniające pot, wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na rękawach od mankiety do wysokości łokcia wykonane w technologii ultradźwiękowej. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym znajdują się dwie sztuki ręczników z niepyłającej włókniny kompresowej do osuszania rąk."

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

98. Pytanie

„Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pozycji 1 fartuch operacyjny standardowy owinięty w nie pyłącą serwetę włókninową?"

Zamawiający dopuszcza, nie czyniąc wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

99. Pytanie

„Proszę o zgodę na zaferowanie w pakiecie 5 w pozycji 1 fartucha spełniającego wszystkie wymogi Zamawiającego ale w posiadającego opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w serwetę włókninową."

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

100. Pytanie

„...Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaferowania fartuchów operacyjnych, których rozmiary jednocześnie oznaczają ich długość (+/- 5 cm): 120 cm (M), 130 cm (L), 150 cm (XL), 150 large (XXL) ?"

Zamawiający dopuszcza zaferowanie fartuchów we wskazanych wyżej rozmiarach, ale nie czyni wymogu.

101. Pytanie

„Zadanie nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniami wykonanymi z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego: folii polietylenowej oraz włókniny polipropylenowej?

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

102. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne do mokrych zabiegów, jałowy wykonany z włókniny typu SMS, niepyłającej, wysoko oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha

i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne łączone kartonikiem, polycach zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów wykonane z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa, dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na całej długości wzmocnienia rękawów wykonane w technologii ultradźwiękowej. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym znajdują się dwie sztuki ręczników z niepylącej włókniny kompresowej do osuszania rąk."

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zaoferowania fartuchów w rozmiarach wskazanych przez Zamawiającego w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

103. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga aby dla zapewnienia komfortu użytkowania fartuch posiadał wzmocnienie z przodu do samego dołu?”

Zamawiający nie wymaga, ale zgodnie z zapisami pkt 3.1. lit b) oraz pkt 12.1 lit. m) Części B SIWZ, dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu.

104. Pytanie

„Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 2 fartuch operacyjny standardowy owinięty w nie pyłącą serwetę włókninową?”

Zamawiający dopuszcza, nie czyniąc wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

105. Pytanie

„...Zadanie 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów operacyjnych, których rozmiary jednocześnie oznaczają ich długość (+/- 5 cm): 120 cm (M), 130 cm (L), 150 cm (XL), 150 large (XXL)?”

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów we wskazanych wyżej rozmiarach, ale nie czyni wymogu.

106. Pytanie

„Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 w pozycji 2 fartucha, w którym wzmocnienia wykonane są z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego: folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa oraz posiadającego opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w serwetę włókninową spełniającego pozostałe wymogi Zamawiającego.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

107. Pytanie

„Zadanie nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach L-XL, pozostałe wymagania zgodne z siwz?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

108. Pytanie

„Zadanie nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę włókninową, zawierający w opakowaniu wewnętrznym

1 serwetkę chłonną do rąk z włókniny pozostałe wymagania zgodne z siwz?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

109. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści fartuch rozm. L- XXL, sterylny, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązane na troki, oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch posiada opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy?"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

110. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści fartuch rozm. L- XXL, sterylny, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązane na troki bez owinięcia w papier krepowy?"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

111. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch rozm. L- XXL, sterylny, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązane na troki owinięty w papier krepowy?"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

112. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści fartuch, który nie posiada zgodności z normą 13795, ale producent posiada dla niego deklarację zgodności, zgłoszenie do urzędu rejestracji oraz kartę danych technicznych, potwierdzającą zaoferowane parametry wyrobu?"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

113. Pytanie

„ZADANIE 5

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego typu „Basic” spełniającego wymagania SIWZ dostępnego w rozmiarach L i XL.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

114. Pytanie

„Pozycja 3

Proszę o doprecyzowanie jakiej gramatury oczekują Zamawiający?"

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania fartuchów o gramaturze min. 35g/m², co zostaje określone w doprecyzowanym „Formularzu cenowym” dla pozycji 3 Zadania 5, który otrzymuje brzmienie: „Fartuch chirurgiczny typu Basic rozm. M- XXL*, sterylny, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha nie zachodzące na siebie, wiązane na troki, oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, wykonany z włókniny typu SMS (dopuszcza się różne warianty tej włókniny np SMMS, SSMMS itp) o gramaturze min 35g/m²”. W załączeniu

„Formularz cenowy” uwzględniający powyższą zmianę.

115. Pytanie

„Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 3 fartuch chirurgiczny typu Basic owinięty w nie pylącą serwetę włókninową?”

Zamawiający dopuszcza, nie czyniąc wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

116. Pytanie

„...Zadanie 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych bez jałowego opakowania wewnętrznego? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

117. Pytanie

„Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr 5 poz. 4 do odrębnego zadania. Wydzielenie tej pozycji umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.”

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 5. Wydzielona pozycja 4 z dotychczasowego Zadania 5 tworzy Zadanie 14. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają wysokości wadium wymaganego w niniejszym postępowaniu dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Dla ww. Zadania 14 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 606,00 złotych. Zmianie ulega równocześnie wysokość wadium dla Zadania 5 oraz dla pozostałych części przedmiotu zamówienia.

118. Pytanie

„Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?”

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 5. Wydzielona pozycja 4 z dotychczasowego Zadania 5 tworzy Zadanie 14. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają wysokości wadium wymaganego w niniejszym postępowaniu dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Dla ww. Zadania 14 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 606,00 złotych. Zmianie ulega równocześnie wysokość wadium dla Zadania 5 oraz dla pozostałych części przedmiotu zamówienia.

119. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 3, 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu aby umożliwić większej liczbie oferentów złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?”

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 5. Wydzielona pozycja 4 z dotychczasowego Zadania 5 tworzy Zadanie 14, natomiast pozycja 3 samodzielnie tworzy Zadanie 5, w związku z wydzieleniem zgodnie z odpowiedzią na pytania 93 i 94. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”. Zmianie ulega równocześnie wysokość wadium dla Zadania 5 oraz dla pozostałych części przedmiotu zamówienia.

120. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha w rozmiarze XL, rękaw zakończony mankietem z dzianiny na rękawach dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia. Przód fartucha z grubej folii polietylenowej. Fartuch posiada dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Fartuch wiązany z tyłu na troki, oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

121. Pytanie

„Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania urologicznego fartucha chirurgicznego spełniającego wymagania SIWZ dostępnego w rozmiarach L i XL.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

122. Pytanie

„Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pozycji 4 urologiczny fartuch chirurgiczny owinięty w nie pyłącą serwetę włókninową?”

Zamawiający dopuszcza, nie czyniąc wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

123. Pytanie

„...Zadanie 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego fartucha urologicznego wykonanego:

- górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace

o gramaturze 68 g/m²

- rękawy – nieprzemakalny (odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H₂O mierzona według PN EN 20811), chłonny laminat dwuwarstwowy (chłonna włóknina o gramaturze min. 28 g/m² od wewnątrz oraz folia PE na zewnątrz).

- mankiety wykonane z poliestru

- pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej folii PE o grubości 50 mikronów (gramatura 48 g/m²)

Fartuch, w przedniej części fartucha posiada kontrafałdy, w tylnej części posiada zapięcie typu rzep, oraz dwa troki wykonane z folii PE o długości min. 60 cm. Długość fartucha (mierzona od najwyższego punktu fartucha) min. 150 cm. Fartuch dodatkowo zabezpieczony (owinięty) w papier krepowy, pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk – 1 szt.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

ZADANIE 6

124. Pytanie

„Zadanie nr 6, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56g/m²?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi

na pytanie 126.

125. Pytanie

„ZADANIE 6

Poz. nr 1-8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet i osłon na kończyń wykonanych z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m²?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126.

126. Pytanie

„Pytanie nr 1

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz. 1,2,3,4,5,6,7, 8,11, serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 63g/m² z tolerancją +/- 2g/m² ponieważ taką tolerancję gwarantuje producent laminatów. Tak niewielka różnica w gramaturze w przeliczeniu na 1m² nie ma żadnego znaczenia dla jakości i funkcjonalności serwet operacyjnych. Natomiast ustawienie sztywnych parametrów granicznych powoduje, iż w danym postępowaniu złoży ofertę tylko jeden wykonawca co jest niekorzystne dla finansów publicznych.”

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie w ww. pozycjach Zadania 6 wyrobów o wyżej wskazanej gramaturze. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycjach „Formularza cenowego, stanowiącego integralną część SIWZ poprzez dopisanie „...(+/- 3 g/m²)...”. „Formularz cenowy” uwzględniający powyższą zmianę w załączeniu.

127. Pytanie

„Pytanie 23

Zadanie 6 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania w ww. pozycjach serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego folia PE/polipropylen o gramaturze 57,5 g/m²?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126.

128. Pytanie

„Pytanie nr 5

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy dopuści w zadaniu 6 poz. 1,2,3,4,5,6,7, 8,11, serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m². Nieznaczna różnica w gramaturze w przeliczeniu na 1m² nie ma istotnego znaczenia dla jakości i funkcjonalności serwet operacyjnych.. Dopuszczenie proponowanego rozwiania spowoduje, iż Zamawiający otrzyma większą ilość konkurencyjnych ofert.”

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów o wyżej wskazanej gramaturze, ale nie czyni wymogu, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 126.

129. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwety nieprzylepne 150cmx240 cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 56g/m², sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126.

130. Pytanie

„Zadanie nr 6

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 serwet nieprzylepnych o rozmiarze 150x200 cm min. Dwuwarstwowa folia PE/ polipropyleń o gramaturze min 60/m², sterylne?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

131. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwety nieprzylepne 75cmx90 cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropyleń o gramaturze min 56g/m², sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126.

132. Pytanie

„Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 2 serwety nieprzylepne 75cmx90 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropyleń o gramaturze min 60 g/m², sterylne.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

133. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwety samoprzylepne 75cmx90cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropyleń o gramaturze min 56g/m², sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126

134. Pytanie

„Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 3 serwety samoprzylepne 75cmx90 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropyleń o gramaturze min 60g/m², sterylne.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

135. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwety samoprzylepne 180cmx240 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropyleń o gramaturze min 56g/m², sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126.

136. Pytanie

„Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 4 serwety samoprzylepne 150cmx200 cm (+/-10cm)

laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 60g/m2, sterylne."

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

137. Pytanie

„Zadanie nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50cm x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

138. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwety samoprzylepne 50cmx60cm z otworem o śr. 5cm lub 6x8cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 56g/m2, sterylne?"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

139. Pytanie

„Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 5 serwety samoprzylepne 50cmx60cm (+/-10cm) z otworem o wielkości 6x8 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 60g/m2, sterylne."

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

140. Pytanie

„...Zadanie 6 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z otworem 6 cm?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

141. Pytanie

„Zadanie nr 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 cm x 120 cm z otworem o średnicy 10 cm?"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126.

142. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści serwety samoprzylepne 150cmx90cm z otworem o śr 8cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 56g/m2, sterylne?"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126

143. Pytanie

„Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 6 serwety samoprzylepne 120cmx150cm (+/-10cm) z otworem o śr 7cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 60g/m2, sterylne."

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

144. Pytanie

„...Zadanie 6 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z otworem 7 x 10 cm?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126

145. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończybę z taśmą 45cmx80 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 43g/m2, sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126

146. Pytanie

„Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 7 osłony na kończybę z taśmą 25cmx80 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 60g/m2, sterylne.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

147. Pytanie

„...Zadanie 6 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na kończybę wykonanej z termoplastycznej folii elastomerowej i elastycznej bielonej dzianiny w rozmiarze 24 x 80 cm z 1 taśmą samoprzylepną?

Lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na kończybę w rozmiarze 33 x 55 cm z 1 taśmą samoprzylepną?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126

148. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończybę z taśmą 37cmx120 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 56g/m2, sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 126

149. Pytanie

„Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 8 osłony na kończybę z taśmą 35cmx120 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 60g/m2, sterylne,”

Zamawiający dopuszcza, nie czyniąc wymogu.

150. Pytanie

„...Zadanie 6 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na kończyne w rozmiarze 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi?"

Zamawiający dopuszcza, nie czyniąc wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

151. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na podłokietniki 60cmx40cmm sterylne, pakowane a'1 szt., z podaniem ceny za 1 sztukę?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaoferowania podłokietników pakowanych a'1 szt. należy dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości w kolumnie 5 „Formularza cenowego” i wpisać adnotację o powyższym w kolumnie 13 „Formularza cenowego” dla ww. pozycji „Producent/uwagi” po nazwie producenta, jako uwagę.

152. Pytanie

„...Zadanie 6 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania taśmy samoprzylepnej pakowanej pojedynczo?"

Zamawiający domniemywa, że pytanie Wykonawcy odnosi się do pozycji 10 Zadania 6. Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaoferowania taśmy samoprzylepnej pakowanej a'1 szt. należy dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości w kolumnie 5 „Formularza cenowego” i wpisać adnotację o powyższym w kolumnie 13 „Formularza cenowego” dla ww. pozycji „Producent/uwagi” po nazwie producenta, jako uwagę.

153. Pytanie

„Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 10 taśma samoprzylepna (w komplecie pakowana a'1 szt), sterylna, min. 9cmx49cm (+/-10cm)."

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaoferowania taśmy samoprzylepnej pakowanej a'1 szt. należy dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości w kolumnie 5 „Formularza cenowego” i wpisać adnotację o powyższym w kolumnie 13 „Formularza cenowego” „Producent/uwagi” po nazwie producenta, jako uwagę.

154. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 145cmx80 cm, laminat 2 warstwowy PE/wiskoza (wiskoza zapewnia dodatkową chłonność), wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m2, sterylna?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

155. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu aby zwiększyć konkurencyjność postępowania?"

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 6. Wydzielona pozycja 13 z dotychczasowego Zadania 6 tworzy Zadanie 15. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają wysokości wadium wymaganego w niniejszym postępowaniu dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Dla ww. Zadania 15 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 761,00 złotych. Zmianie ulega równocześnie wysokość wadium dla Zadania 6 oraz dla pozostałych części przedmiotu zamówienia.

156. Pytanie

„Zadanie nr 6, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę wymiarach 50 cm x 70 cm?”

Zamawiający dopuszcza, nie czyniąc wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

157. Pytanie

„Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 13 serwety operacyjnej 50cmx75 cm, sterylnej, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina o gramaturze min 60g/m2.”

Zamawiający dopuszcza, nie czyniąc wymogu. Wobec powyższego Zamawiający informuje, że doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w pozycji 13 Zadania 6, który otrzymuje brzmienie: „Serwety operacyjne 45cmx75 cm, sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2)”. W załączeniu „Formularz cenowy” uwzględniający ww. zmiany.

158. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu aby zwiększyć konkurencyjność postępowania?”

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 6. Wydzielona pozycja 14 z dotychczasowego Zadania 6 tworzy Zadanie 16. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają wysokości wadium wymaganego w niniejszym postępowaniu dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Dla ww. Zadania 16 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 048,00 złotych. Zmianie ulega równocześnie wysokość wadium dla Zadania 6 oraz dla pozostałych części przedmiotu zamówienia.

159. Pytanie

„Zadanie nr 6, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7 cm?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ, z zastrzeżeniem uwzględnienia zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji, wprowadzonej zgodnie z odpowiedzią na pytanie 162 i 164.

160. Pytanie

„Zadanie nr 6, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 10 cm?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ z zastrzeżeniem uwzględnienia zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji, wprowadzonej zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 162 i 164.

161. Pytanie

„Zadanie nr 6, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ z zastrzeżeniem uwzględnienia zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji, wprowadzonej zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 162 i 164.

162. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 14:

Prosimy o podanie rozmiaru serwety operacyjnej."

Zamawiający informuje, że doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 6 pozycji 14, który otrzymuje brzmienie: „Serwety operacyjne w rozmiarze 75cmx45cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm umiejscowionym centralnie, sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2)”.
163. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45, 90x75 lub 130x90cm ze względu na brak rozmiaru w formularzu cenowym.”

Zamawiający informuje, że dopuszcza serwety w rozmiarze 75x45 cm, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 162 i 164.

164. Pytanie

„Pozycja 14

Proszę o doprecyzowanie jakiego rozmiaru serwety oczekuje Zamawiający?”

Zamawiający informuje, że doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 6 pozycji 14, który otrzymuje brzmienie: „Serwety operacyjne w rozmiarze 75cmx45cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm umiejscowionym centralnie, sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2)”.
165. Pytanie

„Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 14 serwety operacyjnej z otworem samoprzylepnym o rozmiarze 6x8 cm umiejscowionym centralnie, sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ z zastrzeżeniem uwzględnienia zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji, wprowadzonej zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 162 i 164.

166. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 240cm?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

167. Pytanie

„Pozycja nr 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 15 serweta operacyjna samoprzylepna 150cm x 200 cm (+/-10cm), sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina o gramaturze min 60g/m2.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

168. Pytanie

„Pozycja nr 16

Proszę o doprecyzowanie jakie gramatury oczekuje Zamawiający?”

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania prześcieradła operacyjnego o gramaturze min. 63g/m2 (+/- 3g/m2), co zostało określone w doprecyzowanym „Formularzu cenowym” dla pozycji 16 Zadania 6, który otrzymał brzmienie: „Prześcieradło operacyjne 95cm x 120 cm (+/-10cm), sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina, o gramaturze min. 63 g/m2 (+/- 3g/m2)”.
56

W załączeniu „Formularz cenowy” uwzględniający powyższe zmiany.

169. Pytanie

„Pozycja nr 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 15 prześcieradło operacyjne 90x120 cm (+/-10 cm), sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina?”

Zamawiający domniemywa, że pytanie Wykonawcy odnosi się do pozycji 16 Zadania 6. Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ, z zastrzeżeniem uwzględnienia zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji, wprowadzonej zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 168.

170. Pytanie

„...Zadanie 6 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 100 x 150 cm?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

ZADANIE 7

171. Pytanie

Zadanie 7 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne S, M, L, XL, XXL, XXXL ubranie chirurgiczne (bluza i spodnie) jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m² zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepyłającej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego? Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie- na sucho. Odporność na rozrywanie, czystość pod względem cząstek stałych wg normy EN-PN 13795. Bluza z krótkim rękawem, wyposażona w trzy kieszenie, jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie długie, ściągnięte w pasie trokiem. Dla ułatwienia pracy bloku dostępne w dwóch kolorach: niebieskim i fioletowy?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający informuje, że doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 pozycji 1, który otrzymuje brzmienie: „Ubrania operacyjne S, M, L, XL, XXL, XXXL* ubranie chirurgiczne (bluza i spodnie) jednorazowego użytku wykonane z włókniny bawełnopodobnej o minimalnej gramaturze 49g/m² zawierającej 100% polipropylenu, wykonanej w technologii typu SPUNBOND, antystatycznej niepyłającej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie-na sucho. Odporność na rozrywanie, czystość pod względem cząstek stałych wg normy EN-PN 13795. Bluza z krótkim rękawem, wyposażona w trzy kieszenie, jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie długie, ściągnięte w pasie trokiem.”
W załączeniu „Formularz cenowy” uwzględniający powyższe zmiany.

172. Pytanie

„...Zadanie nr 7

Czy Zamawiający opisując „ ubranie chirurgiczne (bluza i spodnie) jednorazowego użytku wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 49g/m² zawierającej 100% polipropylenu” miał na myśli ubranie wykonane w 100 % z polipropylenu wykonane w technologii spunbonded bez domieszek warstw moltblown które występują w popularnej na rynku włókninie typu SMS, a która znacznie odbiega w komforcie użytkowania od włóknin tylko i wyłącznie wykonanych w technologii spunbonded?”

Zamawiający informuje, że wymagania Zamawiającego dla Zadania 7 pozycji 1 „Formularza cenowego” zawiera doprecyzowany opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 171.

173. Pytanie

„Zadanie 7 poz. 2 (automatyczne dystrybutory odzieży):

Czy Zamawiający dopuści automatyczny system dystrybutorów odzieży operacyjnej jednorazowej o wymiarach: szer. 89cm, wys. 204cm, gł. 97cm, front urządzenia wykonany z bezpiecznego i trwałego metalu. Drzwiczki przesuwne do wydawania odzieży, wykonane z pleksiglasu. Automat ma 180 miejsc na komplety jednorazowe, pozostałe parametry zgodnie z siwz?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

174. Pytanie

„Zadanie 7 poz. 2 (automatyczne dystrybutory odzieży):

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było w pełni automatyczne? Ingerencja użytkownika polega jedynie na wybraniu na właściwego wyrobu na panelu dotykowym, bez konieczności manualnego ustawienia bębna.”

Zamawiający nie wymaga, ale zgodnie z zapisami pkt 3.1. lit b) oraz pkt 12.1 lit. m) Części B SIWZ, dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu.

175. Pytanie

„Zadanie 7 poz. 2 (automatyczne dystrybutory odzieży):

Czy Zamawiający wymaga, aby uzupełnianie urządzenia odbywało się bez konieczności otwarcia całej maszyny, tj. bez możliwości ingerencji w wewnętrzną budowę i instalację, co ogranicza ryzyko awarii?”

Zamawiający nie wymaga, ale zgodnie z zapisami pkt 3.1. lit b) oraz pkt 12.1 lit. m) Części B SIWZ, dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu.

176. Pytanie

„Zadanie 7 poz. 2 (automatyczne dystrybutory odzieży):

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości pomieszczeń, w których będą ustawione automatyczne dystrybutory odzieży.”

Zamawiający informuje, że automatyczne dystrybutory odzieży będą ustawione w trzech różnych pomieszczeniach.

177. Pytanie

„Zadanie 7 poz. 2 (automatyczne dystrybutory odzieży):

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający udostępni własne łącze internetowe do poprawnego działania i obsługi automatycznych dystrybutorów odzieży. Ta informacja jest ważna ze względu na kalkulację kosztów Wykonawcy.”

Zamawiający informuje, że pomieszczenia, w których będą ustawione automatyczne dystrybutory odzieży operacyjnej jednorazowej, są pokryte sygnałem WiFi o mocy od -50 do -65dB.

178. Pytanie

„Zadanie 7 poz. 2 (automatyczne dystrybutory odzieży):

Prosimy zamawiającego o zgodę na dostarczenie dystrybutorów odzieży (i ewentualne przygotowanie pomieszczeń)

w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Biorąc pod uwagę skalę zamówienia, jak również jego złożoność logistyczną oraz organizacyjną, 14 dniowy termin wyznaczony przez Zamawiającego jest zbyt krótki i może niepotrzebnie ograniczyć konkurencyjność postępowania.”

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Zamawiającego. W związku z powyższym dokonuje zmiany § 2 ust. 2 wzoru II umowy, stanowiącej integralną część SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca dostarczy i uruchomi dystrybutory w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podpisania umowy”

179. Pytanie

„...Zadanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści szafę do dystrybucji ubrań posiadającą talerze z przegródkami umożliwiające załadowanie 178 kompletów ubrań operacyjnych ?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu. Jednocześnie informuje, że zmienia opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 2 Zadania 7 w części „Opis Automatycznych Dystrybutorów Odzieży Operacyjnej Jednorazowej” w pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: „Automat powinien mieć min. 180 (+/- 5) kompletów odzieży jednorazowej.”

180. Pytanie

„...Zadanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści identyfikację poprzez karty zbliżeniowe tzw „chip” które otrzyma każdy z użytkowników ?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

181. Pytanie

„...Zadanie 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrań operacyjnych w rozmiarach XS, S, M,L,XL,XXL wykonanych z włókniny o gramaturze 50g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia opis przedmiotu zamówienia w pozycji 1 Zadania 7, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 171.

182. Pytanie

„Pytanie 31

Zadanie 7 poz. 2

Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu. Pozwoli to nam wziąć udział w przetargu, a Państwu zyskać konkurencyjnego cenowo i jakościowo oferenta.”

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany podział przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 8

183. Pytanie

„Zadanie 8, poz. 1,6, 10-14. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie do odrębnego pakietu pozycji 1. 6. 10-14, co pozwoli nam złożyć ofertę korzystną cenowo”

184. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu aby zwiększyć konkurencyjność postępowania?”

185. Pytanie

„Zadanie nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?”

186. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu aby zwiększyć konkurencyjność postępowania?”

187. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu aby zwiększyć konkurencyjność postępowania?”

188. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 11-14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu aby zwiększyć konkurencyjność postępowania?”

189. Pytanie

„Zadanie nr 8, pozycja 14

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?”

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawców w pytaniach 183-189 podział Zadania 8. Wydzielone ww. pozycje z dotychczasowego Zadania 6 tworzą odpowiednio:

pozycja 1 – Zadanie 17,

pozycja 2 – Zadanie 18,

pozycja 3 – Zadanie 19,

pozycja 6 – Zadanie 20,

pozycja 7 – Zadanie 21,

pozycja 9 – Zadanie 22,

pozycja 10 – Zadanie 23,

pozycja 11 – Zadanie 24,

pozycja 12 – Zadanie 25,

pozycja 13 – Zadanie 26,

pozycja 14 – Zadanie 27.

W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”, uwzględniający powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają wysokości wadium wymaganego w niniejszym postępowaniu dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

- dla Zadania 17 w wysokości 1 531,00 złotych,
- dla Zadania 18 w wysokości 849,00 złotych,
- dla Zadania 19 w wysokości 1 724,00 złotych,
- dla Zadania 20 w wysokości 86,00 złotych,
- dla Zadania 21 w wysokości 726,00 złotych,
- dla Zadania 22 w wysokości 5,00 złotych,
- dla Zadania 23 w wysokości 41,00 złotych,
- dla Zadania 24 w wysokości 576,00 złotych,
- dla Zadania 25 w wysokości 256,00 złotych,
- dla Zadania 26 w wysokości 639,00 złotych,
- dla Zadania 27 w wysokości 383,00 złotych.

Zmianie ulega równocześnie wysokość wadium dla Zadania 8 oraz dla pozostałych części przedmiotu zamówienia.

190. Pytanie

„Zadanie nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 70 cm x 180 cm ?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

191. Pytanie

„Zadanie nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę nie posiadającą warstwy chłonnej, pozostałe wymagania zgodne z siwz?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

192. Pytanie

„Zadanie nr 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach L-XXL, pozostałe wymagania zgodne z siwz ?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

193. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie fartucha w rozmiarach L-XXL, bez zgodności z normą 13795, pozostałe parametry zgodnie z siwz?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

194. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym, bez zgodności z normą 13795, pozostałe parametry zgodnie z siwz?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

195. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 160cm x 210cm?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

196. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 10:

Czy Zamawiający wymaga kompletów oddychających, nieprzezroczystych, o gramaturze min. 45g/m2 co zapewni minimum intymności użytkownikowi?”

Zamawiający nie wymaga, ale zgodnie z zapisami pkt 3.1. lit b) oraz pkt 12.1 lit. m) Części B SIWZ, dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu.

197. Pytanie

„Zadanie nr 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści majtki nie posiadające wzmocnień w kroku, pozostałe wymagania zgodne z siwz?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym

integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

198. Pytanie

„Zadanie nr 8, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 33g/m² w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 110 cm x 140 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz ?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

199. Pytanie

„Zadanie 8 poz. 12-14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym, nieprześwitująca, długość 110cm, szerokość 140cm, wiązanie w pasie, u góry plisa? Koszula przecięta na całej długości co ułatwi dopasowanie jej do każdego pacjenta.”

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie koszul o ww. rozmiarach w pozycji 12 i pozycji 13 Zadania 8, jednocześnie nie wyraża zgody na zaoferowanie koszul o ww. parametrach w pozycji 14 Zadania 8.

200. Pytanie

„Zadanie nr 8, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści koszulę dziecięcą, długość 65 cm, SMS 35 g/m² wiązana w pasie i przy szyi?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

ZAPISY SIWZ

201. Pytanie

„Zadanie 1, 2, 3, 4:

Czy Zamawiający pod pojęciem „podwójnie pakowany” dopuści wyroby zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe i wewnątrz w papier krepowy lub serwetę?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

WZORY UMÓW

202. Pytanie

„Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Zamawiający informuje, że terminy podane we wzorze I i wzorze II umowy, stanowiących integralną część SIWZ, zostały podane w dniach kalendarzowych.

203. Pytanie

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 5 wzoru umowy nr I zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Poza tym, strony mogą podwyższyć ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w formie aneksu do umowy.”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ.

204. Pytanie

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy nr I zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ.

205. Pytanie

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1, 2 i 6 wzoru umowy nr I w § 9 ust. 1, 2 i 6 wzoru umowy nr II słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy słowa „opóźnia się” zostały zastąpione słowami „pozostaje w zwłoce”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ.

206. Pytanie

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „1% wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „1% wartości przedmiotu umowy objętego zwłoką”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę była naliczana od wartości przedmiotu umowy objętego zwłoką, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości przedmiotu umowy objętego zwłoką, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowna to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodziły w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ.

207. Pytanie

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy nr I słowa „10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości przedmiotu umowy niedostarczonego

w terminie, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego."

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ.

208. Pytanie

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 3 wzoru umowy nr II słowa „0,5% brutto przedmiotu umowy określonej w par. 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań określonych w par. 7 ust. 3” zostały zastąpione słowami „0,5% brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy określonego w par. 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu zobowiązań określonych w par. 7 ust. 3”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego."

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ.

209. Pytanie

„Dotyczy wzoru umowy nr 1:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia."

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ.

Poza zmianami wprowadzonymi w związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

- zmianę podziału przedmiotu zamówienia poprzez wydzielenie z Zadania 4 pozycji 1 i pozycji 2. Wydzielone pozycja 1 i pozycja 2 z dotychczasowego Zadania 4 tworzą Zadanie 28;

- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 3 Zadania 4 poprzez wykreślenie z nazwy zestawu „...Ablacji i...” oraz zmianę opisu przedmiotu zamówienia w części „a)”, poprzez wykreślenie „...(+/-10cm)...”, a mianowicie:

było: „serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 180cmx300cm (+/-10cm) serweta posiada dwa otwory eliptyczne o wymiarach 12cmx15cm (+/-10cm) wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone są warstwą wysokochłonna o wymiarach 50cmx80cm (+/-10cm) – 1szt.”

jest: „serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 180cmx300cm (+/-10cm) serweta posiada dwa otwory eliptyczne o wymiarach 12cmx15cm wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone są warstwą wysokochłonna o wymiarach 50cmx80cm (+/-10cm) – 1szt.”

- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 4, poprzez dodanie pozycji 5: „Zestaw do zabiegu koronarografii, angioplastyki, sterylny, podwójnie

pakowany

Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu:

a) obłożenie (serweta) do angiografii udowej jest o wymiarach 230cm x 300 cm (+/-10cm) wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², serweta posiada przezroczystą foliową wstawkę o wymiarach 70cmx300 cm, która służy do jałowego zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. W obłożeniu znajdują się cztery otwory – dwa otwory do wejścia w okolicach tt. udowych o średnicy 8,5 cm i dwa otwory do wejścia w okolicach tt. promieniowych o średnicy 6cmx12cm, otwory te otoczone są taśmą lepną, dookoła otworów znajduje się warstwa wysokochłonna, o wymiarach 110cm x 150 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 85 g/m²

b) sterylne fartuch chirurgicznych w rozmiarze XL, fartuch wykonany jest z włókniny typu SMS, u góry fartuch zapinany jest na rzep, rękawy wykończone są elastycznym, syntetycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,.- 2szt.

c) ręczniki wysokochłonne o wymiarze 30cmx40 cm - 2 szt.

d) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepca na RTG o średnicy 50cm – 1szt.

e) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepca na RTG o średnicy 80cm – 1szt.

f) serweta o wymiarze 150cmx200cm (+/-10cm), wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², wzmocnienie włóknina typu spunlace o gramaturze min 85g/m²

g) osłona foliowa sterylna ściągana gumką w formie czepca na osłonę operatora o wymiarach 100x80 cm – 1szt

h) miska okrągła 250 ml – 1 szt

i) miska 150 ml – 1 szt

j) miska do cewników i przewodników okrągła, z widocznymi wróbkami blokującymi przewodnik/cewnik przed wyslizgiwaniem się z miski – 1 szt

k) igła 11G – 2 szt”

- zmianę brzmienia zapisów w kolumnie 5 „Formularza cenowego”, stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 4 poprzez zmianę ilości podanych w ww. kolumnie „Formularza cenowego”, a mianowicie:

było:

L.p.	Ilość
1	5
-	-
ZADANIE 4 Zestawy do pracowni angiografii i stymulatorów	
3	1 500,00
4	3 600,00

jest:

L.p.	Ilość
1	5
-	-
ZADANIE 4 Zestawy do pracowni angiografii i stymulatorów	
3	1 200,00
4	600,00
5	4 500,00

- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 9 Zadania 6, który otrzymuje brzmienie: „**Pokrowce na podłokietniki (opakowanie 2 szt), sterylne, min 35cmx70cm (+/- 10cm) o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2)**”;
- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 12 Zadania 6, który otrzymuje brzmienie: „**Oslona na rękaw typu zarękawek, sterylna, zakończona mankietem, wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2), sterylna**”;
- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 15 Zadania 6, który otrzymuje brzmienie: „**Serweta operacyjna samoprzylepna 150cm x 240 cm (+/-10cm), sterylna, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina, o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2)**”;
- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 2 Zadania 7, w części „Opis Automatycznych Dystrybutorów Odzieży Operacyjnej Jednorazowej”, pkt 5., który otrzymuje brzmienie: „**Automat powinien mieć min 180 (+/- 5) kompletów odzieży jednorazowej**”;
- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 2 Zadania 8 (nowo utworzone Zadanie 18), który otrzymuje brzmienie: „**Oslona na wózek transportowy wykonana z włókniny 150cm x 210cm (+/- 10cm)**”;
- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 6 Zadania 8 (nowo utworzone Zadanie 20), który otrzymuje brzmienie: „**Podkład higieniczny wykonany z włókniny na kozetkę 90cmx210cm (+/-10cm)**”;
- zmiany podziału przedmiotu zamówienia poprzez dodanie części przedmiotu zamówienia tj.: ZADANIE 9, ZADANIE 10, ZADANIE 11, ZADANIE 12, ZADANIE 13, ZADANIE 14, ZADANIE 15, ZADANIE 16, ZADANIE 17, ZADANIE 18, ZADANIE 19, ZADANIE 20, ZADANIE 21, ZADANIE 22, ZADANIE 23, ZADANIE 24, ZADANIE 25, ZADANIE 26, ZADANIE 27, ZADANIE 28 w punkcie 1.1 SIWZ i „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ;
- zmianę brzmienia zapisów SIWZ w Części B pkt. 5.1., który otrzymuje brzmienie: „**Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:**

Zadanie 1 – 9 306,00 złotych,

Zadanie 2 – 11 477,00 złotych,

Zadanie 3 – 2 735,00 złotych,

Zadanie 4 – 10 988,00 złotych,

Zadanie 5 – 607,00 złotych,

Zadanie 6 – 37 941,00 złotych,

Zadanie 7 – 19 755,00 złotych,

Zadanie 8 – 2 715,00 złotych,

Zadanie 9 – 497,00 złotych,

Zadanie 10 – 762,00 złotych,

Zadanie 11 – 33,00 złotych,

Zadanie 12 – 31,00 złotych,

Zadanie 13 – 20 418,00 złotych,

Zadanie 14 – 606,00 złotych,

Zadanie 15 – 5 761,00 złotych,

Zadanie 16 – 5 048,00 złotych,

Zadanie 17 – 1 531,00 złotych,

Zadanie 18 – 849,00 złotych,
Zadanie 19 – 1 724,00 złote,
Zadanie 20 – 86,00 złotych,
Zadanie 21 – 726,00 złotych,
Zadanie 22 – 5,00 złotych,
Zadanie 23 – 41,00 złotych,
Zadanie 24 – 576,00 złotych,
Zadanie 25 – 256,00 złotych,
Zadanie 26 – 639,00 złotych,
Zadanie 27 – 383,00 złote,
Zadanie 28 – 3 103,00 złotych.

Łączna wysokość wadium: 138 599,00 złotych.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.”

w związku ze zmianą szacunkowej wartości zamówienia oraz zmianą podziału przedmiotu zamówienia.

W załączeniu „Formularz Cenowy”, wzór II umowy oraz „ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie” uwzględniające wszystkie ww. zmiany. Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisie pkt. 12.11. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wobec powyższych zmian, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w nawiązaniu do art. 38 ust. 4a ustawy zmienia miejsce i termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.10.2015r.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w związku ze zmianą siedziby Zamawiającego od 01.09.2015r. oferty należy składać w nowej we Wrocławiu, przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2, I piętro, pokój 1905 lub przesłać na adres Zamawiającego do wyznaczonego terminu. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, II piętro, pokój 2930. Informacja o zmianie siedziby Zamawiającego została podana na stronie internetowej Zamawiającego.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Eksploatacyjnych
[Podpis]
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska