

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ Uwagi | strony ciemny z opisem katalogowym |
|---|-------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ZADANIE 1 Zestawy uniwersalne | | | | | | | | | | | | | |
| Zestaw uniwersalny, sterylny, podwójnie pakowany | | | | | | | | | | | | | |
| Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne: | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Serweta z taśmą samoprzylepną 175cmx175cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt. | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240cmx150cm(+/-10cm) , budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt. | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Serwety z taśmą samoprzylepną 75cmx90cm(+/-10cm) , budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 2szt. | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Serweta na stoł 150x190cm(+/-10cm) , warstwa chłonna 75cmx190cm(+/-10cm) – 1szt. | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Taśma samoprzylepna nieprzepuszczalna elastyczna 9cmx49cm – 1szt. | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Osłona na stoik Mayo 79cmx145cm (+/- 10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm – 1szt. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | zestaw | 6 330,00 | | | | | | | | | |
| Minimalne parametry materiałów: | | | | | | | | | | | | | |
| -serwety z pkt 1,2,3 wykonana w strefie krytycznej z laminatu | | | | | | | | | | | | | |
| trojwarstwowego/włóknina wiskozowa 23g/m2 / folia PE 40 µ / | | | | | | | | | | | | | |
| włóknina celulozowa 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie | | | | | | | | | | | | | |
| krytycznej z włókniny o gram. 50g/m2 | | | | | | | | | | | | | |
| - serweta z pkt 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 µ / | | | | | | | | | | | | | |
| włóknina 23 g/m2 | | | | | | | | | | | | | |
| - taśma samoprzylepna z pkt 5, laminat włóknina poliestrowa 40g/m2 / | | | | | | | | | | | | | |
| folia PE 27,5 µ | | | | | | | | | | | | | |
| -osłona z pkt 7 wykonana z folii PE o grubości 60 µ wzmocniona w strefie | | | | | | | | | | | | | |
| blatu stolika włókniną wiskozową 27g/m2 | | | | | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | licz. | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z opisem katalogowym |
|-----|---|----------------|------|----------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 14 |
| | | | | | | | (6*7) | (6+9) | (5*10) | (5*11) | | | |
| 1 | Zestaw uniwersalny pediatryczny, sterylny, podwójnie pakowany Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne: 1) Serweta z taśmą samoprzylepną 175cmx173cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt. 2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240cmx148cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt. 3) Serwety z taśmą samoprzylepną 75cmx73cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 2szt. 4) Serweta na stół 150cmx190cm(+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm(+/-10cm) – 1szt. 5) Taśma samoprzylepną nieprzepuszczalna elastyczna 9cmx49cm – 1szt. 6) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 7) Osłona na stół Mayo 79cmx145cm (+/- 10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm(+/- 10cm) – 1szt. Minimalne parametry materiałów: -serwety z pkt 1,2,3 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włókna wiskozowa 23g/m2 / folia PE 40 µ / włókna celulozowa 20 g/m2), taśma samoprzylepne o szerokości 2,5 cm - serweta z pkt 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 µ / włókna 23 g/m2 - taśma samoprzylepną z pkt 5, laminat włókna poliestrowa 40g/m2 / folia PE 27,5 µ -osłona z pkt 7 wykonana z folii PE o grubości 60 µ wzmocniona w strefie biału stolika włókna wiskozową 27g/m2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 14 |
| 2 | zestaw | | | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN-EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 0066320384

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony opisy z opisem katalogowym | |
|--|--|----------------|------|--------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | | | [6*7] | [6+8] | [5*6] | [5+8] | [5*9] | | | |
| ZADANIE 2 Zestawy operacyjne ortopedyczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Zestaw do operacji na kończynie dolnej, sterylne, podwójnie pakowany. Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna górną z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240cmx175 cm (+/-10cm) wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów – 1szt. 2) serweta chirurgiczna dolną o wymiarach 200cmx260 cm (+/-10cm) z wycięciem "U" o wymiarach 20x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej – 1szt. 3) serweta chirurgiczna trójwarstwowa o wym. 75cmx80cm (+/-10cm) – 1szt. 4) taśma samoprzylepna o wymiarach 9cmx49cm – 1szt. 5) ręczniki chłonne owym. 18cmx25cm – 4szt. 6) wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 78cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 7) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) o wym. 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów: - serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna wiskozowa 23g/m² / folia PE 40 μ / włókna celulozowa 20 g/m²), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gramaturze 50g/m² - serweta z pozycji 2 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna 30g/m² / folia PE 15 μ / włókna 20 g/m²), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m² - osłona z pozycji 6 wykonana folii o grubości 80 μ wzmocniona w strefie blatu stolika laminatem folia 5C μ / włókna 40g/m² - serweta z pozycji 7 folia PE 55 μ / włókna 23 g/m² - serweta z pozycji 3 wykonana z laminatu trójwarstwowego włókna wiskozowa 23g/m² / folia PE 40 μ / włókna celulozowa 20 g/m²</p> | | | zestaw | 2 085,00 | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2.
 NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | Kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z opisem katalogowym |
|-----|---|----------------|--------|----------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | (6*7) | (6+8) | (5*6) | (5+8) | (5*9) | | |
| 3 | <p>Zestaw do zabiegów na kończynie górnej, sterylne, podwójnie pakowane: Minimalny, parametry i skład i wymiary: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 230cmx315cm (+/-10cm) posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 7cm, otoczony warstwą chłoną z wkomponowanymi na wszystkich bokach organizatorami przewodów – 1szt 2) Serweta chirurgiczna o wymiarach 150cmx190cm(+/-10cm) – 1szt. 3) Osłona na kończynie 37cmx75cm (+/-10 cm) – 1szt. 4) Taśmy samoprzylepne 9cmx49cm – 2szt 5) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt 6) Osłona na stolik Mayo 79cmx145cm(+/-10cm) – 1szt 7) Wzmocniona serweta na stolik narzędziowy 150cmx190cm(+/-10cm) (zawinięcie zestawu) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: -serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 30 g/m2 -folia PE 15 mikronów - włóknina 20 g/m2, warstwa chłonna wokół otworu włóknina 50 g/m2 -serweta z pozycji 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 75 mikronów plus włóknina 40 g/m2 -pozycja 6 osłona na Mayo folia PE 80 mikronów wzmocniona na obszarze biału stolika laminatem folia PE 50 mikronów – włóknina 40g/m2 -pozycja 2,3 laminat dwuwarstwowy PE/włóknina</p> | | zestaw | 1 740,00 | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z opisem katalogowym |
|-----|--|----------------|--------|----------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | [6*7] | [6+8] | [5+9] | [5+8] | [5*9] | | |
| 4 | <p>Zestaw do zabiegów na kończynie rękostopa, sterylne, podwójnie pakowany: Minimalny skład wymiary i parametry zestawu: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 230x315cm (+/-10cm) posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 3,5cm, otoczony warstwą chłonną z wkomponowanymi na wszystkich bokach organizatorami przewodów – 1szt. 2) Osłona na stółk Mayo 79cmx145cm(+/-10cm) – 1szt. 3) Wzmocniona serweta na stółk narzędziowy 150cmx190cm(+/-10cm) (zawinięcie zestawu) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: -serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 30 g/m2 -folia PE 15 mikronów - włóknina 20 g/m2, warstwa chłonna wokół otworu włóknina 50 g/m2 -osłona z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 75 mikronów plus włóknina 40 g/m2 -osłona na Mayo pozycja 2 folia PE 80 mikronów wzmocniona na obszarze biału stółki laminatem folia PE 50 mikronów – włóknina 40g/m2</p> | | zestaw | 3 390,00 | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | Kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | skromy oferty z opisem katalogowym | |
|-----|--|----------------|--------|----------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | [6*7] | [6+9] | [5*6] | [5+8] | [5*9] | - | - | |
| 5 | <p>Zestaw do operacji stawu biodrowego, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna góna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300cmx175 cm (+-10cm) wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów 2) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 (+/-10cm) cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej 3) serweta chirurgiczna 75cmx90cm (+/-10cm) – 1szt. 4) serweta na stolik 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt. 5) osłona na kończynę 32cmx120cm (+/-10cm) – 1szt. 6) taśmy samoprzylepne 9cmx49cm – 2szt. 7) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 8) dodatkowo wzmocniona osłona na stolik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 9) wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów: -serweta z pozycji 2, wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego/włókna 30g/m² / folia PE 15 mikronów / włókna 20 g/m²), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókna o gram. 50g/m² -serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna 23g/m² / folia PE 40 mikronów / włókna 20 g/m²), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókna o gram. 50g/m² -osłona z pozycji 8 wykonana folią o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika laminatem folia 50 mikronów / włókna 40g/m² - serweta z pozycji 9 folia PE 75 mikronów / włókna 40 g/m²</p> | | zestaw | 1 080,00 | | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | rozwa handlowa | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | Kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z cennikiem karalagowym | |
|------|--|----------------|------|--------------------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | [6*7] | [6+8] | [5*6] | [5*8] | [5*9] | - | - | |
| 6 | <p>Zestaw operacyjny do artroskopii kolana, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) osłona na stolik Mayo 79cm x 145cm (+/-10cm) warstwa chłonna - 1szt. 2) ręczniki chłonne 18cm x 25cm - 4szt. 3) serweta na stolik narzędziowy 150cm x 190cm (+/-10cm) warstwa chłonna 75cm x 90cm (+/-10cm) - 1szt. 4) taśmy lepne 9cm x 49cm, nieprzemakalne elastyczne - 2szt. 5) osłona na kończynę 22cm x 75cm (+/-10cm) - 1szt. 6) obciążenie do artroskopii kolana 230cm x 320cm (+/-10cm), wyposażone w elastyczny samouszczelniający się otwór o średnicy 7cm zintegrowane z workiem do przechwytywania płynów który również wyposażony jest w elastyczny samouszczelniający się otwór o średnicy 5cm - 1szt. 7) serweta na stolik 150cm x 190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cm x 90cm (+/-10cm) - 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałowe: 3,7 strefa krytyczna laminat dwuwarstwowy włóknina wiskozowa 23g/m2 oraz folia PE o grubości 55 µ 1, strefa krytyczna laminat dwuwarstwowy włóknina wiskozowa 27g/m2 oraz folia PE o grubości 60µ 6, serweta na całej powierzchni laminat dwuwarstwowy włóknina 30g/m2 oraz folia PE o grubości 40µ 4, laminat włóknina poliestrowa 40g/m2 oraz folii PE 27,5 µ</p> | | | zestaw 1 740,00 | | | | | | | | | | |
| X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN-EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z ciałem karologicznym | |
|--|---|----------------|--------|--------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | [5+7] | [8+9] | [5+6] | [5+8] | [5+9] | - | - | |
| ZADANIE 3 Zestawy specjalistyczne | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Zestaw do tracheotomii, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna o wymiarach 200cmx240 cm (+/-10cm) z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm – 1szt. 2) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt. 3) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 2szt. 4) serweta na stół - (owinięcie zestawu) wym. 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: poz. 1 stręła krytyczna i mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 40 mikronów / włókna 23 g/m2 poz. 2 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włókna poliestrowa poz. 4 laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włókna 23 g/m2</p> | | zestaw | 144,00 | | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | liczść | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z ociskiem katalogowym | |
|------|--|----------------|--------|--------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | [6*7] | [6+9] | [5+6] | [5*8] | [5*9] | - | - | |
| 3 | <p>Zestaw do laparoskopii, sterylny, podwójnie pakowany. Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250cmx325 cm (+/-10cm) zintegrowana z ekranem anestesjologicznym i nożawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25cmx30 cm, otoczony warstwą chłonna. Obciążenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie – 1szt. 2) taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5cmx30cm – 1szt. 3) taśma samoprzylepna 8cmx49cm – 1szt. 4) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 5) osłona na kamerę (perforowana końcówka) 14cmx250cm (+/-10cm) – 1szt. 6) osłona na stół Mayo 79cmx145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt. 7) serweta na stół 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów: -serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna wiskozowa 23g/m² / folia PE 40 μ / włókna celulozowa 20 g/m²), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókna o gramaturze 50g/m² -osłona z pozycji 6 wykonana z folii o grubości 80 μ wzmocniona w strefie biału ściłką laminatową folia 50 μ / włókna 40g/m² -serweta z pozycji 7 folia PE 55 μ / włókna 23 g/m²</p> | | zestaw | 540,00 | | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z |
|------|--|----------------|--------|--------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | opisem katalogowym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | {6*7} | {8*9} | {5*10} | {5*11} | {5*12} | | |
| 5 | <p>Zestaw do zabiegów brzuszno kroczowych, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/175/270cmx260 cm (+/-10cm) zintegrowana z ekranem anestetycznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25cmx30 cm (+/-10cm), otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach kroczu o wymiarach 13cmx24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38cmx64 cm (+/-10cm). Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie- 1szt. 2) serweta z taśmą samoprzylepną 75cmx75cm (+/-10cm) – 1szt. 3) taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5cmx30cm – 1szt. 4) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt. 5) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 6) Osłona na stół Mayo 79cmx145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt. 7) Serweta na stół 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: pkt. 1 strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włóknina 20 g/m² w strefie krytycznej wzmocnienie laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 23 g/m² pkt. 3 laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m² / folia PE 40 mikronów / włóknina 20g/m² pkt. 4 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa pkt. 6 osłona na stół Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m² pkt. 7 laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m²</p> | | zestaw | 180,00 | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z cieniem kaligraficznym |
|------|--|----------------|--------|-------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - | - |
| 6 | <p>Zestaw do operacji tarczycy, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład i wymiary zestawu: 1) serweta chirurgiczna o wymiarach 200x280 cm x 350 cm (+/-10cm) z otworem samoprzylepnym w kształcie rombu o wym. 11cmx11cm, poniżej otworu w części środkowej serwety dodatkowa warstwa chłonna – 1szt. 2) taśma samoprzylepna typu rzep o wym. 2,5cmx30cm – 1 szt. 3) taśma samoprzylepna nieprzemakalna o wym. 9cmx49cm – 1 szt. 4) Ręczniki Chłonne 18cmx25cm – 4szt. 5) Osłona na stół Mayo 78x145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt. 6) Serweta na stół 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: poz. 1 strefa krytyczna i mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 20 g/m2 poz. 6, laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 poz. 5 osłona na stół Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 poz. 3 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa</p> | | zestaw | 90,00 | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z opisem katalogowym |
|-----|---|----------------|--------|--------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | [6*7] | [6+8] | [5*6] | [5*8] | [5*9] | | |
| 8 | <p>Zestaw do kraniotomii sterylnej, podwójnie pakowany, Minimalny skład i wymiary zestawu: 1) serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230cmx300 cm (+/-10cm), posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30cmx20 cm (+/-5cm), dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do arenu – 1szt. 2) serwety chirurgiczne samoprzylepne do wyznaczenia pola operacyjnego o wym. 50cmx50cm (+/-10cm) – 4szt 3) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt. 4) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 2szt. 5) Osłona na stolik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt. 6) Serweta na stół 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: pkt. 1 serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 40 mikronów / włókna wiskozowa 22 g/m2 wzmocniona w obszarze krytycznym laminatem dwuwarstwowym wiskoza 23g/m2 / folia PE 40 mikronów pkt. 2. laminat dwuwarstwowy włókna wiskozowo-poliestrowa 23g/m2 / folia PE 50 mikronów pkt. 3 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włókna poliestrowa pkt. 5 osłona na stolik Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włókna wiskozowa 27g/m2 pkt. 6 laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włókna 23 g/m2</p> | | zestaw | 540,00 | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | Kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z opisem katalogowym |
|------|--|----------------|--------|--------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | [6x7] | [6-8] | [5x6] | [5-8] | [5x5] | | |
| 9 | <p>Zestaw do zabiegów na głowie, szyi typu turban, sterylny, podwójnie pakowany: (Minimalny skład parametry i wymiary zestawu: 1) serwetki o wymiarach 200cmx290 cm (+/-10cm) z wycięciem "U" otoczonym taśmą lepna, 2) obciążenie głowy składające się z podwójnej serwetki wykonane w sposób który umożliwi w trakcie aplikacji uzyskać efekt tzw. turbanu, wymiary 150cmx94 cm (+/-10cm) 3) serwetki na stolik instrumentalny o wymiarach 150cmx210 cm (+/-10cm) 4) osłona na stolik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 5) torbka na szyję – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: pkt. 1 laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m² / folia PE 40 mikronów / celuloza 20 g/m² pkt. 2 laminat dwuwarstwowy włóknina wiskozowo poliestrowa typu spunlanced 30g/m² laminowana folia PE 27,5 mikrona, warstwa krytyczna wzmocniona włóknina wiskozową o gramaturze 73g/m² pkt. 3 laminat dwuwarstwowy włóknina wiskozowa 23g/m² laminowana folia PE 55 mikronów pkt. 4 osłona na stolik Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23g/m²</p> | | zestaw | 900,00 | | | | | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-72-28-560 ; REGON 006320384

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z opisem katalogowym | |
|-----|--|----------------|------|--------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | ps./zł | | ps./zł | | ps./zł | | ps./zł | | ps./zł | |
| | ZADANIE 4 Zestawy do pracowni angiografii i symulatorów | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <p>Zestaw do Wszczepiania Rozruszników, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład wymiary i parametry zestawu: a) serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 180cmx300cm (+/-10cm) serweta posiada dwa otwory eliptyczne o wymiarach 120cmx15cm wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone są warstwą wysokochłonnią o wymiarach 50cmx80cm (+/-10cm) – 1szt. b) fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS rozm: XL – 1szt. c) rękawiczki chłonne 30cmx40cm – 2szt. d) osłona foliowa na gumce na ekran radiologiczny Ø 80cm – 1szt. e) serweta z laminatu nieprzemakalnego na stolik 150cmx180cm (+/-10cm) – 1szt.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zestaw | | | 1 200,00 | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ Uwagi | strony oferty z opisem katalogowym | |
|-----|---|----------------|------|--------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | | | 16-17) | 16-17) | 15-16) | 15-16) | 15-16) | | | |
| 4 | <p>Zestaw do zabiegu angiografii, sterylny, podwójnie pakowany Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: a) obłożenie (serweta) do angiografii udowej jest o wymiarach 230cm x 300 cm (+/-10cm) wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², serweta posiada przetrzoczystą foliową wstawkę o wymiarach 70cmx300 cm, która służy do łatwego zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. W obłożeniu znajdują się cztery otwory – dwa otwory do wejścia w okolicach łk. udowych o średnicy 8,5 cm i dwa otwory do wejścia w okolicach łk. promieniowych o średnicy 6cmx12cm, otwory te otoczone są taśmą lepną, dookoła otworów znajduje się warstwa wysokochłonna, o wymiarach 110cm x 150 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 85 g/m²</p> <p>b) sterylny fartuch chirurgicznych w rozmiarze XL, fartuch wykonany jest z włókniny typu SMS, u góry fartuch zapinany jest na rzep, rękawy wykonane są elastycznym, syntetycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora.- 1 szt.</p> <p>c) ręczniki wysokochołonne o wymiarze 30cmx40 cm - 4 szt.</p> <p>d) osłona ściągana gumką w formie czepeca na RTG o średnicy 50cm – 1szt.</p> <p>e) osłona ściągana gumką w formie czepeca na RTG o średnicy 80cm – 1szt.</p> <p>f) serweta o wymiarze 150cmx200cm (+/-10cm), wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², wzmocnienie włóknina typu spunlace o gramaturze min 85g/m²</p> | | | zestaw | 600,00 | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Procentu/ uwagi | szrony oferty z opisem katalogowym | |
|-----|--|----------------|------|--------------------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | PL-01 | | PL-07 | PL-01 | PL-01 | PL-01 | PL-01 | | | |
| 5 | <p>Zestaw do zabiegu koronarografii, angioplastyki, sterylne, podwójnie pakowany</p> <p>Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu:</p> <p>a) obłożenie (serweta) do angiografii udowej jest o wymiarach 230cm x 300 cm (+/-10cm), wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², serweta posiada przeźroczystą folię wstawkę o wymiarach 70cmx300 cm, która służy do łatwego zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. W obłożeniu znajdują się cztery otwory – dwa otwory do wejścia w okolicach łt. udowych o średnicy 8,5 cm i dwa otwory do wejścia w okolicach łt. promieniowych o średnicy 6cmx12cm, otwory te otoczone są taśmą lepna, dookoła otworów znajduje się warstwa wysokochlorowa, o wymiarach 110cm x 150 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 85 g/m²</p> <p>b) sterylne fartuch chirurgicznych w rozmiarze XL, fartuch wykonany jest z włókniny typu SMS, w górze fartuch zapinany jest na rzep, rękawy wykonane są elastycznym, syntetycznym materiałem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. - 2szt</p> <p>c) ręczniki wysokochlorne o wymiarze 30cmx40 cm - 2 szt</p> <p>d) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepeca na RTG o średnicy 50cm - 1szt</p> <p>e) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepeca na RTG o średnicy 80cm - 1szt</p> <p>f) serweta o wymiarze 150cmx200cm (+/-10cm), wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², wzmocnienie włóknina typu spunlace o gramaturze min 85g/m²</p> <p>g) osłona foliowa sterylna ściągana gumką w formie czepeca na osłonę operatora o wymiarach 100x80 cm - 1szt</p> <p>h) miska okrągła 250 ml - 1 szt</p> <p>i) miska 150 ml - 1 szt</p> <p>j) miska do cewników i przewodników okrągła, z widocznymi wrąbkami blokującymi przewodnik/cewnik przed wyslizgnięciem się z miski - 1 szt</p> <p>k) igła 11G - 2 szt</p> | | | zestaw 4 500,00 | | | | | | | | | | |
| X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN - EN 13795 1.2.3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560; REGON 006320384

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony ceny z ciałem katalogowym |
|--------------------------------------|---|----------------|------|----------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5+6] | [5+8] | [5X9] | - | - |
| ZADANIE 5 Fartuchy operacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fartuch chirurgiczny typu Basic rozm. M- XXL*, steryliz. rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylnie części fartucha nie zachodzące na siebie, wiązane na troki, oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, wykonany z włókniyny typu SMS (dopuszcza się różne warianty tej włókniyny np SMMS, SSMMS itp) o gramaturze min 35g/m2 | | szk. | 4 320,00 | | | | | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | J.m. | liczba | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z cennik katalogowym |
|--|---|----------------|------|----------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | | |
| ZADANIE 6 Serwety i osłony sterylne | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Serwety nieprzylepne 150cmx240 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2), sterylne. | | szt. | 2 880,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Serwety nieprzylepne 75cmx90 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2), sterylne. | | szt. | 7 500,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Serwety samoprzylepne 75cmx90 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2), sterylne. | | szt. | 4 560,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Serwety samoprzylepne 150cmx240 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2), sterylne. | | szt. | 6 120,00 | | | | | | | | | |
| 5 | Serwety samoprzylepne 50cmx60cm (+/-10cm) z otworem o sr 7cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2), sterylne. | | szt. | 6 150,00 | | | | | | | | | |
| 6 | Serwety samoprzylepne 120cmx150cm (+/-10cm) z otworem o sr 7cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2), sterylne. | | szt. | 1 230,00 | | | | | | | | | |
| 7 | Osłony na kończynę z taśmą 25cmx80 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2 (+/- 3g/m2), sterylne. | | szt. | 1 440,00 | | | | | | | | | |

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | liczba | Cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony otwarte z opisem katalogowym |
|------|---|----------------|------|------------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | (6x7) | (6+8) | (5+6) | (5+8) | (5x9) | | |
| 8 | Ostony na kończyne z taśmą 35cmx120 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m ² (+/- 3g/m ²), sterylna. | | szt. | 996,00 | | | | | | | | | |
| 9 | Pokrowce na podkietniki (opakowanie 2 szt), sterylna, min 35cmx70cm (+/- 10cm) o gramaturze min 63g/m ² (+/- 3g/m ²), sterylna. | | szt. | 600,00 | | | | | | | | | |
| 10 | Tasma samoprzylepna (w komplecie min 2 szt), sterylna, min. 9cmx49cm (+/- 10cm) | | szt. | 29 040,00 | | | | | | | | | |
| 11 | Serweta na stoik Mayo 145cmx80 cm (+/- 10 cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m ² (+/- 3g/m ²), sterylna. | | szt. | 3 840,00 | | | | | | | | | |
| 12 | Ostona na rękaw typu zarekawk, sterylna, zakończona mankietem, wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włókna o gramaturze min 63g/m ² (+/- 3g/m ²). | | szt. | 792,00 | | | | | | | | | |
| 15 | Serweta operacyjna samoprzylepna: 150cm x 240 cm (+/-10cm), sterylna, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włókna, o gramaturze min 63g/m ² (+/- 3g/m ²). | | szt. | 106 170,00 | | | | | | | | | |
| 16 | Prześcieradło operacyjne 95cm x 120 cm (+/-10cm), sterylna, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włókna, o gramaturze min. 63 g/m ² (+/- 3g/m ²). | | szt. | 243 270,00 | | | | | | | | | |
| X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z cennikiem katalogowym |
|-------------------------------------|--|----------------|------|------------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - | - |
| ZADANIE 7 Ubrania operacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ubrania operacyjne S. M.L. XL, XXL, XXXL* ubranie chirurgiczne (bluza i spodnie) jednorazowego użytku wykonane z włókna bawełnopodobnej o minimalnej gramaturze 49g/m ² zawierającej 100% polipropylenu, wykonane w technologii typu SPUNBOND, antystatycznej niepalącej, oddychającej, przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wpychanie-na sucho. Odporność na rozrywanie, czystość pod względem cząstek stałych wg normy EN-PN 13795. Bluza z krótkim rękawem, wyposażona w trzy kieszenie, jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie długie, ściągane w pasie trokiem | | kpl. | 115 500,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Dzierzawa Automatycznego dystrybutora odzieży operacyjnej jednorazowej wraz z indywidualnymi numerami PIN/kod dla 400 osób** | | szt. | 3,00 | ! | | | | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne z pozycji 1 powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1.2.3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

! Zamawiający, wymaga aby Wykonawca podał cenę j. netto, która stanowić będzie jednorazową opłatę za usługę dzierzawy automatycznego dystrybutora odzieży operacyjnej jednorazowej wraz z indywidualnymi numerami PIN/kod dla 400 osób na okres 36 miesięcy, a następnie wliczył kolejne kolumny "Formularza cenowego".

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z spisem katalogowym |
|------|-------------|----------------|------|-------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | [6*7] | [6+8] | [5*6] | [5*8] | [5*9] | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |

Pozycja 2 Zadanie 7 Opis Automatywnych Dystrybutorów Odzieży Operacyjnej Jednorazowej

** Zamawiający wymaga zaopierania dzierżawy 3 automatycznych dystrybutorów odzieży operacyjnej jednorazowej wraz z indywidualnymi numerami PIN/kod dla 400 osób o poniższych parametrach:

- Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz
- Wymiary: wys. 183cm, szer. 90cm, głęb 76cm
- System wydawania produktów obrotowy bęben z tarczami lub równoważny czyli taki, który zapewni automatyczne wydawanie odzieży operacyjnej, jednorazowej
- Zabezpieczenie ściany frontowej, zespolona podwojna, bezpieczna szyba
- Automat powinien mieć min 180 (+/- 5) kompletów odzieży jednorazowej
- Wydawanie odzieży powinno nastąpić przy pomocy indywidualnych numerów PIN
- Automat winien posiadać system komputerowy umożliwiający wydawanie i archiwizację danych w celu tworzenia raportów niezbędnych do rozliczeń magazynowych kompatybilnych z MS Windows
- Automat winien posiadać system, umożliwiający przesłanie informacji o przekroczonych stanach minimalnych poprzez e-mail lub sms, za stan minimalny uważa się 1/3 stanu automatu w poszczególnych rozmiarach
- Zautomatyzowany system monitorowania i raportowania umożliwiający dystrybucję danych przez złącze GSM

W razie awarii automatu wydającego odzież operacyjną jednorazową wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię w przeciągu 1 dnia od zgłoszenia tel przez osobę do tego upoważnioną.

** Wykonawca winien podać dla jednej sztuki dystrybutora: producenta (typ), wartość jednostkową dystrybutora netto zł (słownie:), stawkę VAT % i kwotę jednostkową VAT zł (słownie:), wartość jednostkową dystrybutora brutto zł (słownie:)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | nazwa handlowa | j.m. | ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ uwagi | strony oferty z opisem katagorycznym |
|--|--|----------------|------|-----------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - | - |
| ZADANIE 8 Ostony i prześcieradła niesterylne i inne akcesoria | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Prześcieradło z włókniny do przykrycia pacjenta 150cmx210cm (+/-10cm) | | szt. | 41 610,00 | | | | | | | | | |
| 5 | Prześcieradła jednorazowe niesterylne z włókniny na kozłkę 160cmx210cm (+/-10cm) | | szt. | 28 800,00 | | | | | | | | | |
| 8 | Podkład chłonny 60cmx90cm (+/-10cm) | | szt. | 360,00 | | | | | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego).

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 899-22-28-560 ; REGON 006320384