



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej**



Wrocław, dn. 07.08.2015r.

EZ/... *M2M* /15

**Dotyczy:** pytań oraz zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych – jednorazowych ubrań operacyjnych i obłożeń - zabezpieczenie (sygnatura sprawy EZ/359/211/15).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:


**Zadanie 1**

**1. Pytanie**

„dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm, materiał: wiskoza, poliester
- serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo, materiał: Folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, gramatura 55 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>
- 4 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm
- 2 przyklepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 25x60cm (3-warstwowe na całej powierzchni + lata chłonna), materiał: Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>
- 1 przyklepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 25x60cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta, wymiar 3w 75x180cm + lata chłonna). Materiał: Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>
- 1 przyklepna serweta duża 150 x 240 cm z warstwą chłonną 25x60cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta, wymiar 3w 75x240cm + lata chłonna). materiał: Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Materiał: Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>



**Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.**

ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław

Al. Wiśniowa 36, 51-137 Wrocław  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

sekretariat (71) 78 90 236  
fax (71) 34 36 747  
centrala (71) 34 27 021 do 025 lub (71) 78 90 200  
kancelaria/fax (71) 360 22 18  
e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl

Sporządziła: Olga B...  
Sprawdziła: Ewa K...  
*03*

## 2. Pytanie

„Zadanie 1 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie i parametrach:

- 1) Serweta z taśmą samoprzylepną 180cmx170cm, budowa warstwowa – 1szt.
- 2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240cmx150cm, budowa warstwowa – 1szt.
- 3) Serwety z taśmą samoprzylepną 90cmx75cm, budowa warstwowa – 2szt.
- 4) Serweta na stół 150cmx190cm, warstwa chłonna 66cmx190cm – 1szt.
- 5) Taśma samoprzylepna, elastyczna 9cmx50cm – 1szt.
- 6) Ręczniki chłonne 20cmx40cm – 2szt.
- 7) Oslona na stolik Mayo 80cmx145cm (+/- 10cm), warstwa chłonna 76cmx85cm – 1szt.

Minimalne parametry materiałów:

- serwety z pozycji 1,2,3 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
- serweta z pozycji 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/ włóknina 35 g/m<sup>2</sup>
- taśma samoprzylepna z pozycji 5, włóknina poliestrowo-wiskozowa
- oslona z pozycji 7 wykonana z folii PE o grubości 45 µm, wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

## 3. Pytanie

„Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 180 cm

Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>. W polu krytycznym łąta chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 240 cm

Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>. W polu krytycznym łąta chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

2 x Serweta o wym. 70 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, plynny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> ?"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 4. Pytanie

„Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?”


Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 1. Wydzielona pozycja 1 z dotychczasowego Zadania 1 tworzy Zadanie 9. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

#### 5. Pytanie

„dotyczy Zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm, materiał: wiskoza, poliester
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo, materiał: Folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, gramatura 55 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>
- 4 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15x50cm (3-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna), , materiał: Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 15x50cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna). Materiał: Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), materiał: Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Materiał: Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>”



Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

## 6. Pytanie

„Zadanie 1 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego pediatrycznego o następującym składzie i parametrach:

- 1) Serweta z taśmą samoprzylepną 180cmx150cm, budowa warstwowa, jednorodna chłonność na całej powierzchni – 1szt.
- 2) Serweta z taśmą samoprzylepną 210cmx150cm, budowa warstwowa – 1szt.
- 3) Serwety z taśmą samoprzylepną 90cmx75cm, budowa warstwowa – 2szt.
- 4) Serweta na stół 150cmx190cm, warstwa chłonna 66cmx190cm– 1szt.
- 5) Taśma samoprzylepną, elastyczna 9cmx50cm – 1szt.
- 6) Ręczniki chłonne 20cmx40cm – 2szt.
- 7) Oslona na stolik Mayo 80cmx145cm, warstwa chłonna 76cmx85cm – 1szt.

Minimalne parametry materiałów:

-serwety z pozycji 1,2,3 wykonana z laminatu 2-warstwowego (włókna polipropylenowa / folia polietylenowa, gramatura całkowita 56g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni), taśmy samoprzylepne o szerokości 2,5 cm

- serweta z pozycji 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/ włókna 35 g/m<sup>2</sup>

- taśma samoprzylepną z pozycji 5, włókna poliestrowo-wiskozowa

-osłona z pozycji 7 wykonana z folii PE o grubości 45 μm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.


## Zadanie 2

### 7. Pytanie

„dotyczy Zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm, materiał wiskoza, poliester
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo, materiał: Folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, gramatura 55 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>
- 4 ręczniki do rąk 30,5 x 34 cm
- przylepna serweta 75 x 90 cm (3-warstwowa na całej powierzchni), materiał: Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta z wycięciem „U” 20 x 100 cm, z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 230 x 260 cm, warstwa chłonna 75 x 140 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + lata chłonna) Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>, gramatura w części chłonnej 80g/m<sup>2</sup> ŁATA CHŁONNA
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + lata chłonna), Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>



- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Materiał: Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 8. Pytanie

„Zadanie 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji na kończynie dolnej o następującym składzie i parametrach:

Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu:

- 1) serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240cmx150 cm – 1szt.
- 2) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 240cmx260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 20x100 cm – 1szt + dodatkowo kieszeń na płyny z kształtką, jednokomorowa 40x30cm,
- 3) pokrowiec na nogę z laminatu 3-warstwowego 120x37 cm - 1 szt. (zamiast serwety 75x90 cm)
- 4) taśma samoprzylepna o wymiarach 9cmx50cm – 6szt.
- 5) ręczniki chłonne owym. 20cmx40cm – 4szt.
- 6) wzmocniona osłona na stół Mayo o wymiarach 80cmx145cm – 1szt
- 7) serweta na stół - (owinięcie zestawu) o wym. 150cmx190cm – 1szt.

Minimalne parametry materiałów:

- serwety z pozycji 1,2,3 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
  - serweta z pozycji 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/ włóknina 35 g/m<sup>2</sup>
  - taśma samoprzylepna z pozycji 4 , włóknina poliestrowo-wiskozowa
  - osłona z pozycji 6 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stołka włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>
- Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 9. Pytanie

„dotyczy Zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 z zadania nr 2 do oddzielnego pakietu?

Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert.”

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 2. Wydzielona pozycja 2 z dotychczasowego Zadania 2 tworzy Zadanie 10. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

#### 10. Pytanie

„Zadanie 2 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu barkowego o następującym składzie i parametrach:

- 1) serweta chirurgiczna o wymiarach 240cmx200 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 7cmx60 cm z taśmą samoprzylepną 1szt.
  - 2) serweta chirurgiczna o wymiarach 240cmx150 cm – 1szt.
  - 3) osłona na kończynę 37cmx75cm – 1szt; serweta pod kończynę 180x150cm z laminatu 2-warstwowego - 1szt
- DODATKOWO**
- 4) taśmy samoprzylepne 9cmx50cm – 2szt
  - 5) ręczniki chłonne 20cmx40cm – 4szt.
  - 6) dodatkowo wzmocniona osłona na stół Mayo 80cmx145cm – 1szt.

7) wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150cmx190cm – 1szt

Minimalne parametry materiałów:

- serwety z pozycji 1,2,3 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m2, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
- serweta z pozycji 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m2/ włóknina 35 g/m2
- taśma samoprzylepną z pozycji 4 , włóknina poliestrowo-wiskozowa
- osłona z pozycji 6 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m2."

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 11. Pytanie

„Zadanie 2 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów na kończynie górnej o następującym składzie i parametrach:

- 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 240cmx300cm posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 4cm – 1szt.
- 2) Serweta chirurgiczna o wymiarach 150cmx200cm – 1szt.
- 3) Osłona na kończynę 45cmx80cm – 1szt.
- 4) Taśmy samoprzylepne 9cmx50cm – 2szt
- 5) Ręczniki chłonne 20cmx40cm – 4szt.
- 6) Osłona na stolik Mayo 80cmx145cm – 1szt.
- 7) Wzmocniona serweta na stolik narzędziowy 150cmx190cm (zawinięcie zestawu) – 1szt.

Minimalne wymagania materiałowe:

- serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m2, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
- serweta z pozycji 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m2/ włóknina 35 g/m2
- taśma samoprzylepną z pozycji 4, włóknina poliestrowo-wiskozowa
- osłona z pozycji 6 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m2
- pozycje 2,3 laminat dwuwarstwowy PE/włóknina"


Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 12. Pytanie

„dotyczy Zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), materiał: Folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, gramatura 55 g/m2, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>
- 4 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm, materiał wiskoza, poliester



- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Materiał: Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>
- 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm. Materiał: kraton (niebieska syntetyczna guma) z wewnętrzną warstwą gazy dzianej PES, gramatura 88g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50 x 100 cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna). Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>, gramatura w części chłonnej 80g/m<sup>2</sup> ŁATA CHŁONNA
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>


Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

### 13. Pytanie

„dotyczy Zadania nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo, materiał: Folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, gramatura 55 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta ręka/noga 230 x 300cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna), Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>, gramatura w części chłonnej 80g/m<sup>2</sup> ŁATA CHŁONNA
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>



Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

### 14. Pytanie

„Zadanie 2 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów na kończynie ręka/stopa o następującym składzie i parametrach:

- 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 240x300cm posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 4cm 1szt.
- 2) Osłona na stolik Mayo 80cmx145cm – 1szt.
- 3) Wzmocniona serweta na stolik narzędziowy 150cmx190cm (zawinięcie zestawu) – 1szt

## 4) Ręczniki chłonne 20cmx40cm – 4szt.

Minimalne wymagania materiałowe:

-serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)

- serweta z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/ włóknina 35 g/m<sup>2</sup>


-osłona z pozycji 2 wykonana z folii PE o grubości 45 μm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

## 15. Pytanie

„dotyczy Zadania nr 2 poz.5

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo, materiał: Folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, gramatura 55 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>
- 4 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm
- 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm, materiał wiskoza, poliester
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>
- 1 przylepna serweta średnia z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, warstwą chłonną 25 x 60 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna). Materiał: Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>
- 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm. Materiał: kraton (niebieska syntetyczna guma) z wewnętrzną warstwą gazy dzianej PES, gramatura 88g/m<sup>2</sup>
- 1 elastyczny bandaż 12cmx6m
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm (3-warstwowe na całej powierzchni)
- 1 serweta z wycięciem „U” z warstwą chłonną i organizatorami przewodów, 230x260cm, wycięcie 20 x 100 cm, warstwa chłonna 75 x 140 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna). Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>, gramatura w części chłonnej 80g/m<sup>2</sup> ŁATA CHŁONNA
- 1 serweta przylepna duża 150x240cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta). materiał: Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>



Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.



**16. Pytanie**

„Zadanie 2 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie i parametrach:

- 1) serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240cmx150 cm
- 2) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 240x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 20x100 cm,
- 3) kieszeń na płyny z kształtką 40x30cm – 1szt.
- 4) serweta na stolik 150cmx190cm – 1szt.
- 5) osłona na kończynę 37cmx120cm – 1szt.
- 6) taśmy samoprzylepne 9cmx50cm – 6szt.
- 7) ręczniki chłonne 20cmx40cm – 4szt.
- 8) dodatkowo wzmocniona osłona na stolik Mayo 80cmx145cm – 1szt.
- 9) wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.

Minimalne parametry materiałów:

- serweta z pozycji 1, 2 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
  - serweta z pozycji 9 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/ włóknina 35 g/m<sup>2</sup>
  - osłona z pozycji 8 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>
- Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**17. Pytanie**

„Zadanie 2 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie i parametrach:

- 1) osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm warstwa chłonna – 1szt.
- 2) ręczniki chłonne 20cm x 40cm – 2szt.
- 3) serweta na stolik narzędziowy 150cm x 190cm warstwa chłonna 66cm x 190cm – 1szt.
- 4) taśmy lepne 9cm x 50cm , elastyczne – 2szt.
- 5) osłona na kończynę 37cm x 75cm – 1szt.
- 6) obłożenie do artroskopii kolana 240cm x 320cm, wyposażone w elastyczny samouszczelniający się otwór o średnicy 6cm zintegrowane z workiem do przechwytywania płynów z kształtką – 1szt.

Minimalne parametry materiałowe:

- serweta na stolik instrumentalny z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/ włóknina 35 g/m<sup>2</sup>
- osłona na stolik Mayo z pozycji 1 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>
- serweta w pozycji 6, serweta z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa, gramatura całkowita 56g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
- pozycja 4, włóknina poliestrowo-wiskozowa

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**18. Pytanie**

„dotyczy Zadania nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 poz. 6 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo, materiał: Folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, gramatura 55 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne - laminat 2

warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>

- 4 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm, materiał wiskoza, poliester
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm. Materiał: kraton (niebieska syntetyczna guma) z wewnętrzną warstwą gazy dzianej PES, gramatura 88g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105cm każdy bok) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta). Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>."

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 19. Pytanie

„Zadanie 2 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów na kończynie o następującym składzie i parametrach

- 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 240cmx260cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 5cm – 1szt.
- 3) Osłona na kończynę – 1szt. 37cmx75cm – 1 szt.
- 4) Taśma samoprzylepna 9cmx50cm – 1szt
- 5) Ręczniki chłonne 20cmx40cm – 4szt.
- 6) Osłona na stolik Mayo 80cmx145cm – 1szt.
- 7) Wzmocniona serweta na stolik narzędziowy 150cmx190cm (zawinięcie zestawu) – 1szt.

Minimalne wymagania materiałowe:

-serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)

- serweta na stolik instrumentalny z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/włóknina 35 g/m<sup>2</sup>

-osłona na stolik Mayo z pozycji 1 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>

-pozycje 3 z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa, gramatura całkowita 56g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)"


Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 20. Pytanie

„dotyczy Zadania nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), materiał: Folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, gramatura



55 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>

- 4 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm, materiał wiskoza, poliester
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Materiał: Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>
- 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm. Materiał: kraton (niebieska syntetyczna guma) z wewnętrzną warstwą gazy dzianej PES, gramatura 88g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50 x 100 cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + lata chłonna). Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>, gramatura w części chłonnej 80g/m<sup>2</sup> ŁATA CHŁONNA
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

### Zadanie 3

#### 21. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do tracheotomii o następującym składzie i parametrach:

- 1) serweta chirurgiczna z przyklepcem o wymiarach 240x180 cm z otworem owalnym o wymiarach 15cmx10cm – 1szt.
- 2) taśma samoprzylepna 9cmx50cm – 1szt.
- 3) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) wym. 150cmx190cm – 1szt

Minimalne wymagania materiałowe:

poz. 1 serweta z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa, gramatura całkowita 56g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni

poz. 2 taśma samoprzylepna włóknina poliestrowo-wiskozowa

serweta na stolik instrumentalny z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/ włóknina 35 g/m<sup>2</sup>.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

#### 22. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów TUR o następującym składzie i parametrach:

- 1) serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 215cmx180cm, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o Ø 5 cm, otwór na prącie o Ø 4cm i osłona na palec do badania per rectum. Z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z sitem, wyposażony w podłączenie do ssaka - 1szt.
- 2) ręcznik chłonny 20cm x 40cm - 2szt.
- 3) taśma medyczna do zamocowania przewodów 9x50cm - 1 szt.
- 4) serweta na stolik instrumentalny 150cmx190 cm – 1szt.; osłona na stolik Mayo 145x80cm - 1 szt.

Minimalne parametry materiałów:

- serwety z pozycji 1 wykonana z mocnego i trwałego laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa, gramatura całkowita 56g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
  - serweta na stolik instrumentalny z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/włóknina 35 g/m<sup>2</sup>"
- Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

### 23. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii o następującym składzie i parametrach:

Serweta w kształcie litery T z otworem 30 cm x 34 cm, przylepcem i zintegrowanymi nogawicami	1	L2	260x240	30x34
kieszek na płyny z kształtką	2	PE - 2Komory	42x35	
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9	
serweta na stół instrum.	1		190x150	
serweta na stolik Mayo	1		145x80	
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20	

Minimalne parametry materiałów:

- serweta z pozycji 1 wykonana z mocnego i trwałego laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa, gramatura całkowita 56g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
- serweta na stolik instrumentalny z pozycji 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/włóknina 35 g/m<sup>2</sup>
- osłona na stolik Mayo z pozycji 5 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

### 24. Pytanie

„Zadanie 3 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do torakotomii o następującym składzie i parametrach:

serweta w kształcie litery T z otworem i organizerami przewodów oraz folią chir.	1	L2	250x325	PROST.	40x30
kieszek na płyny z kształtką	3	PE - 1Komora	40x30		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9		

Minimalne parametry materiałów:

- serweta z pozycji 1 wykonana z mocnego i trwałego laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa, gramatura całkowita 56g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
- pozycja 6 taśma, włóknina poliestrowo-wiskozowa
- osłona na stolik Mayo z pozycji 4 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>"

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**25. Pytanie**

„Zadanie 3 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów brzuszno kroczych o następującym składzie i parametrach:

serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezyjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej	1	L3	260x240
serweta przeznaczona pod pośladki	1	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
kieszona na płyny	1	PE - 2Komory	42x35
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Minimalne parametry materiałów:

- serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
  - pozycja 3 taśma, włóknina poliestrowo-wiskozowa
  - pozycja 4 taśma, włóknina poliestrowo-wiskozowa
  - osłona na stolik Mayo z pozycji 6 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>
  - serweta na stolik instrumentalny z pozycji 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/włóknina 35 g/m<sup>2</sup>
- Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**26. Pytanie**

„Zadanie 3 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji tarczycy o następującym składzie i parametrach:

serweta z wycięciem i przylepcem	1	L2	240x150	WYCIĘC. U	63x7
serweta z przylepcem	1	L2	240x180		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9		

Minimalne parametry materiałów:

- serweta z pozycji 1 wykonana z mocnego i trwałego laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa, gramatura całkowita 56g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
  - pozycja 6 taśma, włóknina poliestrowo-wiskozowa
  - osłona na stolik Mayo z pozycji 4 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>
  - serweta na stolik instrumentalny z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/włóknina 35 g/m<sup>2</sup>
- Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**27. Pytanie**

„Zadanie 3 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów PCNL o następującym składzie i parametrach:

- 1) serweta z przylepcem o wym. 180cmx300cm do zabiegów P.C.N.L posiadająca otwór o wymiarach 22cmx15cm, i kieszeń na płyny z kształtką
- 2) serweta nieprzemakalna o wym. 190cm x 150cm (owinięcie zestawu), która może służyć jako przykrycie stolika.

Minimalne parametry materiałów:

- serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
- serweta na stół instrumentalny z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/ włóknina 35 g/m<sup>2</sup>

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**28. Pytanie**

„Zadanie 3 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kraniotomii o następującym składzie i parametrach:

Serweta chirurgiczna do kraniotomii z workiem na płyny i folią chirurgiczną	1	L2	240x200	PROST. otwór	25x20
serweta z przylepcem	2	L2	60x50		
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stół Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

Minimalne parametry materiałów:

- serwety z pozycji 1,2 wykonana z mocnego i trwałego laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa, gramatura całkowita 56g/m<sup>2</sup>, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
- pozycja 3 taśma, włóknina poliestrowo-wiskozowa
- osłona na stół Mayo z pozycji 5 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>
- serweta na stół instrumentalny z pozycji 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m<sup>2</sup>/ włóknina 35 g/m<sup>2</sup>

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**29. Pytanie**

„Zadanie 3 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zabiegów do kraniotomii o następującym składzie i parametrach:

serweta z otworem,workiem na płyny i folią chir.	1	L3	240x200	PROST.	25x20
serweta z przylepcem	2	L3	60x50		
serweta	1	L3	180x150		
kieszeń dwukomorowa z kształtką	1	PE - 2K	42x35		
kieszeń na płyny z kształtką	1	PE - 1K	40x30		
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stół Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20		

**Minimalne parametry materiałów:**

- serweta z pozycji 1,2, 3 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa / włóknina wiskozowa gramatura całkowita 73g/m2, jednorodna chłonność na całej powierzchni)
  - osłona na stolik Mayo z pozycji 8 wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 24g/m2
  - serweta na stolik instrumentalny z pozycji 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 47 g/m2/ włóknina 35 g/m2
- Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**Zadanie 4****30. Pytanie**

„Zadanie 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii naczyń mózgowych, o następującym składzie i parametrach:

- Fartuch jednorazowy chirurgiczny wykonany z włókniny SMS rozmiar L – 2 szt.
- Serweta angiograficzna o wymiarach 240cm x 320cm z dwoma otworami 12cm z folią chirurgiczną przylepną, - 1 szt
- kompresy gazowe 10cm x 10cm – 50 szt.
- miska okrągła 125ml – 1 szt.
- strzykawka 3 częściowa, typu luer lock 10ml – 3 szt.
- strzykawka 3 częściowa, typu luer lock 20 ml – 1 szt.
- Skalpel z rączką – 1 szt.
- igła 0,8x40 – 2 szt.
- igła 1,2x60 – 2 szt.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**31. Pytanie**

„Zadanie 4 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do embolizacji, o następującym składzie i parametrach:

- fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, rozmiar L – 3 szt.
- Serweta angiograficzna o wymiarach 240cm x 320cm z dwoma otworami w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną – 1 szt.
- kompresy gazowe 10cm x 10cm - 100 szt.
- miska okrągła niebieska 250 ml – 2 szt.
- miska okrągła przezroczysta 125 ml – 1 szt.
- miska niebieska 2500 ml do cewników – 1 szt.
- miska niebieska bez wrąbków, 27x22x5 – 1 szt.
- strzykawka 10ml, 3 częściowa luer lock z gumką – 3 szt.
- strzykawka 20ml, 3 częściowa luer lock z gumką – 2 szt.
- strzykawka 5 ml, 3 częściowa luer lock z gumką – 2 szt.
- strzykawka 2 ml, 3 częściowa luer lock z gumką – 4 szt.
- skalpel nr 11 z rączką – 1 szt.
- igła 18G – 1szt.
- igła 21G – 1 szt.
- kranik jednodrożny – 1 szt.
- Y konektor do drenów – 1 szt.
- kleszczyki plastikowe, 14 cm – 1 szt.

- serweta 60x90cm (+/-10cm) z włókniny SMS – 1 szt.
  - Dren długość 25cm (+/- 5cm), średnica 2,0x4,1mm, kranik trójdrożny z możliwością obrotu o 160 stopni, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka, kompatybilny ze wszystkimi systemami ciśnieniowymi infuzyjnymi, elastyczny -1szt
  - Serweta wykonana z włókniny typu SMS 100cmx150cm (+/- 10 cm) -1szt
  - Powłoka ochronna na blende wykończona gumką o średnicy 92cm - 1szt
  - Powłoka ochronna wykończona gumką 70cmx80cm(+/-10cm) -2szt
  - Serweta wykonana z włókniny typu SMS 120cmx160cm -1szt"
- Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

### 32. Pytanie

„Zadanie 4 poz. 2:

prosimy o sprecyzowanie do czego ma pasować Y konektor?”

Zamawiający informuje, że Y konektor ma być kompatybilny z wymaganiem w zestawie „drenem długość 25cm (+/- 5cm), średnica 2,0x4,1mm, kranik trójdrożny z możliwością obrotu o 160 stopni, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka, kompatybilny ze wszystkimi systemami ciśnieniowymi infuzyjnymi, elastyczny”. Ponadto Zamawiający informuje, że końcówka głównego kanału Y konektora będzie podłączana do specjalistycznych cewników, które nie wchodzą w skład zestawu.

### 33. Pytanie

„Zadanie 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do ablacji, o następującym składzie i parametrach:

- a) serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 320x235cm z panelem foliowym, serweta posiada dwa otwory 12cm, wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone są warstwą wysokochłoną o wymiarach 120x80cm – 1szt.
- b) fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS rozm. XL – 1szt.
- c) ręczniki chłonne 20cmx40cm – 2szt.
- d) osłona foliowa na gumce na ekran radiologiczny Ø 92cm – 1szt.
- e) serweta z laminatu nieprzemakalnego na stolik 150cmx180cm (+/-10cm) – 1szt.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

### 34. Pytanie

„Zadanie 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii, o następującym składzie i parametrach:

- a) obłożenie (serweta) do angiografii udowej o wymiarach 240cm x 380 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>, serweta posiada przezroczystą foliową wstawkę o wymiarach 40cmx380 cm, która służy do jałowego zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. W obłożeniu znajdują się 2 otwory w okolicach TT udowych okrągłe o średnicy 12 cm i 2 otwory owalne w okolicach TT promieniowych 12x7cm. Warstwa chłonna dookoła otworów 155x120 wykonana z wiskozy gramatura 110g/m<sup>2</sup>
- b) sterylne fartuch chirurgicznych w rozmiarze XL, fartuch wykonany jest z włókniny typu SMS, u góry fartuch zapinany jest na rzep, rękawy wykończone są elastycznym, syntetycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,- 1szt.
- c) ręczniki wysokochłonne o wymiarze 20cmx40 cm - 4 szt. lub 50cm x 40cm – 4 szt.
- d) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepca na RTG o średnicy 43cm – 1szt.
- e) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepca na RTG o średnicy



92cm – 1szt.

f) serweta o wymiarze 150cmx200cm (+/-10cm), wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2 i folii polietylenowej 47g/m2, pozostała część z folii.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

### Zadanie 5

#### 35. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne standard rozmiar M-XXL jałowe, wykonany z włókniny typu SMS, niepylącej, wysoko oddychającej, elastyczne pochłaniające pot, wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na rękawach od mankiety do wysokości łokcia wykonane w technologii ultradźwiękowej. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym znajdują się dwie sztuki ręczników z niepylącej włókniny kompresowej do osuszania rąk.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

#### 36. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów operacyjnych, których rozmiary jednocześnie oznaczają ich długość (+/- 5 cm): 120 cm (M), 130 cm (L), 150 cm (XL), 150 large (XXL)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

#### 37. Pytanie

„Zadanie nr 5, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę włókninową zawierający w opakowaniu wewnętrznym ręczniki z włókniny, pozostałe wymagania zgodne z siwz?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

#### 38. Pytanie

„Zadanie 5 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne do mokrych zabiegów, jałowy wykonany z włókniny typu SMS, niepylącej, wysoko oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankiety do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów wykonane z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa oraz włóknina polipropylenowa, dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na całej długości wzmocnienia rękawów wykonane w technologii ultradźwiękowej. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym znajdują się dwie sztuki ręczników z niepylącej włókniny kompresowej do osuszania rąk.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

**39. Pytanie**

„Zadanie 5 poz. 2:

*Czy Zamawiający wymaga aby dla zapewnienia komfortu użytkowania fartuch posiadał wzmocnienie z przodu do samego dołu?”*

**Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia, jednak, zgodnie z zapisami pkt 3.1. lit. b) i pkt. 12.1 lit. h) Części B SIWZ dopuszcza wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu.**

**40. Pytanie**

„Zadanie 5 poz. 2

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów operacyjnych, których rozmiary jednocześnie oznaczają ich długość (+/- 5 cm): 120 cm (M), 130 cm (L), 150 cm (XL), 150 large (XXL)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”*

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**41. Pytanie**

„Zadanie 5 poz. 3:

*Czy Zamawiający dopuści fartuch rozm. L- XXL, sterylny, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązane na troki, oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch posiada opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy?”*

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**42. Pytanie**

„Zadanie 5 poz. 3:

*Czy Zamawiający dopuści fartuch rozm. L- XXL, sterylny, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązane na troki?”*

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**43. Pytanie**

„Zadanie 5 poz. 3

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych bez jałowego opakowania wewnętrznego, których rozmiary jednocześnie oznaczają ich długość 120 cm (M), 130cm (L), 150cm (XL)?”*

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.**

**44. Pytanie**

„Zadanie nr 5, pozycja 3

*Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach L-XL, pozostałe wymagania zgodne z siwz?”*

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.**

**45. Pytanie**

„Zadanie 5 poz. 4:

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu aby umożliwić większej liczbie oferentów złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?”*

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 5. Wydzielona pozycja 4 z dotychczasowego Zadania 5 tworzy Zadanie 11. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.**

**46. Pytanie**

„Zadanie 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha urologicznego wykonanego:

- górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>
- rękawy – nieprzemakalny (odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H<sub>2</sub>O mierzona według PN EN 20811), chłonny laminat dwuwarstwowy (chłonna włóknina o gramaturze min 28 g/m<sup>2</sup>) od wewnątrz, oraz folia PE na zewnątrz).
- mankiety wykonane z poliestru
- pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej folii PE o grubości 50 mikronów (gramatura 48 g/m<sup>2</sup>)

Fartuch, w przedniej części fartucha posiada kontrafaldy, w tylnej części posiada zapięcie typu rzep, oraz dwa troki wykonane z folii PE o długości min. 60 cm. Długość fartucha (mierzona od najwyższego punktu fartucha) min. 150 cm. Fartuch dodatkowo zabezpieczony (owinięty) w papier krepowy, pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk – 1 szt. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.”

Zamawiający wyraża zgodę, ale nie czyni wymogu.

**47. Pytanie**

„Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?”

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 5. Wydzielona pozycja 4 z dotychczasowego Zadania 5 tworzy Zadanie 11. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

**Zadanie 6****48. Pytanie**

„Zadanie nr 6, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**49. Pytanie**

„Zadanie 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwety nieprzylepne 150cmx240 cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 56g/m<sup>2</sup>, sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**50. Pytanie**

„Zadanie 6 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwety nieprzylepne 75cmx90 cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 56g/m<sup>2</sup>, sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**51. Pytanie**

„Zadanie 6 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwety samoprzylepne 75cmx90cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 56g/m<sup>2</sup>, sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 52. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwety samoprzylepne 180cmx240 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 56g/m<sup>2</sup>, sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 53. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwety samoprzylepne 50cmx60cm z otworem o śr. 5cm lub 6x8cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 56g/m<sup>2</sup>, sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 54. Pytanie

„Zadanie nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w o wymiarach 50 cm x 75 cm ?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 55. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści serwety samoprzylepne 150cmx90cm z otworem o śr 8cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 56g/m<sup>2</sup>, sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 56. Pytanie

„Zadanie nr 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w o wymiarach 90 cm x 120 cm z otworem o średnicy 10 cm ?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 57. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę z taśmą 45cmx80 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 43g/m<sup>2</sup>, sterylne?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

#### 58. Pytanie

„Zadanie 6 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę z taśmą 37cmx120 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 56g/m<sup>2</sup>, sterylne?”

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozmiaru osłony na kończynę z taśmą 37cmx120cm, nie czyniąc wymogu, jednocześnie zachowując wymóg pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ.

**59. Pytanie**

„Zadanie 6 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na podłokietniki 60cmx40cm sterylne?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.****60. Pytanie**

„Zadanie 6 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 145cmx80 cm, laminat 2 warstwowy PE/wiskoza (wiskoza zapewnia dodatkową chłonność), wykonana z folii PE o grubości 45 µm wzmocniona w strefie blatu stołu włókniną wiskozową 24g/m<sup>2</sup>, sterylna”**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.****61. Pytanie**

„Zadanie nr 6, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę wymiarach 50 cm x 70 cm z otworem o średnicy 10 cm ??”

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.****62. Pytanie**

„Zadanie 6 poz. 14:

Prosimy o podanie rozmiaru serwety operacyjnej.”

**Zamawiający informuje, że doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 6 pozycji 14, który otrzymuje brzmienie: „Serwety operacyjne w rozmiarze 75cmx45cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm umiejscowionym centralnie, sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina”.****63. Pytanie**

„Zadanie 6 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45, 90x75 lub 130x90cm ze względu na brak rozmiaru w formularzu cenowym.”

**Zamawiający w nawiązaniu do odpowiedzi na Pytanie 63, informuje że wymaga serwety w rozmiarze 75cmx45cm.****64. Pytanie**

„Zadanie nr 6, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7 cm ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.****65. Pytanie**

„Zadanie nr 6, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o wymiarach 6cm x 8 cm ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.****66. Pytanie**

„Zadanie 6 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 240cm?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**Zadanie 7****67. Pytanie**

„Zadanie 7 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne S, M,L,XL,XXL,XXXL ubranie chirurgiczne (bluza i spodnie) jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego? Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie-na sucho. Bluza z krótkim rękawem, wyposażona w trzy kieszenie, jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie długie, ściągnięte w pasie trokiem. Dla ułatwienia pracy bloku dostępne w dwóch kolorach: niebieskim i fioletowy?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 pozycji 1, który otrzymuje brzmienie: „Ubrania operacyjne S, M,L,XL,XXL,XXXL\* ubranie chirurgiczne (bluza i spodnie) jednorazowego użytku wykonane z włókniny bawełnopodobnej o minimalnej gramaturze 49g/m<sup>2</sup> zawierającej 100% polipropylenu, wykonanej w technologii typu SPUNBOND, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie-na sucho. Odporność na rozrywanie, czystość pod względem cząstek stałych wg normy EN-PN 13795. Bluza z krótkim rękawem, wyposażona w trzy kieszenie, jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie długie, ściągnięte w pasie trokiem.”

**68. Pytanie**

„Zadanie nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wysokojakościowe, ubranie chirurgiczne spełniające normę EN-PN 13795

- Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, niepyłacej, oddychającej
- Bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami
- Spodnie z trokami
- Kolor: niebieski
- Niejałowe
- Dostępne w rozmiarach: S-XXL”



Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 pozycji 1 zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 67.

**69. Pytanie**

„Zwracamy się z zapytaniem czy w zadaniu nr 7 w pozycji nr 1 dopuści ubrania operacyjne z włókniny typu SMS. Komplet składa się z bluzy z wycięciem w kształcie V obszytym tasiemką pod szyją i trzema kieszeniami oraz spodni wiązanych w pasie trokami. Wykonany jest z antystatycznej włókniny SMS 45g/m<sup>2</sup> w kolorze ciemnoniebieskim. Jest przewiewny, czasowo wodoodporny i stanowi bardzo dobrą barierę dla drobnoustrojów i zanieczyszczeń mechanicznych. Wyrób jest zgodny z PN EN 13795 dla odzieży przeznaczonej dla bloków operacyjnych. Rozmiary : S,M,L,XL,XXL,XXXL. Okres ważności – 5 lat?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 pozycji 1 zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 67.

**70. Pytanie**

„Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego jednorazowego użytku spełniającego wymagania SIWZ wykonanego z włókniny gramaturze 38 g/m<sup>2</sup>, dostępnego w rozmiarach S,M,L,XL,XXL?”

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 pozycji 1 zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 67.

**71. Pytanie**

„Zadanie 7 poz. 1

*Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne (bluza, spodnie) o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> w rozmiarach XS-XXL?”*

Zamawiający dopuszcza, nie czyniąc wymogu, przy zachowaniu pozostały parametrów wymaganych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 pozycji 1 zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 67.

**72. Pytanie**

„ZADANIE 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z włókniny SMS o gr. 40g-43g/m<sup>2</sup>. W rozmiarach S-XXL spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 pozycji 1 zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 67.

**Zadanie 8****73. Pytanie**

„Zadanie nr 8, pozycja 3

*Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 70 cm x 180 cm ?”*

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**74. Pytanie**

„ZADANIE 8 poz.2 Z czego ma być wykonana osłona?”

Zamawiający informuje, że doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 8 pozycji 2, który otrzymuje brzmienie: „Osłona wykonana z włókniny na wózek transportowy 150cm x 210cm (+/- 10cm)”.

**75. Pytanie**

„Zadanie nr 8, pozycja 3

*Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?”*

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 8. Wydzielona pozycja 3 z dotychczasowego Zadania 8 tworzy Zadanie 12. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

**76. Pytanie**

„ZADANIE 8 poz. 6 Z czego ma być wykonany podkład na kozetkę?”

Zamawiający informuje, że doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 8 pozycji 6, który otrzymuje brzmienie: „Podkład higieniczny wykonany z włókniny na kozetkę 90cmx210cm (+/-10cm)”.

**77. Pytanie**

„Zadanie nr 8, pozycja 11

*Czy Zamawiający dopuści majtki nie posiadające wzmocnień w kroku, pozostałe wymagania zgodne z siwz ?”*

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, swoje wymagania i zapisów tych nie zmienia.

**78. Pytanie**

„Zadanie nr 8, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 33g/m<sup>2</sup> w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 110 cm x 140 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz ?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**79. Pytanie**

„Zadanie nr 8, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści koszulę dziecięcą, długość 65 cm, SMS 35 g/m<sup>2</sup> wiązana w pasie i przy szyi?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**80. Pytanie**

„Zadanie nr 8, pozycja 14

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?”

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowany przez Wykonawcę podział Zadania 8. Wydzielona pozycja 14 z dotychczasowego Zadania 8 tworzy Zadanie 13. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.**

**Zapisy SIWZ****81. Pytanie**

„Zadanie 1, 2, 3, 4:

Czy Zamawiający pod pojęciem „podwójnie pakowany” dopuści wyroby zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe i wewnątrz w papier krepowy lub serwetę?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

**Wzór umowy****82. Pytanie**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.”

**Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.**

**83. Pytanie**

„Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

**Zamawiający informuje, że terminy podane we wzorze umowy odnoszą się do dni kalendarzowych.**

**84. Pytanie**

„Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych



wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?”

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

#### 85. Pytanie

„Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

#### 86. Pytanie

„Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 6 ust. 1, 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?”

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami oraz zmianą opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 14 Zadania 6 poprzez dopisanie do opisu przedmiotu zamówienia: „...w rozmiarze 75cmx45cm...”;

- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 1 Zadania 7, który otrzymuje brzmienie: „Ubrania operacyjne S, M,L,XL,XXL,XXXL\* ubranie chirurgiczne (bluza i spodnie) jednorazowego użytku wykonane z włókniny bawełnopodobnej o minimalnej gramaturze 49g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, wykonanej w technologii typu SPUNBOND, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie-na sucho. Odporność na rozrywanie, czystość pod względem cząstek stałych wg normy EN-PN 13795. Bluza z krótkim rękawem, wyposażona w trzy kieszenie, jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie długie, ściągnięte w pasie trokiem.”;

- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 2 Zadania 8 poprzez dopisanie do opisu przedmiotu zamówienia: „...wykonana z włókniny...”;

- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 2 Zadania 8 poprzez dopisanie do opisu przedmiotu zamówienia: „...wykonany z włókniny...”;

- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 3 Zadania 4 poprzez wykreślenie z nazwy zestawu „...Ablacji I...” oraz zmianę opisu przedmiotu zamówienia w części „lit. a)”, poprzez wykreślenie „...(+/-10cm)...”, a mianowicie:

było: „serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 180cmx300cm (+/-10cm) serweta posiada dwa otwory eliptyczne o wymiarach 12cmx15cm (+/-10cm) wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone są warstwą wysokochłoną o wymiarach 50cmx80cm (+/-10cm) – 1szt.”

jest: „serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 180cmx300cm (+/-10cm) serweta posiada dwa otwory eliptyczne o wymiarach 12cmx15cm wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone są warstwą wysokochłoną o wymiarach 50cmx80cm (+/-10cm) – 1szt.”

- zmianę brzmienia zapisów w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ dla pozycji 3 i pozycji 4 Zadania 4 poprzez zmianę ilości podanych w kolumnie 5 „Formularza cenowego”, a mianowicie:

było:

L.p.	Ilość
1	5
-	-
<b>ZADANIE 4 Zestawy do pracowni angiografii i stymulatorów</b>	
3	82,00
4	200,00

jest:

L.p.	Ilość
1	5
-	-
<b>ZADANIE 4 Zestawy do pracowni angiografii i stymulatorów</b>	
3	62,00
4	220,00

- zmiany podziału przedmiotu zamówienia poprzez wydzielenie z Zadania 4 pozycji 1 i pozycji 2. Wydzielone pozycja 1 i pozycja 2 z dotychczasowego Zadania 4 tworzą Zadanie 14;
- zmiany podziału przedmiotu zamówienia poprzez dodanie części przedmiotu zamówienia tj.: **ZADANIE 9, ZADANIE 10, ZADANIE 11, ZADANIE 12, ZADANIE 13, ZADANIE 14** w punkcie 1.1 SIWZ i „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ;
- zmianę brzmienia zapisów SIWZ w Części B pkt. 5.1., który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 212,00 złotych,

Zadanie 2 – 565,00 złotych,

Zadanie 3 – 180,00 złotych,

Zadanie 4 – 343,00 złotych,

Zadanie 5 – 967,00 złotych,

Zadanie 6 – 2 707,00 złotych,

Zadanie 7 – 667,00 złotych,

Zadanie 8 – 324,00 złotych,

Zadanie 9 – 231,00 złotych,

Zadanie 10 – 26,00 złotych,

Zadanie 11 – 16,00 złotych,

Zadanie 12 – 96,00 złotych,

Zadanie 13 – 11,00 złotych,

Zadanie 14 – 172,00 złotych.

Łączna wysokość wadium: 6 517,00 złote.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.”,  
w związku ze zmianą szacunkowej wartości zamówienia.

W załączeniu „Formularz Cenowy” i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisie pkt. 12.11. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Wobec powyższych zmian dokonanych w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z równoczesnym zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy. W oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający W oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający zmienia termin i godzinę składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert na dzień 17.08.2015r., godzina 13:00,

- termin otwarcia ofert na dzień 17.08.2015r., godzina 13:15.

WAŻGA!

Dnia 14.08.2015r. Administracja  
Szpitala będzie nieczynna.

Zastępca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
  
lek. med. Maciej Ziombka

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	pln	pln	pln	pln	pln	-	-
<b>ZADANIE I Zestawy uniwersalne</b>													
	<p>Zestaw uniwersalny pediatryczny, sterylny, podwójnie pakowany</p> <p>Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne:</p> <p>1) Serweta z taśmą samoprzylepną 175cmx173cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.</p> <p>2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240cmx148cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.</p> <p>3) Serwety z taśmą samoprzylepną 75cmx73cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 2szt.</p> <p>4) Serweta na stół 150cmx190cm(+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm(+/-10cm) – 1szt.</p> <p>5) Taśma samoprzylepną nieprzepuszczalną elastyczną 9cmx49cm – 1szt.</p> <p>6) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt.</p> <p>7) Osłona na stół Mayo 79cmx145cm (+/- 10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm(+/- 10cm) – 1szt.</p>												
2	<p>Minimalne parametry materiałów:</p> <p>-serwety z pkt 1,2,3 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włókna wiskozowa 23g/m<sup>2</sup> / folia PE 40 μ / włókna celulozowa 20 g/m<sup>2</sup>), taśmy samoprzylepne o szerokości 2,5 cm</p> <p>- serweta z pkt 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 μ / włókna 23 g/m<sup>2</sup></p> <p>- taśma samoprzylepną z pkt 5 , laminat włókna poliestrowa 40g/m<sup>2</sup> / folia PE 27,5 μ</p> <p>-osłona z pkt 7 wykonana z folii PE o grubości 60 μ wzmocniona w strefie biału stolika włókna wiskozową 27g/m<sup>2</sup></p>												
	zeszaw			332,00									

## Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
Im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>ZADANIE 2 Zestawy operacyjne ortopedyczne</b>														
1	<p>Zestaw do operacji na kołczyźnie dolnej, sterylizowany, podwójnie pakowany. Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serwetka chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240cmx175 cm (+/-10cm) wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów – 1szt. 2) serwetka chirurgiczna dolna o wymiarach 200cmx260 cm (+/-10cm) z wycięciem "U" o wymiarach 20x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej – 1szt. 3) serwetka chirurgiczna trójwarstwowa o wym. 75cmx90cm (+/-10cm) – 1szt. 4) taśma samoprzylepna o wymiarach 9cmx49cm – 1szt. 5) ręczniki chłonne owym. 18cmx25cm – 4szt. 6) wzmocniona osłona na siólik Mayo o wymiarach 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 7) serwetka na siólik - (owinięcie zestawu) o wym. 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów: - serwetka z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa 23g/m<sup>2</sup> / folia PE 40 µ / włóknina celulozowa 20 g/m<sup>2</sup>), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> - serwetka z pozycji 2 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włóknina 30g/m<sup>2</sup> / folia PE 15 µ / włóknina 20 g/m<sup>2</sup>), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m<sup>2</sup> - osłona z pozycji 6 wykonana folią o grubości 80 µ wzmocniona w strefie białej stolika laminatem folia 50 µ / włóknina 40g/m<sup>2</sup> - serwetka z pozycji 7 folia PE 55 µ / włóknina 23 g/m<sup>2</sup> - serwetka z pozycji 3 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina wiskozowa 23g/m<sup>2</sup> / folia PE 40 µ / włóknina celulozowa 20 g/m<sup>2</sup></p>		zestaw	114,00										

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	(6x7)	(6x8)	(5x6)	(5x8)	(5x9)	-	-
3	<p>Zestaw do zabiegów na kończynie górnej, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny, parametry i skład i wymiary: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 230cmx315cm (+/-10cm) posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 7cm, otoczony warstwą chłonna z wkomponowanymi na wszystkich bokach organizatorami przewodów – 1szt. 2) Serweta chirurgiczna o wymiarach 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt. 3) Osłona na kończynę 37cmx75cm (+/-10 cm) – 1szt. 4) Taśmy samoprzylepne 9cmx49cm – 2szt. 5) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 6) Osłona na stół Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 7) Wzmocniona serweta na stółk narzędziowy 150cmx190cm (+/-10cm) (zawinięcie zestawu) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: -serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 30 g/m2 -folia PE 15 mikronów - włóknina 20 g/m2, warstwa chłonna wokół otworu włóknina 50 g/m2 -serweta z pozycji 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 75 mikronów plus włóknina 40 g/m2 pozycja 6 osłona na Mayo folia PE 80 mikronów wzmocniona na obszarze blatu stolika laminatem folia PE 50 mikronów – włóknina 40g/m2 -pozycje 2,3 laminat dwuwarstwow PE+włóknina</p>		zestaw	82,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel 343-76-01 fax 071/343-67-47

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[ok]	[ok]	[ok]	[ok]	[ok]		
4	<p>Zestaw do zabiegów na kończynie rękostopa, sterylny, podwójnie pakowany:            Minimalny skład wymiary i parametry zestawu:            1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 230x315cm (+/-10cm) posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 3,5cm, otoczony warstwą chłonną z wkomponowanymi na wszystkich bokach organizatorami przewodów – 1szt.            2) Osłona na stółk Mayo 79cmx145cm(+/-10cm) – 1szt.            3) Wzmocniona serweta na stółk narzędziowy 150cmx190cm(+/-10cm) (zawinięcie zestawu) – 1szt</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe:            -serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 30 g/m2 -folia PE 15 mikronów - włóknina 20 g/m2, warstwa chłonna wokół otworu włóknina 50 g/m2            -serweta z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 75 mikronów plus włóknina 40 g/m2            -osłona na Mayo pozycja 2 folia PE 80 mikronów wzmocniona na obszarze biału stółka laminatem folia PE 50 mikronów – włóknina 40g/m2</p>		zestaw	188,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
 im. T. Marciniaka  
 Centrum Medycyny Ratunkowej  
 50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116  
 tel 343-76-01 fax 071/343-67-47

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
5	<p>Zestaw do operacji stawu biodrowego, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna górną z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300cmx175 cm (+/-10cm) wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów 2) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 (+/-10cm) cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej 3) serweta chirurgiczna 75cmx90cm (+/-10cm) – 1szt. 4) serweta na stolik 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt. 5) osłona na kończynę 32cmx120cm (+/-10cm) – 1szt. 6) taśmy samoprzylepne 9cmx49cm – 2szt. 7) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 8) dodatkowo wzmocniona osłona na stolik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 9) wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów: -serweta z pozycji 2 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włókna 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włókna 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m2 -serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włókna 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gram. 50g/m2 -osłona z pozycji 8 wykonana folią o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika laminatem folia 50 mikronów / włókna 40g/m2 - serweta z pozycji 9 folia PE 75 mikronów / włókna 40 g/m2</p>		zestaw	60,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-20 Wrocław, ul. Traugutta 110  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47



## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
6	<p>Zestaw operacyjny do artroskopii kolana, sterylny, podwójnie pakowany:  Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu:  1) osłona na stólik Mayo 79cm x 145cm (+/-10cm) warstwa chłonna – 1szt  2) ręczniki chłonne 18cm x 25cm – 4szt  3) serwetki na stólik narzędziowy 150cm x 190cm (+/-10cm) warstwa chłonna 75cm x 90cm (+/-10cm) – 1szt  4) taśmy lepne 9cm x 49cm, nieprzemakalne elastyczne – 2szt.  5) osłona na kończynę 22cm x 75cm (+/-10cm) – 1szt.  6) obłożenie do artroskopii kolana 230cm x 320cm (+/-10cm), wyposażone w elastyczny samouszczelniający się otwór o średnicy 7cm zintegrowane z workiem do przechwytywania płynów który również wyposażony jest w elastyczny samouszczelniający się otwór o średnicy 5cm – 1szt.  7) serwetki na stólik 150cm x 190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cm x 90cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałowe:  3,7 strefa krytyczna laminat dwuwarstwowy włóknina wiskozowa 23g/m2 oraz folia PE o grubości 55 µ  1, strefa krytyczna laminat dwuwarstwowy włóknina wiskozowa 27g/m2 oraz folia PE o grubości 60µ  6, serwetki na całej powierzchni laminat dwuwarstwowy włóknina 30g/m2 oraz folia PE o grubości 40µ  4, laminat włóknina poliestrowa 40g/m2 oraz folii PE 27,5 µ</p>		zesław	96,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 11C  
tel 343 75-01 fax 071/343-67-47

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5+8]	[5x9]		
	<p>Zestaw do zabiegów na kończynie Minimalny skład wymiary i parametry zestawu: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wymiarach 230cmx315cm (+/-10cm) posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 7cm, otoczony warstwą chlonną z wkomponowanymi na wszystkich bokach organizatorami przewodów – 1szt. 2) Serweta chirurgiczna o wymiarach 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt. 3) Osłona na kończynę – 1szt. 37cmx75cm (+/-10cm) 4) Taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 2szt 5) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 6) Osłona na stolik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 7) Wzmocniona serweta na stolik narzędziowy 150cmx190cm (+/-10cm) (zawinięcie zestawu) – 1szt. Minimalne wymagania materiałowe: -serweta z pkt 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 30 g/m2 -folia PE 15 mikronów - włóknina 20 g/m2, warstwa chlonna wokół otworu włóknina 50 g/m2 -serweta z pkt 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 75 mikronów plus włóknina 40 g/m2 -pkt 6 osłona na stolik Mayo folia PE 80 mikronów wzmocniona na obszarze blatu stolika laminatem folia PE 50 mikronów – włóknina 40g/m2 -pkt 2,3 laminat dwuwarstwow PE/włóknina</p>		zestaw	12,00									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-20 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel 343 76-01 fax 071/343-67-47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[tax7]	[6+8]	[5+9]	[5+8]	[5+9]		
<b>ZADANIE 3 Zestawy specjalistyczne</b>													
1	<p>Zestaw do tracheotomii, sterylny, podwójnie pakowany:  Minimalny skład wymiary i parametry zestawu:  1) serweta chirurgiczna o wymiarach 200cmx240 cm (+/-10cm) z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm - 1szt.  2) taśma samoprzylepna 9cmx49cm - 1szt.  3) ręczniki chłonne 18cmx25cm - 2szt.  4) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) wym. 150cmx190cm (+/-10cm) - 1szt</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe:  poz. 1 siera krytyczna i mniej krytyczna laminat owuwarstwowy folia PE 40 mikronów / włóknina 23 g/m2  poz. 2 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa  poz. 4 laminat owuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2</p>		zestaw	8,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel 343-76-01 fax 071/343-67-47

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(ca7)	(b+g)	(a+g)	(s+g)	(b+g)		
2	<p>Zestaw do zabiegów TUR, sterylny, podwójnie pakowany:            Minimalny skład wymiary i parametry zestawu:            1) serweta chirurgiczna do przeczwikowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270cmx180cm (+/-10cm), zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o Ø 8 cm, otwór na przecię o Ø 5cm i osłona na palec do badania per rectum. Z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z sitem oraz usztywnionym brzegiem do jego regulacji, wyposażony w podłączenie do ssaka - 1szt.            2) ręcznik chłonny 18cm x 25cm - 1szt.            3) samoprzylepny organizator przewodów 9cmx18cm - 1szt.            4) serweta na stolik instrumentalny 150cmx190 cm (+/-10cm) - 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów:            -serwety z pozycji 1 wykonana z mocnego i trwałego laminatu min. dwuwarstwowego folia PE 50 µ / włóknina 20 g/m2            - serweta z pozycji 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 µ / włóknina 23 g/m2</p>		zestaw	48,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
 im. T. Marciniaka  
 Centrum Medycyny Ratunkowej  
 50-120 Wrocław ul. Traugutta 11C  
 tel. 343-76-01 fax 071/343.67.47

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[6x7]	[6+8]	[6x9]	[5x8]	[5x9]		
3	<p>Zestaw do laparoskopii, sterylny, podwójnie pakowany. Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250cmx325 cm (+/-10cm) zintegrowana z ekranem anestetycznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25cmx30 cm, otoczony warstwą chłonna. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie – 1szt.</li> <li>2) taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5cmx30cm – 1szt.</li> <li>3) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt.</li> <li>4) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt.</li> <li>5) osłona na kamerę (perforowana końcówka) 14cmx250cm (+/-10cm) – 1szt.</li> <li>6) osłona na stolik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt.</li> <li>7) serweta na stół 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</li> </ol> <p>Minimalne parametry materiałów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna wiskozowa 23g/m<sup>2</sup> / folia PE 40 μ / włókna celulozowa 20 g/m<sup>2</sup>), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókny o gramaturze 50g/m<sup>2</sup></li> <li>-osłona z pozycji 6 wykonana z folii o grubości 80 μ wzmocniona w strefie blatu stolika laminatem folia 50 μ / włókna 40g/m<sup>2</sup></li> <li>-serweta z pozycji 7 folia PE 55 μ / włókna 23 g/m<sup>2</sup></li> </ul>		zestaw	30,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel 343 76-01 fax 071/343 67 47

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	razwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producenci/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(6x7)	(8+9)	(5x9)	(5x8)	(5x9)		
4	<p><b>Zestaw do torakotomii, sterylny, podwójnie pakowany:</b> Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu:</p> <p>1) Serweta chirurgiczna do laparotomii w kształcie litery "T" wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 180/200cmx340cm (+/-10cm) z samoprzylepnym otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 30cmx30cm otoczonym warstwą wysokochłoną o wymiarach 75cmx90cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>2) Taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt.</p> <p>3) Ręczniki chłonne 30cmx40cm – 2szt.</p> <p>4) Kieszka dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2cm x 15cmx40cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>5) Osłona na stolik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>6) Serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu) 150cmx200cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów:</p> <p>-serweta z pkt 1 wykonana z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwety (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie wokół strefy krytycznej laminat folia PE/włókna spunlanced 85g/m<sup>2</sup></p> <p>-taśma samoprzylepna z pkt 2, laminat włóknina poliestrowa 40g/m<sup>2</sup> / folia PE 27,5 μ</p> <p>-osłona z pkt 5 wykonana z folii PE o grubości 60 μ wzmocniona w strefie biału stolika włóknina wiskozowa 27g/m<sup>2</sup></p>		zestaw	2,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
CO-20 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 071/343 6-3

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	<p><b>Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych, sterylny, podwójnie pakowany:</b>  Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu:  1) serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/175/270cmx260 cm (+/-10cm) zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25cmx30 cm (+/-10cm), otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach kroczu o wymiarach 13cmx24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38cmx64 cm (+/-10cm). Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie- 1szt.</p> <p>2) serweta z taśmą samoprzylepną 75cmx75cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>3) taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5cmx30cm – 1szt.</p> <p>4) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt.</p> <p>5) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt.</p> <p>6) Osłona na stolik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>7) Serweta na stół 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p><b>Minimalne wymagania materiałowe:</b>  pkt. 1 serweta mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włóknina 20 g/m2 w strefie krytycznej wzmocnienie laminat  dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 23 g/m2  pkt. 3 laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina 20g/m2  pkt. 4 taśma samoprzylepna nieprzenikalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa  pkt. 6 osłona na stolik Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2  pkt. 7 laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2</p>		zestaw	10,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-20 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel. 343 76-01 fax 071/343 67 47

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producenci/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	(6x7)	(6+8)	(5x6)	(5x8)	(5x9)	-	-
6	<p>Zestaw do operacji tarczycy, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład i wymiary zestawu: 1) serweta chirurgiczna o wymiarach 200/280 cm x 350 cm (+/-10cm) z otworem samoprzylepnym w kształcie rombu o wym. 11cmx11cm, poniżej otworu w części środkowej serwety dodatkowa warstwa chłonna – 1szt. 2) taśma samoprzylepna typu rzep o wym. 2,5cmx30cm – 1 szt. 3) taśma samoprzylepna nieprzemakalna o wym. 9cmx49cm – 1 szt. 4) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 5) Osłona na stół Mayo 79x145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt. 6) Serweta na stół 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: poz. 1 strefa krytyczna i mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 20 g/m2 poz. 6, laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2 poz. 5 osłona na stół Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 poz. 3 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa</p>		zestaw	4,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-20 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel 343 76-01 fax 071/343-67-47



## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[6*7]	[8+9]	[5*9]	[5*8]	[5*9]		
7	<p>Zestaw do zabiegów P.C.N.L., sterylizy, podwójnie pakowany</p> <p>Minimalny skład i wymiary zestawu:</p> <p>1) serweta o wym. 180cmx300cm (+/-10cm) do zabiegów P.C.N.L. posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 20cmx23cm oraz zintegrowany z serwetą umieszczony pod otworem długi worek do przechwytywania płynów, posiadający sztywnik umożliwiający łatwe modelowanie brzegów worka,</p> <p>2) serweta nieprzemakalna o wym. 100cm x 150cm (+/-10cm) (owinięcie zestawu), która może służyć jako przykrycie stolika.</p> <p>Minimalne parametry materiałów:</p> <p>-serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna wiskozowa 23g/m<sup>2</sup> / folia PE 40 μ / włókna celulozowa 20 g/m<sup>2</sup>), oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókna o gram. 50g/m<sup>2</sup></p> <p>- poz.2 serweta wykonana z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwety (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m<sup>2</sup></p>		zestaw	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-120 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 0717343-67-47

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(8x7)	(9x8)	(5x8)	(5x8)	(5x9)		
8	<p>Zestaw do kraniotomii sterylnej, podwójnie pakowany, Minimalny skład i wymiary zestawu: 1) serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230cmx300 cm (+/-10cm), posiada chirurgiczną o wymiarach 30cmx20 cm (+/-5cm), dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenażu – 1szt. 2) serwety chirurgiczne samoprzylepne do wyznaczania pola operacyjnego o wym. 50cmx50cm (+/-10cm) – 4szt. 3) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt. 4) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 2szt. 5) Osłona na stołek Mayo 79cmx145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt. 6) Serweta na stół 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: pkt. 1 serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 40 mikronów / włókna wiskozowa 22 g/m2 wzmocniona w obszarze krytycznym laminatem dwuwarstwowym wiskoza 23g/m2 / folia PE 40 mikronów pkt. 2. laminat dwuwarstwowo włókna wiskozowo-poliestrowa 23g/m2 / folia PE 50 mikronów pkt. 3 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włókna poliestrowa pkt. 5 osłona na stołek Mayo laminat dwuwarstwowo folia PE 60 mikronów / włókna wiskozowa 27g/m2 pkt. 6 laminat dwuwarstwowo folia PE 55 mikronów / włókna 23 g/m2</p>		zestaw	30,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-20 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 071/342 67-47

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producenci/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(6x7)	(6+8)	(5x9)	(5x9)	(5x9)		
9	<p>Zestaw do zabiegów na głowie, szyl typu turban, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład parametry i wymiary zestawu: 1) serwetka o wymiarach 200cmx290 cm (+/-10cm) z wycięciem "U" otoczonym taśmą lepną, 2) obłożenie głowy składające się z podwójnej serwetki wykonane w sposób który umożliwia w trakcie aplikacji uzyskać efekt tzw. turbanu, wymiary 150cmx94 cm (+/-10cm) 3) serwetka na stolik instrumentalny o wymiarach 150cmx210 cm (+/-10cm) 4) osłania na stolik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 5) torebka na szwy – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: pkt. 1 laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m<sup>2</sup> / folia PE 40 mikronów / celuloza 20 g/m<sup>2</sup> pkt. 2 laminat dwuwarstwowy włóknina wiskozowo poliestrowa typu spunlanced 30g/m<sup>2</sup> laminowana folia PE 27,5 mikrona, warstwa krytyczna wzmocniona włóknina wiskozową o gramaturze 73g/m<sup>2</sup> pkt. 3 laminat dwuwarstwowy włóknina wiskozowa 23g/m<sup>2</sup> laminowana folia PE 55 mikronów pkt. 4 osłona na stolik Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23g/m<sup>2</sup></p>		zestaw	50,00									
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-20 Wrocław ul. Traugutnia 116  
tel 343 76-01 fax 071/343-67-47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>ZADANIE 4 Zestawy do pracowni angiografii i stymulatorów</b>														
3	Zestaw do Wszczepiania Rozruszników, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład wymiary i parametry zestawu: a) serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 180cmx300cm (+/-10cm) serweta posiada dwa otwory eliptyczne o wymiarach 12cmx15cm wypełnione folią chirurgiczną. Otwory odczone są warstwą wysokochłoną o wymiarach 50cmx80cm (+/-10cm) – 1szt. b) fartuch chirurgiczny wykonany z włókny SMS rozzn. XL – 1szt. c) rękawiczki chłonne 30cmx40cm – 2szt. d) osłona foliowa na gumce na ekran radiologiczny Ø 80cm – 1szt. e) serweta z laminatu nieprzemakalnego na stolik 150cmx180cm (+/-10cm) – 1szt.													
			zestaw	62,00										

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 110  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	liczba	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(6x7)	(6x9)	(6x9)	(6x8)	(6x9)		
4	<p>Zestaw do zabiegu angiografii, sterylne, podwójnie pakowany</p> <p>Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu:</p> <p>a) obłożenie (serweta) do angiografii udowej jest o wymiarach 230cm x 300 cm (+/-10cm) wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>, serweta posiada przezroczystą foliową wsławkę o wymiarach 70cmx300 cm, która służy do łatwego zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. W obłożeniu znajdują się cztery otwory – dwa otwory do wejścia w okolicach łk. udowych o średnicy 8,5 cm i dwa otwory do wejścia w okolicach łk. promieniowych o średnicy 6cmx12cm, otwory te otoczone są taśmą lepną, dookoła otworów znajduje się warstwa wysokoelastyczna, o wymiarach 110cm x 150 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 85 g/m<sup>2</sup></p> <p>b) sterylne fartuch chirurgicznych w rozmiarze XL, fartuch wykonany jest z włókniny typu SMS, u góry fartuch zapinany jest na rzep, rękawy wykonane są elastycznym, syntetycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora.- 1szt.</p> <p>c) rękawiczki wysokoelastyczne o wymiarze 30cmx40 cm - 4 szt.</p> <p>d) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepeca na RTG o średnicy 50cm – 1szt.</p> <p>e) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepeca na RTG o średnicy 80cm – 1szt.</p> <p>f) serweta o wymiarze 150cmx200cm (+/-10cm), wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie włóknina typu spunlace o gramaturze min 85g/m<sup>2</sup></p>		zestaw	220,00									
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN-EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-220 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 071/343 67 47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
-	-	-	-	-	-	-	(6x7)	(9x8)	(10x9)	(11x8)	(12x9)	-	-	
<b>ZADANIE 5 Fartuchy operacyjne</b>														
1	Fartuchy operacyjne standard rozmiar M-XXL*, Fartuch chirurgiczny, jałowy wykonany z włókniny typu SMS (dopuszcza się różne warianty tej włókniny np SMMS, SSMMS itp.), niepłynącej, wysoko oddychającej, elastyczne pochłaniające pot, wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m <sup>2</sup> , dla zapewnienia optymalnej ochrony szyi na rękawach od mankietu do wysokości łokcia wykonane w technologii ultradźwiękowej. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk.													
			szt.	2 640,00										

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-20 Wrocław, ul. Traugutta 11f  
tel. 343 76-01 fax 071 44 67 57

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producenci/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	[br7]	[br+9]	[brx6]	[brx8]	[brx9]	-	-
2	Fartuchy operacyjne special rozmiar M-XXL*; Fartuch chirurgiczny do mokrych zabiegów, jalowy wykonany z włókniny typu SMS ( dopuszcza się różne warianty tej włókniny np SMMMS, SSMMS itp ), niepyłającej, wysoko oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot. wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m <sup>2</sup> , wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów wykonane z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa oraz włóknina poliestrowa, dla zapewnienia optymalnej ochrony szyi na całej długości wzmocnienia rękawów wykonane w technologii ultradźwiękowej. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk.		szt.	4 250,00									
3	Fartuch chirurgiczny typu Basic rozm. M-XXL*, sterylny, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylnie części fartucha nie zachodzące na siebie, wiązane na troki, oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy		szt.	240,00									
X		X	X	X	X	X	X	X				X	X

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław ul. Traugotza 111  
tel. 343-76-01 fax 071-942 67 47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(6x7)	(5-8)	(5-6)	(5-6)	(5-6)		
<b>ZADANIE 6 Serwety i osłony sterylne</b>													
1	Serwety nieprzylepne 150cmx240 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2, sterylne,		szt.	160,00									
2	Serwety nieprzylepne 75cmx90 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2, sterylne,		szt.	416,00									
3	Serwety samoprzylepne 75cmx90 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2, sterylne,		szt.	252,00									
4	Serwety samoprzylepne 150cmx240 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2, sterylne,		szt.	340,00									
5	Serwety samoprzylepne 50cmx60cm (+/-10cm) z otworem o śr 7cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2, sterylne,		szt.	340,00									
6	Serwety samoprzylepne 120cmx150cm (+/-10cm) z otworem o śr 7cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2, sterylne,		szt.	68,00									
7	Osłony na kończyne z taśmą 25cmx80 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m2, sterylne,		szt.	80,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-220 Wrocław, ul. Traugutta 11C  
tel. 343 76-01 fax 071/343 67 47



## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Ostony na kofczyń z taśmą 35cmx120 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m <sup>2</sup> , sterylne,		szt.	54,00									
9	Pokrowce na podkietniki (opakowanie 2 szt), sterylne, min 35cmx70cm (+/- 10cm)		szt.	32,00									
10	Taśma samoprzylepna (w komplecie min 2 szt), sterylne, min. 9cmx49cm (+/- 10cm)		szt.	1 612,00									
11	Serweta na stoik Mayo 145cmx80 cm (+/- 10 cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m <sup>2</sup> , sterylne,		szt.	212,00									
12	Ostona na rękaw typu zarękawek, sterylne, zakończona mankietem, wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina		szt.	44,00									
13	Serwety operacyjne 45cmx75 cm, sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina		szt.	13 914,00									
14	Serwety operacyjne w rozmiarze 75cmx45cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm umiejscowionym centralnie, sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina		szt.	8 200,00									
15	Serweta operacyjna samoprzylepna 150cm x 240 cm (+/-10cm), sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina		szt.	5 898,00									
16	Prześcieradło operacyjne 95cm x 120 cm (+/-10cm), sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PE/włóknina		szt.	13 514,00									
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-20 Wrocław ul. Traugutta 117  
tel. 343-76-01 fax 071 742 67 47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	[6*7]	[8*9]	[5*9]	[6*8]	[5*9]	-	-
<b>ZADANIE 7 Ubrania operacyjne</b>													
1	Ubrania operacyjne S, M, L, XL, XXL, XXXL* ubranie chirurgiczne (bluza i spodnie) jednorazowego użytku wykonane z włókny bawełnopodobnej o minimalnej gramaturze 49g/m <sup>2</sup> zawierającej 100% polipropylenu, wykonanej w technologii typu SPUNBOND, antystatycznej niepalącej, odrywalnej, przeznaczonych do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie-na sucho. Odporność na rozrywanie, czyszczenie pod względem cząstek stałych wg normy EN-PN 13785. Bluza z krótkim rękawem, wyposażona w trzy kieszenie, jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie długie, ściągnięte w pasie irokiem.		kpl.	6 418,00									

## Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne z pozycji 1 powinny spełniać wymogi określone przez normę PN-EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

\* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-120 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(6x7)	(6x8)	(5x6)	(5x8)	(3x9)		
<b>ZADANIE 3 Osłony i prześcieradła niesterylne i inne akcesoria</b>													
1	Spodnie endoskopowe niesterylne: szorty endoskopowe-kolonoskopowe		szt.	960,00									
2	Osłona wykonana z włókny na wózek transportowy 150cm x 210cm (+/-10cm)		szt.	1 604,00									
4	Prześcieradło z włókny do przykrycia pacjenta 150cmx210cm (+/-10cm)		szt.	2 310,00									
5	Prześcieradła jednorazowe niesterylne z włókny na kozetkę 160cmx210cm (+/-10cm)		szt.	1 600,00									
6	Podkład higieniczny wykonany z włókny na kozetkę 90cmx210cm (+/-10cm)		szt.	384,00									
7	Fartuch jednorazowy z włókny niesterylny rozm. M- XXL*		szt.	1 612,00									

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław, ul. Traugutka 11c  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67 47

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[5x7]	[5x9]	[5x6]	[5x8]	[5x9]		
8	Podkład chłonny 60cmx90cm (+/-10cm)		szt.	20,00									
9	Prześcieradło flizelinowe 110cmx210cm (+/-10cm)		szt.	12,00									
10	Ubranie operacyjne jednorazowe rozm. M-XXL*		szt.	12,00									
11	Majtki dla pacjentów wykonane z włókny polipropylenowej o gramaturze min 40g/m <sup>2</sup> , wzmocnione w kroku, gumki bezszwowe, nieprześwitujące, rozmiar uniwersalny		szt.	1 666,00									
12	Koszula dla pacjenta rozmiar XL/XXL z krótkim rękawem wykonana z nieprzezroczystej, miękkiej i układnej włókny typu SMS o gramaturze min. 35g/m <sup>2</sup> , (min. wymiary 160cm x125 cm), wiązana w pasie i przy szyi		szt.	332,00									
13	Koszula dla pacjenta rozmiar M/L z krótkim rękawem wykonana z nieprzezroczystej, miękkiej i układnej włókny typu SMS o gramaturze min. 35g/m <sup>2</sup> , (min. wymiary 140cmx110 cm), wiązana w pasie i przy szyi		szt.	832,00									
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Uwagi:

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

\* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
60-20 Wrocław ul. Traugutta 11c  
tel. 343-76-01 fax 071/343 67 47

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[5x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]		
<b>ZADANIE 9</b>													
Zestaw uniwersalny, sterylny, podwójnie pakowany													
Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne:													
1) Serweta z taśmą samoprzylepną 175cmx175cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.													
2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240cmx150cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1szt.													
3) Serwety z taśmą samoprzylepną 75cmx90cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 2szt.													
4) Serweta na stoł 150x190cm(+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm(+/-10cm) – 1szt.													
5) Taśma samoprzylepna nieprzepuszczalna elastyczna 9cmx49cm – 1szt.													
6) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt.													
7) Osłona na stołek Mayo 79cmx145cm (+/- 10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm – 1szt.													
1			zestaw	350,00									
Minimalne parametry materiałów:													
-serwety z pkt 1,2,3 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włókna wiskozowa 23g/m2 / folia PE 40 µ / włókna celulozowa 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókna o gram. 50g/m2													
- serweta z pkt 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 µ / włókna 23 g/m2													
- taśma samoprzylepna z pkt 5, laminat włókna poliestrowa 40g/m2 / folia PE 27,5 µ													
-osłona z pkt 7 wykonana z folii PE o grubości 60 µ wzmocniona w strefie biału stołka włókniną wiskozową 27g/m2													

## Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-120 Wrocław ul. Traugutta 11C  
tel. 343-76-01 fax 071/343 67 47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							[b.7]	[b.8]	[s.9]	[s.9]	[s.9]			
<b>ZADANIE 10</b>														
2	<p>Zestaw ze zbiornikiem do operacji stawu barkowego, sterylny, podwójnie pakowany:</p> <p>Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne zestawu:</p> <p>1) serweta chirurgiczna o wymiarach 240cmx170 cm(+/-10cm), z wycięciem "U" o wymiarach 15cmx45 cm z taśmą samoprzylepną, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów – 1szt.</p> <p>2) serweta chirurgiczna o wymiarach 230cmx285 cm(+/-10cm), z wycięciem U o wymiarach 10cmx70 cm,</p> <p>wzmocniona w strefie krytycznej warstwą chłonna – 1szt.</p> <p>3) osłona na kończynę 37cmx75cm(+/-10cm) – 1szt</p> <p>4) taśmy samoprzylepne 9cmx49cm – 2szt</p> <p>5) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt.</p> <p>6) dodatkowo wzmocniona osłona na stół Mayo 79cmx145cm(+/-10cm) – 1szt.</p> <p>7) wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150cmx190cm(+/-10cm) – 1szt</p> <p>Minimalne parametry materiałów:</p> <p>-serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego (włókna 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włókna 20g/m2)</p> <p>-serweta z pozycji 2 wykonana z laminatu trójwarstwowego (włókna 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włókna 20g/m2), w strefie krytycznej dodatkowo wzmocniona włókną 50g/m2</p> <p>-poz. 3 osłona wykonana z folii PE 70 mikronów i włókna</p> <p>viscosowo-poliestrowej 30g/m2</p> <p>- poz. 4 taśma samoprzylepna nieprzenakalna laminat folia PE / włókna poliestrowa</p> <p>-poz. 6 wykonana z folii o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie biału stolika laminatem folia 50 mikronów / włókna 40g/m2</p> <p>- poz. 7 wykonana z folii PE 75 mikronów / włókna 40 g/m2</p>			zesław	14,00									

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN-EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-120 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel. 343-76-01 fax 071/343 67 47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ZADANIE 11</b>													
4	Urologiczny fartuch chirurgiczny, rozm. M-XXL*, sterylizy. Rękaw zakończony mankietem z działaniny z przodu fartucha oraz na rękawach dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia. Przód fartucha posiada dwie lub jedną zakładkę poszerzającą fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Fartuch wiązany z tyłu na troki, oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy.		szk.	120,00									

**Uwaga!**

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

\* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław, ul. Traugutka 116  
tel. 343 76-01 fax 071/343 67 47 J

## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIE 12													
3	Ostona na stół operacyjny 90cm x 200cm (+/- 10cm), posiadająca warstwę chłonną		szt.	2 480,00									

## Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

\* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-120 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel. 343.76.01 fax 071/343.6.4



## FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ZADANIE 13</b>													
14	Koszula operacyjna dziecięca rozm. SIXS o długości 65 cm (+/-1 cm), wykonana z nieprzeźroczystej, miękkiej i układnej włókniny typu SMS o gramaturze min 35 g/m <sup>2</sup> , wiązana w pasie i przy szyi		szt.	500,00									

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

\* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-120 Wrocław ul. Traugutta 116  
Tel 71 343 76-01 Fax 071 7343 67 47

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	siroiny oferty z opisem katalogowym	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5										
<b>ZADANIE 14</b>														
1	Zestaw do angiografii naczyń mózgowych, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład wymiary I parametry zestawu: 1) Fartuch jednorazowy chirurgicznym wykonany z włókniny typu SMS rozmiar L-2szt 2) Serweta angiograficzna o wymiarach 240cmx340cm (+/-10cm) wykonana z włókniny typu SMS, z dwoma otworami w kształcie koła, wypetnionymi folią przyklepną-1 szt 3) Kompres gazowy 10cmx10 cm -50szt 4) Miska, okrągła 125 ml -1szt 5) Strzykawka 2 częściowa, typu luer lock 10 ml -3szt 6) Strzykawka, 2 częściowa, typu luer lock 20 ml LL -1szt 7) Skalpel z rączką -1szt 8) Igiła 0,8x40- 2szt 9) Igiła 1,2x60- 2szt													
			zestaw	50,00										

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław ul. Traugutta 111  
tel. 343-76-01 fax 071/345 67 57

X	<p>Zestaw do embolizacji, sterylny, podwójnie pakowany:          Minimalny skład wymiary i parametry zestawu:          Fartuch jednorazowy chirurgiczny wykonany z włókny typu SMS, rozmiar L -3szt          Serweta angiograficzna, wykonana z włókny SMS o wymiarach 240cmx340cm (+/-10cm) z dwoma otworami udowymi w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną -1szt          kompresy gazowe 10cmx10 cm - 100szt          Miska I<sup>a</sup> okragła 250 ml -2szt          Miska II<sup>a</sup> okragła 120 ml -1 szt          Miska IV<sup>a</sup> do cewników i przewodników okragła, z widocznymi wrąbkami blokującymi          przewodnik - cewnik przed wysłgiwaniem się z miski -1szt          Miska III<sup>a</sup> 31cmx28,5cmx5 cm (+/- 0,5cm) z widocznymi wrąbkami blokującymi          przewodnik - cewnik przed wysłgiwaniem się z miski -1szt          Strzykawka 10ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -3szt          Strzykawka 20 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -2szt          Strzykawka 5 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -2szt          Strzykawka 2 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -4szt          Skalpel nr 11 z rączką -1szt          Igiła 18G -1szt          Igiła 21G -1szt          Kranik jednodrożny -1szt          Y konektor -1szt          Kleszczyki, proste, długość 20 cm (+/- 1cm) -1szt          Serweta 60cmx90 cm (+/- 10cm) z włókny typu SMS -1szt          Dren długość 25cm (+/- 5cm), średnica 2,0x4,1mm, kranik trójdrożny z możliwością obrotu o 160 stopni, osłowa i promieniście ruchoma nakrętka, kompatybilny ze wszystkimi systemami ciśnieniowymi infuzyjnymi, elastyczny -1szt          Serweta wykonana z włókny typu SMS 100cmx150cm (+/- 10 cm) -1szt          Powłoka ochronna na blende wykończona gumką, 140cmx140cm (+/-10cm) -1szt          Powłoka ochronna wykończona gumką 70cmx80cm(+/-10cm) -2szt          Serweta wykonana z włókny typu SMS 140cmx150cm (+/-10cm) -1szt</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	<p>zestaw 20,00</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1.2.3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

^ Zamawiający wymaga, aby każda z misek I, II, III i IV, stanowiących część zestawu zaofertowanego w pozycji 2 Zadania 4, była w odmiennym kolorze.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław ul. Traugutta 110  
tel. 343-78-01 fax 071/327-67-47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinków.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 110457-2015 z dnia 2015-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obłożeń według wymienionych niżej części: ZADANIE 1 Zestawy uniwersalne, ZADANIE 2 Zestawy operacyjne ortopedyczne, ZADANIE 3 Zestawy...  
Termin składania ofert: 2015-08-04

**Numer ogłoszenia: 118547 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmianianym ogłoszeniu: 110457 - 2015 data 24.07.2015 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, - 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3414333, fax. 071 3436747.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obłożeń według wymienionych niżej części: ZADANIE 1 Zestawy uniwersalne, ZADANIE 2 Zestawy operacyjne ortopedyczne, ZADANIE 3 Zestawy specjalistyczne, ZADANIE 4 Zestaw do pracowni angiografii i stymulatorów, ZADANIE 5 Fartuchy operacyjne, ZADANIE 6 Serwety i osłony sterylne, ZADANIE 7 Ubrania operacyjne, ZADANIE 8 Osłony i prześcieradła niesterylne i inne akcesoria. Ww. część przedmiotu zamówienia wykazane i opisane zostały w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw - lokalizacja przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia: 325 612,30 zł netto.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obłożeń według wymienionych niżej części: ZADANIE 1 Zestawy uniwersalne, ZADANIE 2 Zestawy operacyjne ortopedyczne, ZADANIE 3 Zestawy specjalistyczne, ZADANIE 4 Zestaw do pracowni angiografii i stymulatorów, ZADANIE 5 Fartuchy operacyjne, ZADANIE 6 Serwety i osłony sterylne,

ZADANIE 7 Ubrania operacyjne, ZADANIE 8 Osłony i prześcieradła niesterylne i inne akcesoria, ZADANIE 9, ZADANIE 10, ZADANIE 11, ZADANIE 12, ZADANIE 13, ZADANIE 14. Ww. części przedmiotu zamówienia wykazane i opisane zostały w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw - lokalizacja przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia: 325 852,30 zł netto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.

W ogłoszeniu jest: WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1 - 443,00 złotych, Zadanie 2 - 590,00 złotych, Zadanie 3 - 180,00 złotych, Zadanie 4 - 511,00 złotych, Zadanie 5 - 983,00 złotych Zadanie 6 - 2 707,00 złotych Zadanie 7 - 667,00 złotych Zadanie 8 - 431,00 złotych Łączna wysokość wadium: 6 512,00 złote. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

W ogłoszeniu powinno być: WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1 - 212,00 złotych, Zadanie 2 - 565,00 złotych, Zadanie 3 - 180,00 złotych, Zadanie 4 - 343,00 złotych, Zadanie 5 - 967,00 złotych, Zadanie 6 - 2 707,00 złotych, Zadanie 7 - 667,00 złotych, Zadanie 8 - 324,00 złotych, Zadanie 9 - 231,00 złotych, Zadanie 10 - 26,00 złotych, Zadanie 11 - 16,00 złotych, Zadanie 12 - 96,00 złotych, Zadanie 13 - 11,00 złotych, Zadanie 14 - 172,00 złotych. Łączna wysokość wadium: 6 517,00 złote. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2015 godzina 09:15, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul.Traugutta 116 bud. C, II piętro, pokój 210.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2015 godzina 13:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul.Traugutta 116 bud. C, II piętro, pokój 210.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz. 1.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr. 1 NAZWA: ZADANIE 1 Zestawy uniwersalne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obłożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90.2. Termin płatności faktury - 5.3. Termin dostawy - 5.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr. 1 NAZWA: ZADANIE 1 Zestawy uniwersalne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań

operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz. 2.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2 Zestawy operacyjne ortopedyczne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 7 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2 Zestawy operacyjne ortopedyczne. 1)

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 6 pozycji 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.14.11.16-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert:

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz. 4.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE 4 Zestaw do pracowni angiografii i symulatorów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.14.11.16-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE 4 Zestaw do pracowni angiografii i symulatorów. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz. 5.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZADANIE 5 Fartuchy operacyjne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań

operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZADANIE 5 Fartuchy operacyjne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz. 8.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ZADANIE 8 Osłony i przesłania niesterylne i inne akcesoria. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów

medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 14 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ZADANIE 8 Osłony i przesłania niesterylne i inne akcesoria. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 12 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. 9.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: ZADANIE 10 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. 10.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: ZADANIE 10 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań

operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. 11.

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr. 11 NAZWA: ZADANIE 11 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.**

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. 12.

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr. 12 NAZWA: ZADANIE 12 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.**

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. 13.

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr. 13 NAZWA: ZADANIE 13 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.**

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Cz. 14.

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr. 14 NAZWA: ZADANIE 14 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych - jednorazowych ubrań operacyjnych i obożeń, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 2 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 5 3. Termin dostawy - 5.**