



Wrocław, dn. 23.10.2015r.

EZ/ *18658* /15

Dotyczy: pytań i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę wstrzykiwacza automatycznego (sygnatura sprawy EZ/509/EM/15).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

### Karta parametrów

1. „W punkcie nr 12 w/w Załącznika, Zamawiający wymaga: „możliwość zapisania iniekcji w pamięci min. 30”  
 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego automatyczną strzykawkę dysponującą funkcją historii ostatnich 50 iniekcji, z możliwością sprawdzenia ich ustawień takich jak: data i czas wykonania, zaprogramowanych parametrów (natężenie przepływu, ilość kontrastu, ciśnienie) oraz raportu osiągniętych parametrów iniekcji?”

**Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.**

2. „W punkcie nr 14 w/w Załącznika, Zamawiający wymaga: „kabel interfejsu do podłączenia do angiografu”  
 Prosimy po podanie producenta i modelu zarówno stołu jak i angiografu do którego byłby podłączony wstrzykiwacz za pomocą kabla interfejsu.”

### **ARTIS ZEE producenta SIEMENS**

3. „W punkcie nr 16 w/w Załącznika, Zamawiający wymaga: „pakiet startowy jednorazowych wkładów oraz niezbędnego asortymentu do natychmiastowego użytkowania po zainstalowaniu” Prosimy określić, co powinno wchodzić w skład pakietu startowego oraz podać ilość sztuk zestawów wkładowych, których zaoferowania Zamawiający oczekuje w tym przypadku.”

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis punktu 16 Karty parametrów na „pakiet startowy jednorazowych wkładów (jednorazowy sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, wkłady o pojemności 150ml, złącze szybkiego napełniania - 1 opakowanie (co najmniej 25 sztuk w opakowaniu)) oraz niezbędnego asortymentu do natychmiastowego użytkowania po zainstalowaniu” W załączeniu zmieniona „Karta parametrów”, stanowiąca integralną część SIWZ.**

### Wzór umowy

Prosimy także o odpowiedź na pytania, dot. wzoru Umowy Dostawy Nr .../EM/15.

4. „Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie § 1 pkt. 3 o treści (cyt.):

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie fabrycznie nowy przedmiot umowy środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie **28 dni** od daty otrzymania zamówienia.

i nada mu proponowane poniżej brzmienie:

3. Wykonawca zobowiązuje się **dostarczyć** do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie fabrycznie nowy przedmiot umowy, środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny, w terminie **28 dni** od daty otrzymania zamówienia.

Uzasadnienie: Zgodnie z zapisami projektu umowy, jej przedmiotem jest jednorazowa dostawa sprzętu medycznego, w związku z czym proponowana modyfikacja zapisów umowy naszym zdaniem jest uzasadniona i w pełni zabezpiecza terminową realizację przedmiotu umowy.”

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną przez Wykonawcę zmianę zapisu ww. paragrafu wzoru**

**umowy. W załączeniu zmieniony „Wzór umowy”, stanowiący integralną część SIWZ.**

5. „Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie § 1 pkt. 8 o treści (cyt.):

8. Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty.

i nada mu proponowane poniżej brzmienie:

8. Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty. Osobą z ramienia Zamawiającego, upoważnioną do uzgodnienia terminu dostawy oraz pisemnego potwierdzenia przyjęcia towaru jest Pan(i)

....., tel/fax. .... e-mail.....

Uzasadnienie: Zamawiający ma obowiązek wskazać personalnie osobę, z którą Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić termin dostawy oraz uzyskać pisemne potwierdzenie jej odbioru.”

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis § 1 ust. 8 wzoru umowy na „Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty. Osobą z ramienia Zamawiającego, wyznaczoną do uzgodnienia terminu dostawy oraz pisemnego potwierdzenia przyjęcia towaru jest ..... tel.**

**.....” W załączeniu zmieniony „Wzór umowy”, stanowiący integralną część SIWZ.**

6. „Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie § 2 pkt. 2 o treści (cyt.):

Z chwilą przekazania – odbioru towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia towaru.

i nada mu proponowane brzmienie:

2. Z chwilą przekazania/odbioru towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia towaru. Pracownikiem Zamawiającego, wyznaczonym do odbioru towaru jest Pan(i) ....., tel/fax. ...., e-mail.....

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 2 wzoru umowy na „Z chwilą przekazania – odbioru towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia towaru. Pracownikiem Zamawiającego, wyznaczonym do odbioru towaru jest ....., tel... ..” W załączeniu zmieniony „Wzór umowy”, stanowiący integralną część SIWZ.**

7. „Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli w zakresie zapisu § 3 pkt. 3 projektu umowy, o treści (cyt.):

3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy ?

Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wstrzykiwacza kontrastu oraz jednorazowa zapłata ceny wynikającej z oferty przetargowej. Ta właśnie cena ofertowa zostanie wpisana w zawieranej umowie przetargowej, której przedmiotem nie będą dostawy ciągłe.”

**Zamawiający wyjaśnia, iż umowa zostanie zawarta na okres trzech miesięcy, w których to Zamawiający zobowiązany jest złożyć pisemne zamówienie do Wykonawcy, zatem w ww. czasie zgodnie z ww. zapisem wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do gwarancji stałości i niezmienności ceny.**

8. „Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie § 5 pkt. 1, 2, ppkt. 1-3 o treści (cyt.):

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ..... do ..... r.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:

1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy,

2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,

3) nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 4 umowy,

poprzez ich wykreślenie w całości?

Uzasadnienie: Przedmiotem postępowania oraz zawieranej umowy jest jednorazowa dostawa wstrzykiwacza kontrastu. Dostawa ma zostać zrealizowana w terminie precyzyjnie określonym w umowie, to jest w ciągu 28 dni od daty otrzymania zamówienia.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia, okres zawarcia dla ww. umowy to 3 miesiące i Zamawiający zamierza w tym okresie złożyć zamówienie.

9. „Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie § 6 pkt. 3 o treści (cyt.):

3. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

poprzez wykreślenie tego punktu w całości?

Uzasadnienie:

Naszym zdaniem zapis odnoszący się do „niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy” jest całkowicie bezzasadny. Umowa zostanie zrealizowana jednorazowo, jej wartość będzie w całości przedmiotem jednej faktury VAT.

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.”

**Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. zapisów wzoru umowy.**

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

- zmianę brzmienia zapisów „Karty parametrów” poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 16, który otrzymuje brzmienie: „**pakiet startowy jednorazowych wkładów (jednorazowy sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, wkłady o pojemności 150ml, złącze szybkiego napełniania - 1 opakowanie (co najmniej 25 sztuk w opakowaniu)) oraz niezbędnego asortymentu do natychmiastowego użytkowania po zainstalowaniu**”;

- zmianę brzmienia zapisów **wzoru** umowy – zmiana zapisu w § 1 ust. 3 ww. wzoru umowy poprzez zmianę zapisu: **było:** „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie fabrycznie nowy przedmiot umowy, środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny, w terminie **28 dni** od daty otrzymania zamówienia”

**jest:** „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie fabrycznie nowy przedmiot umowy, środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny, w terminie **28 dni** od daty otrzymania zamówienia”

- zmianę brzmienia zapisów **wzoru** umowy – zmiana zapisu w § 2 ust. 2 ww. wzoru umowy poprzez zmianę zapisu: **było:** „Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty.”

**jest:** „Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty. Osobą z ramienia Zamawiającego, wyznaczoną do uzgodnienia terminu dostawy oraz pisemnego potwierdzenia przyjęcia towaru jest ..... tel. ....”

Wobec powyższych zmian dokonanych w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z równoczesnym zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy. W oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.10.2015r., godziny i miejsca pozostają bez zmian.

W załączeniu „Karta parametrów”, wzór umowy i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisie pkt. 12.11. SIWZ.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska



<b>KARTA PARAMETRÓW</b>			
<b>I.p.</b>	<b>parametry techniczne</b>	<b>strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru</b>	<b>punkty za parametry dodatkowe</b>
<b>Parametry techniczne wstrzykiwacza automatycznego</b>			
<b>WYMAGANE</b>			
1	Wstrzykiwacz do wewnątrznaczyniowego podawania ogrzanych kontrastów i zwykłych środków do przepłukiwania w angiografii		-
2	Zintegrowany cokół - Iniektor wraz z panelem sterowania zainstalowany na podstawie jezdnej z możliwością blokowania kół		-
3	Intuicyjny interfejs		-
4	Strzykawka ładowana od przodu		-
5	Objętość min. od 1-150ml z regulacją		-
6	Limit ciśnienia min. od 100psi do 8000kPa z regulacją		-
7	Natężenie przepływu min. od 0,1-50 ml z regulacją		-
8	czas narastania min. od 1- 9s z regulacją		-
9	opóźnienie min. od 1- 90s z regulacją		-
10	szybkość napełniania min.1-20ml/s		-
11	pamięć protokółów min.30		-
12	możliwość zapisania iniekcji w pamięci min.30		-
13	podgrzewacz kontrastu		-
14	kabel interfejsu do podłączenia do angiografu		-
15	kabel do ręcznego wyzwalania iniekcji dł.min.150cm		-
16	pakiet startowy jednorazowych wkładów (jednorazowy sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, wkłady o pojemności 150ml, złącze szybkiego napełniania - 1 opakowanie (co najmniej 25 sztuk w opakowaniu)) oraz niezbędnego asortymentu do natychmiastowego użytkowania po zainstalowaniu		-
<b>DODATKOWE</b>			
1	Wstrzykiwacz automatyczny kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Mark 7 firmy MEDRAD		0/10
<b>RAZEM:</b>			<b>0-10</b>

**Uwaga:**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych w „Karcie parametrów” parametrów technicznych, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Radiologicznej  
54-049 Wrocław, ul. P. Fickusa 13  
NIP 8992228560

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, według sygnatury sprawy EZ/509/EM/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

## UMOWA DOSTAWY Nr ... / EM / 15 – wzór

zawarta w dniu ..... we Wrocławiu pomiędzy:

**Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej**  
z/s ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

reprezentowanym przez Marka Nikla – Dyrektora, którego zastępuje:

- 1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
- 2) Dorota Topolnicka - Główny Księgowy
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....  
z/s .....

reprezentowanym przez :

- 1) .....
- 2) .....
- zwanym dalej „Wykonawcą”

### § 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę wstrzykiwacza automatycznego dla szpitala w lokalizacji Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowe określenie asortymentu towaru o ogólnej wartości brutto ..... zł (słownie : ..... ) zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie fabrycznie nowy przedmiot umowy, środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny, w terminie **28 dni** od daty otrzymania zamówienia.
4. Strony uznają faks za obowiązujący dokument zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu dostawy przez Zamawiającego.
6. Na 3 dni przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy.
7. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga potwierdzenia odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego towar. Po dostarczeniu, uruchomieniu aparatury medycznej oraz przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i serwisu asortymentu objętego umową (drobne naprawy i konserwacja) zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony. Przeprowadzone szkolenie zostanie potwierdzone zaświadczeniem serwisowym.
8. Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty. Osobą z ramienia Zamawiającego, wyznaczoną do uzgodnienia terminu dostawy oraz pisemnego potwierdzenia przyjęcia towaru jest ..... tel. ....
9. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, dokumenty dopuszczające w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP wyroby medyczne wykazane w Załączniku nr 1.

### § 2

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem dostawy:
  - 1) instrukcję obsługi w języku polskim,
  - 2) dokumentację techniczną – serwisową z deklaracją zgodności lub certyfikatem jednostki certyfikującej.
2. Z chwilą przekazania – odbioru towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia towaru. Pracownikiem Zamawiającego, wyznaczonym do odbioru towaru jest ..... tel. ....
3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu jak i za właściwe opakowanie towaru.
4. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy ..... (własnymi siłami / z udziałem podwykonawców). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania

podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 3 szkoleń dla personelu medycznego. Pierwsze szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie do 3 dni od dnia uruchomienia dostarczonej aparatury, pozostałe dwa szkolenia w terminach ustalonych z Zamawiającym. Przeprowadzone szkolenie potwierdzone zostanie protokołem.

### § 3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony i odebrany towar wynagrodzenie obliczone zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający płaci Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy .....
3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy.
4. Stałość cen, o których mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny asortymentu wykazanego w załączniku nr 1, z przyczyn nieujętych w niniejszej umowie.
5. W przypadku zmian stawek podatku VAT, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
6. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 7 ust. 2 umowy.
7. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikającą ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

### § 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Gwarancję na oferowany asortyment ustala się na okres **24 miesięcy** liczony od dnia dokonania odbioru.
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną obsługę serwisu gwarancyjnego oraz aktualizację oprogramowania. Zamawiający nie ponosi kosztów serwisu oraz aktualizacji oprogramowania w okresie obowiązywania gwarancji.
4. Wykonawca zapewnia przyjazd serwisu w ciągu 48 godzin po zgłoszeniu usterki, awarii lub innej nieprawidłowości. Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni. Po przekroczeniu powyższego terminu Wykonawca przedłuża gwarancję na dany towar na czas przerwy w eksploatacji. W razie usuwania usterki, awarii lub innej nieprawidłowości trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca zapewnia wstawienie sprzętu zastępczego wolnego od wad.
5. W przypadku powtarzających się napraw, w ilości powyżej 3 napraw tego samego zespołu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy w terminie 30 dni od pisemnego potwierdzenia przez serwis o konieczności 4 naprawy tego samego zespołu.
6. W imieniu Wykonawcy serwis gwarancyjny prowadzi .....
7. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

### § 5

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ..... do ..... r.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:
  - 1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy,
  - 2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,
  - 3) nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 4 umowy,
  - 4) dostarcza Zamawiającemu towar, którego parametry techniczne nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej

### § 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
3. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może uznać za przerwanie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 2 dni od terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości



przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
  - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
  - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
7. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także zwrot utraconego zysku.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
9. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

## § 7

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
4. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 3 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych
5. Oprócz wypadków wykazanych w § 3, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przypadkach określonych poniżej:
  - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itp.)
  - 2) zmiany miejsca realizacji przedmiotu umowy,
  - 3) zmiana asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego produktu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej podnoszącego jakość i parametry w cenie nie wyższej niż przetargowa),
  - 4) zmiana konta bankowego,
  - 5) zmiany danych w § 4 ust. 6.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2  
NIP 8992228560 REGON 006320384