



Wrocław, dn. 26.10.2015r.

EZ/19784/15

Dotyczy: pytań w przetargu nieograniczonym na dostawę wstrzykiwacza automatycznego (sygnatura sprawy EZ/509/EM/15).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

**dot. opisu przedmiotu zamówienia – Karta parametrów:**

1) **dot. sekcji „DODATKOWE” pkt. 1** – Zamawiający wymaga, aby zaoferowany automatyczny wstrzykiwacz kontrastu był kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Mark 7 firmy MEDRAD i uczynił z tego parametru funkcjonalność punktowaną (0-10 pkt). Prosimy o wyjaśnienie celowości umieszczenia w parametrach dodatkowych wymagania kompatybilności z Mark 7 firmy Medrad oraz jego tak wysokiego punktowania – aż 10 pkt. w przypadku spełnienia wymogu kompatybilności.

2) **dot. sekcji „DODATKOWE” pkt. 1** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompatybilności z systemem Mark 7, gdyż zapis ten faworyzuje autoryzowanego/wyłączonego dystrybutora wstrzykiwaczy kontrastu produkowanych przez Medrad na terenie Polski i wprost narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

Ad. 1 – 2. Zamawiający posiada dwie pracownie, w których użytkowane są aparaty ARTIS ZEE – m.in. do angiokardiografii. Zamawiający chce mieć możliwość stosowania zamiennie wstrzykiwacza, a posiada już wskazany przedmiotowy wstrzykiwacz w jednej pracowni. Zamawiający chce mieć możliwość ujednolicenia sprzętu w obrębie tych pracowni zwłaszcza, że obie działają w systemie permanentnego ostrego dyżuru. Ponadto pozwala to na ograniczenie kosztów związanych przy zamówieniu materiałów eksploatacyjnych z racji większych ilości, jak również ograniczenia ewentualnych problemów użytkowych. W związku z powyższym Zamawiający określił kryteria oceny i pozostawia je bez zmian.

**II. dot. Projektu Umowy Dostawy:**

3) „dot. § 3 ust. 2 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia wystawienia Zamawiającemu prawidłowej wystawionej faktury w formie papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy ..... Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury mailem/faksem w dniu dostawy towaru na adres e-mail lub nr faksu podany przez Zamawiającego.”

Uzasadnienie: Prosimy o dopuszczenie możliwości przesłania faktury faksem/mailem w dniu dostawy towaru, ponieważ towar wysyłany jest z magazynu znajdującego się poza granicami Polski, natomiast faktura – z siedziby spółki w Polsce.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

4) „dot. § 4 ust. 1 i 7 – Prosimy o modyfikację tych ust. w następujący sposób:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji rękojmi na przedmiot umowy.

(...)

Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji rękojmi należy do przedmiotu umowy."

Prosimy o wyłączenie uprawnień z tytułu gwarancji i modyfikację jak wyżej. Zamawiający może realizować wszystkie przysługujące mu prawa względem przedmiotu zamówienia w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji lub gwarancji producenta towaru."

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.**

5) „dot. § 4 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób i odpowiedź na następujące pytanie:

„4. Wykonawca zapewnia przyjazd serwisu w ciągu 48 godzin 2-3 dni roboczych po zgłoszeniu usterki, awarii lub innej nieprawidłowości. Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni. Po przekroczeniu powyższego terminu Wykonawca przedłuża gwarancję na dany towar na czas przerwy w eksploatacji. W razie usuwania usterki, awarii lub innej nieprawidłowości trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca zapewnia wstawienie sprzętu zastępczego wolnego od wad.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przyjazdu serwisu do 3 dni roboczych bądź w przypadku odmowy zmieni zapis 48h na 2 dni robocze?”

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.**

6) „dot. § 5 ust. 3 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej.”

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.**

7) „dot. § 6 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

6. Prosimy o zastąpienie w każdym ust. słowa: „opóźnienie” słowem: „zwłoka” oraz o następującą modyfikację:

„4. Zamawiający może uznać za przerwanie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 2-dni 3 dni robocze od terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy i dalej jej nie wykonuje, pomimo wystosowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego wezwania do realizacji umowy.”

(...)

„7. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także zwrot utraconego zysku.”

(...)

oraz o dodanie kolejnych ustępów o następującej treści:

„10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

11. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5% wartości brutto umowy.

12. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy.”

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.**

**Z-ca Dyrektora**  
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych  
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska