



Wrocław, dnia 05.02.2016r.

EZI/...../16 ²⁶³¹

Dotyczy: zmiany SIWZ oraz odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia (sygnatura sprawy EZ/465/717/15).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

Zadanie 1

1. Pytanie

„Pytanie 1, pakiet 1

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw drenażowy wyposażony był w dren komorowy w zestawie ze sztylblem wprowadzającym (trocar) oraz klamrę do szycia umożliwiającą fiksację drenu do skóry pacjenta, która zapobiega przypadkowemu wysunięciu drenu po implantacji?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi to wymogu.

2. Pytanie

„Pytanie 2, pakiet 1

Czy Zamawiający wymaga zestawu drenażowego z drenem komorowym o długości co najmniej 35cm i śr. wewnętrznej 1,5mm i zewnętrznej 2,8mm?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi to wymogu.

3. Pytanie

„Pytanie 3, pakiet 1

Czy zamawiający wymaga zestawu drenażowego ze skalą ciśnienia wyrażoną w mm słupa wody oraz mm słupa rtęci ułatwiającą wypoziomowanie i właściwy drenaż płynu mózgowo rdzeniowego?”

Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ i wymogów tych nie zmienia.

Zadanie 2

4. Pytanie

„Pytanie 4, pakiet 2

Czy Zamawiający wymaga aby zastawka była wykonana z dwóch hipoalergicznym materiałów/substancji ograniczających efekt zatykania i odkształcania po implantacji i ogrzaniu zastawki do temperatury ciała pacjenta oraz aby zastawka była pozbawiona lateksu?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi to wymogu.

5. Pytanie

„Pytanie 5, pakiet 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zastawek stałociśnieniowych z 3 różnymi ciśnieniami otwarcia do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.”

W związku z zadanym pytaniem Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dla poz. 1 Zadania 2 na: „Zastawka niskoprofilowa stałociśnieniowa, o długości 20 mm, szerokości 11 mm, wysokości max 6 mm. ** ” (w załączeniu „Formularz cenowy” uwzględniający powyższe zmiany).

6. Pytanie

„Dotyczy zad. 2:

Czy Zamawiający dopuści zastawkę niskoprofilową średniociśnieniową o długości 27 mm i szerokości 13 mm?”
Zamawiający dopuszcza zastawkę o ww. rozmiarze, ale nie stanowi to wymogu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia zastawka musi spełniać pozostałe wymagane parametry Zamawiającego, wyspecyfikowane w zmienionym (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5) „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

7. Pytanie

„Pytanie 1 dot. zad. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawki cylindrycznej średniociśnieniowej o długości 14,7 mm i średnicy 2,8 mm?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 3**8. Pytanie**

„Pytanie 6, pakiet 3

Czy Zamawiający wymaga zbiornika płynu mózgowo rdzeniowego typu Rickham z możliwością użycia zbiornika jako portu do podania chemioterapii bezpośrednio do mózgu (zbiornik Ommaya) o objętości zbiornika 0,15ml?”

Zamawiający określił swoje wymogi w SIWZ i wymogów tych nie zmienia.

Zadanie 4**9. Pytanie**

„Pytanie 7, pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga łącznika do zastawek o średnicy wew (światle) 1,0mm oraz śr. zewnętrznej 1,9mm kompatybilnego ze standardowymi drenami komorowymi i otrzewnowymi?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi to wymogu. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie zapisu pod „Formularzem cenowym” odnoszącym się do Zadania 4 pozycja 1, oznaczonym symbolem „^”: „Wykonawca oferuje wszystkie średnice łącznika oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia średnicy łącznika przy każdorazowym składaniu zamówienia.”

Zadanie 6**10. Pytanie**

„Pytanie 8, pakiet 6

Czy Zamawiający wymaga drenu o zwiększonym świetle umożliwiającą drenaż płynu CSF z zawartością białka oraz krwi wykonanego z przezroczystego materiału umożliwiającą podgląd płynu, w zestawie ze sztyletem wprowadzającym i łącznikiem luer?”

W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dla poz. 1 Zadania 6 na: „Dren komorowy do drenażu zewnętrznego, dł. 35 cm (+ 1 cm), średnica wew. 2,6 mm, średnica zew. 4,9 mm (± 0,1 mm), umożliwiającą drenaż płynu CSF z zawartością białka oraz krwi wykonanego z przezroczystego materiału umożliwiającą podgląd płynu, w zestawie ze sztyletem wprowadzającym i łącznikiem luer” (w załączeniu „Formularz cenowy” uwzględniający powyższe zmiany, uwzględniając równocześnie zmianę jednostki miary na „zestaw”).

11. Pytanie

„Dotyczy zad. 6:

Czy Zamawiający dopuści dren komorowy do drenażu zewnętrznego dł. 35 cm, średnica wew. 1,9 mm, średnica

zew. 3,3 mm?"

Zamawiający dopuszcza dren o ww. rozmiarze, ale nie stanowi to wymogu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia dren musi spełniać pozostałe wymagane parametry Zamawiającego, wyspecyfikowane w zmienionym (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10) „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

Zadanie 7

12. Pytanie

„Pytanie 2. dot. zad. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawki cylindrycznej noworodkowej, o długości całkowitej wraz z łącznikami 14,7 mm i średnicy 2,8 mm?"

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 8

13. Pytanie

„Pytanie 9, pakiet 8

Czy Zamawiający mając na uwadze toksyczność działania jonów srebra na komórki ludzkie, oczekuje zaoferowania drenu pozbawiony tego pierwiastka i jego pochodnych?"

Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ i wymogów tych nie zmienia.

14. Pytanie

„Pytanie 10, pakiet 8

Czy Zamawiający wymaga pokrycia drenu zelem konwalencyjnym o właściwościach hydrofobowych ułatwiającym implantację i zmniejszającym ryzyko kolonizacji bakterii?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi to wymogu.

Zadanie 12

15. Pytanie

„Pytanie 11, pakiet 12

Czy Zamawiający wymaga drenu komorowego do wyboru spośród długości 23cm z 2 różnymi średnicami do wyboru tj. średnicy wew. 1,3mm i zew. 2,5mm oraz wew. 1,2mm i zew. 2,1mm oraz drenu o długości 15cm i średnicy wew. 1,5mm i zew. 2,5mm?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi to wymogu. Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: „Wykonawca oferuje wszystkie długości i średnice drenów oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia długości i średnicy drenu przy każdorazowym składaniu zamówienia.”

16. Pytanie

„Pytanie 15, pakiet 12

Czy Zamawiający wymaga również zaoferowania do wyboru drenów komorowych z różną długością odcinka dystalnego i konfiguracją otworów drenażowych?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi to wymogu.

Zadanie 13

17. Pytanie

„Pytanie 12, pakiet 13

Czy Zamawiający wymaga drenu obwodowego do wyboru spośród drenu otwartego o długości 120 cm i średnicy wew. 1,3mm i zew. 2,5mm oraz drenu ze szczelinami antyrefluksowymi, o długości 120cm i średnicy wew. 1,3mm

i zew. 2,5mm?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi to wymogu. Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: „Wykonawca oferuje wszystkie długości i średnice drenów oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia długości i średnicy drenu przy każdorazowym składaniu zamówienia.”

18. Pytanie

„Pytanie 16, pakiet 13

Czy Zamawiający wymaga również zaoferowania do wyboru drenów otrzewnowych z różną wersją odcinka dystalnego - zamkniętą i otwartą oraz różną konfiguracją szczelin antyrefluksowych?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi to wymogu.

Zadanie 12 – Zadanie 13

19. Pytanie

„Pytanie 14, pakiet 12 i 13

Czy Zamawiający wymaga również zaoferowania drenów powlekanych antybiotykami?"

Zamawiający w ww. pozycjach nie wymaga zaoferowania drenów powlekanych antybiotykami.

Zadanie 14

20. Pytanie

„Pytanie 13, pakiet 14

Czy Zamawiający wymaga drenu dosercowego lub drenu sercowo/otrzewnowego o różnych ciśnieniach zamknięcia tj. dren nisko, średnio i wysokociśnieniowy?"

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem pod „Formularzem cenowym”: „Wykonawca oferuje pełen zakres ciśnień oraz wszystkie długości i średnice drenów oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia ciśnienia, długości i średnicy drenu przy każdorazowym składaniu zamówienia.”

Zadanie 15

21. Pytanie

„Pytanie 17, pakiet 15

Czy Zamawiający wymaga zastawki lędźwiowej programowalnej o zmiennym ciśnieniu otwarcia, z poszerzonym kołnierzem bocznym umożliwiającym przysycie zastawki w celu zapobiegnięcia migracji zastawki. Zastawka ze zbiornikiem płynu mózgowo-rdzeniowego z możliwością nakłucia, zestaw z drenem lędźwiowym o śr. wewnętrznej 0,7mm, zewnętrznej 1,5mm, długość 80cm?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi to wymogu.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

- * poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 1 Zadania 2, pozycji 1 Zadania 4 oraz pozycji 1 Zadania 6, zgodnie z załączonym zmienionym „Formularzem cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ,
- * poprzez uzupełnienie zapisów dotyczących Zadania 16,
- * poprzez dodanie nowej części przedmiotu zamówienia, tj. Zadania 17.
- * Zmianie ulega pkt. 1.1. specyfikacji na:

„Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia, wg wymienionych niżej części:

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

- Zadanie 4
- Zadanie 5
- Zadanie 6
- Zadanie 7
- Zadanie 8
- Zadanie 9
- Zadanie 10
- Zadanie 11
- Zadanie 12
- Zadanie 13
- Zadanie 14
- Zadanie 15
- Zadanie 16
- Zadanie 17

Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

- * Zmianie ulega nagłówek wzoru I umowy poprzez dodanie Zadania 17 na:
„Dotyczy Zadania 1-Zadania 15 oraz Zadania 17”
- * Zmiana „Formularza cenowego” poprzez dodanie Zadania 17.
- * Zamawiający wprowadza „Wykaz wydierżawionej tacy” dla Zadania 16, który to wykaz będzie stanowił następnie załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym Zamawiający dodaje pkt. 1.3 SIWZ w brzmieniu: „W przypadku Zadania 16 Wykonawca udostępni Zamawiającemu tacę do sterylizacji i przechowywania klipsów (przeznaczoną na minimum 35 klipsów neurochirurgicznych) wraz z niezbędnym jej oznakowaniem. Udostępnienie to nastąpi poprzez wydierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu ww. tacy na czas trwania umowy. W przypadku Zadania 16 Wykonawca utworzy „Wykaz wydierżawionej tacy”, który stanowić będzie następnie załącznik nr 2 do umowy. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. wykazu dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne.” W związku z dodaniem pkt. 1.3 dotychczasowy pkt. 1.3 SIWZ staje się pkt. 1.4, pozostałe odpowiednio.
- * Zamawiający dokonuje zmiany zapisów wzoru II umowy:
 - zmianie ulega ustęp 1 § 2 było „Wykonawca zobowiązuje się do wydierżawienia Zamawiającemu tacy do sterylizacji i przechowywania klipsów neurochirurgicznych, zwanej dalej tacą, określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.” jest: „Wykonawca zobowiązuje się do wydierżawienia Zamawiającemu tacy do sterylizacji i przechowywania klipsów neurochirurgicznych, zwanej dalej tacą, określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.”
 - zmianie ulega ustęp 9 § 2 było „W wypadku udowodnienia przez Wykonawcę utraty lub całkowitego zniszczenia tacy z winy Zamawiającego na skutek używania niezgodnego z przeznaczeniem w okresie trwania umowy Zamawiający zobowiązuje się uiścić na podstawie faktury na rzecz Wykonawcy kwotę, stanowiącą równowartość utraconego, całkowicie zniszczonego monitora w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia. Zapłata przez Zamawiającego tej kwoty w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu ewentualnej utraty lub całkowitego zniszczenia w okresie trwania umowy.” jest: „W wypadku udowodnienia przez Wykonawcę utraty lub całkowitego zniszczenia tacy z winy Zamawiającego na skutek używania niezgodnego z przeznaczeniem w okresie trwania umowy Zamawiający zobowiązuje się uiścić na podstawie faktury na rzecz Wykonawcy kwotę, stanowiącą równowartość utraconej, całkowicie zniszczonej tacy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia. Zapłata przez Zamawiającego tej kwoty w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu ewentualnej utraty lub całkowitego zniszczenia w okresie trwania umowy.”


- zmianie ulega ustęp 3 § 5 było „Oplatę za dzierżawę instrumentarium Zamawiający płaci Wykonawcy w cyklu miesięcznym w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na podstawie faktury w formie papierowej wystawionej ostatniego dnia każdego miesiąca.” jest: „Oplatę za dzierżawę tacy Zamawiający płaci Wykonawcy w cyklu miesięcznym w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na podstawie faktury w formie papierowej wystawionej ostatniego dnia każdego miesiąca.”

W załączeniu:

- „Formularz cenowy”,
- „Wykaz wydzierżawionej tacy”,
- wzór I umowy,
- wzór II umowy,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w nawiązaniu do art. 38 ust. 4a ustawy przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.02.2016 r., godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Zamawiający przypomina o zapisie pkt. 12.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
mgr inż.  Kapuścińska

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa, numer katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent (UWAGI) | Strona oferty z opisem katalogowym |
|------------------|--|-------------------------------------|-------|-------|------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - | - |
| ZADANIE 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zestaw do drenażu komorowego zewnętrznego (skład zestawu: Worek do drenażu ze zbiornikiem umożliwiający pomiar w czasie ilości drenowanego płynu mózgowo-rdzeniowego, skala na zbiorniczku co 1,0 cm, przewód przyłączeniowy, skala centymetrowa, zastawka kierunkowa, dren komorowy). | X | zest. | 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ZADANIE 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zastawka niskoprofilowa stałociśnieniowa, o długości 20 mm, szerokości 11 mm, wysokości max 6 mm. ** | X | szt. | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ZADANIE 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego typu Rickhama z korkiem zalepiającym, średnica 6 mm, głębokość 2 mm, objętość 0,15 ml, w zestawie łącznik prosty długość 1,5 cm, średnica wewnętrzna 1,0 mm, średnica zewnętrzna 1,9 mm. | X | szt. | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ZADANIE 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Łącznik prosty 1,5 cm (± 0,2 cm) do zastawki A | X | szt. | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ZADANIE 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Worek do drenażu ze zbiornikiem umożliwiający pomiar w czasie ilości drenowanego płynu mózgowo-rdzeniowego, skala na zbiorniczku co 1,0 cm, wymienne worki drenazowe, zastawka kierunkowa. | X | szt. | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ZADANIE 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dren komorowy do drenażu zewnętrznego, dł. 35 cm (+ 1 cm), średnica wew. 2,6 mm, średnica zew. 4,9 mm (± 0,1 mm), umożliwiający drenaż płynu CSF z zawartością białka oraz krwi wykonanego z przezroczystego materiału umożliwiającego podgląd płynu, w zestawie ze sztyłem wprowadzającym i łącznikiem luer | X | zest. | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Polnolipski Szpital Specjalistyczny
Im. T. Marciniaka
Centrum Anestezjologii i Ratunkowej
54-049 Wrocław ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP: 692228560 REGON: 006320384

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa, numer katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent (UWAGI) | Strona oferty z opisem katalogowym |
|-------------------|--|----------------------------------|-------|-------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - | - |
| ZADANIE 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zastawka noworodkowa niskoprofilowa, średnicieśnieniowa, długość 13,8 mm, integralne łączniki, szerokość do 11 mm. | X | szt. | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ZADANIE 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dren dokomorowy wykonany w technologii BioGlide zmniejszającej możliwość kolonizacji bakterii | X | szt. | 54 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ZADANIE 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a) Zestaw do wewnątrzkomorowego mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego (wyposażony w śrubę mocującą typu "bolt") oraz drenażu / b) Zestaw do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego, z czujnikami do umieszczenia zarówno w sposób podtwardówkowy jak i śródmiąższowy (wyposażony w śrubę mocującą typu "bolt") * Zestawy kompatybilne z monitorem Mindray | X | zest. | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ZADANIE 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a) Zestaw do wewnątrzkomorowego mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego (wyposażony w śrubę mocującą typu "bolt") oraz drenażu / b) Zestaw do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego, z czujnikami do umieszczenia zarówno w sposób podtwardówkowy jak i śródmiąższowy (wyposażony w śrubę mocującą typu "bolt") * Zestawy kompatybilne z monitorem Sophysa | X | zest. | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Państwowa Szkoła Specjalna
 im. T. Arctusa
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław ul. A. E. Fielda 2
 NIP 692222830 REGON 006120204

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa, numer katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent (UWAGI) | Strona oferty z opisem katalogowym |
|------------|---|-------------------------------------|-------|-------|------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | |
| ZADANIE 11 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Zastawka typu BURR-HOLE (12 mm, 16 mm) wraz z integralnymi łącznikami ** | | szt. | 18 | | | | | | | | | |
| ZADANIE 12 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Dren komorowy *** | | szt. | 14 | | | | | | | | | |
| ZADANIE 13 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Dren obwodowy otrzewnowy *** | | szt. | 82 | | | | | | | | | |
| ZADANIE 14 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Dren dosercowy lub dren sercowo/otrzewnowy **** | | szt. | 4 | | | | | | | | | |
| ZADANIE 15 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Zastawka Lędźwiowo-otrzewnowa, średnicieniowa (skład zestawu: dren lędźwiowy, dren otrzewnowy, zastawka z integralnymi łącznikami, igła typu Touchy, łącznik drenu) | | zest. | 2 | | | | | | | | | |

Polnischeitl Spital Opac, Malyocny
 Dr. T. Szarabasz
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 57-043 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 NIP 6922228560 REGON 066329334

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa, numer katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent (UWAGI) | Strona oferty z opisem katalogowym |
|-------------------|--|----------------------------------|-------|-------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - | - |
| ZADANIE 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Klipsy tytanowe, neurochirurgiczne, sterylne typu Yasargil (mini i standard) ***** | x | szk. | 98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Dzierżawa tacy do sterylizacji i przechowywania klipsów (przeznaczona na minimum 35 klipsów neurochirurgicznych) wraz z niezbędnym jej oznakowaniem. | x | m-c | 24 | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ZADANIE 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zestaw cewników (skład zestawu: dren dokomorowy oraz dren dootrzewnowy/obwodowy) impregnowanych antybiotykami (klindamycyną i ryfamycyną) | x | zest. | 10 | | | | | | | | | |

UWAGI

Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" wpisuje pełną nazwę handlową oraz wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu.

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia kolumny 3, kolumny 6 - 14 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 4, 5.

Zamawiający we wszystkich pozycjach przedmiotu zamówienia wymaga zaferowania wyrobów medycznych.

▲ Wykonawca oferuje wszystkie średnice łącznika oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru średnicy łącznika przy każdorazowym składaniu zamówienia

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rodzaju (przeznaczenia) zestawu przy każdorazowym składaniu zamówienia.

*** Wykonawca oferuje wszystkie ciśnienia otwarcia zastawki oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rodzaju zastawki przy każdorazowym składaniu zamówienia.

**** Wykonawca oferuje wszystkie długości i średnice drenów oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia długości i średnicy drenu przy każdorazowym składaniu zamówienia.

***** Wykonawca oferuje pełen zakres ciśnień oraz wszystkie długości i średnice drenów oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia ciśnienia, długości i średnicy drenu przy każdorazowym składaniu zamówienia.

***** Klipsy - kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego aplikatorami do klipsów standard i mini firmy Aesculap. Wykonawca oferuje wszystkie modele klipsów z katalogu producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia kształtu i wielkości klipsa przy każdorazowym składaniu zamówienia.

Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii
 im. T. Szczygielskiego
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 57-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 NIP 052274363 REGON 060372034

| Wykaz wydzierżawionej tacy | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|------|-------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|
| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa, numer katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent (UWAGI) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | - |
| 1 | Taca do sterylizacji i przechowywania klipsów (przeznaczona na minimum 35 klipsów neurochirurgicznych) wraz z niezbędnym jej oznakowaniem. | | szt. | 1 | | | | | | | | |

UWAGA!

Wykonawca winien podać wszystkie dane odnoszące się do wydzierżawianej dla Zamawiającego tacy, tzn. nazwę handlową i numer katalogowy, producenta, wartość netto, stawkę VAT, kwotę VAT, wartość brutto. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Wykaz wydzierżawionej tacy" będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 4, 5.

Dołączyszpital Szpital Specjalistyczny
im. T. Kościuszki
Centrum Medycyny Stawekowej
54-040 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 692228160 REGON 146329334

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, według sygnatury sprawy EZ/465/717/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

UMOWA DOSTAWY Nr / 717 / 16 – wzór I

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384, reprezentowanym przez Marka Nikla – Dyrektora, którego zastępuje:

- 1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
 - 2) Dorota Topolnicka - Główny Księgowy
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
z/s

- zwanym dalej „Wykonawcą”,

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawy wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia wg **Zadania ...** dla szpitala w lokalizacji przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu dostawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wraz z fakturą w wersji papierowej.
5. Strony uznają faks za obowiązujący dokument zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości oraz cykliczności dostaw.
7. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnego zakresu zamówienia objętego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
8. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
9. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru ilości towaru, przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
10. Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty.
11. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, dokumenty dopuszczające w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP wyroby medyczne wykazane w Załączniku nr 1.

§ 2

Ogólna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi zł (słownie:), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Z chwilą przekazania – odbioru towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia towaru.
2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu jak i za właściwe opakowanie towaru.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 8992228560 REGON 006320384

3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami / z udziałem podwykonawców). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony i odebrany towar wynagrodzenie obliczone zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający płaci Wykonawcy (30 dni – 0,00 pkt / 60 dni – 10,00 pkt) licząc od dnia dostarczenia wraz z towarem Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy
3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy.
4. Stałość cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy.
5. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jedynie w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy.
6. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 8 ust. 4 umowy.
7. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikającą ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękoi na przedmiot umowy.
2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękoi należy do przedmiotu umowy.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do
2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:
 - 1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,
 - 3) nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,
 - 4) dostarcza Zamawiającemu towar, którego parametry techniczne nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękoi.
3. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może uznać za przerwanie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 7 dni od terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości

przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
7. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
9. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

§ 8

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oprócz wypadków wskazanych w § 4 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
 - 2) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa),
 - 3) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 nie więcej niż o 12 miesięcy,
 - 4) zmiany konta bankowego.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Dołnośląski Szpital Specjalistyczny
im. J. Marcinkowskiego
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-040 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 8992228360 REGON 006320334

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, według sygnatury sprawy EZ/465/717/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

UMOWA DOSTAWY Nr / 617 / 16 – wzór II

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym Im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384, reprezentowanym przez Marka Nikła – Dyrektora, którego zastępuje:

- 1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
 - 2) Dorota Topolnicka - Główny Księgowy
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z/s

- zwanym dalej „Wykonawcą”,

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawy klipsów neurochirurgicznych wraz z dzierżawą tacy do sterylizacji i przechowywania klipsów, wg Zadania 16 dla szpitala w lokalizacji przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu dostawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wraz z fakturą w wersji papierowej.
5. Strony uznają faks za obowiązujący dokument zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości oraz cykliczności dostaw.
7. Wykonawca nie będzie wnosil roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnego zakresu zamówienia objętego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
8. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
9. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru ilości towaru, przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
10. Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty.
11. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, dokumenty dopuszczające w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP wyroby medyczne wykazane w Załączniku nr 1.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia Zamawiającemu tacy do sterylizacji i przechowywania klipsów neurochirurgicznych, zwanej dalej tacą, określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy tacę wraz z pierwszą dostawą klipsów neurochirurgicznych.
3. Przekazanie tacy potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli stron.
4. Właścicielem tacy przez okres trwania umowy jest Wykonawca.
5. Zamawiający zobowiązuje się:
 - a) używania tacy zgodnie z jej przeznaczeniem,

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
Im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 8992223360 REGON 006320384

[Signature]

- b) zachowania tacy w należyłym stanie oraz używania jej zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i wiedzy ogólnej,
 - c) podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie tacy,
 - d) niewysyłania tacy do osób trzecich, z wyłączeniem przypadków uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy,
 - e) niewykonywania czynności malowania, oklejania bądź innego znakowania tacy.
7. Za prawidłowe użytkowanie tacy w siedzibie Zamawiającego odpowiada Zamawiający.
8. W przypadku uszkodzeń tacy powstałych z winy Zamawiającego oraz będących następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność (użytkowanie do innych celów), naprawa tacy odbywać się będzie na jego koszt. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnego użytkowania koszty naprawy poniesie Wykonawca.
9. W wypadku udowodnienia przez Wykonawcę utraty lub całkowitego zniszczenia tacy z winy Zamawiającego na skutek używania niezgodnego z przeznaczeniem w okresie trwania umowy Zamawiający zobowiązuje się uiścić na podstawie faktury na rzecz Wykonawcy kwotę, stanowiącą równowartość utraconej, całkowicie zniszczonej tacy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia. Zapłata przez Zamawiającego tej kwoty w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu ewentualnej utraty lub całkowitego zniszczenia w okresie trwania umowy.

§ 3

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1 niniejszej umowy stanowią przedmiot umowy.
2. Ogólna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi zł (słownie:), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 4

1. Z chwilą przekazania – odbioru towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia towaru.
2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu jak i za właściwe opakowanie towaru.
3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (*własnymi siłami / z udziałem podwykonawców*). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony i odebrany towar wynagrodzenie obliczone zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający płaci Wykonawcy (30 dni – 0,00 pkt / 60 dni – 10,00 pkt) licząc od dnia dostarczenia wraz z towarem Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy
3. Opłatę za dzierżawę tacy Zamawiający płaci Wykonawcy w cyklu miesięcznym w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na podstawie faktury w formie papierowej wystawionej ostatniego dnia każdego miesiąca.
4. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy.
5. Stałość cen, o której mowa w ust. 4, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy.
6. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jedynie w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy.
7. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 9 ust. 5 umowy.
8. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikającą ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania

odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do
2. Po zakończeniu niniejszej umowy, w terminie do 5 dni od jej wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązany jest odebrać tacę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Dzierżawiona taca, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, zostanie zwrócona Wykonawcy w stanie nie pogorszonego ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji, po zakończeniu niniejszej umowy lub po wyczerpaniu asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:
 - 1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,
 - 3) nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 6 umowy,
 - 4) dostarcza Zamawiającemu towar, którego parametry techniczne nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz za każdy dzień opóźnienia w odbiorze, o którym mowa w § 7 ust. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
3. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może uznać za przerwanie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 7 dni od terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
7. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
9. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

§ 9

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych

- z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 5 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
 - 2) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa),
 - 3) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 nie więcej niż o 12 miesięcy,
 - 4) zmiany konta bankowego.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
 8. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
Im. T. Mardasiewicza
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-043 Wrocław, ul. A. E. Fajfarskiego 2
NIP 692228260 REGON 000320334

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 5517-2016 z dnia 2016-01-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do leczenia wodogłowa, wg wymienionych niżej części: Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Zadanie 11...

Termin składania ofert: 2016-01-25

Numer ogłoszenia: 12795 - 2016; data zamieszczenia: 05.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5517 - 2016 data 15.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do leczenia wodogłowa, wg wymienionych niżej części: Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Zadanie 11 Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 14 Zadanie 15 Zadanie 16 Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw - ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów stanowiące integralną część SIWZ. 1.4. Wspólny słownik zamówień (CPV) - 33141600-6, 33141100-1, 33140000-3, CPV uzupełniające PA02-0. 1.5. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia 226 980,00 zł netto.

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do leczenia wodogłowa, wg wymienionych niżej części: Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Zadanie 11 Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 14 Zadanie 15 Zadanie 16 Zadanie 17 Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw - ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. W przypadku Zadania 16 Wykonawca udostępni Zamawiającemu tacę do sterylizacji i przechowywania klipsów (przeznaczoną

na minimum 35 klipsów neurochirurgicznych) wraz z niezbędnym jej oznakowaniem. Udostępnienie to nastąpi poprzez wydierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu ww. tacy na czas trwania umowy. W przypadku Zadania 16 Wykonawca utworzy Wykaz wydierżawionej tacy, który stanowić będzie następnie załącznik nr 2 do umowy. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. wykazu dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne.

1.4. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów stanowiące integralną część SIWZ. 1.5. Wspólny słownik zamówień (CPV) - 33141600-6, 33141100-1, 33140000-3, CPV uzupełniające PA02-0. 1.6. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia 237 980,00 zł netto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.

W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, I piętro, pokój 1905.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, I piętro, pokój 1905.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: ZAŁ. I.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 17. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141600-6 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90.00 2. Termin płatności 60 dni - 10.00.