

Nr sprawy: EZ/587/617/15

**DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ**

54- 049 Wrocław, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2

Regon: 006320384 NIP: 899-22-28-560 Fax (71) 306 48 68, (71) 306 48 67

<http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/>

<http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl>

ez.marciniak@wp.pl

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

**Przetarg nieograniczony przy wartości zamówienia poniżej 209 000 euro,
prowadzony w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Pzp)**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawy wyrobów medycznych do embolizacji -
zabezpieczenie

Dopuszcza się składanie ofert na dowolnie wybrane zadanie (oferta częściowa).

TERMIN REALIZACJI: 2 miesiące

Cena brutto 15,00 zł

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do embolizacji - zabezpieczenie, według wymienionych niżej części:

Zadanie 1	<i>Spirale embolizacyjne platynowe odcepiane elektromechanicznie z systemem dostarczającym i systemem odcepienia</i>
Zadanie 2	<i>Stent wewnątrzczaszkowy z systemem dostarczania</i>
Zadanie 3	<i>Balonowy cewnik okluzyjny z elementami dostawczymi</i>
Zadanie 4	<i>System typu flow-divert modelujący przepływ w naczyniu mózgowym z tętniakiem do jego szybkiego leczenia + system dostawczy</i>
Zadanie 5	<i>Płynny materiał embolizacyjny do embolizacji malformacji z systemem dostarczania</i>
Zadanie 6	<i>Stent do tętnic szyjnych z systemem dostawczym</i>
Zadanie 7	<i>Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych</i>
Zadanie 8	<i>Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych z podparciem</i>
Zadanie 9	<i>Mikroprowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych</i>
Zadanie 10	<i>Balony do remodelingu</i>
Zadanie 11	<i>Stent do remodelingu z systemami dostarczania i odcepienia</i>
Zadanie 12	<i>Urządzenie do rekonstrukcji światła naczynia z tętniakiem z systemem dostawczym</i>
Zadanie 13	<i>Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych systemem dostawczym</i>
Zadanie 14	<i>Materiał embolizacyjny do embolizacji malformacji tętniczo-żylnych na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu z systemem dostawczym</i>
Zadanie 15	<i>Spirale okluzyjne i embolizacyjne dużej grubości odcepiane mechanicznie z systemem dostawczym</i>
Zadanie 16	<i>Spirale embolizacyjne odcepiane mechanicznie z systemem dostawczym</i>
Zadanie 17	<i>Pętla do usuwania ciał obcych ze światła tętnic</i>
Zadanie 18	<i>Prowadniki hydrofilne</i>

Zadanie 19	Prowadniki diagnostyczne
Zadanie 20	Introduktry z zastawką hemostatyczną do cewnikowania naczyń
Zadanie 21	Introduktry długie do t. szyjnych z zastawką hemostatyczną
Zadanie 22	Urządzenia do przezskórnego zamykania otworów w tętnicy po jej nakłuciu i cewnikowaniu
Zadanie 23	Urządzenie do przezskórnego zakładania szwu naczyniowego do zamykania otworów w tętnicy po jej nakłuciu i cewnikowaniu
Zadanie 24	Kompres uciskowy UFO
Zadanie 25	Klej cyjanoakrylowy do embolizacji malformacji i guzów
Zadanie 26	Dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej
Zadanie 27	Wężyki (dreny) łącznikowe
Zadanie 28	Urządzenie do kontroli przepływu wysokociśnieniowego typu flow switch
Zadanie 29	Cewniki diagnostyczne
Zadanie 30	Wkład do strzykawki automatycznej
Zadanie 31	Zastawka hemostatyczna Y-konektor
Zadanie 32	Zastawka hemostatyczna Y-konektor typu Easy Catch (łącznik z dwiema zastawkami)
Zadanie 33	Torkery

Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- 1.2. Zamawiający utworzy z wybranych wyrobów medycznych „Bank wyrobów medycznych do embolizacji”. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. banku dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Wyroby wchodzące w skład banku stanowić będą własność Wykonawcy. Wykorzystanie ww. wyrobów do operacji oznaczać będzie ich zakup przez Zamawiającego. Części przedmiotu zamówienia dla których zostanie utworzony bank wskazane zostały w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.
- 1.3. Miejsce wykonywania ww. dostaw – Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.
- 1.4. Termin realizacji: 2 miesiące.

- 1.5. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
- 1.6. Wspólny słownik zamówień (CPV) – 33.12.42.10-0; 33.14.11.19-7.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP I BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP, INFORMACJA ZGODNA Z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE;

CZĘŚĆ A

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1.1. W odniesieniu do art. 44 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca oświadczy ich!

2.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody powstałe wskutek nie udostępnienia przywołanych zasobów, chyba, że udowodni, iż nie udostępnienie nie powstało z jego winy.

3. W celu zweryfikowania spełnienia wyżej wymienionych warunków – Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie wymienione w części A pkt. 1.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie w oparciu o treść złożonych oświadczeń, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

CZĘŚĆ B

1. Wykluczenie z ubiegania się o udzielenie zamówienia :

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :

- a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- i) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- j) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- 1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
- a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
- b) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- e) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

2. Na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r., (Dz. U. poz 231 z 2013) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następującej dokumentacji:

- a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
- b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- c) informację w odniesieniu do art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp, potwierdzającą że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub należy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).

- 2.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części B pkt 2 SIWZ.
- 2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w części B pkt. 2 b) niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 2.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2.4. Na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia – Wykonawca dołączy do oferty dokumenty wymienione części B pkt. 2 SIWZ. Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie w oparciu o złożone dokumenty według zasady „spełnia / nie spełnia”, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- 3.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania dotyczące oferowanego asortymentu jeśli przedłoży:
 - a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie RP, (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia),
 - b) materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (np. karty charakterystyki, strony katalogów, ulotki informacyjne, itp.) potwierdzające spełnianie wymagań określonych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ oraz nazwę producenta, dla zaoferowanego asortymentu (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu). Dopuszcza

się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); **brak potwierdzenia parametrów wymaganych uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże wymagań i spowoduje odrzucenie oferty**, chyba że zachodzą będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a w przypadku parametrów dodatkowych – brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów. Materiały składane w formie kopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA!

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych „Formularzu cenowym” parametrów, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Formularza cenowego”.

- W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”.

3.2. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – Wykonawca dołączy do oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 3.1 niniejszej SIWZ. Ocena spełniania ww. wymagań w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty według zasady „spełnia / nie spełnia”, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

4. INFORMACJA O FORMIE POSTĘPOWANIA ORAZ SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 4.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem pkt. 4.2 prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
- 4.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu (71) 306 48 68, (71) 306 48 67 z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
- 4.3. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
- 4.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający lub Wykonawca może przekazać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie.
- 4.5. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.
- 4.6. Wnioski o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ należy przysyłać na numer faksu faksu (71) 306 48 68 lub (71) 306 48 67. Zamawiający uprzejmie prosi o przesłanie pytań w wersji edytowalnej pocztą elektroniczną na adres: ez.marciniak@wp.pl w celu usprawnienia zredagowania odpowiedzi. Przekazanie pytań drogą elektroniczną nie stanowi oficjalnej formy porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

5. WNIESIENIE WADIUM:

Nie pobiera się.

6. ZWROT WADIUM:

Nie dotyczy.

7. UTRATA WADIUM:

Nie dotyczy.

8. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ :

- 8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływnie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 8.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.1. SIWZ.
- 8.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił niniejszą specyfikację.

9. EWENTUALNE ZMIANY TREŚCI SIWZ :

- 9.1. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą specyfikację.
- 9.2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach.
- 9.3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 9.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej lub prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie tych zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą specyfikację.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :

- 10.1. Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
- 10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 10.3 Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

11. ZAKRES I DOPUSZCZALNA LICZBA SKŁADANYCH OFERT :

- 11.1. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na całość przedmiotu zamówienia lub na dowolnie wybrane zadanie (oferta częściowa).
- 11.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie

wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

11.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

11.4. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

12.1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ OFERTĘ ZAWIERAJĄCĄ:

- a) „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ,
- b) wypełniony „Formularz cenowy” – zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, który stanowić będzie następnie załącznik nr 1 do umowy,
- c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
- d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- f) informację w odniesieniu do art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp, potwierdzającą że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub należy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem Zamawiającego),
- g) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie RP, (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia),
- h) **materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta** wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (np. karty charakterystyki, strony katalogów, ulotki informacyjne, itp.) potwierdzające spełnianie wymagań określonych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ oraz nazwę producenta, dla zaoferowanego asortymentu (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu). Dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); **brak potwierdzenia parametrów wymaganych uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże wymagań i spowoduje odrzucenie oferty**, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a w przypadku parametrów dodatkowych – brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów. Materiały składane w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA!

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych „Formularzu cenowym” parametrów, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Formularza cenowego”.

- W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”.

12.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Winni wówczas ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 12.3. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.
- 12.4. Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę ww. Wykonawców.
- 12.5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia mogą dokonać osoby podpisujące ofertę lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
- 12.6. Dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykazać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 12.7. Jeśli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
- 12.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 12.9. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów wymaganych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winien uzupełnić je zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
- 12.10. Wykonawcy przygotowują i przedkładają swoje oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
- 12.11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
- Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu był inny niż miałby być dostarczany.
- 12.12. Oferta musi być podpisana przez przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do zaciągania zobowiązań. Każda zapisana strona oferty powinna być również zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę lub osobę upoważnioną do jej podpisania.
- 12.13. Poprawki lub korekty dokonane w ofercie muszą być również parafowane przez osobę podpisującą ofertę lub osobę upoważnioną do jej podpisania.
- 12.14. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane kolejno.
- 12.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaoferowanych w niniejszym postępowaniu wyrobów.

13. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY DO WYSYŁKI :

- 13.1. Ofertę zaleca się umieścić w 2 zaklejonych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego i posiadać dopisek – „Oferta przetargowa na dostawy wyrobów medycznych do embolizacji – zabezpieczenie EZ/587/617/15 - nie otwierać przed 05.02.2016 r.”
Koperta wewnętrzna powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, wyszczególnione w pkt. 12.1. niniejszej SIWZ, powinna być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona pieczęcią Wykonawcy.

14. TERMIN SKŁADANIA OFERT :

- 14.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, I piętro, pokój 1905 do dnia **05.02.2016 r. do godz. 10:00** lub przesłać na adres Zamawiającego do wyznaczonego terminu. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, dostarczenia lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe otwarcie.
- 14.2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
- 14.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być przygotowane i oznaczone postanowieniami określonymi w pkt. 13.1. niniejszej SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy zaznaczyć dodatkowo „zmiana” lub „wycofanie”.
Wykonawca nie może zmienić lub wycofać oferty po upływie terminu na składanie ofert.

15. TERMIN OTWARCIA OFERT :

- 15.1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami lub ewentualnymi zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego w dniu **05.02.2016 r. o godz. 10:15** we Wrocławiu, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, II piętro, pokój 2930.
Koperty zewnętrzne oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Następnie Zamawiający otworzy koperty oznaczone „zmiana”. Koperty wewnętrzne wycofanych ofert nie będą otwierane, natomiast zmiany zostaną dołączone do oferty, której ww. zmiana dotyczy.
- 15.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego.
- 15.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, oferowane ceny na przedmiot zamówienia i warunki płatności.
- 15.4. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek Zamawiający przekaze informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
- 15.5. Zamawiający sporządzi protokół z postępowania przetargowego.
- 15.6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikami są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców, a także umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępni się od chwili ich otwarcia. W przypadku udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wniosek Wykonawcy w formie kserokopii, Zamawiający pobiera opłatę za wykonanie kserokopii (zgodnie z obowiązującymi w Jednostce cennikiem) oraz jeśli jest taka potrzeba opłatę za jej przesłanie na adres Wykonawcy.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeżę, że nie mogą one być udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości

podczas otwarcia ofert.

- 15.7. Po otwarciu ofert, na pisemny wniosek, Zamawiający udostępni, przed zakończeniem postępowania, dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt. 15.6. SIWZ.
- 15.8. Jeśli Wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawną inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest komisja przetargowa Zamawiającego, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.
- 15.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

16. BADANIE OFERT :

16.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 16.2, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

16.2. Zamawiający poprawia w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17. ODRZUCENIE OFERT :

17.1. Zamawiający odrzuca ofertę (dotyczy poszczególnych części przedmiotu zamówienia), jeśli :

- a) jest niezgodna z ustawą,
- b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18. SPOSÓB OBLICZANIA CENY :

18.1. Ceną oferty jest wartość brutto części przedmiotu zamówienia (zadania), będąca sumą iloczynów ceny jednostkowej brutto, obliczonej poprzez powiększenie ceny jednostkowej netto o podatek VAT, oraz liczby jednostek miary.

18.2. W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie zobowiązania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Musi być ona podana w złotych polskich cyfrą oraz słownie, z wyodrębnieniem wartości netto oraz kwoty należnej na podatek VAT.

18.3. Wszystkie ceny w ofercie należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH :

19.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

19.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

20. KRYTERIA OCENY:

20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Część przedmiotu zamówienia	Kryteria oceny ofert				OGÓŁEM
	Cena	Pozacenowe kryteria oceny ofert			
	Ranga (Rc) %	Kryterium	Punktacja	Max	
Zadanie 1	85,00 pkt.	Dodatkowy parametr techniczny	0-15	15,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 2	85,00 pkt.	Dodatkowy parametr techniczny	0-15	15,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 3	85,00 pkt.	Dodatkowy parametr techniczny	0-15	15,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 4	85,00 pkt.	Dodatkowy parametr techniczny	0-15	15,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 5	95,00 pkt.	Dodatkowy parametr techniczny	0/5	5,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 6	90,00 pkt.	Dodatkowy parametr techniczny	0/10	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 7	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 8	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 9	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 10	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 11	85,00 pkt.	Dodatkowy parametr techniczny	0/15	15,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 12	85,00 pkt.	Dodatkowy parametr techniczny	0/15	15,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 13	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 14	85,00 pkt.	Dodatkowy parametr techniczny	0-15	15,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 15	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 16	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie 17	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.

g

Zadanie	18	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	19	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	20	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	21	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	22	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	23	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	24	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	25	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	26	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	27	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	28	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	29	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	30	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	31	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	32	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	33	90,00 pkt.	Termin dostawy	5 dni – 10,00 pkt 7 dni – 0,00 pkt	10,00 pkt.	100,00 pkt.

$$\frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R_c$$

ad.1. Wartość punktowa ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

Wartość punktowa pozacenowych kryteriów oceny ofert zostanie obliczona w następujący sposób:

- **Termin dostawy** – należy podać w punkcie 7 „Oferty Wykonawcy”, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca może wpisać w ww. punkcie „Oferty Wykonawcy” wyłącznie 5 dni lub 7 dni. Za termin dostawy, licząc od daty otrzymania każdorazowego zamówienia, Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z tabelą powyżej. Zamawiający nie przewiduje możliwości wpisania przez Wykonawcę innych terminów dostawy niż jednego z wyżej wymienionych.

Wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych za nieprawidłowe wypełnienie pkt. 7 „Oferty Wykonawcy”, stanowiącej integralną część SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku podania terminu dostawy powyżej 7 dni oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. W przypadku nie wypełnienia pkt. 7 „Oferty Wykonawcy” Zamawiający uzna, że oferowany termin dostawy to 7 dni.

- **Dodatkowy parametr techniczny** – wartość punktowa dodatkowych parametrów obliczona zostanie zgodnie z „Formularzem cenowym” opracowanym do każdej z pozycji asortymentowej zadania, stanowiącego integralną część niniejszej SIWZ. **Oferowany wyrób musi spełniać parametry wymagalne – ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Za dodatkowe parametry Wykonawca może otrzymać dla każdego Zadania liczbę punktów wskazaną w tabeli powyżej. Niespełnienie któregoś z wymienionych parametrów dodatkowych bądź też brak ich potwierdzenia spowoduje nieprzyznanie przypisanych im punktów w danym zadaniu.**

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- 20.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 20.3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta została określona jako zgodna z wymogami dokumentacji przetargowej oraz uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyskała maksymalną ilość punktów. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
- 20.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i porównaniu ofert i łączną punktację, ww. informacje Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - d) terminie, określonym w pkt. 20.5 specyfikacji, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 20.5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem (lub w terminie nie krótszym niż 10 dni w sytuacji przewidzianej w pkt 4.4. niniejszej SIWZ). Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty lub nie wykluczono żadnego Wykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów. Podpisanie umowy nastąpi w formie określonej przez Wykonawcę w „Ofercie Wykonawcy”. W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę ww. formy umowa zostanie podpisana w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego.

21. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Nie pobiera się.

22. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

- 22.1. Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku, gdy (dotyczy poszczególnych części przedmiotu zamówienia):
- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

W przypadku, o którym mowa w lit. b), jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leżą w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Nie przewiduje się.

24. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

24.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej to odwołanie wnoszone do Prezesa Izby, a także skarga do sądu. Skarga do sądu przysługuje również Zamawiającemu.

24.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- c) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

24.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.

24.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt. 24.2. niniejszej SIWZ.

24.6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na ww. czynności nie przysługuje odwołanie.

24.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od przesłania informacji o czynności Zamawiającego faksem (lub w terminie nie krótszym niż 10 dni w sytuacji przewidzianej w pkt 4.4. niniejszej SIWZ), stanowiącej podstawę jego wniesienia.

24.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wnoszą się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

- 24.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.7. i pkt. 24.8 specyfikacji wnoszą się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 24.10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnoszą się nie później niż w terminie:
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- 24.11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
- 24.12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
- 24.13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
- 24.14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
- 24.15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
- 24.16. Zamawiający albo Odwołujący może złożyć opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
- 24.17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
- 24.18. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
- 24.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po

stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

24.20. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

24.21. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Wrocław, dnia 27.01.2016r.

28. 01. 2016

.....
DYREKTOR

dr n. med. Marek Nikiel
specjalista organizacji ochrony zdrowia
specjalista neurolog

Dołnośląski Szpital Specjalistyczny
Im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 8992228560 REGON 006320384

[Handwritten signature]

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 1 Spirale embolizacyjne platynowe odczepiane elektromechanicznie z systemem dostarczającym i systemem odczepiania												
1	<p>1) Spirale</p> <ul style="list-style-type: none"> - System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia do 3 sekund - Możliwość repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka - Średnica pierwowłóknego zwoju: 0,010 ; 0,018 " " - Różne wymiary średnic (od 1 do min. 20 mm)* i długości (od 1 do min. 50cm)*, kształty (min. 2: 3D i helical)* i stopień sztywności (min. 3: standard, soft i ultra soft) <p>Dodatkowo punktowane (6%): Spirale pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości</p> <p>PUNKTY: 0/6</p>		szt.	50								#	
2	<p>2) System dostarczający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cewnik prowadzący - Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej, pokrycie politetrafluoroetylenem (teflon) w części środkowej cewnika - 2 różne średnice zewnętrzne 5 F i 6F* o średnicach wewnętrznych minimalnie odpowiednio 0.058" i 0.070" - Długość cewnika min. 95 cm* <p>Dodatkowo punktowane (7%): cewnik o budowie 2-częściowej niezależnej od siebie :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. część zewnętrzna jw. 2. część wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F i 5 F i długości cewnika powyżej 115 cm, z pokryciem hydrofilnym w dystalnym odcinku, o różnych kształtach końcówek (min. 2: VER i SIM) <p>PUNKTY: 0/7</p>		szt.	20								#	
3	<p>3) mikrocewnik do dostarczania spirali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cewnik zbrojony o budowie segmentalnej, - Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - Dwa platynowe markery umożliwiający pozycjonowanie i odczepianie spirali - Średnica zewnętrzna i wewnętrzna zgodnie z zaleceniami producenta spirali - Długość cewnika min. 150 cm, - Pokrycie hydrofilne dystalnego odcinka - Min. 2 rodzaje sztywności: standardowa i z mocniejszym podparciem <p>Dodatkowo punktowane (1%): kompatybilny z DMSO i NBCA</p> <p>PUNKTY: 0/1</p>		szt.	20								#	

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Kościuszki
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-043 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 NIP 8992228560 REGON 006320384

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
					X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
1	4) mikroprzewodnik do zabiegów neuroradiologicznych - Prowadnik o budowie hybrydowej - Średnica 0,012" w części dystalnej oraz 0,014" w części proksymalnej - Rdzeń wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu - Długość min. 200 cm, - Kształtowalna dystalna część przewodnika, - Pokrycie hydrofilne w odcinku dystalnym Dodatkowo punktowane (1%) : Możliwość przedłużenia o min. 110 cm PUNKTY: 0/1	3	4 X	5 X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
4	5) System odczepiania elektromechaniczny. - gwarantujący wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu spirali, - krótki czas odczepienia spirali do 3 sekund.		szt.	20								#	
5	X	X	szt.	20	X	X	X	X	X	X	X	X	BANK
X	ZADANIE 2 Stent wewnętrzny z systemem dostarczania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1) Stent wewnętrzny z nitinolu - Stent pleciony wykonany z nitinolu - Markery w części proksymalnej i dystalnej (min. po 3) - Dedykowane średnice naczyń: od 2 mm do 5,5 mm * - Min. 2 różne długości w każdym rozmiarze* - Możliwość całkowitego złożenia do mikrocewnika i rezykcjonowania po wysunięciu min. 2/3 długości stentu Dodatkowo punktowane (10%) : większa ilość (powyżej 3) markerów na końcach stentu oraz wplecione markery wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii rtg PUNKTY: 0/10		szt.	4								#	
2	2) Mikrocewnik do dostarczania stentu: - Cewnik zbrojony o budowie segmentalnej - Atrajmatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - Średnica wewnętrzna zależna od średnicy stentu, - Dwa markery umożliwiający pozycjonowanie i odczepianie spirali - Długość cewnika min. 150 cm, - Pokrycie hydrofilne powyżej 50% cewnika od strony dystalnej		szt.	4									
3	3) Mikroprzewodnik do zabiegów neuroradiologicznych - Prowadnik o budowie hybrydowej - Średnica 0,012" w części dystalnej oraz 0,014" w części proksymalnej - Rdzeń wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu - Długość min. 200 cm, - Kształtowalna dystalna część przewodnika, - Pokrycie hydrofilne w odcinku dystalnym Dodatkowo punktowane (5%) : Możliwość przedłużenia o min. 110 cm PUNKTY: 0/5		szt.	4									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BANK

Zakład Przemysłowy Wł. A. E. Fielda
 ul. Kłobucka 2, 01-206 Warszawa
 NIP: 527274263 REGON: 005420334
 Zakład Przemysłowy Wł. A. E. Fielda
 ul. Kłobucka 2, 01-206 Warszawa
 NIP: 527274263 REGON: 005420334

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY		WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI											
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 3 Balonowy cewnik okluzyjny z elementami dostawczymi 1) cewnik balonowy - Pokrycie hydrofilne na cewniku i balonie, - Budowa 2 kanałowa - 1. kanał do infuzji i deflacji balonu; 2. kanał - kompatybilny mikroprzewodnikiem 0,014", z DMSO i spiralami embolizacyjnymi, - Znaczniki końca proksymalnego i dystalnego balonu, - Różne rozmiary, min. 4* Dodatkowo punktowane: Urządzenie do kontroli przepływu przez cewnik (FLOW CONTROL SWITCH) w zestawie (możliwość zablokowania przepływu w cewniku, przezroczysty korpus z poliwęglanu, zastawka z silikonu zapobiegająca szczelność, wytrzymałość ciśnieniowa 1 200psi, światło wewnętrzne min. 0,065") - 2 % PUNKTY: 02 Możliwość zastosowania, poza głównym wskazaniem, do: remodelingu balonowego, dostarczania spiral i stentów i wstrzykiwania materiałów embolizacyjnych z DMSO - 3% PUNKTY: 03 Końcówka cewnika dystalna od balonu długości min. 0,5 cm, ze znacznikiem na końcu, z możliwością kształtowania nad parą - 7% PUNKTY 07	X	szt.	1								#	
1	Elementy dostarczające cewnik balonowy: 1) Mikroprzewodnik do zabiegów neuroradiologicznych - Przewodnik o budowie hybrydowej - Średnica 0,012" w części dystalnej oraz 0,014 " w części proksymalnej - Rdzeń wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu - Długość min. 200 cm, - Kształtowalna dystalna część przewodnika, - Pokrycie hydrofilne w odcinku dystalnym Dodatkowo punktowane (3%) : Możliwość przedłużenia o min. 110 cm PUNKTY:03												
2	X	X	szt.	1								#	
X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BANK

Biomedical Service S.p.A.
 Centrum Medyczne "E. Piłsudski"
 ul. Wolności 10, 01-145 Warszawa
 NIP 892284525

BSC

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*9)	(5*8)	(5*9)	X	X
X	ZADANIE 4 System typu flow-divert modelujący przepływ w naczyniu mózgowym z tętniakiem do jego szybkiego leczenia + system dostawczy												
1	1) Implant - Implant pleciony, samorozprężalny o dużej sile radialnej, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka - Markery w części proksymalnej dystalnej (min. po 3) – dodatkowo punktowane: większa ilość markerów dystalnych i markery wewnątrz struktury plecionki sientu dla lepszej widoczności w skopii rtg - Przeznaczony do zmian w naczyniach o średnicy: 3,0-5,5mm – (dodatkowo punktowane rozmiary naczyń od 2,0mm) - 3% punkty - 0/3 - Różne rozmiary długości roboczej sientu (min. 4)* - Możliwość złożenia i rozpozycjonowania po rozłożeniu min. 2/3 długości roboczej * - Dodatkowo punktowane (10%): większa ilość markerów dystalnych i markery wewnątrz struktury plecionki sientu dla lepszej widoczności w skopii rtg PUNKTY:0/10		szt.	6								#	
2	System dostawczy: 1) Mikrocewnik do dostarczenia urządzenia: - Cewnik zbrojony o budowie segmentalnej - Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - Średnica wewnętrzna zależna od profilu urządzenia, - Dwa markery umożliwiający pozycjonowanie i odczepianie spirali - Długość cewnika min. 150 cm , - Pokrycie hydrofilne powyżej 50% cewnika od strony dystalnej 2) Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - Prowadnik o budowie hybrydowej - Średnica 0,012" w części dystalnej oraz 0,014 " w części proksymalnej - Rdzeń wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynu - Długość min. 200 cm, - Kształtowalna dystalna część prowadnika, - Pokrycie hydrofilne w odcinku dystalnym - Dodatkowo punktowane (2%) : Możliwość przedłużenia o min. 110 cm PUNKTY:0/2		szt.	6									
3			szt.	6									
X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Obiekt: Szpital Specjalistyczny
Centrum Medyczne i A. E. Feldora 2
ul. Karłowicza 1
80-100 Bydgoszcz
REGON: 1418032034
NIP: 692223250

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 5 Płynny materiał embolizacyjny do embolizacji malformacji z systemem dostarczania												
	1) Materiał embolizacyjny - Materiał embolizacyjny do embolizacji naczynek na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - Kopolimer PLGA rozpuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek). - Zawiera jod, jako środek cieniujący. - Dostępny w min. 3 stężeniach* - Czas precypitacji – do 30 sekund - Możliwość dostarczania do zmiany z mikrocewnikami kompatybilnymi z DMSO		szk.	4									
1	2) Mikrocewnik do dostarczania materiału embolizacyjnego: - Cewnik zbrojony o segmentalnej budowie o kształtowanej końcówce, - Kompatybilny z DMSO, nBCA i spiralami embolizacyjnymi - Różne średnice- min. 2*		szk.	1									
2	3) Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - Prowadnik o budowie hybrydowej - Średnica 0,012" w części dystalnej oraz 0,014 " w części proksymalnej - Rdzeń wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu - Długość min. 200 cm, - Kształtowalna dystalna część prowadnika, - Pokrycie hydrofilne w odcinku dystalnym - Dodatkowo punktowane (5%) : Możliwość przedłużenia o min. 110 cm		szk.	1								#	
3	PUNKTY: 0/5		szk.	1									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Kościuszki
 Centrum Medycyny J. A. E. Fieldolfa 2
 54-069 Wrocław, REGON 140909363
 NIP 8932222222

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X		X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
X	ZADANIE 6 Stent do tętnic szyjnych z systemem dostawczym	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1) Stent - Stent samorozprężalny o dużej sile radialnej. - Implant nitylowy - Markery w części proksymalnej i dystalnej (min. po 3) - Zakres średnic stentu 5-10 mm, min. 5* - Zakres długości stentu 2-6 cm, min. 3* - Możliwość złożenia i rozpozycjonowania po częściowym rozłożeniu Dodatkowo punktowane (10%) - większa ilość markerów dystalnych i markery wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii rtg PUNKTY: 0/10		szk.	1								#	
2	2) System dostawczy - cewnik niskoprofilowy do 5F		szk.	1									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
													BANK

KUPUJĄCY
 JEDYNYM DOSTAWCZĄ
 SPOŁ. Z O.O.
 ul. T. Kościuszki 2
 01-125 Warszawa
 REGON 142629309
 NIP 525-300-44-45
 KRS 0000363333

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
X	ZADANIE 7 Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych												
	- Cewnik zbrojony z oplotem nitynowym - Cewnik zbudowany z segmentów każdy o innej sztywności - Długość od 105 cm do 125 cm – min. 2* - Miętką, atraumatyczną część dystalną o długości min. 6 cm, cieniująca się w skopli rtg - Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym min. 95 cm - Zróżnicowane średnice 5F i 6F* oraz światło cewnika odpowiednio min. 0,058" i 0,071** - Wewnętrzne światło pokryte teflonem - Różne kształty końcówek, min. 2: prosta, MP * - Pokrycie hydrofilne na całej długości - Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" i 0,038"			12 szt.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 8 Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych z podparciem												
	- Mikroprowadnik o długości całkowitej 180-200cm - W części proksymalnej – duża sztywność (stal medyczna), w części dystalnej miękkiej oplót platynowy na długości min. 10 cm - Średnica prowadnika 0,010" i 0,014** na całej długości - Pokrycie hydrofilne w części dystalnej - W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera			4 szt.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 9 Mikroprowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych												
	- Mikroprowadnik o długości całkowitej min. 300cm - W części proksymalnej – duża sztywność (stal medyczna), w części dystalnej miękkiej oplót platynowy na długości min. 10 cm - Średnica prowadnika 0,010" i 0,014" * na całej długości - Pokrycie hydrofilne w części dystalnej - W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera			1 szt.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X													

Biomedyczny Centralny Zakład Farmaceutyczny
 Centrum Medycyny i Rehabilitacji
 ul. A. J. Fieldora 2
 52-109 Wrocław REGON 140833033
 NIP 693232363

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X (6'7)	X (6+8)	X (5'6)	X (5'8)	X (5'9)	X	X
X	ZADANIE 10 Balony do remodelingu 1) Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń - Cewnik balonowy o średnicy 3 - 7mm* - min. 3 rozmiary, - Min. 3 długości w każdym rozmiarze* - Średnica balonu zależna od objętości inflacji - Kompatybilny z przewodnikiem 0,010", obecnym w zestawie - Długość min. 150 cm. - Adapter podwojny Y w zestawie 2) Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń - Cewnik balonowy o średnicy od 3 do 5mm* - min. 3 rozmiary, - Min. 3 długości w każdym rozmiarze* - Średnica balonu zależna od objętości inflacji - Kompatybilny z przewodnikiem 0,010", obecnym w zestawie. - Długość min. 150 cm. - Adapter podwojny Y w zestawie	X	kpl.	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	kpl.	5	X	X	X	X	X	X	X	X	BANK
X	ZADANIE 11 Stent do remodelingu z systemami dostarczania i odczepiania 1) Stent do remodelingu - Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel - Dobra apozycja do ściany naczyń i duża siła radialna - Połączony trwale z popychaczem, w razie potrzeby uwalniany na drodze elektrycznej - Możliwość ponownego złożenia i repozycjonowania po całkowitym rozprężeniu - Duża elastyczność w dostarczaniu przez mikrocewnik - Markery na obu końcach stentu dla lepszej widoczności w skopii rtg. - Marker na bliższym końcu w celu oceny pozycji stentu przed odczepieniem - Dedykowany do naczyń średnicy od 2 do 6 mm*. - Rozmiary od 3 do 6mm co 1mm*. - Różne długości części roboczej - min. 2 w rozmiarze, Dodatkowo punktowane (15%) - Możliwość zastosowania jako trombektomu PUNKTY:0/15	X	szt.	2	X	X	X	X	X	X	X	#	X

Opis przedmiotu zamówienia (nie dotyczy)
 Nazwa handlowa, numer katalogowy
 E-mail: biuro@medimark.pl
 Tel.: 22 636 36 36
 ul. T. Kościuszki 1 E, Flakolota 2
 05-800 Włocławek, A. A. E. Flakolota 2
 05-800 Włocławek, A. A. E. Flakolota 2
 54-000 Włocławek, A. A. E. Flakolota 2
 54-000 Włocławek, A. A. E. Flakolota 2
 54-000 Włocławek, A. A. E. Flakolota 2
 54-000 Włocławek, A. A. E. Flakolota 2

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(5+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
2)	System dostawczy do stentu - Mikrocewnnik kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, - Średnica wewnętrzna uzależniona od rozmiaru stentu: od 0,021 do 0,027*, - 2 markery w odcinku dystalnym, - Pokrycie hydrofilne.		szt.	2									
3)	Urządzenie do odciążenia stentu	X	szt.	2								X	BANK
X	ZADANIE 12 Urządzenie do rekonstrukcji światła naczynia z tętniakiem z systemem dostawczym 1) Urządzenie do rekonstrukcji - Implant wykonany w postaci tubulamej siatki utkanej z drutu ze stopu stali kobaltowej oraz platynowo-wolframowej - Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kienujący strumień krwi do wnętrza naczynia, otwierając jego prawidłowe światło i wyłączając napływ do worka tętniaka, - Dedykowane do naczyń średnicy od 2,5 do 5,0mm - Różne długości (min. 2 dla każdej średnicy)* - Możliwość repozycji po uwolnieniu min. 90% długości urządzenia, - Dodatkowo punktowane (15%): w tym zakresie średnic rozmiary co 0,25mm PUNKTY: 0/15	X	szt.	2									
1	2) System dostawczy do implantu a) mikrocewnnik - Mikrocewnnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w krętych naczyniach mózgowych - Miękki kształtowalny nad parą czubek ceownika - Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, - Pokrycie hydrofilne na zewnątrz - Średnica zewnętrzna odpowiednia do średnicy implantu, jednorodna na całej długości, - Długość robocza do 150cm b) mikroprowadnik - Długość całkowita min. 200 cm - Wykonany ze stali medycznej a zakończenie miękkie w postaci oplotu platynowego - Miękki, atraumatyczny - Średnica przewodnika 0,014" na całej długości - Pokrycie hydrofilne w części dystalnej - W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia przewodnika do koszulki lub Y-adaptora												
2		X	kpl.	2									
X				X								X	BANK

Dział Inżynierii Medycznej
 ul. T. Kościuszki 2
 54-006 Wrocław
 NIP: 54-006-0221-03-60
 REGON: 141113084

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
X	ZADANIE 13 Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych systemem dostawczym	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1) Mikrokleszcze: - Urządzenie o budowie czterech platynowych mikroszczęk w postaci zagiętych pasków metalu osadzonych na końcu przewodnika - Przewodnik zbudowany w oparciu o stalowy rdzeń - Szczęki umieszczone koncentrycznie względem przewodnika, kątowno, tak że wsunięcie przewodnika z kleszczami z powrotem do wnętrza mikrocewnika powoduje zaobniżenie szczęk na materiale przeznaczonym do usunięcia. - Kompatybilne z mikrocewnikiem o świetle 0,021" - Różne średnice rozwarcia: od 2 do 5 mm (min. 3 rozmiary) *			1									
1	2) System dostawczy - Mikrocewnik o świetle 0,021", kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018,		szk.	1									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 14 Materiał embolizacyjny do embolizacji maformacji tętniczo-żylnych na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu z systemem dostawczym	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1) Materiał embolizacyjny - Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH - DMSO dimeetylosulfotenenk jako rozpuszczalnik do EVOH - Mikronizowany pył tantalowy jako środek cieniujący celem wizualizacji we fluoroskopii - Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34". - W zestawie: EVOH, DMSO i strzykawki.												
1	2) System dostawczy: Mikrocewniki infuzyjne typu "Flow Directed" kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH - Długość całkowita min. 160 cm, - Kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,10". - Zmienna charakterystyka sztywności od największej do najmniejszej - Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika - Pokrycie hydrofobne na całej długości - Duża odporność na zatkanie i rozciąganie - W zestawie mandrym ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego		szk.	5									
2			szk.	3									

Politechnikum Śląskie
Instytut Techniczny
ul. T. Kościuszki 1
44-100 Gliwice
NIP 66309222850
REGON 140791209
KRS 0000632039

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	b) Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH - Długość całkowita min. 160cm, - Kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010". - Duża wytrzymałość ciśnieniowa - dodatkowo punktowane (15%) Dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika - PUNKTY 2% - 0Z. - Odczepialna końcówka, min. 2 długości: 1,5 oraz 3 lub 5 cm* PUNKTY 13% - 13/0		szt.	1								#	
4	c) Mikroprzewodnik do zabiegów neuroradiologicznych - Długość całkowita 200cm; - Wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oploku platynowego długości min. 5 cm - Średnica przewodnika 0,008" na całej długości - Pokrycie hydrofilne w części dystalnej		szt.	3									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 15 Spirale okluzyjne i embolizacyjne dużej grubości odczepiane mechanicznie z systemem dostawczym		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1) Spirale - Dedykowane do okluzji naczyń o dużym przepływie krwi (do przetok) - Średnica pierwotna - 0.020" - Różne rozmiary - Kompatybilne z mikrocewnikami 0.025" - 0.027" * - Różne średnice wlotne i długości - Możliwe różne kształty - 3D, helikalne, "J" - Różne klasy sztywności: standard, miękka, bardzo miękka*		szt.	2									
2	2) Mikrocewnik do dostarczania spiral - Kompatybilny ze spiralami jw. - Długość min. 150cm - Różne rodzaje końca dystalnego*.		szt.	1									
3	3) Urządzenie do uwalniania spiral		szt.	1									
4	4) Koszulka dostępowa z cewnikiem typu Select - Koszulka naczyńowa do naczyń mózgowych - Średnica wewnętrzna 0.088" (6F); - Długość 80 i 90cm - Różne kształty zakończeń* - Kompatybilna z przewodnikami 0,035" - 0,038" - Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku - Dystalny segment widoczny w skopii - Dostępna z cewnikiem typu Select 6F o długościach 105 i 125cm* i różnych kształtach zakończeń*.		szt.	1									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Centralny Rejestr Leków
ul. Chałubińskiego 10
01-651 Warszawa
Tel. 22 629 51 00
Fax. 22 629 51 01
E-mail: 22.629.51.00@ur.l.gov.pl
NIP 525-003-11-0000000000

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X		X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
X	ZADANIE 16 Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie z systemem dostawczym	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1) Spirale: - Wykonane ze stopu o zawartości platyny - Progrywna średnica pierwotnego zwoju w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. - Kompatybilne z mikroewnikami o świetle min 0,0165" posiadającym dwa markery - Konstrukcja łączy między spiralą a popychaczem pozwalająca spiralie dowolnie rotować względem popychacza. - Konstrukcja łączy umożliwiająca kątowne położenie bliższego końca spirali względem popychacza - Mechaniczne, natychmiastowe uwalnianie spirali, - różne kształty, min. 2 (3D, heliakalne)* - zmienna sztywność*, od sztywnych (dłuzsze rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary)*		szt.	8									
1													
2	2) Urządzenie do odczepiania spirali		szt.	1									
	3) System dostawczy. a) Mikroewnik do dostarczania spirali - Długość całkowita min. 155cm, - Kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,014", oraz z cewnikiem prowadzącym 5F. - 4 strefy miękkości od najszywniejszej do najbardziej miękkiej, - Wewnętrzna warstwa wykonana z PTFE (teflon) - Zbrojenie nitinolowe dla uzyskania pożądanej charakterystyki: - popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej - Różne kształty końcówki mikroewnika, min. 2* - Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie - Pokrycie hydrofilne		szt.	2									
3													
	b) Mikroprzewodnik do zabiegów neuroradiologicznych - Długość całkowita min. 200 cm - Wykonany ze stali medycznej i zakończeniem w postaci opłotu platynowego dla lepszej manewrowalności - Miękki, atraumatyczny - Średnica na całej długości 0,014" - Pokrycie hydrofilne w części dystalnej - W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia przewodnika do koszulki lub Y-adaptora		szt.	1									
4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X													BANK

Polnospółka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. T. Szwedzińskiego 2
 Centrum Medyczne ul. A. E. Fieldorfa 2
 NIP 893229550 REGON 006320384

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1		3	4	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 17 Pętla do usuwania ciał obcych ze światła tętnic - Wykonana w postaci nitinolowego przewodnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętli - Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolframowego - W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli - Różne rozmiary pętli, min 2.*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1			szt.	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 18 Prowadniki hydrofilne Prowadniki hydrofilne - rdzeń nitynolowy, - duża elastyczność, - temperowana, zagięta, miękka, atraumatyczna końcówka, - warstwa zewnętrzna o dużej hydrofilności dla ułatwienia nawigacji i zmniejszenia tarcia ze ścianą cewnika i naczyń, - warstwa zewnętrzna przepuszczalna dla promieni X dla lepszej widoczności w skopii oraz minimalizująca adhezję krwi, - różne średnice (min.2) od 0.018 do 0.038* - 2 długości 150 i 260 cm,* - końcówki o różnym stopniu twardości, min. 2*.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1			szt.	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Główny biuro: ul. T. Kościuszki 12, 00-612 Warszawa
 Zakład Produkcyjny: ul. Włocławskiej 11, 05-090 Włocławek
 54-600-0000 (Biuro), 54-600-0001 (Faks), 54-600-0002 (Telefaks)
 54-600-0003 (Telefaks), 54-600-0004 (Telefaks)
 54-600-0005 (Telefaks), 54-600-0006 (Telefaks)
 54-600-0007 (Telefaks), 54-600-0008 (Telefaks)
 54-600-0009 (Telefaks), 54-600-0010 (Telefaks)
 54-600-0011 (Telefaks), 54-600-0012 (Telefaks)
 54-600-0013 (Telefaks), 54-600-0014 (Telefaks)
 54-600-0015 (Telefaks), 54-600-0016 (Telefaks)
 54-600-0017 (Telefaks), 54-600-0018 (Telefaks)
 54-600-0019 (Telefaks), 54-600-0020 (Telefaks)
 54-600-0021 (Telefaks), 54-600-0022 (Telefaks)
 54-600-0023 (Telefaks), 54-600-0024 (Telefaks)
 54-600-0025 (Telefaks), 54-600-0026 (Telefaks)
 54-600-0027 (Telefaks), 54-600-0028 (Telefaks)
 54-600-0029 (Telefaks), 54-600-0030 (Telefaks)

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
1													
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 19 Prowadniki diagnostyczne												
	Prowadniki diagnostyczne												
	- Średnica: 0.035 i 0.038**												
	- pokryte PTFE,												
	- różne kształty końcówek: proste, J*												
1	- długości: 150 - 260 cm*		szt.	5									
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 20 Introductory z zastawką hemostatyczną do cewnikowania naczyń												
	Introductory z zastawką hemostatyczną do cewnikowania naczyń												
	- różne rozmiary 4F, 5F i 6F*												
	- różne długości od 10cm do 40 cm*												
	- w zestawie kompatybilny dilator i igła do nakłucia tętnicy (18G x 7cm)												
	- nieprzezierny dla promieni X znacznik końcówki,												
1	- kompatybilny z prowadnikiem do 0.038* - prowadnik w zestawie		zestaw	50									
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Centrum Medyczne W. M. A. E. Fielda
 ul. T. Kościuszki 10, 01-032 Warszawa
 tel. 22 629 11 11, 22 629 11 12
 fax. 22 629 11 13
 e-mail: biuro@cmwmae.pl
 NIP: 525-232-23-23
 REGON: 142227266
 KRS: 0000370303

BS

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1		3	4	5	X	X	X	(6*8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 21 Introduktory długie do t. szyjnych z zastawką hemostatyczną												
	Introduktory długie do t. szyjnych z zastawką hemostatyczną do cewnikowania naczyń												
	- rozmiar 8F, - długości 90 i 95 cm, - duże światło wewnętrzne – min. 6,7 F, - zbrojony, - trwała pamięć kształtu końcówki, - nadający się do cewnikowania krętych naczyń, - w zestawie kompatybilny dilatator, - nieprzezierny dla promieni X znacznik końcówki												
1			zestaw	8	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 22 Urządzenia do przeszskórnego zamykania otworów w tętnicy po jej nakłuciu i cewnikowaniu												
	Urządzenia do przeszskórnego zamykania otworów w tętnicy po jej nakłuciu i cewnikowaniu												
	- dedykowane do otworów po cewnikach od 5F do 8F, - absorbowana warstwa zamykacza od strony światła naczyń - kompatybilne z przewodnikiem średnicy do 0,038" i introduktorami długości do 95 cm												
1			szt.	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 23 Urządzenie do przeszskórnego zakładania szwu naczyniowego do zamykania otworów w tętnicy po jej nakłuciu i cewnikowaniu												
	Urządzenie do przeszskórnego zakładania szwu naczyniowego do zamykania otworów w tętnicy po jej nakłuciu i cewnikowaniu												
	- dedykowane do otworów po cewnikach od 5F, - dedykowane do otworów po cewnikach od 5F, - kompatybilne z przewodnikiem średnicy 0,038" i mniejszym												
1			szt.	17	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 24 Kompres uciskowy UFO												
	Kompres uciskowy UFO do zakładania opatrunków uciskowych na tętnice												
1			szt.	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Galbardi S.p.A. - Sede e Direzione Generale
 Via S. Felice 10 - 00144 Roma (RM)
 Tel. +39 06 47811 - Fax +39 06 47812
 E-mail: galbardi@galbardi.it
 P. IVA 01210010013 - Registro Imposte
 01210010013 - Partita IVA 01210010013

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

L.P.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1		3	4	5	X	X	X	(6*8)	(5*8)	(5*8)	(5*8)	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 25 Klej cyjanoakrylowy do embolizacji malformacji i guzów Klej cyjanoakrylowy do embolizacji malformacji i guzów - szybka polimeryzacja w kontakcie z płynem tkankowym, - ampulki po 0,5 ml, - możliwość uzyskania różnych stężeń po zmieszaniu z olejowym środkiem kontrastowym op. = 10 amp.		op.	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 26 Dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej Dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej - przezroczysty, elastyczny, miękki materiał, - max ciśnienie -1200 PSI, - zakończony łącznikami luer-lock, jeden koniec obrotowy 1 - długość min. 120 cm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 27 Wężyki (dreny) łącznikowe Wężyki (dreny) łącznikowe - długość 20 cm, - średnica 1,0x2,0, - elastyczne, wykonane z miękkiego materiału, - min tolerowane ciśnienie 300 PSI, - standardowe łączenie luer-lock	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1			szt.	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1			szt.	25	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 28 Urządzenie do kontroli przepływu wysokociśnieniowego typu flow switch Urządzenie do kontroli przepływu wysokociśnieniowego typu flow switch	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1			szt.	8	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Polonijski Szpital Specjalistyczny
Im. T. Kościuszki
Centrum Medycyny Radiologicznej
54-043 Wrocław ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 8992218560 REGON 905320394

33d

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY		WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI											
L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
X	ZADANIE 29 Cewniki diagnostyczne Cewniki diagnostyczne różne kształty końcówek: H1, SIM1-3, VER, PigTail, Cobra * długości 100cm i 65cm (Cobra)* średnice 4F i 5F* budowa ściany zapobiegająca zagnianiu się cewnika przy dużej krętości naczyń temperowana, atraumatyczna końcówka, wolframowa warstwa w dystalnej części cewnika dla lepszej widoczności w skopii rtg	X	szk.	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 30 Wkład do strzykawki automatycznej Wkłady* do strzykawki automatycznej - kompatybilne ze strzykawkami: Medrad Mark7 Arterion (zalecane przez producenta – automat na gwarancji) poj. 150 ml Medrad Stellant (zalecane przez producenta – automat na gwarancji) poj. 1x115 ml i 1x65ml Medrad Spectris Solanis EP (MIR) (zalecane przez producenta – automat na gwarancji) poj. 2X200 ml	X	szk.	780	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 31 Zastawka hemostatyczna Y-konektor Zastawka hemostatyczna Y-konektor 1. Pojedynczy Y-konektor.* - Światło wewnętrzne min. 9 F - Silikonowa wkładka o specjalnym kształcie zapewniająca całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów przewodnika - Przezroczysty korpus z poliwęglanu umożliwiający obserwację cieczy - Obrótowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu 2. Podwójny Y-konektor.* - Podwójne światło wewnętrzne min. 9 F - Silikonowa wkładka o specjalnym kształcie zapewniająca całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów przewodnika - Przezroczysty korpus z poliwęglanu umożliwiający obserwację cieczy - Obrótowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu	X	szk.	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X

901903368
 inf. T. S. Archiwus
 Centrum Medyczne, ul. A. E. Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław, tel. 71 350 15 50
 NIP 8992218560 REGON 006320384

WYROBY MEDYCZNE DO EMBOLIZACJI

FORMULARZ CENOWY

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (Uwagi)	Strona oferty z opisem katalogowym
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
					X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 32 Zastawka hemostatyczna Y-konektor typu Easy Catch (łącnik z dwiema zastawkami)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Zastawka hemostatyczna Y-konektor typu Easy Catch (łącnik z dwiema zastawkami)												
	- Pojedynczy Y-konektor - Silikonowa wkładka o specjalnym kształcie zapewniająca całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów przewodnika - Przezroczysty korpus z poliwęglanu umożliwiający obserwację cieczy - Obrótowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu - Końcówka typu push-pull umożliwiająca szybkie otwieranie i zamykanie zastawki jedną ręką												
1			szt.	20									
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	ZADANIE 33 Tortkery	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Torkery - Łatwa manipulacja jedną ręką - Kompatybilne z przewodnikami hydrofilnymi i pokrywanymi PTFE o średnicy od 0,018" do 0,038" - Możliwość szybkiej repozycji lub usunięcia (jednym przyciskiem)												
1			szt.	12									
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" wpisuje WSZYSTKIE oferowane wyroby, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia.

W kolumnie nr 13 obok nazwy producenta oferowanego wyrobu należy wskazać czy zaferowano wyrób spełniający podstawowe wymogi Zamawiającego czy wyrób spełniający dodatkowe parametry techniczne

- Zamawiający określi przy każdorazowym zamówieniu: średnice/rozmiar/typ/rodzaj krzywizny/długość/kształt/łepkość - jeśli dotyczy
- Zamawiający utworzy z wybranych wyrobów medycznych „Bank wyrobów medycznych”. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. banku dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne - dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 6, Zadania 10, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 15, Zadania 16.

Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 KRS 0000000000, NIP 525-222-28-50, REGON 140903320
 Centrum Reaktywny Biomedyczny
 ul. Chałubińskiego 1, 01-644 Warszawa
 tel. 22 62 62 62, fax 22 62 62 62

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres (siedziba) Wykonawcy

Polski Szpital Specjalistyczny
Im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-040 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 6992228569 REGON 006320384

OFERTA WYKONAWCY

1. Oferujemy wyroby medyczne do embolizacji - zabezpieczenie na:

Zadanie ...

wartość netto zł *

(słownie:złowych /100) *

kwota VAT zł*

(słownie: złotych /100) *

wartość brutto zł*

(słownie: złotych /100) *

itd.

Wartość brutto powinna zawierać wartość netto, kwotę podatku VAT, cenę transportu, upusty, rabaty oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z aktualnym wzorem stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Numer faksu pod który Zamawiający będzie wysyłał wnioski, zawiadomienia oraz informacje Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Zamawiający prześle ww. korespondencję na numer faksu podany w ofercie.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy wymagać będziemy zapłaty w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej przelewem na konto bankowe. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się podać numer powyższego konta bankowego oraz przesłać elektroniczną wersję „Formularza cenowego”.
5. Gwarantujemy stałe i niezmiennie ceny przez cały okres trwania umowy.
6. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć część wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (należy wskazać część). Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
7. Zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do ... dni (5 dni – 10,00 pkt / 7 dni – 0,00 pkt) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia. – dotyczy wszystkich Zadań za wyjątkiem Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5, Zadania 6, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 14 / Zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do 7 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia. – dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5, Zadania 6, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 14.
8. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru.
9. W wypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w ustalonym terminie po otrzymaniu informacji akceptującej**:
 - w siedzibie Zamawiającego,
 - na własną odpowiedzialność w swojej siedzibie, i odesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od daty wystania, po**:
 - > przesłaniu pocztą priorytetową,
 - > przesłaniu pocztą kurierską (nr klienta) na koszt własny,
 - > odebraniu jej przez przedstawiciela firmy.

10. Zobowiązujemy się udostępnić Zamawiającemu**:

- bank wyrobów medycznych do embolizacji - (dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 6, Zadania 10, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 15, Zadania 16);

Zobowiązujemy się dokonać szczegółowego ustalenia zawartości ww. wykazów po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

Dołnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 8992228560 REGON 006320334

* Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** Niepotrzebne skreślić

Dotyczy: DOSTAWA I BANK

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych wg sygnatury sprawy EZ/587/617/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

UMOWA DOSTAWY Nr / / 16 – wzór I

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:
Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
z/s ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,
reprezentowanym przez Marka Nikla – Dyrektora, którego zastępuje:

- 1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
- 2) Dorota Topolnicka - Główny Księgowy
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
z/s

- zwanym dalej „Wykonawcą”,

który reprezentuje:

- 1)
 - 2)
- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawy wyrobów medycznych embolizacji wg **Zadania ...** dla szpitala w lokalizacji Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu dostawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie **7 dni – dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 6, Zadania 11, Zadania 12, dni (5 dni – 10,00 pkt / 7 dni – 0,00 pkt) – dotyczy Zadania 10, Zadania 15, Zadania 16** od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.
4. Strony uznają faks za obowiązujący dokument zamówienia. Do każdorazowego zamówienia dołączona zostanie strona z naklejonymi etykietami zużytego asortymentu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości oraz cykliczności dostaw.
6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
7. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnego zakresu zamówienia objętego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć **30%** wartości umowy brutto.
8. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości towaru.
9. Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty.
10. Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego utworzenia „Banku wyrobów medycznych”, zwanego dalej „bankiem”, który będzie własnością Wykonawcy, i zabezpieczenia posiadanych wyrobów przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, oraz do zapłaty Wykonawcy ceny wyrobu po jego wykorzystaniu do operacji.
11. Wykaz wyrobów znajdujących się w banku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
12. Wykonawca dostarczy wyroby do banku nie później niż w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.
13. Przekazanie wyrobów do banku potwierdzone zostanie pisemnie przez przedstawicieli stron tj. przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego: pracownik Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej i pracownik Apteki, sporządzonym protokołem zdawczo – odbiorczym (zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego).
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany banku w ramach grupy asortymentowej, wskazanej w Załączniku nr 1.
15. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i w ust. 10 stanowią przedmiot umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, dokumenty dopuszczające w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP wyroby medyczne wykazane w Załączniku nr 1.

§ 2

Ogólna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi zł (słownie:),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Z chwilą przekazania – odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia przedmiotu dostawy.
2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu jak i za właściwe opakowanie wyrobów.
3. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć wyroby medyczne znajdujące się w banku przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz przechowywać je w oryginalnych opakowaniach w warunkach zaleconych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami / z udziałem podwykonawców). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

1. Wykorzystanie przez Zamawiającego do operacji przechowywanych w banku wyrobów medycznych oznacza ich zakup przez Zamawiającego.
2. Zamawiający złoży zamówienie na wyroby wykorzystane podczas operacji nie później niż do 5 dni od dnia przeprowadzenia operacji!
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony i odebrany towar wynagrodzenie obliczone zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający płaci Wykonawcy w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy
5. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy.
6. Stałość cen, o której mowa w ust. 5, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy.
7. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jedynie w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy.
8. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 8 ust. 4 umowy.
9. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikającą ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia.
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do
2. Po zakończeniu niniejszej umowy, w terminie do 5 dni od jej wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązany jest odebrać wyroby zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy wyroby zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, chyba że strony postanowią inaczej, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Przekazanie wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, potwierdzone zostanie pisemnie przez przedstawicieli stron, tj. przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego: pracownik Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej i pracownik Apteki,
3. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:
 - 1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,
 - 3) nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,
 - 4) dostarcza Zamawiającemu towar, którego parametry techniczne nie odpowiadają zapisom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz za każdy dzień opóźnienia w odbiorze, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
3. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może uznać za przerwanie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 6 dni od terminu określonego w §1 ust. 3 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
7. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
9. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

§ 8

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oprócz wypadków wskazanych w § 1 ust. 14 i § 4 i § 6 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
 - 2) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa),
 - 3) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 nie więcej niż o 1 miesiąc,
 - 4) zmiany konta bankowego.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-043 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 8992228260 REGON 006320384

Dotyczy: DOSTAWY

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych wg sygnatury sprawy EZ/587/617/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

UMOWA DOSTAWY Nr / / 16 – wzór II

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
z/s ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,
reprezentowanym przez Marka Nikła – Dyrektora, którego zastępuje:

- 1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
 - 2) Dorota Topolnicka - Główny Księgowy
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
z/s

- zwanym dalej „Wykonawcą”,

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawy wyrobów medycznych embolizacji wg **Zadania ...** dla szpitala w lokalizacji Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu dostawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie **7 dni – dotyczy Zadania 5, Zadania 14, dni (5 dni – 10,00 pkt / 7 dni – 0,00 pkt) - dotyczy Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 13, Zadania 17- 33**, od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.
4. Strony uznają faks za obowiązujący dokument zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości oraz cykliczności dostaw.
6. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnego zakresu zamówienia objętego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć **30%** wartości umowy brutto.
7. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
8. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnego zakresu zamówienia objętego przedmiotem umowy.
9. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości towaru.
10. Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty.
11. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, dokumenty dopuszczające w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP wyroby medyczne wykazane w Załączniku nr 1.

§ 2

Ogólna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi zł (słownie:), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Z chwilą przekazania – odbioru towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia towaru.
2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu jak i za właściwe opakowanie towaru.
3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami / z udziałem podwykonawców). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony i odebrany towar wynagrodzenie obliczone zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający płaci Wykonawcy w terminie **60 dni** licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy
3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy.
4. Stałość cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy.
5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jedynie w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy.
6. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 8 ust. 4 umowy.
7. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikającą ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia.
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do
2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:
 - 1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,
 - 3) nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,
 - 4) dostarcza Zamawiającemu towar, którego parametry techniczne nie odpowiadają przypisom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
3. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może uznać za przerwanie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 6 dni od terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
7. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
9. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

§ 8

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oprócz wypadków wskazanych w § 4 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
 - 2) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa),
 - 3) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 nie więcej niż o 1 miesiąc,
 - 4) zmiany konta bankowego.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Boleśki Szpital Specjalistyczny
Im. T. Mędraka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-043 Wrocław ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 8992228560 REGON 006320334

**INFORMACJA WYKONAWCY
W ODNIESIENIU DO ART.26 ust. 2d ustawy – PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

Numer telefonu:

Numer faxu:

.....

Regon:

NIP:

.....

W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję informuję, że należę* / nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

W przypadku zaznaczenia słowa „należę” konieczne jest wypełnienie poniższej tabeli.

PEŁNA NAZWA PODMIOTU WCHODZĄCEGO W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

....., dnia

.....
(podpis Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
Im. T. Marducha
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-043 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
NIP 8992228560 REGON 006320334