



EZ/4413/16

Wrocław, dnia 29.02.2016r.

Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów do sterylizacji (sygnatura sprawy EZ/026/317/16).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

Zadanie 2

1. Pytanie

„Zadanie 2 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki biologiczne w opakowaniach po 100 sztuk, o szybkim odczycie wyniku negatywnego po 3-5 godzinach? Wszystkie wyniki są automatycznie drukowane na załączonej do inkubatora drukarce.”

Zgodnie z zapisami pod „Formularzem cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ w poz. 1 Zadania 2, Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym (kolumna 7) oraz ilość opakowań (kolumna 8) należy przeliczyć na ilości oferowane i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz podać cenę opakowania jednostkowego. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.

Zamawiający dopuszcza wskaźniki o podanych parametrach, ale nie stanowi to wymogu, z zastrzeżeniem, iż oferowane wyroby muszą spełniać pozostałe wymogi Zamawiającego wyspecyfikowane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

2. Pytanie

„Dot. zadanie 2 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowany inkubator pozwalał na ciągłą obserwację czasu pozostałego do końca inkubacji wskaźnika – oddzielnie dla każdej komory na wyświetlaczu inkubatora?

Czy Zamawiający oczekuje, że podłączenie inkubatora do komputera umożliwi ciągłą obserwację czasu pozostałego do końca inkubacji wskaźnika – oddzielnie dla każdej komory na ekranie komputera?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi to wymogu, z zastrzeżeniem, iż oferowane wyroby muszą spełniać pozostałe wymogi Zamawiającego wyspecyfikowane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

Wzór umowy

3. Pytanie

„Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2: Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do „2% wartości wadliwej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.03.2016 r., godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Eksploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 18539-2016 z dnia 2016-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów do sterylizacji, wg wymienionych niżej części: Zadanie 1
Testy do kontroli sterylizacji parowej Zadanie 2 Wskaźniki biologiczne do sterylizacji parowej Zadanie 3
Włóknina do sterylizacji...

Termin składania ofert: 2016-03-03

Numer ogłoszenia: 20603 - 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18539 - 2016 data 24.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2016 godzina 10:00, miejsce: miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul.

Gen. A. E. Fieldorfa 2, I piętro, pokój 1905.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2016 godzina 10:00, miejsce: miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, I piętro, pokój 1905.