



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
EZ.272.022.2017**

Wrocław, dn. 11.08.2017r.

EZ/ 14853 /17

Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych - realizacja projektu nr: POIS.09.01.00-00-0121/16 pn. *Utworzenie centrum urazowego dla dzieci poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu* (sygnatura sprawy EZ/207/EM/17).

W związku z pytaniami zadany w ww. postępowaniu:

Dotyczy Zadania nr 3

1. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 28 wyliczanych parametrów dla oferowanego aparatu, w tym między innymi parametry pozwalające na dokładną ocenę statusu utlenowania organizmu oraz równowagę kwasowo-zasadową?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z powyższym wymaga w pkt. 5 działu I: „co najmniej 28 innych wyliczalnych parametrów dla oferowanego aparatu”, w związku z powyższym zmianie ulega pkt. 5 działu I „Karty Parametrów” dla Zadania 3, stanowiącej integralną część SIWZ, poprzez zmianę zapisu „co najmniej 35 innych wyliczalnych parametrów dla oferowanego aparatu” na „co najmniej 28 innych wyliczalnych parametrów dla oferowanego aparatu”, w załączeniu zmieniona ww. karta, stanowiąca integralną część SIWZ.

2. „Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga analizatora bezobsługowego, dedykowanego dla oddziałów szpitalnych, nie wymagającego żadnych czynności konserwacyjnych takich jak: czyszczenie, deinstalacja sondy aspiracyjnej, wymiana jakichkolwiek uszczeltek, membran, uzupełniania płynów, wymiany szeregu części, manualnej kalibracji poszczególnych parametrów np. hemoglobiny całkowitej?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza ww. analizator, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ, ww. dopuszczenie nie stanowi wymogu Zamawiającego.

3. „Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga analizatora bezobsługowego, dedykowanego dla oddziałów szpitalnych, w którym wszystkie elementy potrzebne do wykonania wymaganych oznaczeń znajdują się w jednej wielotestowej kasecie i jedyną czynnością obsługową jest wymiana tejże kasety raz na 30 dni?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu, jednocześnie wyjaśnia, iż nie określa w SIWZ konkretnego rozwiązania technicznego oraz częstotliwości wymiany odczynników, zatem dopuszcza każde rozwiązanie, które spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Dotyczy Karty parametrów technicznych dla zadania nr 2 - Aparat USG

4. "Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w pkt 1."

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga w pkt. 1 działu I: „Aparat z całkowicie cyfrowym formatowaniem wiązki ultradźwiękowej zapewniający najwyższą jakość i rozdzielczość generowanych obrazów”, w związku z powyższym zmianie ulega pkt. 1 działu I „Karty Parametrów” dla Zadania 2, stanowiącej integralną część SIWZ, poprzez zmianę zapisu „Aparat z całkowicie cyfrowym formatowaniem wiązki, dla obrazowania i mapowania przepływu kolorem. Zmienne przesłona i dynamiczne ogniskowanie” na „Aparat z całkowicie cyfrowym formatowaniem wiązki ultradźwiękowej zapewniający najwyższą jakość i rozdzielczość generowanych obrazów”, w załączeniu zmieniona ww. karta, stanowiąca integralną część SIWZ.

5. "Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG o przekątnej ekranu 11,5?"

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z powyższym wymaga w pkt. 2 działu I: „Aparat przenośny z ekranem LCD TFT min. 11,5”, w związku z powyższym zmianie ulega pkt. 1 działu I „Karty Parametrów” dla Zadania 2, stanowiącej integralną część SIWZ, poprzez zmianę zapisu „Aparat przenośny z ekranem LCD TFT min. 12” na „Aparat przenośny z ekranem LCD TFT min. 11,5”, w załączeniu zmieniona ww. karta, stanowiąca integralną część SIWZ.

6. „Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę liniową o szerokości skanowania 38mm o wymiarach 52,2mmx17mm”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wyjaśnia, iż w związku z powyższym wymaga w pkt. 23 działu I: „Przetwornik z matrycą liniową z szerokopasmowym przetwarzaniem sygnału, pozwalający na obrazowanie nerwów, naczyń, gruczołów sutkowych, narządów zlokalizowanych powierzchniowo. Zakres częstotliwości min.6-13 MHz. Głębokość skanowania min. 9 cm. Szerokość głowicy max. 53 mm. Wyposażona w przyciski sterujące aparatem w czasie zabiegów.”, w związku z powyższym zmianie ulega pkt. 23 działu I „Karty Parametrów” dla Zadania 2, stanowiącej integralną część SIWZ.

7. "Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę konweksową o częstotliwości 2-5MHz i kącie widzenia 60 stopni?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni z tego wymogu.

8. "Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG, z formatowaniem plików i obrazów do JPEG, BMP, AVI, DICOM oraz PC z możliwością eksportowania na kartę SD, USB, CD/DVD?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni z tego wymogu.

9. "Czy zamawiający dopuści aparat USG z następującymi gniazdami/funkcjami: wbudowana kamera, głośniki, mikrofon, 3x USB 3.0, Ethernet, gniazdo kart pamięci SD, złącze HDMI?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni z tego wymogu.

10. "Czy zamawiający dopuści aparat USG przystosowany do pracy w zakresie 2-15Mhz?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni z tego wymogu.

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat USG

11. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta, którego głównym przeznaczeniem jest zastosowanie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie spełniającym w pełni następujących parametrów technicznych:

- automatyczna orientacja obrazu w pionie;
- gniazdo display zamiast DVI-I. Oba gniazda są gniazdami cyfrowymi. Istnieje możliwość podłączenia przejściówki display do DVI-I;
- format obrazów: VRD zamiast BMP, PNG, Native;

- format filmów: AVI zamiast MPEG4-V2 oraz MS-Video1;
- szerokość głowicy 39 mm zamiast 38 mm;
- głowica liniowa wyposażona w przyciski sterujące aparatem w czasie zabiegów;
- elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica liniowa o częstotliwości pracy 6,5 – 18 MHz zamiast 6-13 MHz;
- kąt widzenia głowicy convexowej 60 stopni zamiast 90 stopni;
- elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica convexowa o częstotliwości pracy 1,6-5,6 MHz zamiast 3-6 MHz.

W zamian za to Wykonawca złoży ofertę na urządzenie posiadające użyteczne funkcje mające zastosowanie w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego takie jak :

- Wbudowana w aparat część dydaktyczna pozwalająca na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur mających zastosowanie w blokadach przewodowych takich jak blokada splotu ramiennego z dostępu pomiędzy mięśniami pochyłymi, podobojczykowa, nadobojczykowa a także w procedurach takich jak BLUE, FAST, FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz proponowaną technikę prowadzenia igły;
- System nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość pracy z igłami o różnych rozmiarach i długościach mającymi zastosowanie w inwazyjnych procedurach w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego."

Odpowiedź:

AD. automatyczna orientacja obrazu w pionie – Zamawiający określił swoje wymagania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ich nie zmienia, zapisy pozostawia bez zmian.

AD. gniazdo display zamiast DVI-I. Oba gniazda są gniazdami cyfrowymi. Istnieje możliwość podłączenia przejściówki display do DVI-I – Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pod warunkiem zaoferowania ww. przejściówki przez Wykonawcę.

AD. format obrazów: VRD zamiast BMP. PNG, Native – Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

AD. format filmów: AVI zamiast MPEG4-V2 oraz MS-Video1 – Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

AD. szerokość głowicy 39 mm zamiast 38 mm – Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga w pkt. 23 działu I: „Przetwornik z matrycą liniową z szerokopasmowym przetwarzaniem sygnału, pozwalający na obrazowanie nerwów, naczyń, gruczołów sutkowych, narządów zlokalizowanych powierzchniowo. Zakres częstotliwości min.6-13 MHz. Głębokość skanowania min. 9 cm. Szerokość głowicy max. 53 mm. Wyposażona w przyciski sterujące aparatem w czasie zabiegów.”, w związku z powyższym zmianie ulega pkt. 23 działu I „Karty Parametrów” dla Zadania 2, stanowiącej integralną część SIWZ.

AD. głowica liniowa wyposażona w przyciski sterujące aparatem w czasie zabiegów – Zamawiający określił swoje wymagania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ich nie zmienia, zapisy pozostawia bez zmian.

AD. elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica liniowa o częstotliwości pracy 6,5 – 18 MHz zamiast 6-13 MHz – Zamawiający dopuszcza ww. parametr, ale nie czyni z niego wymogu.

AD. kąt widzenia głowicy convexowej 60 stopni zamiast 90 stopni – Zamawiający dopuszcza ww. parametr, ale nie czyni z niego wymogu.

AD. elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica convexowa o częstotliwości pracy 1,6-5,6 MHz zamiast

sporządziła: Marta Nowicka
sprawdziła: Ewelina Rak

3-6 MHz. – Zamawiający dopuszcza ww. parametr, ale nie czyni z niego wymogu.

12. „Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na urządzenie i będzie wymagał parametrów i funkcji opisanych w punkcie 1, które są wykorzystywane w codziennej pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym?”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z powyższym wymaga w pkt. 1 działu I: „Aparat z całkowicie cyfrowym formatowaniem wiązki ultradźwiękowej zapewniający najwyższą jakość i rozdzielczość generowanych obrazów”, w związku z powyższym zmianie ulega pkt. 1 działu I „Karty Parametrów” dla Zadania 2, stanowiącej integralną część SIWZ, poprzez zmianę zapisu „Aparat z całkowicie cyfrowym formatowaniem wiązki, dla obrazowania i mapowania przepływu kolorem. Zmienne przesłona i dynamiczne ogniskowanie” na „Aparat z całkowicie cyfrowym formatowaniem wiązki ultradźwiękowej zapewniający najwyższą jakość i rozdzielczość generowanych obrazów”, w załączeniu zmieniona ww. karta, stanowiąca integralną część SIWZ.

13. „Prosimy o wyjaśnienie zwrotu „Zmienna przesłona” w punkcie 1.”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z powyższym wymaga w pkt. 1 działu I: „Aparat z całkowicie cyfrowym formatowaniem wiązki ultradźwiękowej zapewniający najwyższą jakość i rozdzielczość generowanych obrazów”, w związku z powyższym zmianie ulega pkt. 1 działu I „Karty Parametrów” dla Zadania 2, stanowiącej integralną część SIWZ, poprzez zmianę zapisu „Aparat z całkowicie cyfrowym formatowaniem wiązki, dla obrazowania i mapowania przepływu kolorem. Zmienne przesłona i dynamiczne ogniskowanie” na „Aparat z całkowicie cyfrowym formatowaniem wiązki ultradźwiękowej zapewniający najwyższą jakość i rozdzielczość generowanych obrazów”, w załączeniu zmieniona ww. karta, stanowiąca integralną część SIWZ.

DOTYCZY WZORU UMOWY

14. „Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?”

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający domniema, iż pytanie dotyczy §8 ust. 2 wzoru umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów ww. wzoru umowy.

15. Par. 10 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów ww. wzoru umowy.

16. Par. 10 ust. 1 pkt a) -e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

17. Par. 10 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby suma kar nie była wyższa niż 20% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 8 ust. 1 umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

18. Par. 16 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją

obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

Odpowiedź:

W załączeniu pisma ww. wzór wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający we wzorze umowy przewidział, jako załącznik nr 2 umowę powierzenia danych i zapisów ww. umowy nie zmienia.

Zmianie ulega również Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 130- 265429 z dnia 11.07.2017r.:

- w pkt. III.2.2) dodanie

Zmiany umowy:

§7

3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy.
4. Stałość cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy.

§9

Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy

1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oprócz wypadków wykazanych w § 7, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itp.)
 - 2) zmiana konta bankowego,
 - 3) zmiany danych w § 3 ust. 7, w § 4 ust. 7

W załączeniu:

- zmieniona „Karta parametrów” – Zadanie 2 i Zadanie 3, stanowiące integralną część SIWZ, uwzględniające zmiany dokonane przez Zamawiającego,
- „Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji”

Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w nawiązaniu do art. 38 ust. 4a ustawy **przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.08.2017 r., miejsca i godziny pozostają bez zmian.**

Zamawiający przypomina o zapisie Rozdziału XI pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Inwestycyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

sporządziła: Marta Nowicka
sprawdziła: Ewelina Rak

dokumenty zostały zamieszczone na:
stronie internetowej Zamawiającego
od dnia 14.08.17 do dnia.....
tablicy informacyjnej Dyrekcji DSS im. T. Marciniaka
od dnia..... do dnia.....
podpis..... podpis.....

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu 2016 roku, w pomiędzy:

..... z siedzibą w wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr, będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej reprezentowaną przez:

-
-

zwaną dalej **Wykonawcą**

a

.....z siedzibą w wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonegoKrajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP, reprezentowaną przez:

-
-

zwaną dalej **Zamawiającym**.

Łącznie zwanych „Stronami”

Mając na uwadze, że na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dniar. (zwanej dalej Umową) zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.
4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

§ 2

Prawa i obowiązki Stron

1. Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone

w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.

3. Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:.....
5. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§3

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr.
2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po rozwiązaniu niniejszej Umowy, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich nośników zawierających dane osobowe powierzone do przetwarzania w związku z realizacją Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr. , oraz do niezwłocznego i nieodwracalnego zniszczenia wszelkich kopii dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających powierzone dane – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o wykonaniu powyższego obowiązku w formie pisemnej i doręczyć je Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
6. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KARTA PARAMETRÓW - ZADANIE 2

l.p.	parametry techniczne	Wstępne Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia TAK/NIE
I Aparat USG		
PARAMETRY WYMAGANE		
1	Aparat z całkowicie cyfrowym formatowaniem wiązki ultradźwiękowej zapewniający najwyższą jakość i rozdzielczość generowanych obrazów.	
2	Aparat przenośny z ekranem LCD TFT min. 11,5"	
3	Sterownie przez ekran dotykowy, ekran przystosowany do dezynfekcji.	
4	Zasilanie akumulatorowe.	
5	Akumulatory ładowalne, wielokrotnego użytku, bez efektu pamięci.	
6	Zewnętrzna ładowarka akumulatorów, będąca jednocześnie zasilaczem aparatu USG-240 V, 50/60Hz	
7	Maksymalny czas ładowania, całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25°C przy systemie wyłączonym lub w stanie czuwania do 4 h	
8	Czas pracy aparatu z zasilania akumulatorowego min. 60 minut.	
9	Automatyczna orientacja obrazu w pionie	
10	Aparat przystosowany do pracy w zakresie 1-15Mhz	
	Tryb obrazowania	X
11	Tryb B-Mode (2D)	
12	Color Doppler	
13	CFM-Mode	
14	TEI obrazowanie tkanek z wykorzystaniem wyższych harmoniczných	
	Inne wymagania aparatu	X
15	Twardy dysk min. 100G	
16	Gniazda min.: 2xUSB, DVI-I, RJ-45	
17	Zapisywanie, przechowywanie i eksport obrazów i wideo w pełnej rozdzielczości bez kompresji	
18	Wydruki na zwykłych drukarkach przez złącze USB	X
19	Format obrazów: JPEG, BMP, PNG, AVI, Native, DICOM	
20	Format filmów: MPEG4-V2, MS-Video1	
21	Pomiar obliczanie: długości, kąta, powierzchni, objętości	
22	Dostawa obejmuje wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające prezentację aparatu USG oraz jego podłączenie i uruchomienie	
	Wymagania dla głowic	X
23	Przetwornik z matrycą liniową z szerokopasmowym przetwarzaniem sygnału, pozwalający na obrazowanie nerwów, naczyń, gruczołów sutkowych, narządów zlokalizowanych powierzchniowo. Zakres częstotliwości min.6-13 MHz. Głębokość skanowania min. 9 cm. Szerokość głowicy max.53 mm. Wyposażona w przyciski sterujące aparatem w czasie zabiegów.	

Delność Szpitala Regionalnego
 im. T. Kościuszki
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław
 REGION OŚWIŚCIE

KARTA PARAMETRÓW - ZADANIE 2

24	Przetwornik z matrycą konweksową z szerokopasmowym przetwarzaniem sygnału, pozwalający na obrazowanie jamy brzusznej o zakresie częstotliwości min.3-6 MHz umożliwiająca głębokość skanowania do 23 cm, kąt widzenia 90stopni	
<p>Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaoficerowany wyrób wyspecyfikowanych parametrów,</p> <p>w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.</p> <p>- W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”.</p> <p>- Zamawiający nie dopuszcza potwierdzenia poprzez złożenie oświadczenia numerów katalogowych.</p>		
II KRYTERIA OCENY		
Jakość: dodatkowe parametry techniczne		strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru dodatkowego ranga kryterium
1	Funkcja pomocy i nauki zawierająca: obrazy anatomiczne wyświetlające główne struktury, obraz pokazujący położenie głowicy na pacjencie, wzorzec obrazu ultradźwiękowego dla danego badania, pokaz podświetlonych obrysów struktur na obrazie ultradźwiękowym, tekst opisujący podświetlone struktury i ostateczne wskazówki dla wybranej procedury, porównanie obrazu rzeczywistego z obrazem odniesienia.	0/5,00 pkt.
POZOSTAŁE KRYTERIA OCENY		Wykonawca wpisuje odpowiednie informacje zgodnie z opisem kryteriów oceny punkty
2	Termin gwarancji (bez wyłączeń) na aparat USG liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 24 miesiące - 0,00 pkt.; 36 miesięcy - 10,00 pkt.	0/10,00 pkt.
3	Maksymalny czas naprawy: 0,00 pkt. za 5 dni roboczych, 5,00 pkt. za 4 dni robocze, 10,00 pkt. za 3 dni robocze, 15,00 pkt. za 2 dni robocze.	0-15,00 pkt.
4	Zużycie energii elektrycznej urządzenia medycznego [kWh] - 0-5,00 pkt - liczone ze wzoru	0-5,00 pkt.
5	Procentowa ilość materiałów podlegających recycling'owi po wycofaniu z eksploatacji aparatu USG - 0-5,00 pkt - liczone ze wzoru	0-5,00 pkt.
RAZEM:		0/40
III WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		Wykonawca wpisuje odpowiednie informacje zgodnie z opisem warunków gwarancji i serwisu
1	Gwarancja dostępności do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów - wymagane minimum 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego	podać liczbę lat
2	Liczba przeglądów okresowych dla aparatu USG w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta.	podać liczbę przeglądów okresowych w okresie udzielonej gwarancji

Szpital Specjalistyczny
 Marciniaka
 Medycyny Ratunkowej
 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 51-6320384, NIP 899 22 28 560

KARTA PARAMETRÓW - ZADANIE 2

3	Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonania dla aparatu USG po zakończeniu gwarancji - zgodnie ze standardem producenta w skali 12 m-cy.		podać liczbę przeglądów okresowych po zakończeniu gwarancji w skali 12 m-cy.
---	--	--	--

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

Wojnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384, NIP 800 22 28 560

KARTA PARAMETRÓW - ZADANIE 3

l.p.	parametry techniczne	Wstępne Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia TAK/NIE
------	----------------------	---

I ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH**PARAMETRY WYMAGANE**

1	Gazometria: pH, pCO ₂ , pO ₂	
2	Elektrolity: Na, K, Ca, CL	
3	Metabolity: Glu, Lac, Bil	
4	Oksymetria: ctHb, sO ₂ , FO ₂ Hb, FCOHb, FMetHB, FHHb	
5	co najmniej 28 innych wyliczalnych parametrów dla oferowanego aparatu	
6	Wynik w ciągu max. 120 sek.	
7	Próbka do badania nie większa niż 150 mikrolitrów, krew tętnicza, żylna, włosniczkowa	
8	Aparat przeznaczony do pracy ciągłej wykonujący automatycznie kalibrację oraz kontrolę jakości bez udziału użytkownika lub serwisu	
9	Oprogramowanie w języku polskim	
10	Dostawa obejmuje wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające prezentację analizatora oraz jego podłączenie i uruchomienie	

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaoferowany wyrób wyspecyfikowanych parametrów, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.

- W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”.

- Zamawiający nie dopuszcza potwierdzenia poprzez złożenie oświadczenia numerów katalogowych.

II	KRYTERIA OCENY	Wykonawca wpisuje odpowiednie informacje zgodnie z opisem kryteriów oceny	punkty
1	Termin gwarancji (bez wyłączeń) na analizatora parametrów krytycznych liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 24 miesiące - 0,00 pkt.; 36 miesięcy - 10,00 pkt.		0/10,00 pkt.
2	Maksymalny czas naprawy: 0,00 pkt za 5 dni roboczych, 5,00 pkt. za 4 dni robocze, 10,00 pkt. za 3 dni robocze, 15,00 pkt. za 2 dni robocze.		0-15,00 pkt.
3	Zużycie energii elektrycznej urządzenia medycznego [kWh] - 0-5,00 pkt - liczone ze wzoru		0-5,00 pkt.
4	Procentowa ilość materiałów podlegających recycling'owi po wycofaniu z eksploatacji analizatora parametrów krytycznych - 0-10,00 pkt - liczone ze wzoru		0-10,00 pkt.
RAZEM:			0/40

KARTA PARAMETRÓW - ZADANIE 3

III	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	Wykonawca wpisuje odpowiednie informacje zgodnie z opisem warunków gwarancji i serwisu	
1	Gwarancja dostępności do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów - wymagane minimum 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego		podać liczbę lat
2	Liczba przeglądów okresowych dla analizatora parametrów krytycznych w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta.		podać liczbę przeglądów okresowych w okresie udzielonej gwarancji
3	Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonania dla analizatora parametrów krytycznych po zakończeniu gwarancji - zgodnie ze standardem producenta w skali 12 m-cy.		podać liczbę przeglądów okresowych po zakończeniu gwarancji w skali 12 m-cy.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

Łódzki Szpital Specjalistyczny
Im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384, NIP 899 22 28 560