



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
EZ.272.022.2017

Wrocław, dn. 23.02.2018r.

EZ/3821... /18

Dotyczy: rozstrzygnięcia częściowego przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych - realizacja projektu nr: POIS.09.01.00-00-0121/16 pn. *Utworzenie centrum urazowego dla dzieci poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu* (sygnatura sprawy EZ/207/EM/17).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jw. w **Zadaniu 3** jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez **SIEMENS HEALTHCARE Sp. z o.o.**

Ww. oferta przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, które to kryteria wskazane zostały w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W załączeniu „**PUNKTACJA**”, gdzie podano nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert, stanowiącą jednocześnie łączną punktację.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksplatacyjnych
mgr inż. *Katarzyna Kapuścińska*

ZAD.	Kryteria oceny	OFERTA	OFERTA	OFERTA	OFERTA
		1	2	4	5
3	nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy	RADIOMETER Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa	SIEMENS HEALTHCARE Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	WERFEN POLSKA Sp. z o.o. ul. Wolińska 4 03-699 Warszawa	ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdynskie 6B 01-531 Warszawa
	cena oferty	41 178,00	37 063,50	64 950,00	32 400,00
	cena oferty 60%	54,00	60,00	34,24	-
	Termin gwarancji (bez wyłączeń) na analizatora parametrów krytycznych liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.	36 miesięcy	36 miesięcy	36 miesięcy	36 miesięcy
	Termin gwarancji (bez wyłączeń) na analizatora parametrów krytycznych liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 24 miesiące - 0,00 pkt.; 36 miesięcy - 10,00 pkt.	10,00	10,00	10,00	oferta odrzucona
	Maksymalny czas naprawy:	2 dni robocze	2 dni robocze	2 dni robocze	3 dni robocze
	Maksymalny czas naprawy: 0,00 pkt. za 5 dni roboczych, 5,00 pkt. za 4 dni robocze, 10,00 pkt. za 3 dni robocze, 15,00 pkt. za 2 dni robocze.	15,00	15,00	15,00	oferta odrzucona
	Zużycie energii elektrycznej urządzenia medycznego [kWh]	2365 kWh 6,47 kWh/doba	3,24 kWh/doba	0,3 kWh 7,2 kWh/doba	200 W
	Zużycie energii elektrycznej urządzenia medycznego [kWh] - 5%	2,50	5,00	2,25	oferta odrzucona
	Procentowa ilość materiałów podlegających recycling'owi po wycofaniu z eksploatacji analizatora parametrów krytycznych	100%	95%	100%	0%
	Procentowa ilość materiałów podlegających recycling'owi po wycofaniu z eksploatacji analizatora parametrów krytycznych - 10%	10,00	9,50	10,00	oferta odrzucona
	łącznie	91,50	99,50	71,49	oferta odrzucona

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

23.02.2017