



Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej (sygnatura sprawy EZ/366/205/17).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

Zadanie 4

1. Pytanie

„Pytanie nr.1 do pakietu nr 4

Prosimy o doprecyzowanie przyłącza dla mankietów do posiadanego aparatu Esmarcha opisanych w SIWZ w pkt. 1 i 2:

Czy oferowany mankiet ma być z przyłączem ciśnienia typu LUER czy CPC ?”

Zamawiający preferuje przyłącze typu Luer, w związku z powyższym zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie w kolumnie 2 dla pozycji 1 i 2 na końcu opisu: „... z końcówką typu Luer”. Jednocześnie Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w kolumnie 2 dla pozycji 1 i 2 na „Opaska Esmarcha...”.

Zadanie 10

2. Pytanie

„Zad. 10 pkt. 1

-Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogów.

Zadanie 12

3. Pytanie

„Zadanie 12 pkt. 5, 9

-Prosimy o dopuszczenie dł. 0,9 m”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogów.

Zadanie 13

4. Pytanie

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 13 poz.1 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.”

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z powyższym pozycja 1 Zadania 13 tworzy Zadanie 34.

Zadanie 14

5. Pytanie

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści rękojeść światłowodową małą z diodą LED?

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści rękojeść światłowodową dużą z diodą LED?

Ad.1-2 Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogów.

Zadanie 15

6. Pytanie

„Pyt 1. Pak 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 15 poz. 2 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej”

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z powyższym pozycja 2 Zadania 15 tworzy Zadanie 35.

Zadanie 23

7. Pytanie

„Zadanie 23 poz. 3

- Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogów.

8. Pytanie

„Pyt 2 Pak 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 poz 3 wielorazowych mankietów RR, obwód ramienia 25-35 cm. Reszta bez zmian.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogów.

Zadanie 26

9. Pytanie

„Pytanie 1 do zadanie 26 pozycja 13.

Czy Zamawiający dopuści Nóż długi min. 154 mm wielorazowy do uchwytu monopolarnego, typu nr kat. 520-028 Bowa ?”

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogami wskazanymi określonymi w SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu o następujących parametrach: „Nóż długi min. 152 mm wielorazowy do uchwytu monopolarnego, typu nr kat. 520-028 Bowa”, w związku z powyższym wskazana długość - 154mm - mieści się w przedziale wskazanym przez Zamawiającego.

Zadanie 30

10. Pytanie

„Zadanie 30 poz. 5

- Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m”

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Pytanie

„Pyt 3 Pak 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 poz 4 mankietów wielorazowych , obwód ramienia 46-66 cm. Reszta bez zmian.”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogów.

Wzór umowy

12. Pytanie

„Dotyczy: zapisy SIWZ, wzór umowy

1. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w §15 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
2. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w §15 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy do 0,5% wartości brutto towaru wadliwego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
3. Zwracamy się z prośbą o zmianę §10 ust. 1 i 2 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”
4. Zwracamy się z prośbą o zmianę §15 ust. 3 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

5. Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.
6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §14 ust. 1 wzoru umowy na: „Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni jeżeli Wykonawca:
 - 1) przekracza termin realizacji przedmiotu umowy o 14 dni po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji zobowiązania,
 - 2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,
 - 3) przekracza o 14 dni terminy zobowiązań określonych w §11 niniejszej umowy”
 - 4) wykreślony
 - 5) (...).”.
7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmian stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
8. Prosimy Zamawiającego o zmianę §9 ust. 1 na następujący:
„Należność wskazana w §8 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w §3 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr, w terminie 60 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowany przedmiot zamówienia. ”
9. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu par. 15 ust. 1 pkt 5).
Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.”

Ad. 1-6 i 8-9 Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami umowy wszystkie zmiany stawki VAT zostaną wprowadzone zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie.

13. Pytanie

„Zapytania dotyczące zapisów wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w §11 ust. 3 z „3 dni ” na „3 dni robocze” i dookreśli zapis, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy/wymiany wyznaczony w dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji.
Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny wadliwego towaru.
2. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §15 ust. 1:
 - a) pkt 1 z 2% na 0,5%,
 - b) pkt 2 z 3% na 0,5%,
 - c) pkt 3 z 2% na 0,5%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353¹k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

3. Czy Zamawiający dookreśli w §17, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar."

Ad. 1-3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

14. Pytanie

1. „Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w §15 ust. 1 pkt. 1) i 2) na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów (wartość wskazana w załączniku nr 1 do umowy) za każdy dzień opóźnienia w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust.2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
- 2) w wysokości 0,2 % wartości brutto produktów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi."

Ad. 1-2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

Zamawiający, załącza „Formularz cenowy” uwzględniający następujące zmiany:

- ❖ Zmiana opisu w pozycji 1 i 2 Zadania 4, pozycji 13 Zadania 23
- ❖ pozycja 2 Zadania 13 tworzy Zadanie 34;
- ❖ pozycja 2 Zadania 15 tworzy Zadanie 35;
- ❖ zmiana zapisów pod „Formularzem cenowym” na: „Zamawiający we wszystkich pozycjach (za wyjątkiem pozycji 1 Zadania 5, pozycji 2 Zadania 34, pozycji 2-5 Zadania 16, pozycji 1 Zadania 18, pozycji 1 Zadania 21, pozycji 4 Zadania 25 „Formularza cenowego”) przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania wyrobów medycznych. Zamawiający w pozycji 1 Zadania 5, pozycji 2 Zadania 34, pozycji 2-5 Zadania 16, pozycji 1 Zadania 18, pozycji 1 Zadania 21, pozycji 4 Zadania 25 „Formularza cenowego” dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu nie będącego wyrobem medycznym”

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

- ❖ Zmianie ulega pkt. 1.1 Rozdziału I SIWZ na:
 - „1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, według wymienionych niżej części:
Zadanie 1 - Zadanie 35.
Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”
- ❖ Zmianie ulega pkt. 1.1.3 Rozdziału III SIWZ na:
 - „1.1.3. że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
 - a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, dotyczy wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem pozycji 1 Zadania 5, pozycji 2 Zadania 34, pozycji 2-5 Zadania 16, pozycji 1 Zadania 18, pozycji 1 Zadania 21, pozycji 4 Zadania 25 „Formularza cenowego”;
 - b) oświadczenie potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP, dotyczy pozycji 1 Zadania 5, pozycji 2 Zadania 34, pozycji 2-5 Zadania 16, pozycji 1 Zadania 18, pozycji 1 Zadania 21, pozycji 4 Zadania 25 „Formularza cenowego”;

Wobec powyższych zmian dokonanych w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4a ustawy zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. W załączeniu „Formularz cenowy” i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające powyższe zmiany.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.09.2017r. godziny i miejsca pozostają bez zmian.**

Zamawiający przypomina o zapisie pkt. 11 Rozdziału XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

Sporządziła: Katarzyna Żwakuła
Sprawdziła: Marta Nowicka

9
Kwakuła

Formularz cenowy

l.p.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (uwagi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[5+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x
Zadanie 10												
1	Mankiet wielorazowy do FX 2000 dla obwodu ramienia 26-35 cm, typu nr kat. E3023 z kat. Emtel		szt.	9								
2	Kabel EKG 3-żyłowy do kardiomonitora FX2000 złącze zielono-pomarańczowe, typu nr kat. E1410 z kat. Emtel		szt.	13								
3	Kabel EKG 3-żyłowy do kardiomonitora FX2000 złącze zielono-żółte, typu nr kat. E1100 z kat. Emtel		szt.	14								
4	Konicówki do kabla EKG 3-żyłowego typ DIN do kardiomonitora FX2000, typu nr kat. E1101 z kat. Emtel		szt.	27								
5	CzuJNIK SpO2 typu klips, krótki Nellcor Oximax do FX 2000 typu nr kat. DS 100 A, wielorazowy		szt.	22								
6	Przedłużacz do czujnika Nellcor DOC-10 do FX 2000 wykić okrągły (niebieski) 12 pinowy od strony monitora do czujnika DS 100A, typu nr kat. E 2001 z kat. Emtel		szt.	17								
7	Wielorazowy czujnik temperatury, skórný dla dorosłych do FX 2000 typu nr kat. D-S18 z kat. Emtel		szt.	1								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x
Zadanie 11												
1	Wężyk NIBP do FX 2000, typu nr kat. E3001 z kat. Emtel		szt.	15								
2	Szybkołączka żeńska NIBP do FX 2000, typu nr kat. E3091 z kat. Emtel		szt.	5								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x
Zadanie 12												
1	Wielorazowy czujnik temperatury do kardiomonitora PM9000, typu nr kat. T2252-AS Unimed		szt.	4								
2	Kabel pacjenta EKG z odprowadzeniami do PM 9800, typu nr kat. 2312P-1 Unimed		szt.	8								
3	Przewód pośredni SpO2 do Mindray 9800 technologia Nellcor wejście 7 pinowe, typu nr kat. U708-48 Unimed		szt.	2								
4	Wielorazowy czujnik SpO2 silikonowy do kardiomonitora PM9800 wejście 10 pinowe (bezpółśredni) technologia Nellcor Oximax		szt.	2								
5	CzuJNIK SpO2 Klips do kardiomonitora PM9000, w technologii Massimo o długości minimum 1,1 m do przedłużacza o nr kat. 0010-30-42625		szt.	1								
6	Kabel dołączeniowy do czujnika SpO2 do kardiomonitora PM9000 Massimo, typu nr kat. 0010-30-42625 Mindray		szt.	1								
7	Kabel pacjenta do kardiomonitora PM9000, typu nr kat. 0010-30-12257 Mindray		szt.	1								
8	Kable dołączeniowe do EKG 3- odprowadzeniowe do kardiomonitora PM9000, typu nr kat. 0010-30-42725 Mindray		szt.	2								
9	CzuJNIK SpO2 Klips do kardiomonitora PM9000, w technologii Nellcor o długości minimum 1,1m, wielorazowy		szt.	3								
10	Przewód pośredni SpO2 do Mindray PM 9000 Nellcor typu nr kat. U 708-29		szt.	3								
11	Wielorazowy mankiel do kardiomonitora PM9000, 25-35cm, typu nr kat. 0010-30-12160 Mindray		szt.	1								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x
Zadanie 13												
2	Akumulator do EKG BTL-08 MT plus		szt.	2								

Formularz cenowy

l.p.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (uwzgl)
		3	4	5	6	7	8 [6x7]	9 [6+8]	10 [5x6]	11 [5x8]	12 [5x9]	13
1	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zadanie 1												
1	Kable do zabiegu wszczepiania stymulatora i kardiovertera Biotronik ICS 3000, typu nr kat. PK-14112,8m Biotronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Kabel do słym. zew. dwujamowych 333959, typu nr kat. PK-17512,3m Biotronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Kabel pacjenta do programatora ICS, typu nr kat. PK-222EUZ,8m Biotronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zadanie 2												
1	Przewód do EKG do Axiom Sensis, typu nr kat. Standard Limb Lead Electrode Cable KIL IEC1with Grabbers (Clamp)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zadanie 3												
1	Elektroda czynna do artroskopii, typu nr kat. IA-2379 Linvalec	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zadanie 4												
1	Opaska Esmarcha na udo do podciśnieniowej regulacji ucisku, wielorazowa, do zasilacza ciśnieniowego, jednodrenowa, z końcówką typu Luer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Opaska Esmarcha na ramię do podciśnieniowej regulacji ucisku, wielorazowa, do zasilacza ciśnieniowego, jednodrenowa, z końcówką typu Luer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zadanie 5												
1	Akumulator do defibrylatora Lilepack 12 i 20, typu nr kat. 1141-000044	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zadanie 6												
1	Przewód do Lilepack 12,20, 3 odprow., typu nr kat. 2327P-1-Uhmed	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zadanie 7												
1	Kabel jednorazowy do zabiegu wszczepiania stymulatora i kardiovertera St. Jude Medical Merlin 3650, typu nr kat. 4051L St. Jude Medical	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Kabel wielorazowy do zabiegu wszczepiania stymulatora i kardiovertera St. Jude Medical Merlin 3650, typu nr kat. EX3150 St. Jude Medical	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zadanie 8												
1	Przewody pacjenta do rejestratora DMS 300-3a wykł. HDMI, 7 odprowadzeniowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Przewody pacjenta do rejestratora DMS 300-3a wykł. VGA, 7 odprowadzeniowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Przewody pacjenta do rejestratora DMS 300-4a (4 odprowadzeniowy), wykł. VGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Przewody pacjenta do rejestratora DMS 300-7 (7 odprowadzeniowy)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pokrowiec wielorazowy do DMS 300-3A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zadanie 9												
1	Palapka wodna do modułu karpografu, typu nr kat. 103-0234-00 Spacelabs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Linia pomiarowa do nosa, typu nr kat. 704-0176-00 Spacelabs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

E. Sobkowicz

Formularz cenowy

l.p.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (awagi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6x8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x
Zadanie 14												
1	Wielorazowa łyżka światłowodowa Macintosh 00		szk.	3								
2	Wielorazowa łyżka światłowodowa Macintosh 0		szk.	3								
3	Wielorazowa łyżka światłowodowa Macintosh 1		szk.	3								
4	Wielorazowa łyżka światłowodowa Macintosh 2		szk.	3								
5	Rękojeść światłowodowa ksenonowa mała		szk.	3								
6	Rękojeść światłowodowa ksenonowa duża		szk.	3								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x	x	x	x
Zadanie 15												
1	Kabel pacjenta do aparatu EKG Aspel Mr Silver v.002 typu nr kat. va021bni		szk.	1								
3	Gruszki przysercowe do EKG		kpl.	7								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x	x	x	x
Zadanie 16												
1	Żarówka do laryngoskopu MCINTOSCH 2,7V do łyżek typu Farum		szk.	40								
2	Żarówka halogenowa 12V50W G6.35, typu nr kat. 7027		szk.	10								
3	Lampa XENONOWA, typu nr kat. X5210 300W		szk.	1								
4	Palnik bakteriobójczy Philips TUV, typu nr kat. 30W/G30T8 NC		szk.	5								
5	Żarówka halogenowa Xenonphol, typu nr kat. 64634 HLX 15V 150W G635		szk.	2								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x	x	x	x
Zadanie 17												
1	Przewód do EEG (krokożyłek)żytek żeński TP1,5 mm)		szk.	10								
2	Czepek elektrodowy (elastyczny regulowany czepek PTS dla dorosłych, średni, 6X4+rzep, zielony)		szk.	2								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x	x	x	x
Zadanie 18												
1	Filtr do lampy bakteriobójczej przepływownej PLB-302		szk.	20								
Zadanie 19												
1	Kable do zabiegu wszczepiania stymulatora i kardiowertera Medtronic typu nr kat. 2292 Medtronic		szk.	1								
Zadanie 20												
1	Układ pacjenta do Medumat Koska - standard z zasławką i przewodem tlenowym typu nr kat. WM22520		szk.	3								
Zadanie 21												
1	Układ pacjenta do respiratora - kompletny obwód pacjenta z zaworem pacjenta z pojedynczą membraną, dł. 170 cm typu nr kat. Ambu-Matic 226 000 718		szk.	2								

Formularz cenowy

I.p.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	J.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (uwagi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x
Zadanie 22												
1	Układ oddychowy z adapterem HFO do respiratora Leoni Plus typu nr kat. 0217016		szt.	10								
Zadanie 23												
1	Kabel EKG główny, typu nr kat. 700-0008-09 Spacelabs	x	x	x	x	x		x	x		x	x
2	Kabel 3 odprowadzeniowy, typu nr kat. 700-0006-01 Spacelabs		szt.	2								
3	Wielorazowy markiel RR, obwód ramienia 23-33cm, typu nr kat. 714-0073-00 Spacelabs		szt.	5								
4	Wielorazowy czujnik saturacji, typu nr kat. 015-0860-00 Spacelabs		szt.	2								
5	Wielorazowy czujnik do temp. zewnętrznej, typu nr kat. 690-0028-00 Spacelabs		szt.	2								
6	Wielorazowy czujnik reakcji, typu nr kat. 118-0256-00 Spacelabs		szt.	1								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x		x	x
Zadanie 24												
1	Sonda APC 2200 A, ø 2,3 mm, długość 2,2 m, z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu wypływ czolowy typu nr kat. Erbe E20132-177	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
2	Sonda APC 2200 A, ø 2,3 mm, długość 2,2 m, z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu wypływ boczny typ nr kat. Erbe E20132-181		szt.	1								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x		x	x
Zadanie 25												
1	Elektrody silikonowe płaskie ES-50 z wyłkiem	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
2	Podkład wiskozowy P-50 do Multitronic MT-3		szt.	4								
3	Okulary ochronne ONF przed ultrafioletem dla pacjenta		szt.	40								
4	Okulary ochronne typ 0-53P-4 chroniące przed podświetlenią		szt.	2								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x		x	x
Zadanie 26												
1	Kabel do pęsety bipolarniej 4,5 m do generatora Emed, Valleylab, typu nr kat. 351-040 Bowa	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
2	Kabel bipolarny do szczyptec US, 2pinowy 28mm do Valleylab, typu nr kat. 351-045 Bowa		szt.	2								
3	Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej do generatora Valleylab, typu nr kat. 380-050 Bowa		szt.	2								
4	Uchwyt wielorazowy monopolarny 2 przyścikowy, 2,4 mm, 3- pin, min. 200 sterylizacji, typu nr kat. 218-045 Bowa		szt.	20								
5	Elektroda czynna, jednorazowa, dwu przyścikowa do generatora Valleylab, Erbe, Ascclap, typu nr kat. 802-030 Bowa		szt.	1 000								
6	Kabel wielorazowy z klipsem do elektrody neutralnej jednorazowej do generatora Erbe I ES300, typu nr kat. 294-050 Bowa		szt.	5								
7	Szczytce bipolarnie, 195mm, 8mmx2mm, typu nr kat. 605-007 Bowa		szt.	2								
8	Kabel do pęsety bipolarniej 4 m do diatermii Erbe, typu nr kat. 101-040 Bowa		szt.	2								
9	Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, powierzchnia 90cm², klej w części brzożnej i hydrożel w części przewodzącej dla dorosłych, do generatora Erbe, typu nr kat. 816-092 Bowa		szt.	700								
10	Elektroda igłowa prosta krótka, typu nr kat. 530-211 Bowa		szt.	20								

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Formularz cenowy

l.p.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (uwagi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x8]	x
11	Elektroda igłowa długa do Erbe, typu nr kat. 520-027 Bowa		szł.	10								
12	Noż krótki wielorazowy do uchwytu monopolarnego, typu nr kat. 500-007 Bowa		szł.	20								
13	Noż długi min. 152 mm wielorazowy do uchwytu monopolarnego, typu nr kat. 520-028 Bowa		szł.	10								
14	Uchwyt monopolarny wielorazowy 2 przyciski do generatora Erbe min. 200 sterylizacji, typu nr kat. 104-045 Bowa		szł.	10								
15	Kabel do laparoskopii 4,5 m 4 mm, typu nr kat. 280-035 Bowa		szł.	3								
16	Pręseta bipolarna prosta 160 mm końcówka 2mm, typu nr kat. 605-027 Bowa		szł.	3								
17	Kulka długa min. 122 mm, 4mm, typu nr kat. 520-029 Bowa		szł.	2								
18	Nożyczki bipolarne 145 mm spiczaste, bez kabla, typu nr kat. 795-145 Bowa		szł.	2								
19	Kabel do nożyczek bipolarnych 4,5 m 2 -pin, typu nr kat. 378-045 Bowa		szł.	4								
20	Pręseta bipolarna 110 mm końcówka 0,5 mm, typu nr kat. 605-020 Bowa		szł.	2								
21	Noż długi 152 mm, wtyk 2,4 mm, typu nr kat. 530-028 Bowa		szł.	2								
22	Elektroda do artroskopii zagięta 90 stopni. Wtyk 4 mm, typu nr kat. 510-109 Bowa		szł.	2								
23	Nożyczki bipolarne 145 mm drobne bez kabla typu nr kat. 798-145 Bowa		szł.	1								
24	Kabel do nożyczek bipolarnych typu nr kat. 401-051 Bowa		szł.	4								
25	Elektroda neutralna z gumy silikonowej, duża 15x25 cm z kablem 4,5 m (Martlin) typu nr kat. 193-008 BOWA		szł.	1								
26	Elektroda neutralna 40 cm2, typu nr kat. 816-042 BOWA		szł.	500								
27	Czyściki elektrod steryjne typu nr kat. (800-000) BOWA		szł.	100								
28	Elektroda nożowa typu nr kat. 500-009 BOWA		szł.	50								
29	Elektroda kulkowa typu nr kat. 500-021 BOWA		szł.	50								
30	Uchwyt monopolarny z przyciskami typu nr kat. 220-045 BOWA		szł.	20								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x
Zadanie 27												
1	Kabel do resektoskopu do ERBE, 4,5m, typu nr kat. RZ 253-610-001		szł.	2								
2	Kleszcze biopsyjne ø 1,6mm, 5 Chartr., długość robocza 400mm, giętkie typu nr kat. RZ 351-120-105		szł.	1								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x
Zadanie 28												
1	Ostrze 25x1.45x73, typu nr kat. 2108110000 stryker		szł.	1								
2	Ostrze 18x1.27x100, typu nr kat. 4118127100 stryker		szł.	1								
3	Ostrze 25x1.24x98.5, typu nr kat. 2108218000 stryker		szł.	1								
4	Ostrze 9.5x1.02x60.5, typu nr kat. 2108175000 stryker		szł.	1								
5	Ostrze 12.5x1.45x73, typu nr kat. 2108155000 stryker		szł.	1								
6	Ostrze 25x0.89x89.5, typu nr kat. 2108302000 stryker		szł.	1								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x

Formularz cenowy

lp.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	liczba	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (uwagi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x
Zadanie 29												
1	Włókno laserowe typu nr kat. 87501272 Richard Wolf	x	szt.	2	x	x		x	x			x
2	Włókno laserowe typu nr kat. 87501550 Richard Wolf	x	szt.	2	x	x						
Zadanie 30												
1	Kabel podłączeniowy EKG do X3, X5 odprowadzeń, typu nr kat. 2017003-003	x	szt.	8	x	x		x	x			x
2	Kabel pacjenta do pomiaru EKG (zestaw 3-odprowadzeń), do kardiomonitora, typu nr kat. F/CM1-04 412882-003	x	szt.	8	x	x						
3	Wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji klips długi bezpośredni, prostokątna niebieska złączka do modułu E-(P)RESTN	x	szt.	8	x	x						
4	Mankiel wielorazowy do kardiomonitora, typu nr kat. FM S/5 2753E	x	szt.	8	x	x						
5	Kabel podłączeniowy do NIBP do kardiomonitora FM S/5 3,6m, typu nr kat. 2020980-001	x	szt.	8	x	x						
Zadanie 31												
x	x	x	x	x	x	x		razem				x
Zadanie 32												
1	Mankiel do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego (udowy średni) typu nr kat. Kendall SCD 73012	x	szt.	45	x	x						x
Zadanie 33												
1	System do czyszczenia i przechowywania głowic przepływkowych	x	szt.	1	x	x						x
2	Wieszak do głowic przepływkowych	x	szt.	1	x	x						x
Zadanie 34												
1	Trepan (narzędzie do usuwania złamań wkreślów, średnica wkreśla fi 6,5mm), typu nr kat. 40.1769 Cim	x	szt.	3	x	x						x
Zadanie 35												
1	Kabel pacjenta do EKG do aparatów BTL-08 wykł bananowy	x	szt.	2	x	x						x
2	Elektrody kończynowe do EKG dla dorosłych z wymienną sprężyną	x	kpł	4	x	x						x

UWAGI

W CELU JEDNOZNA CZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ ORAZ WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! w kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaofiarowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Należności w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaofiarowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu.

UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaofiarowanego przedmiotu zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do **DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA** kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 4, 5.

Zamawiający we wszystkich pozycjach (za wyjątkiem pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100) dopuszcza możliwość zaofiarowania asortymentu nie badającego wyrobów medycznych. Zamawiający w pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 dopuszcza możliwość zaofiarowania asortymentu nie badającego wyrobów medycznych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w "Formularzu cenowym" parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (sa to wymagania minimalne - dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

[Handwritten signature]

Ogłoszenie nr 500024389-N-2017 z dnia 06-09-2017 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554672-N-2017

Data: 08/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 006320384, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl, faks 71 306 48 67.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, według wymienionych niżej części: Zadanie 1 - Zadanie 33. W.w. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera

wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne, 33195000-3 - System monitorowania pacjentów, 33157400-9 - Medyczna aparatura oddechowa, 33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne, 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych, 30192920-6 - Płyn korekcyjny, 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii, 31430000-9 - Akumulatory elektryczne, 33182240-3 - Części i akcesoria do rozruszników serca, 33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki, 31350000-4 - Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania, 38423000-6 - Urządzenia do pomiaru ciśnienia, 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne, 31510000-4 - Żarówki elektryczne, 33158200-4 - Urządzenia do elektroterapii, 33157100-6 - Maski do gazów medycznych, 42514310-8 - Filtry powietrza. 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy. Termin dostawy – do 14 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, według wymienionych niżej części: Zadanie 1 - Zadanie 35. W.w. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne, 33195000-3 - System monitorowania pacjentów, 33157400-9 - Medyczna aparatura oddechowa, 33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne, 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych, 30192920-6 - Płyn korekcyjny, 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii, 31430000-9 - Akumulatory elektryczne, 33182240-3 - Części i akcesoria do rozruszników serca, 33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki, 31350000-4 - Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania, 38423000-6 - Urządzenia do pomiaru ciśnienia, 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne, 31510000-4 - Żarówki elektryczne, 33158200-4 - Urządzenia do elektroterapii, 33157100-6 - Maski do gazów medycznych, 42514310-8 - Filtry powietrza. 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12

miesiący. Termin dostawy – do 14 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.6

W ogłoszeniu jest: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, dotyczy wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem pozycji 1 Zadania 5, pozycji 2 Zadania 13, pozycji 2-5 Zadania 16, pozycji 1 Zadania 18, pozycji 1 Zadania 21, pozycji 4 Zadania 25 „Formularza cenowego”; b) oświadczenie potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP, dotyczy pozycji 1 Zadania 5, pozycji 2 Zadania 13, pozycji 2-5 Zadania 16, pozycji 1 Zadania 18, pozycji 1 Zadania 21, pozycji 4 Zadania 25 „Formularza cenowego”;

W ogłoszeniu powinno być: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, dotyczy wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem pozycji 1 Zadania 5, pozycji 2 Zadania 34, pozycji 2-5 Zadania 16, pozycji 1 Zadania 18, pozycji 1 Zadania 21, pozycji 4 Zadania 25 „Formularza cenowego”; b) oświadczenie potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP, dotyczy pozycji 1 Zadania 5, pozycji 2 Zadania 34, pozycji 2-5 Zadania 16, pozycji 1 Zadania 18, pozycji 1 Zadania 21, pozycji 4 Zadania 25 „Formularza cenowego”;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-08-22, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-12, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr. 13

W ogłoszeniu jest: Część nr. 13 Nazwa: Zadanie 13 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, 1 część, 2 pozycje 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31350000-4, 31430000-9 3) Wartość części zamówienia(gezełi zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 1562,66 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 20,00 Okres gwarancji20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być: Część nr. 13 Nazwa: Zadanie 13 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, 1 część, 1 pozycja 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31350000-4 3) Wartość części zamówienia(gezełi zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 1 316,66 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 20,00 Okres gwarancji20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: PO CZĘŚCI 33

W ogłoszeniu jest: -

W ogłoszeniu powinno być: Część nr. 34 Nazwa: Zadanie 34 1) Krótki opis przedmiotu

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, 1 część, 1 pozycja 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31430000-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 246,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 20,00 Okres gwarancji20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZALĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr: 15

W ogłoszeniu jest: Część nr: 15 Nazwa: Zadanie 15 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, 1 część, 3 pozycje 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 1008,0 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 20,00 Okres gwarancji20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 15 Nazwa: Zadanie 15 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, 1 część, 2 pozycje 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 732,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 20,00 Okres gwarancji20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZALĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: PO CZĘŚCI 34

W ogłoszeniu jest: -

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 35 Nazwa: Zadanie 35 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, 1 część, 1 pozycja 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 276,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 20,00 Okres gwarancji20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

