



Wrocław, dn. 16.10.2017r.

EZ/ 192 12 /17

Dotyczy: pytań do postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania - zabezpieczenie (sygnatura sprawy: EZ/275/117/17).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) poprzez usunięcie Zadania 37 – w załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”, uwzględniający powyższą modyfikację. Ponadto w związku z powyższym zmianie ulega Rozdział III punkt 1.1.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

- „a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie RP, (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia, nie dotyczy Zadania 3, ~~Zadania 37~~);
- „b) oświadczenie potwierdzające, iż oferowany asortyment dopuszczony jest do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia dla Zadania 3, ~~Zadania 37~~)”

Ponadto w związku z pytaniami zadanymi do postępowania jw.:

„Zadanie 51

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w zadaniu 51 pochodzących od jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?”

Zamawiający nie wymaga. Zamawiający określił swoje wymagania w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ i zapisów swych nie zmienia.

2. „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 51 igieł posiadających na opakowaniu jednostkowym informacji czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte?”

Zamawiający nie określił wyżej wskazanego parametru, a zatem nie jest on wymagalny. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami SIWZ: „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu).”

3. „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 6 i 7 igieł z ostrzem krótko i długościętym do wyboru dla Zamawiającego?”

Zamawiający nie określił wyżej wskazanego parametru, a zatem nie jest on wymagalny. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami SIWZ: „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez

Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu)."

„ZADANIE 48

4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie pakietu na osobne pakiety na przykład 48 i 48 A ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów?"

Zamawiający wyraża zgodę. Wobec powyższego Zamawiający wydziela z Zadania 48 poz. 2, która to pozycja tworzy nowe Zadanie 37. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”, uwzględniający powyższe modyfikacje.

„Zadanie 14

5. Czy zamawiający dopuści wasy do podawania tlenu przez nos, wykonany z nietoksycznego materiału PVC, z miękkimi końcówkami o gładkich zakończeniach, z uniwersalnym łącznikiem, długość 200 cm, indywidualnie pakowany w opakowania z instrukcją użytkowania, sterylizowane tlenkiem etylenu?"

Zamawiający wyraża zgodę.

„Zadanie 31

6. czy zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem typu T i łącznikiem schodkowym, poj. 2 l, długość drenu 90 cm, wykonany z PCW jakości medycznej, sterylne, pakowany pojedynczo, skalowany?"

Zamawiający wyraża zgodę.

„Pytanie dot. Zadania 4, poz.1

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego w następującym składzie: cewnik poliuretanowy CH 08, o dł. 50 cm lub 65 cm, z zaciskiem ślizgowym oraz kolorowymi znacznikami; rozdzielalna kaniula punkcyjna o średnicy 3,6 mm (CH 11) i długości 8 cm lub 12 cm; zatyczka; skalpel. Zestaw jest sterylne, pakowany pojedynczo."

Zamawiający wyraża zgodę.

„Pytanie dot. Zadania 4, poz.2

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego w następującym składzie: cewnik poliuretanowy CH 08, CH 12, o dł. 65 cm, z zaciskiem ślizgowym, kolorowymi znacznikami, otworami bocznymi oraz zawiniętym końcem o śr. 4 cm; rozdzielalna kaniula punkcyjna o średnicy 3,6 mm (CH 11) i długości 8 cm lub 12 cm; zatyczka; skalpel. Zestaw jest sterylne, pakowany pojedynczo."

Zamawiający wyraża zgodę.

„Pytanie dot. Zadania 4, poz.3

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wymiennego do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego w rozmiarach: CH 8, CH 12. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ."

Zamawiający wyraża zgodę.

„Pytanie dot. Zadania 4, poz.4

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego w następującym składzie: cewnik poliuretanowy CH 14, o dł. 65 cm, z zaciskiem ślizgowym oraz kolorowymi znacznikami; rozdzielalna kaniula punkcyjna o średnicy 5,6 mm (CH 17) i długości 12 cm; zatyczka; skalpel. Zestaw jest sterylne, pakowany pojedynczo."

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Pytanie dot. Zadania 15, poz.2

11. Z uwagi na fakt, że podczas śródoperacyjnego zakładania zestawów do szynowania moczowodów popychacz oraz zacisk są elementami niepotrzebnymi, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów z cewnikiem obustronnie zamkniętym bez wymienionych elementów. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ."

Zamawiający wyraża zgodę.

„Pytanie dot. Zadania 27, poz. 1

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodników typu J (z giętkim końcem) o długości 100 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Zadanie 13 poz. 1

13. Czy Zamawiający dopuści cewniki Couvelaire wykonane ze 100% silikonu o najwyższej biokompatybilności z balonem o pojemności 50-80ml (CH 20) oraz 80-100ml (CH 22 – CH 24), spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Zadanie 23 poz. 1

14. Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów prosty 5-7-5 mm?”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Zadanie 26 poz. 1

15. Czy Zamawiający dopuści przewodnice do rurek intubacyjnych o średnicy 4,7mm i długości 360mm?”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Zadanie 37 poz. 1

16. Czy Zamawiający dopuści szczotki niesterylne?”

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą SIWZ, szczotki chirurgiczne nie są już przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu.

„Zadanie 41 poz. 1

17. Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV oraz ftalanów o składzie:

- Uniwersalne połączenie 15F/22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów
- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160cm
- Bezląteksowy worek oddechowy o pojemności 3 litrów
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm
- Kolanko z portem luer-lock”

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje opis w „Formularzu cenowym” dla Zadania 41, poprzez dodanie „do respiratora Hamilton”.

„Zadanie 41 poz. 2

18. Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV oraz ftalanów o składzie:

- Uniwersalne połączenie 15F/22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów
- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160cm
- Bezląteksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm
- Kolanko z portem luer-lock”

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje opis w „Formularzu cenowym”, poprzez dodanie „do respiratora Hamilton”.

„Zadanie 47 poz. 1

19. Czy Zamawiający dopuści osłonę / rękaw na przewody w rozmiarze 14cm x 2,5m lub w rozmiarze 16cm x 2,5m, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobu w rozmiarze 16cm x 2,5m, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

„Zadanie 47 poz. 2

20. Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG: * część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Zadanie 47 poz. 3

21. Czy Zamawiający dopuści osłonę typu "beret" na urządzenie z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m², z gumką ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu o średnicy na płasko 80cm, gumka rozciągająca się do 140cm?”

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zaoferowania wyrobu sterylnego i pojedynczo pakowanego.

„Zadanie 47 poz. 3

22. Czy Zamawiający dopuści osłonę typu "beret" na urządzenie z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m², z gumką ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu o średnicy na płasko 50cm, gumka rozciągająca się do 85cm?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Zadanie 52 poz. 1

23. Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstegkena wykonane z silikonu, 4 światłowe, balon przetykowy o długości 14cm?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Zadanie 53 poz. 1

24. Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer z 3 otworami, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Zadanie 53 poz. 3

25. Czy Zamawiający dopuści dreny Kera wykonane z silikonu?”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Zadanie 53 poz. 4, 5

26. Czy Zamawiający dopuści sterylne przedłużacze do podawania tlenu?”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 4

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.””

Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie ograniczenia w wysokości 20%. W załączeniu wzór umowy uwzględniający powyższą modyfikację.

„Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. Nabycie zastępcze), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy....””

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny netto przez cały czas obowiązywania umowy.””

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.””

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Dotyczy warunków umowy § 9

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Dotyczy warunków umowy § 9

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 2

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu ... dni (zgodnie z Ofertą wykonawcy) licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Dotyczy zapisów umowy § 15 ust. 1 i 2

35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 2% na 1% oraz odpowiednio z 3% na 2%?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Dotyczy zapisów umowy § 15 ust. 3, 4, 5

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

37. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Ad par. 15 ust. 1.1. wzoru umowy

38. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości brutto nie dostarczonych w terminie wyrobów, za każdy dzień zwłoki w dostawie, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Ad par. 15 ust. 1.2. wzoru umowy

39. Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań (...)

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Dotyczy ZADANIE 26

40. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie prowadnic o długości 366cm (Zamiast 365cm). Pozostałe parametry zgodne z siwz.”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Dotyczy ZADANIE 29

41. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaferowania rurek w jednym rozmiarze. Prosimy o określenie wymaganego rozmiaru. Jednocześnie prosimy o zwiększenie zapotrzebowania do 5szt./opakowanie handlowe.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Dotyczy ZADANIE 34

42. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zwiększenie zapotrzebowania do 10 szt./opakowanie handlowe.”

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”, uwzględniający powyższą modyfikację.

„Dotyczy ZADANIE 49

43. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników w rozmiarach jak niżej w poszczególnych pozycjach:

1	30 cm / 14 Ga
2	30 cm / 7 Fr
3	20 cm / 7 Fr
4	20 cm / 18 Ga
5	30 cm / 7 Fr”

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników o wskazanych wyżej rozmiarach w poz. 1 i poz. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rozmiarów cewników w poz. 2, poz. 3 i poz. 5.

44. „Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane zestawy z cewnikiem powinny być wyposażone w prowadnice odporne na załamania i zagięcia, tj. wykonane z nitinolu.”

Zamawiający nie określił materiału, z jakiego mają być wykonane zestawy. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami SIWZ: „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu).”

„Zadanie 44

45. Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 44 dopuści zaoferowanie balony do poszerzania o długości 8 cm, standardowego, średnica 8 mm, 12 mm, 15 mm i 18 mm, długość narzędzia 180 cm, pozostałe parametry i parametry balonów o długości 5,5 cm zgodne z opisem.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Pakiet 37, pozycja 1

46. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i dopuszczenie szczoteczek niesterylnych, z uwagi na fakt, że szczoteczki zawierające gąbkę nasączoną środkiem nie są poddawane procesowi sterylizacji, czyli nie są jałowe. Antyseptyczność zapewnia detergent o bardzo silnym działaniu bakteriobójczym oraz szczelne opakowanie.”

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą SIWZ, szczotki chirurgiczne nie są już przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu.

„Zadanie 24, poz. 1

47. Czy Zamawiający oczekuje zestawu do punkcji jamy opłucnej pakowanego podwójnie, co gwarantuje większe bezpieczeństwo zachowania sterylności produktu?”

Zamawiający nie wymaga. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami SIWZ: „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu).”

„Zadanie 26, poz. 1

48. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodnic do rurek intubacyjnych o długości 370mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Zadanie 27, poz. 1

49. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodnika do rurek intubacyjnych o długości 100cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Zadanie 31, poz. 1

50. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania worków do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml, wykonanych z polichlorku winylu, sterylnych pakowanych pojedynczo, z drenem o długości 90cm z łącznikiem schodkowym do podłączenia cewnika, posiadającego wzmocnione otwory do wieszaków, zastawkę antyrefleksyjną, zawór spustowy typu T zapewniający lepszy komfort pracy personelu, skalę od 25ml do 2000ml umieszczoną z dwóch stron worka?”

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że zastawka będzie antyrefluksyjna.

„Zadanie nr 47, poz. 1

51. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na przewody w rozmiarze 13 cm x 235 cm, składanej teleskopowo, z perforowaną końcówką, pokrowiec- karton ułatwiający zakładanie. Dopuszczenie w/w rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Zadanie nr 47, poz. 2

52. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednoczęściowego pokrowca na ramię C o wymiarach 104 cm x 230 cm z rozcięciem (137 cm) wykonanego z wysokiej jakości folii odpornej na rozerwanie, posiadającego dodatkowe taśmy lepne pozwalające na prawidłowe mocowanie pracującego ramienia. Dopuszczenie naszego produktu pozwoli na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Zadanie nr 47, poz. 2

53. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga osłony na ramię C posiadającej rozcięcie o długości min. 135 cm ułatwiające zakładanie na urządzenie oraz swobodną manipulację ramieniem C.”

Zamawiający nie wymaga. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami SIWZ: „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu).”

„Zadanie nr 47, poz. 3

54. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji worka sterylnego szytego na okrągło o wymiarach 102x51 cm. Dopuszczenie naszego produktu pozwoli na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Pakiet 4

Poz. 1

55. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu z cewnikiem poliuretanowym w rozmiarze 8Ch, o długości 40cm, rozrywalną kaniulą 9Ch o długości 12cm, workiem na mocz 2L, silikonową tulejką mocującą do cewnika i zaciskiem. Sterylny, pakowany pojedynczo.”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Poz. 1 -4

56. Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw posiadał 2L worek na mocz i silikonową tulejkę do mocowania?”

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

„Poz. 2

57. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu z cewnikiem poliuretanowym w rozmiarze 8 i 11Ch, o długości 40 i 45cm bez skalowania, rozrywalną kaniulą odpowiednio 9 i 12Ch o długości 12cm, workiem na mocz 2L, silikonową tulejką mocującą do cewnika, skalpelem i zaciskiem. Sterylny, pakowany pojedynczo.”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Poz. 3

58. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennego zestawu do nadłonowego drenażu z balonowym cewnikiem silikonowym w rozmiarze 10 i 13Ch, o długości 42cm bez skalowania, prowadnicą pokrytą PTFE o długości 90cm, silikonową tulejką mocującą do cewnika, zatyczką i zaciskiem. Sterylny, pakowany pojedynczo.”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Poz. 4

59. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu z cewnikiem poliuretanowym w rozmiarze 14Ch, o długości 45cm, rozrywalną kaniulą 15Ch o długości 12cm, workiem na mocz 2L, silikonową tulejką mocującą do cewnika i zaciskiem. Sterylny, pakowany pojedynczo.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Pakiet 13 Poz. 1

60. Czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki były pokryte hydrożelem co znacząco zwiększa komfort pacjenta i pozwala na atraumatyczne wprowadzanie.”

Zamawiający nie wymaga. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami SIWZ: „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu).”

„Pakiet 15

Poz. 1

61. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania w rozmiarach 4,8 oraz 6CH spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Poz. 2

62. Czy Zamawiający oczekuje aby zestaw posiadał sterowalny popychacz i cewnik wykonany z najbardziej biokompatybilnego materiały – silikonu?”

Zamawiający nie określił materiału z jakiego ma być wykonany cewnik, a zatem parametr ten nie jest wymagalny.

„Pakiet 16

Poz. 1

63. Czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki były pokryte hydrożelem co znacząco zwiększa komfort pacjenta i pozwala na atraumatyczne wprowadzanie?”

Zamawiający nie wymaga. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami SIWZ: „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu).”

„Pakiet 31

64. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na mocz 2L z portem do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem do kontroli procesu pobierania moczu i obserwacji obecności moczu, bez zacisku na drenie, do stosowania do 7dni, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

65. „Czy Zamawiający oczekuje, aby worek wyposażony był w port do pobierania próbek moczu z okienkiem do kontroli procesu i obserwacji obecności moczu?”

Zamawiający nie wymaga. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami SIWZ: „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu).”

„Zad. 14

66. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pod pojęciem zaworu uniwersalnego rozumie zawór pasujący do wejść wymagających łączników gwintowanych i standardowych?”

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia wyrobu z uniwersalnym łącznikiem tj. takim, który umożliwi podłączenie do łączników gwintowanych i standardowych.

67. „Czy Zamawiający dopuszcza aby wąsy zawierały ftalany (DEHP)?”

Zamawiający dopuszcza.

68. „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych wąsów tlenowych, które służą do podawania niesterylnego tlenu.”

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie niesterylnych wąsów tlenowych.

„Zad. 26

69. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy o długości 366mm.”

Zamawiający wyraża zgodę.

„Zad. 37

70. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk nie będącej wyrobem medycznym i w związku z tym objętej 23% stawką VAT.”

Zamawiający dopuszcza i dopuszczał zaoferowanie w Zadaniu 37 wyrobów nie będących wyrobami medycznymi.

„Zad. 60

71. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii próbkującej do CO2 mikrobiologicznie czystej.”

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu „Formularz cenowy” uwzględniający powyższą modyfikację.

„Zadanie 55. pozycja 1 :

72. Czy Zamawiający zgadza dopuścić zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii CH18, sterylny, pakowany pojedynczo.”

Zamawiający wyraża zgodę.

73. „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści w następujących pozycjach zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego:

Poz. 1.

Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem CH08. W skład zestawu wchodzi rozdzielalna kaniula punkcyjna, długość igły 8 cm, cewnik poliuretanowy o długości 55cm, płytka mocująca i worek na mocz, sterylny, pakowany pojedynczo ze skalpelem, taśmą samoprzylepną, trzema etykietami do dokumentacji?

Poz. 2.

Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego/ kaniula punkcyjna rozdzielalna; cewnik dł. 55cm, z trwałą oznakowaniem rozmiaru igieł, cewników i balonów; zawinięty koniec, zacisk lub zatyczka, worek na mocz, taśma samoprzylepna, CH cewnika 8;10;12;14 sterylny, pakowany pojedynczo

Poz. 3.

Zestaw wymienny do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, CH cewnika 5;8;10;12;14;16, przewodnik pokryty PTFE, prosty, sztywny z elastyczną końcówką długość 100cm, sterylny, pakowany pojedynczo

Poz. 4

Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem CH14, cewnik poliuretanowy o długości 55cm, taśma samoprzylepna i worek na mocz, sterylny, pakowany pojedynczo z trzema etykietami do dokumentacji?”

ad poz. 1, 2, 3, 4) Zamawiający wyraża zgodę.

74. „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **zadaniu 49 poz. 2** zestawu z cewnikiem dwuświatłowym 14G x 30cm”

Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi wyżej odpowiedziami, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz modyfikuje postanowienia „Wzoru umowy” oraz „Formularza cenowego”. Ponadto Zamawiający dokonuje poprawy „Formularza cenowego” dla Zadania 7, Zadania 15 oraz Zadania 25.

W załączeniu zmieniony „Wzór umowy” oraz zmieniony „Formularz cenowy”.

Ponadto, zgodnie z art. 12a Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert **na dzień 24.10.2017r.**, miejsca i godziny pozostają bez zmian.

W załączeniu ogłoszenie zmian, zmieniony „Wzór umowy” oraz zmieniony „Formularz cenowy” - zmiany oznaczone zostały kolorem czerwonym.

Zamawiający przypomina o pkt. 11 Rozdziału XI SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.  Katarzyna Kapuścińska

FORMULARZ CENOWY

WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. otw. z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ZADANIE 1													
1	Dreny do artroskopii, sterylne, jednorazowe do pompy artroskopowej STRYKER, typ FOSTEDAY model 200, pakowany w papier-fole.		szt	300									X
ZADANIE 2													
1	Rękaw foliowy sterylny 90x40 pakowany pojedynczo op. 1 szt., na klawiaturę O-2APST/K		op	90									X
2	Rękaw foliowy sterylny 90x80 pakowany pojedynczo op. 1 szt., na szybę O-2AIST/K		op	214									X
X	X	X	X	X	X	X	X	razem:				X	X
ZADANIE 3													
1	Smoczek typu SPEEN STANDARD, pakowany pojedynczo		szt.	46									X
ZADANIE 4													
1	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem CH08. W skład zestawu wchodzi rozdzielna kanuła punkcyjna CH10, długość igły 8 lub 12cm, cewnik poliuretanowy o długości 65cm, płytka mocująca i worek na mocz, sterylne, pakowany pojedynczo		kpl	20								Producent: Zacisk ślizgowy - 5,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Kolorowe znaczniki długości - 5,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
2	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego/kanuła punkcyjna rozdzielna; cewnik dł. 65cm, trwałe oznakowanie długości; otwory boczne, zawinięty koniec śr.4cm, zacisk przesuwany, worek na mocz, płytka mocująca/CH cewnika 8,5; 12*, sterylne, pakowany pojedynczo		kpl.	10								Producent: Zacisk ślizgowy - 5,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Kolorowe znaczniki długości - 5,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
3	Zestaw wymienny do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, CH cewnika 8,5, 12*, przewodnik prosty, sztywny z elastyczną końcówką długości 100cm, sterylne, pakowany pojedynczo		kpl.	2								Producent: Zalążka do cewnika - 5,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Cewnik balonowy - 5,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
4	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem CH14. W skład zestawu wchodzi rozdzielna kanuła punkcyjna CH12, cewnik poliuretanowy o długości 44cm, płytka mocująca i worek na mocz, sterylne, pakowany pojedynczo		szt	3								Producent: Zacisk ślizgowy - 5,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Kolorowe znaczniki długości - 5,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
X	X	X	X	X	X	X	X	razem:				X	X
ZADANIE 5													
1	Zgłębnik do tamponowania krwotoków z jamy nosowej małe i duże**. Zgłębnik zbudowany jest z rurki o przekroju owalnym, skośnie ściętej na jednym końcu, na zewnątrz której jest zainstalowany uciskowy pęcherz lateksowy, zabezpieczona jest w tasemkę służącą do umocowania. Zgłębnik do tamponowania krwotoków z jamy nosa. AL. 90 mm, AP. 90 mm, CL. 80 mm, CP. 80 mm*		szt.	2									X

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 REGON 006320384, NIP 899 22 28 560

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 REGON 006320384, NIP 899 22 28 560

FORMULARZ CENOWY										WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Sr. otęry z opisem katalogowym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
X	X	X	X	X	X	X	X	(6+8)	(5+6)	(5*8)	(5*9)	X	X						
ZADANIE 6																			
1	Strzykawki z igłą a 5 ml trzyściżciowa z gumowym tłokiem do kontroli jakości dyspensera typu uDDS-A \$ oraz nabierania izotopu pasującego do posiadanych otulin ochronnych: typu BD Plastikpak 5 ml 226A. Pakowane po 100 szt. Zamawiający dopuszcza inną ilość w opakowaniu – max. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
ZADANIE 7																			
1	Obwód pacjenta jednorazowego użytku 22 mm ID, do respiratora Newport, obwód dla dorosłych z linią poziomu ciśnienia proksymalnego 3/16 in. (4,8mm) ID oraz drenem sterującym zaworem Wydechowym 1/8 in. (3,2mm) ID, sterylizy		szt	100								Producent: Dodatkowy klepupek zabezpieczający (poz. 1 i 2 łącznie) 40,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	X						
2	Obwód pacjenta jednorazowego użytku 15 mm ID, do respiratora Newport, obwód dla dzieci z linią poziomu ciśnienia proksymalnego 3/16 in. (4,8mm) ID oraz drenem sterującym zaworem wydechowym 1/8 in. (3,2mm) ID, sterylizy		szt	20									X						
X	X	X	X	X	X	X	X	razem:					X						
ZADANIE 8																			
1	Stoperzy do uszu, para, jednorazowe, gumowe, op-para		op	60									X						
ZADANIE 9																			
1	Rura karbowana do inhalatora. Rura karbowana z tworzywa sztucznego do inhalatorów, o średnicy 22mm, biologicznie czysta. Dł. min. 80cm, pojedynczo pakowana		szt	91								Producent: Sterylna - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	X						
ZADANIE 10																			
1	Zestaw do cewnikowania żył centralnych, cewnik pięćświatłowy, 8,5-9,5 F*, średnica światła 12-18G*, długość od 15-20 cm. W skład zestawu wchodzi: igła 18G/6,35-7 cm, prowadnik 50-60 cm o średnicy 0,032-0,035", cewnik, strzykawka 5 ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące, prowadnik umieszczony w specjalnym plastikowym podajniku lub pochewce w kształcie koła.		kpl	4								Producent: Inkorporowany jonami srebra (poz. 1 i 2 łącznie) - 40,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	X						
X	X	X	X	X	X	X	X	razem:					X						

Doinfostajski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldora 2
 REGON 006320384, NIP 899 22 28 560

A/ a/

WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. opisy z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
ZADANIE 11													
1	Cewnik moczowodowy (Pętla Zeissa) pojedynczo zagięty z pętlą 4-5*cm CH4-5* dł. 70-80cm, skalowany co 1cm, sterylny, podwójnie pakowany		szt.	1									X
ZADANIE 12													
1	Butla typu REDON z elastycznego tworzywa sztucznego do aktywnego drenażu płynów ustrojowych, na zewnątrz z widoczną podziałką do odczytu, z możliwością jednorazowego wytworzenia podciśnienia pozwalającego na wypełnienie całej objętości butli odsysaną treścią, konektor umożliwiający podłączenie drenów CH-10-18, pakowane pojedynczo.		szt.	2 500									X
ZADANIE 13													
1	Cewnik COUVELAIRE trójbieżny (balon 30-80ml) dopęcherzowy CH 20, 22, 24 *, wykonany z twardego materiału, nie dającego ubocznych reakcji ze strony organizmu, sterylny, wzmocniony trzon cewnika, podwójnie pakowany		szt.	40								Producent: Dodatkowy otwór na bocznej stronie końcówki pecherzowej ułatwiający płukanie pecherza moczowego ze strzyków kwi - 40,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
ZADANIE 14													
1	Wąsy do podawania tlenu. Cewnik do podawania tlenu przez nos, wykonany z tworzywa medycznego, z miękkimi końcówkami o gładkich zakończeniach, jałowy dwudrożny zestaw kanułu w części nosowej, dren o długości minimalnej 2 m z uniwersalnym łącznikiem, sterylny, pojedynczo pakowany		szt.	2 000									X
ZADANIE 15													
1	Cewnik DOUBLE J - zestaw do szynowania moczowodu CH 3-6* otwarty/zamknięty- fi 5* 2cm, popychacz, prowadnik, zacisk, sterylny, pojedynczo pakowany		szt.	61									X
2	Cewnik DOUBLE J - Zestaw do szynowania moczowodu; cewnik podwójnie zagięty; zamknięty/zamknięty; fi 5* 2cm; popychacz, prowadnik zacisk CH 6-7* sterylny, pojedynczo pakowany		szt.	2									X
X	X	X	X	X	X	X	X	razem:				X	X
ZADANIE 16													
1	CEWNIK DUFOUR, silikonowy, trójdrożny z balonem/ 30-80ml/ CH 20, 24* sterylny, pojedynczo pakowany		szt.	13									X
2	Cewnik moczowodowy z końcówką Chevasu zamknięta, metalowy mandryn, skalowany, z łącznikiem do strzykawki, do ureteropyelografii CH 5-6*, sterylny		szt.	2									X
3	Cewnik moczowodowy z końcówką Couvelaire - metalowy mandryn, prostą i otwartą z oczkami, skalowany co 1cm, z łącznikiem do strzykawki CH 3-8*, sterylny, pakowany pojedynczo		szt.	6									X
X	X	X	X	X	X	X	X	razem:				X	X

Dołmoślęski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 REGON 006320384, NIP 899 22 28 560

WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

FORMULARZ CENOWY

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy		Str. olwy z opisem katalogowym
												13	14	
ZADANIE 17														
1	Elektroda kompatybilna z defibrylatorem LifePak Quick Combo firmy Medtronic, sterylna op=2szt.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ZADANIE 18														
1	Igła (18x25cm) do biopsji sterca komapybilna z aparatem Magnum, sterylna, pakowana pojedynczo		op	12									Producent: Minimum trzy lata gwarancji - 40,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	X
ZADANIE 19														
1	Igła typu HNS Stimplex D Plus z 22G/0,7x80mm do stimulatora Stimplex Dig, sterylna, pakowana pojedynczo		szt.	37									Producent: W pełni izolowana igła aż do szlifu (poz. 1 i 2 łącznie) - 40,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	X
2	Igła typu HNS Stimplex D Plus z wizualizacją w USG 22G/0,7x120mm, sterylna, pakowana pojedynczo		szt.	19										
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ZADANIE 20														
1	Kleszeń na płyny 30x40cm, 1-częściowa, sterylna, pakowana pojedynczo		szt.	30										X
ZADANIE 21														
1	Końcówka do odsysania Yankauer bez kontroli ssania. Końcówka do odsysania średniej wielkości, zakrzywiona, bez kontroli odsysania, sterylna, pakowana pojedynczo		szt.	200										X
ZADANIE 22														
1	Ładunki hemostatyczne typ Scap-fix FF013P (magazynek = 10 zapinek), sterylna, pakowane pojedynczo		mag.	100										X
ZADANIE 23														
1	Łącznik do drenów prosty 4-7mm, łącznik wykonany z tworzywa sztucznego, schodkowy, który stanowi połączenie określonych wyżej grubości drenów, sterylny, pakowany pojedynczo		szt.	85										X
2	Łącznik dwustronny stożkowy z otworem do regulacji ssania. Łącznik wykonany z tworzywa sztucznego, zakończony dwoma końcówkami stożkowymi, schodkowymi, otwór do przerywanego ssania zaopatrzonego w korek, sterylny, pakowany pojedynczo		szt.	18										X

Biomościński Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
- Centrum Medyczny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldora 2
REGON 006320384, NIP 209 22 8 560

FORMULARZ CENOWY

WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. opisy z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
3	Obrotowy łącznik kątowy z otworem fiberoskopowym. Obrotowy łącznik kątowy jednorazowy do rurek intubacyjnych z portem do bronchoskopii 9,5mm, wykonany z tworzywa sztucznego, sterylny, pakowany pojedynczo.	X	szt.	58	X	X	X	razem:				X	X
ZADANIE 24													
1	Zestaw do punkcji jamy opłucnej. Zestaw składa się z min. jednej cienkościerniej kanuły punkcyjnej z krótkim szlifem 16Gx80mm, drenu łączącego, kranika trójdrożnego, strzykawki 60ml, worka o pojemności 2,0l, sterylnej, pakowany pojedynczo	X	zestaw	4	X	X	X					Producent: Możliwość podłączenia ssania - 40,00 pkt. <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	X
ZADANIE 25													
1	Port podskórny dożylny jednokomorowy dla dorosłych z cewnikiem,nisko profilowany, całkowicie wszczepialny pod skórę, tytanowy z dużą membraną ułatwiającą palpacyjne wyczuwanie i nakłucie membrany.Membrana silikonowa wytężająca do 3000 nakłuć.Odpowiedni zarówno do dostępu obwodowego jak i centralnego.Stosowany do podawania leków.Żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową.Silikonowy cewnik do długotrwałego dostępu. Całość doskonale widoczna w RTG.Cewnik dołączalny. Oznaczniki co 1 cm. Zestaw z wprowadzaczem zawiera :Port tytanowy,1 cewnik, 1 urządzenie do podnoszenia żył, łącznik cieniujący w RTG do przymocowania cewnika(tylko modele z dołączalnym cewnikiem), igła prosta ze ścięciem Hubera 4057-27 , igła Hubsite (22 Gx20mm) ze ścięciem Hubera, przedłużka i zacziski: rozrywalny Desilet+strzykawka,igła do tunelizacji		kpl	2	X	X	X						X
2	Port podskórny dożylny jednokomorowy dla dzieci z cewnikiem ,nisko profilowany, całkowicie wszczepialny pod skórę, tytanowy z dużą membraną ułatwiającą palpacyjne wyczuwanie i nakłucie membrany.Membrana silikonowa wytężająca do 3000 nakłuć.Odpowiedni zarówno do dostępu obwodowego jak i centralnego.Stosowany do podawania leków.Żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową.Silikonowy cewnik do długotrwałego dostępu. Całość doskonale widoczna w RTG.Cewnik dołączalny. Oznaczniki co 1 cm. Zestaw z wprowadzaczem zawiera :Port tytanowy,1 cewnik, 1 urządzenie do podnoszenia żył, łącznik cieniujący w RTG do przymocowania cewnika(tylko modele z dołączalnym cewnikiem), igła prosta ze ścięciem Hubera 4057-27 , igła Hubsite (22 Gx20mm) ze ścięciem Hubera, przedłużka i zacziski: rozrywalny Desilet+strzykawka,igła do tunelizacji		kpl	4	X	X	X						X

Dołmośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 REGON 006320384, NIP 999 22 28 560

FORMULARZ CENOWY										WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				
L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cenę j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cenę j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Port podskórny dożylny jednokomorowy dla noworodków z cewnikiem niskoprofilowany, całkowicie wszczepialny pod skórę, tytanowy z dużą membraną ułatwiającą palpacyjne wycięcie i nakłucie membrany. Membrana silikonowa wytrzymała do 3000 nakłuć. Odpowiedni zarówno do dostępu obwodowego jak i centralnego. Stosowany do podawania leków żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. Silikonowy cewnik do długotrwałego dostępu. Całość doskonale widoczna w RTG. Cewnik dołączalny. Oznaczniki co 1 cm. Zestaw z wprowadzaczem zawiera: Port tytanowy, 1 cewnik, 1 urządzenie do podnoszenia żył, łącznik cieniujący w RTG do przy mocowania cewnika (tylko modele z dołączalnym cewnikiem), igła prosta ze ścięciem Hubera 4057-27 , igła Hubsite (22 Gx20mm) ze ścięciem Hubera, przedłużką i zaciskiem: rozrywalny Desilet+strzykawka, igła do tunelizacji	X	kpl	3	X	X	X	razem:					X	
X			X	X	X	X	X						X	
ZADANIE 26														
1	Prowadnica 5,0/365mm duża, do rurek intubacyjnych Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, zakończenie typu J, jednorazowego użytku. Średnica 5 mm długość 365 mm, sterylna, pakowana pojedynczo		szk	100								Producent: Bez tytanów - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Znaczniki głębokości - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		
ZADANIE 27														
1	Prowadnik typu J (z giętym końcem) dł. 140-150 cm. Drut prowadzący z giętym końcem w kształcie litery J, końcówka zaokrąglona, widoczny w promieniowaniu RTG, sterylny, pakowany pojedynczo		szk	2									X	
2	Prowadnik typu J (z giętym końcem) dł. 80-90 cm. Drut prowadzący z giętym końcem w kształcie litery J, sterylny, pakowany pojedynczo		szk	1									X	
X		X	X	X	X	X	X	razem:				X	X	
ZADANIE 28														
1	Rurka Cola Nr 2.5 - 4.0° Rurka intubacyjna noworodkowa, Cole'a z łącznikiem 15 mm ze zważoną częścią dystalną, sterylna, pakowana pojedynczo		szk	56									X	

WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	(5*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
ZADANIE 29													
1	Rurka tracheostomijna typu Biesalskiego nr 6-10* Rurka tracheostomijna bez mankietu, dla pacjentów na własnym oddechu, foniatryczna, wykonana z medycznego PVC, z dwoma wewnętrznymi kanalikami wymiennymi, z zastawką antykaszlową, zastawką foniatryczną jednokierunkową, pierwotnie niezintegrowanym łącznikiem 15mm, z obturatorem ułatwiającym wprowadzanie. sterylna, pakowana pojedynczo	X	kpl	3								Producent: W komplecie taśma do zamocowania rurki na szyi pacjenta 40,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	X
ZADANIE 30													
1	Strzykawki ze stożkiem LUER centrycznym 1ml do insuliny, serylna, pojedynczo pakowana.		szt.	200									X
ZADANIE 31													
1	Worek do moczu 2l z odpływem sterylny z portem do pobierania próbek moczu, z zastawką antyrefluksyjną, przesuwanym zaciskiem na drenie, skalowany, z odpływem spustowym, sterylny, pojedynczo pakowany		szt.	600								Producent: Dokładność pomiarowa – skala co 1 ml, od 1-50ml - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
ZADANIE 32													
1	Zestaw do jejunostomii: zgłębnik dojelitowy z linią znacznika widoczną w badaniu RTG, dwoma otworami, łącznik z nasadką zamykającą, zewnętrzny silikonowy dysk do przysycia powłok skórnych, 1 rozszczepiona igła, 1 igła z tępym mandrynem; pakowany pojedynczo, sterylny		kpl.	2								Producent: Mandryn pokryty środkiem poślizgowym - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
ZADANIE 33													
1	Zestaw 3-igłowy typu Toramatic, igły 55-80mm z nasadką, 3-drożny kranik odcinający, strzykawka 60ml, 2l worek do zbiórki płynów z bezzwrotną zastawką i odpływem, sterylny, pakowany pojedynczo.		kpl.	18								Producent: Zastawki przeciwwrotne wzdłuż linii umożliwiają nieprzewalną aspirację i drenaż bez użycia kranika trojdrożnego - 40,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
ZADANIE 34													
1	Zestaw z cewnikiem jednoświetlowym 22G x 10cm do żyły stosowany w pediatrii, wprowadzany metodą Seidlingera. Skład zestawu: igła Seidlingera 21 Ga/3,81cm, Prowadnica prosta 0.53mm/35cm, Rozszerzacz, Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz statym. Sterylny, pojedynczo pakowany.		kpl.	10									X

Doświadczalni Szpitali Specjalistycznych
Im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384, NIP 209 22 28 560

FORMULARZ CENOWY

WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. opisy z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
ZADANIE 35													
1	Tracheostomijny zamknięty system do odsysania. Zamknięty system do odsysania, do turek tracheostomijnych, możliwość aktywnego użytkowania u pacjenta przez 72 h, długość cewnika min. 30 cm, rozmiar 10,12,14,16 FR, cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania oraz system blokowania-zatrzaszkowy, transparentny rękaw, na cewniku markery długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, obrótowa zastawka separująca-izolująca cewnik do do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika. W zestawie : naklejki z dniem tygodnia oraz martwa przestrzeń z regulacją długości i pamięcią kształtu. Sterylny, pakowany pojedynczo		szt	6								Producent: Atraumatyczny cewnik od strony ostryjnej - 40,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
ZADANIE 36													
1	Dren do pompy wodnej Endo Washer 20036, rurka ssąca i ciśnieniowa. Sterylna, pakowana pojedynczo		szt	5								Producent: Dodatkowe kanały i porty do płukania przy pomocy pompy perystaltycznej (poz. 1 i 2 łącznie) - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Zintegrowana endoskopowa lga iniekcyjna (poz. 1 i 2 łącznie) - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	X
2	Sonda do koagulacji bipolarnej/wielopolarnej, średnica 7 F – do endoskopów giętkich z kanałem roboczym min. 2,8mm, długość robocza sondy 200-300 cm, powłoka zapobiegająca adhezji tkanek, możliwe bezpośrednie podłączenie do diatermii Endo-Emed i Ebre Vio 200 D. Sterylna, pakowana pojedynczo.		szt	1									
X		X	X	X	X	X	X	razem:				X	X
ZADANIE 37													
2	Woreczek do prób moczu dla chłopców, dziewczynek **, foliowy z powierzchnią do przyklejania, z anatomicznym wykresem ułatwiającym aplikację, sterylne, pakowany pojedynczo			302									
1	Szczetki do chirurgicznego mycia rąk ze środkiem dezynfekcyjnym, sterylne, pojedynczo pakowane.		szt	8-452									X
											<i>pozycją usunięta</i>		

Im. T. Marciniaka
 - Centrum Medyczny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldora 2
 REGON 006320384, NIP 899 22 28 560



FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Sr. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*6)	(5*9)	X	X
ZADANIE 38													
1	Igła do stymulacji nerwów 22G x 50mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśnięcie w igłę narożników kwadratu) na 2 cm od ostrza igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerną 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock, z kablem do stymulacji. Echogeniczność igły bez wpływu na średnicę zewnętrzną igły. Igła izolowana na całej długość - odsonięta tylko końcówka stymulująca, opakowanie pojedyncze, sterylne.	X	szt	15	X	X	X	X	X	X	X		X
2	Igła do stymulacji nerwów 22G x 80mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśnięcie w igłę narożników kwadratu) na 2 cm od ostrza igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerną 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock, z kablem do stymulacji. Echogeniczność igły bez wpływu na średnicę zewnętrzną igły. Igła izolowana na całej długość - odsonięta tylko końcówka stymulująca, opakowanie pojedyncze, sterylne.	X	szt	15	X	X	X	X	X	X	X	Producent: Polimerowa powłoka na igłę niezmieniająca średnicy igły (poz. 1 i 2 łącznie) - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Elastyczny drut połączony z igłą przy pomocy złącza Luer-Lock (poz. 1 i 2 łącznie) - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	X
X								razem:				X	X
ZADANIE 39													
1	Adsorber typu CytoSorb od systemu dializy Fresenius jałowy, niepirogenny wyrób medyczny jednorazowego użytku zawierający złożo adsorbentu polimerowego przeznaczony do selektywnego usuwania cytokin oraz innych cząsteczek o wielkości mieszczącej się w przedziale 5-55 kD z przepływającej krwi w ramach hemoperfuzyj, jak i różnorodnych technik leczenia nerkozastępczego oraz dializy wątrobowej. Pakowany pojedynczo		szt	5									X
ZADANIE 40													
1	Zestaw do blokad nerwów obwodowych z izolowaną igłą 20 G x 55 mm i szlifem 15, na stałe połączona z kablem do stymulatora oraz drenikiem infuzyjnym, igła zaopatrzona w plastikową kaniulę, cewnik 40 cm, łącznik do cewnika, płaski filtr antybakteryjny 0,2 µm, mocowanie filtra do skóry, strzykawka 3-częściowa, etykieta z informacją o miejscu położenia cewnika. Sterylny, pakowany pojedynczo		szt	5									X

Bohosiński Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 - Centrum Medyczny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 REGON 006320384, NIP 899 22 28 560

A

WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

FORMULARZ CENOWY

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. oferty z opisem katalogowym	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
ZADANIE 41													
1	Opis przedmiotu zamówienia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Obwód dla dorosłych do respiratora Hamilton, poliuretanowy z workiem oddechowym 2,0 l, 2 karbowane rury oddechowe giętkie, średnica wewnętrzna 22 mm, długość 1,6 m, 1 łącznik kolanko 90 st, 22 mm/15 mm; 1 rura oddechowa, średnica wewnętrzna 22 mm, długość 0,8 m; 1 anestetyczny worek oddechowy pojemność 2,0 l (LPF – nie zawiera lateksu); 1 prosty konektor 22 mm OD, złącza 22F/ISO			20									
2	Obwód dla dzieci do respiratora Hamilton, poliuretanowy z workiem oddechowym 1,0 l, 2 karbowane rury oddechowe giętkie, średnica wewnętrzna 15 mm, długość 1,6 m, 1 łącznik kolanko 90 st, 22 mm/15 mm; 1 rura oddechowa, średnica wewnętrzna 15 mm, długość 1,2 m; 1 anestetyczny worek oddechowy pojemność 1,0 l (LPF – nie zawiera lateksu); złącza 22F/ISO		szk	5									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ZADANIE 42													
1	Worek do godzinowej zbiórki moczu dla noworodków, pojemność worka 150-200 ml, z zaworem do pobierania próbek moczu oraz zaworem antyrefluksowym. Zintegrowany wieszak do mocowania na łóżko. Sterylny, pakowany pojedynczo, skalowany		szk	3									
ZADANIE 43													
1	Kaniula noworodkowa 26G 0,6x19 mm, przeznaczona do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych, osłuzki wykonane z PTFE umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli i redukujące ryzyko uszkodzenia żyły, kompatybilna z Luer-Lok, sterylna, pakowana pojedynczo		szk	50									
ZADANIE 44													
1	Balon do rozszerzania przetyku. Jednorazowy balon do poszerzenia przetyku, ze znacznikami radiologicznymi, di. robocza narzędzia min. 200 cm, na prowadnik 0,035 cala, dostępny w dwóch długościach: dla długości 5,5 cm, balon progresywny, 3 stopniowy - 6, 7, 8 mm; -8, 9, 10 mm; -10, 11, 12 mm; -12, 13,5; 15 mm, - 15; 16,5; 18 mm, -18, 19, 20 mm; dla długości 8,0 cm balon standardowy: - 8 mm; - 12 mm, -16 mm, -18 mm. Zamawiający wybierze odpowiedni rozmiar w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Sterylny, pakowany pojedynczo.		szk	6									
2	Pompa z manometrem w zakresie 0-440PSI, w komplecie zaworki trójdrożne. Kompatybilna z balonami z poz.1		szk	6									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
razem:													

WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

FORMULARZ CENOWY

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. opisy z opisem katalogowym
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
					X	X	X	(6+8)	(5*6)	(5*9)	(5*9)	X	X
ZADANIE 45													
1	Zgłębnik gastrostomijny Ch 20, wykonany z przezroczystego silikonu, zawierający: port do napełniania balonu wskazujący zalecaną objętość wypełnienia balonu, Port do żywienia/połączenie ENFit z nasadką zamykającą, centymetrową podziałkę na zgłębniku, silikonową zewnętrzną płytkę mocującą, silikonowy wewnętrzny balon mocujący, zacisk do regulacji przepływu zapobiegający cofaniu się treści żołądka, znacznik umiejscowiony przy wejściu balonu, widoczny w promieniach RTG, sterylny, pakowany pojedynczo.		szk	12									X
ZADANIE 46													
1	Dreny do drenażu jamy opłucnej do zestawu dwubutlowego, odporne na złamanie ścianki, przezroczyste, wykonane z silikonu, sterylny, pakowany pojedynczo		szk	4								Producent: System mocowania do łóżka - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	X
2	Końcówka do odsysania dużej ilości wydzieliny z pola operacyjnego lub zestaw końcówek plus dren do ssania, sterylna, pakowana pojedynczo		szk	11									X
3	Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką Pinpoint. Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drewnu do odsysania o długości min. 200cm i śr. min. 5.5/7.5mm, oraz końcówki Pinpoint z rączką, sterylny, pojedynczo pakowany		szk	31									X
X								razem:					X
ZADANIE 47													
1	Rękaw foliowy sterylny na przewody do koagulacji i na operacyjną kamerę wideo 2,5mx15cm, sterylny, pakowany pojedynczo		szk	900									X
2	Ochrona foliowa, sterylna na ramię C do aparatów rentgenowskich 250x118 cm, pakowana pojedynczo		szk	200									X
3	Folia sterylna na ramię C typu beret średnica 80-85cm na RTG, z gumką, pakowana pojedynczo		szk	400									X
X								razem:					X

Dział: Dział Specjalizacji
 Im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 REGON 006320384, NIP 809 22 28 560


 9m.

FORMULARZ CENOWY

WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
ZADANIE 48													
1	Marker medyczny do znakowania skóry przed operacją: sterylny, nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, odporny na środki dezynfekcyjne, z załączoną dwustronną skalą pomiarową-15cm		szk	250									X
2	Woreczek do prób moczu dla chłopców- dziesięcyniek- foliowy z powierzoną do przyklejania, z anatomicznymi wykojen- ułatwiającym aplikację- sterylny- pakowany- pojedynczo		szk	302									X
X		X	X	X				razem:				X	X
ZADANIE 49													
1	Zestaw z cewnikiem jednoświetlowym 16G x 30cm do żyły, wprowadzany metodą Seldingera. Skład zestawu: Prowadnica druciana z końcówką J, Rozszerzacz, Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym. Sterylny, pojedynczo pakowany.		kpl	50									X
2	Zestaw z cewnikiem dwuświetlowym 16G x 30cm do żyły, wprowadzany metodą Seldingera. Skład zestawu: Prowadnica druciana z końcówką J, Rozszerzacz, Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym. Sterylny, pojedynczo pakowany.		kpl	130									X
3	Zestaw z cewnikiem trójświetlowym 16Gx 20cm do żyły, wprowadzany metodą Seldingera. Skład zestawu: Prowadnica druciana z końcówką J, Rozszerzacz, Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym. Sterylny, pojedynczo pakowany.		kpl	170									X
4	Zestaw z cewnikiem jednoświetlowym 18G x 20cm do żyły, wprowadzany metodą Seldingera. Skład zestawu: Prowadnica druciana z końcówką J, Rozszerzacz, Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym. Sterylny, pojedynczo pakowany.		kpl	20									X

Im. T. Marciniaka
- Centrum Medyczny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384, NIP 999 22 78 560

Handwritten signature

FORMULARZ CENOWY										WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
X	X	X	X	X	X	X	X	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X						
1	Zestaw z cewnikiem dwukanalowym 14G x 30cm do żyły podobojczykowej metodą Seldingera. Skład zestawu: Prowadnica druciana z końcówką J, Rozszerzacz, Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na złamanie, przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym. Sterylny, pojedynczo pakowany.		kpl	50				razem:						X					
X		X	X	X	X	X	X	razem:				X		X					
Zadanie 50																			
1	Przyrząd do inwazyjnego pomiaru RR kompatybilny z monitorem Mindray IPM 9800 - standardowy zestaw do pomiaru krwawego ciśnienia tętniczego z zastosowaniem ww. kardiomonitora. Jednokanalowy (jedynie RR), kompletny zestaw do podłączenia do pacjenta oraz kardiomonitora, niepirogenny. Sterylny, pakowany pojedynczo.		kpl	1										X					
ZADANIE 51																			
1	Igła LUER 0,5x25. Igły iniekcyjne wykonane z stali nierdzewnej, z końcówką luer, szlif lancetowaty, sterylne, pakowane pojedynczo. (op = 100 szt.)		op	250										X					
2	Igła LUER 0,6x30. Igły iniekcyjne wykonane z stali nierdzewnej, z końcówką luer, szlif lancetowaty, sterylne, pakowane pojedynczo. (op = 100 szt.)		op	70										X					
3	Igła LUER 0,7x30. Igły iniekcyjne wykonane z stali nierdzewnej, z końcówką luer, szlif lancetowaty, sterylne, pakowane pojedynczo. (op = 100 szt.)		op	100										X					
4	Igła LUER 0,8x40. Igły iniekcyjne wykonane z stali nierdzewnej, z końcówką luer, szlif lancetowaty, sterylne, pakowane pojedynczo. (op = 100 szt.)		op	450										X					
5	Igła LUER 0,9x40. Igły iniekcyjne wykonane z stali nierdzewnej, z końcówką luer, szlif lancetowaty, sterylne, pakowane pojedynczo. (op = 100 szt.)		op	250										X					
6	Igła LUER 1,1x40. Igły iniekcyjne wykonane z stali nierdzewnej, z końcówką luer, szlif lancetowaty, sterylne, pakowane pojedynczo. (op = 100 szt.)		op	450										X					
7	Igła LUER 1,2x40. Igły iniekcyjne wykonane z stali nierdzewnej, z końcówką luer, szlif lancetowaty, sterylne, pakowane pojedynczo. (op = 100 szt.)		op	1 000										X					
X		X	X	X	X	X	X	razem:				X		X					

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 REGON 006320384, NIP 999 22 28 560

FORMULARZ CENOWY

WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ZADANIE 52													
1	Sonda Sengstakena CH 16, 18*. Zgłębnik jabłowy, jednorazowy, wykonany z miękkiej gumy, trójdrożny, z dwoma balonami i balonikami kontrolnymi, skalowany, długość min.85 cm, balon przelękowy długości 22 cm, znacznik RTG.		szt	7								Producent: Attraumatyczne zakończenie cewnika typu oliwka - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Czterosiwiolowa - 20,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	X
ZADANIE 53													
1	Cewnik Pezzerza Nr 16-36/min.35cm*. Cewnik Pezzerza wykonany z latexu, sterylizy, zakończony główką z dwoma otworami, pakowany pojedynczo		szt	23									X
2	Cewnik Thorax CH20-32*/min 50cm. Cewnik Thorax wykonany z PCV medycznej jakości o optymalnie dobrej twardości i grubości z linią widoczną w RTG, z perforowanym odcinkiem i zakończenie lejkatym, sterylizy, pakowany pojedynczo		szt	39									X
3	Dren Keira CH10-24*. Dreny do drenażu dróg żołądkowych, wykonane z latexu, o długości min.30cm. pakowane pojedynczo, sterylizy.		szt	13									X
4	Przedłużacz do podawania tlenu. Dren tlenowy z elastycznego materiału, zapobiegając zaciśnięciu, o długości min. 180cm, z końcówkami pasującymi do każdego źródła tlenu, biologicznie czysty, pakowany pojedynczo.		szt	350									X
5	Przedłużacz do podawania tlenu. Dren tlenowy z elastycznego materiału, zapobiegając zaciśnięciu, o długości min. 400cm, z końcówkami pasującymi do każdego źródła tlenu, biologicznie czysty, pakowany pojedynczo.		szt	26									X
6	Zalączki do zgłębników, wykonane z tworzywa sztucznego, o budowie lejkatwej, schodkowej, sterylizy, pakowane pojedynczo.		szt	800									X
X	X	X	X	X	X	X	X	razem:				X	X
ZADANIE 54													
1	Łącznik schodkowy między strzykawką z końcówką luer lock a cewnikiem, sterylizy, pakowany pojedynczo		szt.	150									X
2	Pojemnik do zbiórki wydzielin po zabiegach operacyjnych. Sterylizy, pakowany pojedynczo worek o pojemności 350-500ml, z odpływem spustowym, zastawką antyrefluksyjną, z podziałką, końcówka schodkowa		szt.	90									X

Dołnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
 REGON 006320384, NIP 899 32 28 560

WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

FORMULARZ CENOWY

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. ceny z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(6*9)	(5*9)	X	X
3	Cewnik moczowodowy z końcówką Tiemann ukośna, końcówka zamknięta, otwory drenujące, metalowy mandryn, skalowany co 1cm, z łącznikiem do strzykawki, widoczny w promieniach RTG, dł. 70-80cm, CH 3-6 * sterylizy, pojedynczo pakowany	X	szt	12	X	X	X	razem:					X
X	X	X	X	X	X	X	X	razem:					X
ZADANIE 55													
1	Zestaw do przeszukanej endoskopowej gastrostomii CH20, sterylizy, pakowany pojedynczo		szt	25									X
ZADANIE 56													
1	Stapler liniowy jednorazowy z nożem, poprzecznie tnący, sterylizy do niskich zespożeń od 39-59 mm, pakowany pojedynczo.		szt	4									X
2	Stapler liniowy z nożem 55-100* do tkanek cienkich i grubych, sterylizy, pakowany pojedynczo		szt	65									X
3	Stapler okrężny jednorazowy - z wygiętą główką 21mm - 34mm, ładunek w środku, sterylizy, pakowany pojedynczo		szt	15									X
4	Ładunek do staplera tnąco-szyjacego 55-100* do tkanek cienkich i grubych, sterylizy, pakowany pojedynczo		szt	21									X
X	X	X	X	X	X	X	X	razem:				X	X
ZADANIE 57													
1	Zestaw do przetoczeń płynów z drenem 5m do ogrzewaczy bębnowych bez ftalanów.L-4000, do ogrzewacza typu BFW-1020		szt	6									X
ZADANIE 58													
1	Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wywarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych. Co najmniej 2 różne średnice w zakresie rozmiaru 9,5-14 Fr.Co najmniej 2 różne długości w zakresie 28-55 cm.. Możliwość wprowadzenia bez konieczności użycia drugiego prowadnika. Kompatybilność z endoskopem typu Cobra firmy Wolf. Za każdą dodatkową średnicę w zakresie rozmiaru 9,5-14 Fr poza wymaganymi Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty - 2,00 pkt., za każdy dodatkowy rozmiar max. 6,00 pkt. Za każdą dodatkową długość w zakresie 28-55 cm poza wymaganymi Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty - 5,00 pkt za każdą dodatkową długość max - 10,00 pkt		szt	8									

Doświadczalni Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldora 2
REGON 006320384, NIP 609 22 28 560

9/2

FORMULARZ CENOWY										WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)/ dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. oferty z opisem katalogowym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X						
1	Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wywarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych. Co najmniej 2 różne średnice* w zakresie rozmiaru 9,5-14 Fr. Co najmniej 2 różne długości* w zakresie 28-55 cm.. Możliwość wprowadzenia bez konieczności użycia drugiego prowadnika.																		
2	Koszulka do ekstrakcji kamieni moczowych z nitinolu o drutach niespiralnych. Co najmniej 1 rozmiar w zakresie 2,2-3 Fr. Długość co najmniej 145 cm. Typ bezkoncówkowy tzw. „tipless”. Kompatybilny z ureterorenoskopem gładkim dwukanalowym typu Cobra firmy Wolf.		szt	8									X						
3	Za każdy dodatkowy rozmiar w zakresie rozmiaru 2,2-3 Fr poza wymaganymi Wykonawca otrzymuje dodatkowe punkty – 2,00 pkt za każdy dodatkowy rozmiar max – 4,00 pkt		szt	8															
4	Nitinolowy przewodnik hydrofilny z dwustronnie gładką końcówką. Jeden rozmiar w zakresie 0,35-0,38. Płatynowa końcówka. Kontrola obrotu jeden do jednego. Kompatybilny z ureterorenoskopem gładkim dwukanalowym typu Cobra firmy Wolf.		szt	13									X						
5	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów. Rozmiar 4,7-8 Fr*. System blokujący inteligentny popychacz Kompatybilny z ureterorenoskopem gładkim dwukanalowym typu Cobra firmy Wolf. Skład zestawu : Cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty – zamknięty lub otwarty-otwarty, średnica pięci pęcherzowej 2 cm, przewodnik 0,035 lub 0,038 cala o długości 145 cm, popychacz długości co najmniej 50 cm, system blokujący		szt	25								Producent: Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 m-cy - 5,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie							
6	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów. Rozmiar 5-7 Fr*. System blokujący inteligentny popychacz(możliwe sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu) Kompatybilny z ureterorenoskopem gładkim dwukanalowym typu Cobra firmy Wolf. Skład zestawu : Cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty – zamknięty lub otwarty-otwarty, średnica pięci pęcherzowej 2 cm, przewodnik 0,035 lub 0,038 cala o długości 145 cm, popychacz długości co najmniej 50 cm, system blokujący		szt	10								Producent: Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 m-cy - 5,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie							
7	Cewnik moczowodowy z otwartym lub zamkniętym końcem do wykonywania wstępnego pleiogramu. Rozmiar 3-6 Fr*. Długość co najmniej 70 cm. Kompatybilny z ureterorenoskopem gładkim dwukanalowym typu Cobra firmy Wolf		szt	5									X						
8	Ureteroskopowy system irygacyjny z pompką. Zastawka antyrefluksova. Kompatybilny z ureterorenoskopem gładkim dwukanalowym typu Cobra firmy Wolf		szt	5								Producent: Pompka w kształcie walca - 10,00 pkt <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie							
X		X	X	X	X	X	X	razem:				X	X						

Polihospitalni Spitalni Specijalizirani
 im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldora 2
 REGON 006320384, NIP 899 23 28 561

FORMULARZ CENOWY										WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. oferty z opisem katalogowym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
ZADANIE 59																			
1	Dwufunkcyjny przewodnik z rżeniem nitinolowym. Jeden rozmiar w zakresie 0,35-0,38. Długość conajmniej 150 cm. Jedna z końcówek pod kątem. Kompatybilny z ureterorenoskopem giętym dwukanalowym typu Cobra firmy Wolf		szt	13									X						
ZADANIE 60																			
1	Linia próbująca do CO2 z Luer- Lock, końcówka męsko-mięska Luer-Lock do pacjentów zaintubowanych, sterylna lub mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo		szt	3 025									X						
ZADANIE 61																			
1	Strzykawka próżniowa 60 ml z blokadą, końcówka Luer-Lock, przezroczysty cylinder, skala na cylindrze strzykawki, możliwość zablokowania tłoka w różnych pozycjach. Sterylina, pakowana pojedynczo		szt	30									X						
ZADANIE 62																			
1	Zestaw jednorazowy do zabiegów metodą MicroPerc składający się z: igły punkcyjnej (średnica zewnętrzna 1,65mm) oraz prowadnicy 4,8 Fr; igły punkcyjnej i włókna laserowego < 400 µm.; prowadnicy 8 Fr wraz z poszerzaczem do włókna laserowego > 400 µm; druta prowadzącego; adaptera 3-portowego prowadnicy 8 Fr; zaślepki adaptera Touhy Borst do włókna laserowego i urządzenia do litotrypsji; kranika trójdrożnego; drenu płuczącego. Steryliny, pakowany pojedynczo		szt	30									X						
<p>UWAGA! W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWE HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu w "Formularzu cenowym" przedmiotowi zamówienia (należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...")</p> <p>♣ W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 13 zamieścić stosowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"</p>																			

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.

** Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rodzaju przy składaniu każdorazowego zamówienia.

§ Zamawiający jest w posiadaniu urządzenia uDDS-A na gwarancji

Zamawiający wymaga zaferowania we wszystkich pozycjach "Formularza cenowego" wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych - nie dotyczy Zadania 3.

Zamawiający wymaga zaferowania we wszystkich pozycjach "Formularza cenowego" asortymentu dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie RP - dotyczy Zadania 3.

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI) / dodatkowe parametry techniczne - jeśli dotyczy	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

W przypadku spełnienia parametrów dodatkowych, powyższe należy wskazać w kolumnie nr 13 "Formularza cenowego", obok nazwy producenta oferowanych wyrobów. W kolumnie nr 14 należy podać nr strony oferty, gdzie znajduje się potwierdzenie spełnienia parametrów dodatkowych.

.....
(data, podpis i pieczęć inna osoba uprawniona)

Dołnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384, NIP 800 72 28 500

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitaliem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 000040384, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

- 1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
- 2) Dorota Topolnicka - Główny Księgowy

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

z/s

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - zwanej dalej Pzp).
2. Podstawa zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/275/17/17.

§ 2.

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy **wyrobów medycznych ogólnego zastosowania - zabezpieczenie - Zadanie** zwanym dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 umowy, nastąpić będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkami transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do ... dni (zgodnie z „Ofertą Wykonawcy”) od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail: Wykonawcy.
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.

§ 4.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: w zakresie). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.) – dotyczy
4. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, **z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 20% wartości umowy**

brutto.

§ 5.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym w § 3 ust 2. umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłacił Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 6.

Składniki umowy

Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy.

§ 7.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (... .. m-cy)

§ 8.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 9.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 8 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej.
2. Faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz zamówionymi wyrobami.
3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w formie papierowej według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczone i odebrane wyroby.
4. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest umieścić w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego.
5. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, tj. zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 10.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 11.

Warunki gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż ... miesięcy (zgodnie z „Ofertą Wykonawcy”) od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rekojmi, Wykonawca wymieni wady wyrobów na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrobów wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu ... dni (zgodnie z „Ofertą Wykonawcy”) od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).
3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rekojmi należy do przedmiotu umowy.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rekojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 5) w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy § 10 umowy.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługują prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Brak szkody nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 16.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 17.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać z związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

§ 19.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384, NIP 200.727.98.560**

§ 12.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 13.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy oraz danych zawartych w § 4 ust. 1 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zaprzestania wytwarzania przez producenta wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7 umowy, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciepłar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wycenieniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 14.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 3) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 11 umowy;
 - 4) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedzieli się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 15.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów (wartość wskazana w załączniku nr 1 do umowy) za każdy dzień opóźnienia w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rekojmi;

Ogłoszenie nr 500044045-N-2017 z dnia 16-10-2017 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 583814-N-2017

Data: 21/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Doświadki Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 006320384, ul. Gen. A. E.

Fiedorfa 2, 54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl, tel. 71 306 48 67.

Adres strony internetowej(uri): <http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informację o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

298555,87 Waluta: PLN

W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informację o wartości zamówienia): Wartość bez

VAT: 287079,53 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: WYKAZ OSWADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WZEWNIANIE

ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOŁICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP a) oświadczenie

potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na

terenie RP, (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia, nie dotyczy Załącznika 3, Załącznika

37); b) oświadczenie potwierdzające, że oferowany asortyment dopuszczony jest do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy wszystkich

wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia dla Załącznika 3, Załącznika 37); c) materiały w języku polskim z

danymi technicznymi producenta (np. instrukcje użytkownika, strony katalogów itp.) z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli

dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane, numery katalogowe oraz nazwę producenta zaopierzającego asortymentu,

dopuszczające własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia

wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w piśmie przewodnim wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której

umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać

odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręcznie), brak potwierdzenia parametrów wymaganych, numerów

katalogowych oraz nazwy producenta uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie

oferty, chyba że zaobciążenie będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. UWAGA! Materiały składane w formie kopii winny być

poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza

możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaopierzony asortyment wyspecyfikowanych

parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno, jedznacznie wskazywać nazwę potwierdzonego parametru. W przypadku

braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana

nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia na podstawie numerów katalogowych.

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OSWADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WZEWNIANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOŁICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP a)

oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i

stosowania na terenie RP, (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia, nie dotyczy

Załącznika 3); b) oświadczenie potwierdzające, że oferowany asortyment dopuszczony jest do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy

wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia dla Załącznika 3); c) materiały w języku polskim z

danymi technicznymi producenta (np. instrukcje użytkownika, strony katalogów itp.) z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli

dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane, numery katalogowe oraz nazwę producenta zaopierzającego asortymentu,

dopuszczające własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia

wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w piśmie przewodnim wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której

umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać

odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręcznie), brak potwierdzenia parametrów wymaganych, numerów

katalogowych oraz nazwy producenta uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie

oferty, chyba że zaobciążenie będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. UWAGA! Materiały składane w formie kopii winny być

poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza

możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaopierzony asortyment wyspecyfikowanych

parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno, jedznacznie wskazywać nazwę potwierdzonego parametru. W przypadku

braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana

nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia na podstawie numerów katalogowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-29, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-24, godzina:

10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr: 34 Nazwa: ZADANIE 34

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a) w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane;Dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym”,

stanowiący integralną część SWZ. 1 część, 1 pozycja 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141620-2, 3) Wartość części zamówienia

(jeżeli zamawiający podaje informację o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 503,75 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach, 6 okres w dniach; data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium: Znaczenie Cena 60,00 Termin

dostawy 20,00 Czas wymiany wadliwego wyrobu na wolny od wad 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a) w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane;Dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym”,

stanowiący integralną część SWZ. 1 część, 1 pozycja 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141620-2, 3) Wartość części zamówienia

(jeżeli zamawiający podaje informację o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 775,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach, 6 okres w dniach; data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium: Znaczenie Cena 60,00 Termin

dostawy 20,00 Czas wymiany wadliwego wyrobu na wolny od wad 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**Punkt:** Część nr: 37 Nazwa: ZADANIE 37

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane; Dostawy asortymentu wykazanego w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ. 1 część, 1 pozycja 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia); Wartość bez VAT: 11747,59 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 6 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 20,00 Czas wymiany wadliwego wyrobu na wolny od wad 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane; Dostawy wyrobów medycznych wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ. 1 część, 1 pozycja 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141610-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia); Wartość bez VAT: 96,48 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 6 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 20,00 Czas wymiany wadliwego wyrobu na wolny od wad 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH****Punkt:** Część nr: 48 Nazwa: ZADANIE 48

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane; Dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ. 1 część, 2 pozycja 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141610-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia); Wartość bez VAT: 1131,78 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 6 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 20,00 Czas wymiany wadliwego wyrobu na wolny od wad 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane; Dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ. 1 część, 1 pozycja 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia); Wartość bez VAT: 1035,30 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 6 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 20,00 Czas wymiany wadliwego wyrobu na wolny od wad 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: