



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.027.2018

EZ/ 20122 /18

Wrocław, dn. 19.12.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do przetargu nieograniczonego na usługi przeglądów aparatury medycznej (respiratorów i aparatów RTG) sygnatura sprawy: EZ/593//EM/18.

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, uzupełnia odpowiedź na pytanie 16 zamieszczone w piśmie z dnia 13.12.2018r. znak EZ/20568/18. Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga instalacji oprogramowania do automatycznej rejestracji i optymalizacji dawki promieniowania jonizującego typu Dose Watch dla Zadania 8. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że dopuszcza składanie oferty równoważnej, zgodnie ze zmodyfikowanym rozdziałem X SIWZ wskazanym ww. piśmie.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Monika Floreczyk
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl