



Wrocław, dnia 01.01.2019 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania (sygnatura sprawy EZ/610/117/18).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1. „Zadanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 i 3 filtrów mikrobiologicznie czystych przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

2. „Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w §15 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia §15 pkt ust. 1 pkt 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

- 1) „w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień opóźnienia w dostawie, poczynwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy”. W załączeniu zmieniony wzór umowy.

3. „Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w §15 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy do 0,5% wartości brutto towaru wadliwego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. „Zwracamy się z prośbą o zmianę §10 ust. 1 i 2 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. “Zwracamy się z prośbą o zmianę §15 ust. 3 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


6. „Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §14 ust. 1 wzoru umowy na: „Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni jeżeli Wykonawca:

- 1) przekracza termin realizacji przedmiotu umowy o 14 dni po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji zobowiązania,
- 2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,
- 3) przekracza o 14 dni terminy zobowiązań określonych w §11 niniejszej umowy”
- 4) wykreślony
- 5) (...).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.031.2018

8. „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmian stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

9. „Prosimy Zamawiającego o zmianę §9 ust. 1 na następujący:

„Należność wskazana w §8 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w §3 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr, w terminie 60 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowany przedmiot zamówienia. ”. Obecny zapis sztucznie wydłuża Zamawiającemu termin płatności, który może sięgnąć nawet do 90 dni!”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. „Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu par. 15 ust. 1 pkt 5).

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. „Zadanie 24, poz. 2

Czy zamawiający dopuści miskę nerkową min. 700 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

12. „Zadanie 24, poz. 3

Czy zamawiający dopuści kaczkę o poj. 800 ml i wymiarach 250 mm x 110 mm x 120 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

13. „Zadanie 24, poz. 6

Czy zamawiający dopuści miskę 1 litr o średnicy 230 mm i wysokości 68 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

14. „Zadanie 12, poz.1

Czy zamawiający dopuści w niniejszej pozycji przyrząd do przetaczania krwi bez ftalanów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

15. „Zadanie 12, poz.1

Czy zamawiający dopuści przyrząd o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyspecyfikował ww. parametru. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem X pkt 2 SIWZ „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu).”

16. „W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 5):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów (...), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy;



DOLNY
ŚLĄSK

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Monika Florczyk
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emilia Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.031.2018

- 2) w wysokości 0,5% wartości brutto produktów (...), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych produktów;
3) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
5) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...)."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. „Zadanie nr 12 poz. 2
Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi z zaciskaczem rolkowym z zabezpieczeniem igły biorczej po użyciu.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

19. „Zadanie nr 13 poz. 2
Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych z zaciskaczem rolkowym z zabezpieczeniem igły biorczej po użyciu.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

20. „Zadanie nr 16 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga strzykawki z podwójną skalą pomiarową.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

21. „Zadanie nr 17 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga worka do dobowej zbiórki moczu z drenem 90 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

22. „Zadanie nr 22 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga portu bezigłowego o objętość wypełnienia 0,085 ml o przepływie 312 ml/min. Kompatybilny z MRI Możliwość podawania krwi, tłuszczu, chemioterapeutyków.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

23. „Zadanie nr 28 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z nakładaną igłą. Pozostałe zapisy zgodnie z siwz.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

24. „Dotyczy ZADANIE 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaofiarowania wymienników ciepła i wilgoci przeznaczonych do stosowania u pacjentów z tracheostomią, oddychających spontanicznie z portem do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką. Pozostałe zgodnie z siwz.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

25. „Dotyczy ZADANIE 4 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie filtrów światowego lidera, o przestrzeni martwej max 13,4 ml. Pozostałe zgodnie z siwz.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

26. „Dotyczy ZADANIE 14
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako produkt równoważny i o parametrach wyższych, rurek światowego lidera z cienkościennym, niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typu duża objętość - niskie ciśnienie mankietem (producent nie precyzuje grubości), oznaczeniem rozmiaru na baloniku kontrolnym oraz



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Monika Florczyk
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

EZ.272.031.2018

szyldzie, linia RTG wzdłuż całej rurki, bez dodatkowego znacznika pod potworem bowiem otwór zlokalizowany jest tuż nad mankietem. Pozostałe zgodnie z siwz."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

27. „Dotyczy ZADANIE 19

1/Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania obwodów o długości 180cm i dodatkowej rury do worka 120cm. pozostałe zgodnie z siwz."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

28. „Dotyczy ZADANIE 19

2/Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania obwodów z rur z polipropylenu o regulowanej długości do 180cm oraz do 120cm rura do worka. Pozostałe zgodnie z siwz."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

29. „Dotyczy ZADANIE 23

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do kaniulacji tętnic światowego lidera, Arrow, w zestawie z igłą Seldingera w rozm. 20G/4cm. pozostałe zgodnie z siwz."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

30. „Dotyczy ZADANIE 31

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania Jednorazowy łącznik martwa przestrzeń, sterylna; z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z dwoma portami, jednym do odsysania 3,5mm, drugim z mankietem uszczelniającym do wprowadzenia bronchofiberoskopu 9mm, wykonany z PP/TPE, o regulowanej długości od 90mm do 150mm i pamięcią kształtu; łącznik do układu oddechowego z wejściem 22F."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. „Zadanie Nr 1 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga cewnika z mandrynem metalowym lub nylonowym, każdorazowo do wyboru przez Zamawiającego?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

32. „Zadanie Nr 2 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki o śr. 5/7mm."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

33. „Zadanie Nr 3 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do rurek tracheostomijnych. Wykonany z tworzywa w kształcie walca z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do podawania tlenu oraz z samo domykającym się portem do odsysania, biologicznie czysty, pakowany pojedynczo, waga do 6 g, opór przepływu 0,2 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej V_t 60."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

34. „Zadanie Nr 4 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjnego, antywirusowego dla dorosłych do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, biologicznie czysty, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych z zatyczką na uwięzi, o minimalnej skuteczności filtrowania mini 99,99%, pakowany pojedynczo, przestrzeń martwa 34 ml."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

35. „Zadanie Nr 4 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjnego, antywirusowego pediatrycznego, do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, biologicznie czysty, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci,

Sporządziła: Paulina Witkowska

Sprawdziła: Monika Florczyk

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.031.2018

z portem do monitorowania gazów anestetycznych z zatyczką na uwięzi, o minimalnej skuteczności filtrowania mini 99,98%, przestrzeń martwa 2l, pakowany pojedynczo."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

36. „Zadanie Nr 10 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga również ostrza nr 11 w wersji 11P?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

37. „Zadanie Nr 11 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wykonanego z PCV o jakości medycznej."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

38. „Zadanie Nr 12 poz. 1, 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z jednoczęściową komorą kroplową, bez odpowietrznika."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. „Zadanie Nr 13 poz. 1, 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z jednoczęściową komorą kroplową, bez odpowietrznika."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. „Zadanie Nr 19 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni."

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji produktu, na etykiecie ma być umieszczony piktogram wizualizujący wszystkie elementy zestawu?

Odpowiedź: Ad. 40. pkt 1. i 2. Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

41. „Zadanie Nr 22 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port bezigłowy ma być wyposażony w zdejmowalny protektor umożliwiający bezpieczne podłączenia do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy powierzchnia do dezynfekcji zaworu ma być wykonana z materiału innego niż silikon?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyspecyfikował ww. parametru. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem X pkt 2 SIWZ „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu)."

42. „Zadanie Nr 25 poz. 1:

1. Czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewni równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu pewnej identyfikacji produktu cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyspecyfikował ww. parametru. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem X pkt 2 SIWZ „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu)."


43. „Zadanie Nr 26 poz. 1:



DOLNY
ŚLĄSK

Sporządziła: Paulina Wilkowska
Sprawdziła: Monika Florczyk
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





EZ.272.031.2018

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kompatybilność igieł do pena z wstrzykiwaczami wszystkich producentów ma być potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyspecyfikował ww. parametru. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem X pkt 2 SIWZ „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu)."

44. „Zadanie Nr 27 poz.1

Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii?

2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętnicznej krótkiej do tętnicy promieniowej, która być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętnicznej oraz przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi połączonej, z zabezpieczeniem, z zaworem odcinającym obrotowym ze wskaźnikiem on/off, ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika, wykonana z poliuretanu, kontrastująca w RTG, 20G x 45 mm, opakowanie bezpośrednio: 1 szt./op. medyczny jałowy, jednorazowy, wolny od lateksu, wolny od ftalanów (DEHP)."

Odpowiedź: Zamawiający nie określił powyższych parametrów w SIWZ. Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

45. „Zadanie Nr 30 poz.1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z filtrem 0,2 mikrona, z portem dostępu chronionym koreczkiem domykany ręcznie, bez zastawki.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd posiadał filtr wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. „Zadanie Nr 31 poz.1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej przestrzeni martwej z zielonymi przezroczystymi łącznikami od strony rurki intubacyjnej i obwodu oddechowego.

2. Prosimy Zamawiającego czy w celu łatwej identyfikacji produktu na opakowaniu jednostkowym ma być umieszczony piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny?

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby podwójnie obrotowe łączniki kątowe były wyposażone w dodatkowy system uszczelniający w postaci silikonowych pierścieni uszczelniających od strony pacjenta i obwodu oddechowego?"

Odpowiedź: Ad. 46 pkt 1-3. Zamawiający nie wyspecyfikował ww. parametru. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem X pkt 2 SIWZ „Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu)."

47. „Zadanie 4 poz.1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr antybakteryjny/ wirusowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999% i wirusowej 99,999% z portem do kapnografii ze szczelną zatyczką luer-lock, waga 15 g, objętość martwa 10 ml, nawilżanie przy Vt=50ml 30 mg/l objętość przepływu 20-70 ml, sterylny?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie stanowi wymogu.

48. „Zadanie 4 poz.2

Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach: objętość oddechowa Vt 150-1500ml, poziom



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Monika Florczyk
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

EZ.272.031.2018

nawilżania 37mg H₂O przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu przy 60l/min-2,14 cm H₂O, przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock z koreczkiem mocowanym na stałe?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

49. „Zadanie 4 poz.3

Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci, objętość oddechowa VT 70-600ml, jałowy, przestrzeń martwa 22 ml skuteczność filtracji dla wirusów >99,999%, bakterii >99,9999%, poziom nawilżania 32 mg/l przy VT 500ml, waga filtra 17 g?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

50. „Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód dla dorosłych wykonany z elastycznego polietylenu z workiem oddechowym 2,0 l; 2 karbowane rury oddechowe, giętkie, średnica wewnętrzna 22 mm, długość 1,6 m, 1 łącznik kolanko 90 st. 22 mm/15 mm z portem ze szczelną zatyczką luer-lock; 1 rura oddechowa, średnica wewnętrzna 22 mm, długość 0,8 m; 1 anestetyczny worek oddechowy bezłateksowy o pojemność 2,0 l; 1 prosty konektor 22 mm OD, złącza 22F/ISO, końcówki rur wykonane z elastycznego EVA gwarantującego szczelne połączenie z aparatem, dodatkowo produkt pozbawiony jest szkodliwych ftalanów."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

51. „Zadanie 31

Czy Zamawiający oczekuje żeby produkty były pozbawione wykazujących szkodliwe działanie na organizmy ludzkie ftalanów?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

52. „Zadanie 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny ze skutecznością filtrowania 99,9%?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

53. „Zadanie 4 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy antybakteryjny z martwą przestrzenią 45ml?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Uzasadnienie: Dla pacjentów – dzieci zaoferowana martwa przestrzeń jest za duża.

54. „Zadanie 12 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi z komorą jednoczęściową?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów SIWZ.

55. „Zadanie 13 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów z komorą jednoczęściową?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów SIWZ.

56. „Zadanie 25 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze CH10 o długości 40cm?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów SIWZ.

57. „Zadanie 28 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą pakowaną w zestawie?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

58. „Zadanie 31 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylne łączniki martwa przestrzeń?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

59. „Czy Zamawiający w Zadaniu 26 dopuści wycenę 72 opakowań x 100 szt.?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Monika Florczyk
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.031.2018

60. „Czy Zamawiający w Zadaniu 26 dopuści wycenę strzykawki wykonanej z polipropylenu?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

61. „Czy Zamawiający w Zadaniu 28 dopuści wycenę 15 opakowań x 100 szt.?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

62. „dotyczy SIWZ – pkt 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy termin dostawy wynosi 3 dni robocze, czy 3 dni kalendarzowe?”

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż 3 dni wskazane w rozdziale I pkt 5 SIWZ to 3 dni kalendarzowe.

63. „dotyczy wzoru umowy – §13 pkt 7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT oraz wartości brutto umowy, przy stałości cen netto przedmiotu zamówienia?”

Odpowiedź komisji: Zamawiający potwierdza powyższe.

64. „dotyczy wzoru umowy – §15 pkt ust. 1 pkt 1

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §15 pkt ust. 1 pkt 1 z „w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy” na „w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 niniejszego pisma.

65. „Dotyczy § 15 pkt.1 ust. 1) istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącą wysokości naliczanych kar umownych z obecnie w wysokości 2% wartości brutto od niezrealizowanej w terminie dostawy, na 0,2 % wartości brutto od niezrealizowanej w terminie dostawy.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 niniejszego pisma.

66. „Zadanie 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika wykonanego z przezroczystego PVC?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Monika Florczyk


Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





EZ.272.031.2018

67. „Zadanie 12, 13 – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem „komora podzielona na dwie części”. Zamieszczony opis nie jest precyzyjny i mamy wątpliwości jaki asortyment zaoferować.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w kolumnie 2, w Zadaniu 12 poz. 2 oraz w Zadaniu 13 poz. 1 i 2 „Formularza Cenowego” winno być:

ZADANIE 12		
2	Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem bez ftalanów. Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kłapką, przezroczystą komorą kropłową z filtrem o wielkości oczka 200µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, <u>dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów</u> . BEZ FTALANÓW. Sterylny, pakowany pojedynczo.	
x	x	x
ZADANIE 13		
1	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kłapką, przezroczystą komorą kropłową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, <u>dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów</u> . Sterylny, pakowany pojedynczo.	
2	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kłapką, przezroczystą komorą kropłową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, <u>dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów</u> . Sterylny, pakowany pojedynczo. BEZ FTALANÓW.	

Powyższe zostało uwzględnione w załączonym „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

68. „Zadanie 12, 13 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą i wygodną w użytkowaniu komorą kropłową o długości minimum 65mm w części przezroczystej?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

69. „Zadanie 12, 13 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających gumkę lub opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

70. „Zadanie 12, 13 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

71. „Zadanie 12, 13 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kropłową wolną od PVC? Komora wolna od PVC jest bardziej przejrzysta i elastyczna co znacznie poprawia komfort pracy personelu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie określił parametrów w SIWZ, Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

72. „Zadanie 12, 13 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia papier?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.



DOLNY
ŚLĄSK

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Monika Florczyk
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





EZ.272.031.2018

73. „Zadanie 12, 13 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z zaciskaczem wyposażonych w uchwyt na dren?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

74. „Zadanie 12, 13 - Czy Zamawiający wymaga aby informacja o braku ftalanów znajdowała się na opakowaniu jednostkowym?”

Odpowiedź: Zamawiający nie określił parametrów w SIWZ, Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

75. „Zadanie 15 pozycja 1 , czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości minimalnej 24,3 cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

76. „Zadanie 17 pozycja 1 , czy Zamawiający w celu pełnej identyfikacji wymaga zaoferowania worka z nazwą producenta umieszczoną bezpośrednio na worku?”

Odpowiedź: Zamawiający nie określił parametrów w SIWZ, Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

77. „Zadanie 21 pozycja 1 , czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników z czterema otworami bocznymi?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

78. „Czy w Zadaniu 25 Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze CH10 o długości 40cm? Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

79. „Czy w Zadaniu 25 Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze CH12-CH18 o długości 50cm? Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

80. „Zadanie 29 pozycja 1 , czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnicy pokrytej tworzywem PVC?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. „Zadanie 30 pozycja 1 , czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu bez zastawki?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

82. „Czy w zadaniu 31 zamawiający dopuści łącznik karbowany (martwa przestrzeń) sterylny?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

83. „Zadanie nr 9:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert na zestaw do nefrotomii w skład którego wchodzi:

1. Kateter typu Pigtail z łącznikiem do worka na moc
2. Prowadnik typu „J” 0,038” dł. 80 cm z elastyczną końcówką
3. Igła wprowadzająca dwuczęściowa 18G dł. 200mm znakowana pod USG
4. 3 rozszerzacze kontrastujące w RTG, w tym jeden z rozrywalną koszulką
5. Kołnierz mocujący z opaską
6. Strzykawka 10 ml Luer Lock
7. Skalpel

Zestaw sterylny. Rozm 8F, 9F, 11F, 12F, 14F”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.



DOLNY
ŚLĄSK

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Monika Florczyk
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.031.2018

Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

- poprzez zmianę „Formularza Cenowego”, a mianowicie:

- ❖ doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie:

- Zadania 12 poz. 2, a mianowicie w „Formularzu cenowym” w kolumnie nr 2 „opis przedmiotu zamówienia” powinno być „Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem bez ftalanów. Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kłapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. BEZ FTALANÓW. Sterylny, pakowany pojedynczo.”,

- Zadania 13 poz. 1, a mianowicie w „Formularzu cenowym” w kolumnie nr 2 „opis przedmiotu zamówienia” powinno być „Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kłapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylny, pakowany pojedynczo.”,

- Zadania 13 poz. 2, a mianowicie w „Formularzu cenowym” w kolumnie nr 2 „opis przedmiotu zamówienia” powinno być „Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kłapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylny, pakowany pojedynczo. BEZ FTALANÓW.”,

- Poprzez zmianę wzoru umowy, a mianowicie:

- ❖ Zmianę zapisów §15 ust. 1 pkt 1), który otrzymuje brzmienie: „w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień opóźnienia w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy.”

W załączeniu „Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” oraz zmieniony wzór umowy i wzór „Formularza cenowego” uwzględniający wprowadzone zmiany, zmiany odnoszące się do doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia oznaczone zostały na czerwono i dodatkowo podkreślone.

Wobec powyższych odpowiedzi, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Pzp, w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert: na 24.01.2019r, godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1. rozdziałów XIII, XIV, XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w terminie późniejszym.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Monika Florczyk
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK

Umowa Nr .../.../18 – DOSTAWA – wzór umowy

(ZADANIE:

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Doñośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

z/s ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z/s.....

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. - zwanej dalej Pzp).
2. Podstawą zawarcia umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/610/117/18.

§ 2.

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania – Zadanie, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§ 3.


Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail..... Wykonawcy.
3. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
4. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.

§ 4.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: - w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.



3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.) – dotyczy
4. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

§ 5.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym w § 3 ust 2 umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 6.

Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
 - 1) Załącznik Nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy.
 - 2) Załącznik Nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 7.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (36 m-cy)

§ 8.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 9.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 8 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę w formie papierowej według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionymi wyrobami.
4. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej.

§ 10.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 11.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu) lub faksu.
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 13.

Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;
 - 4) zmiana danych zawartych w § 4 ust. 1 umowy,
 - 5) zmiany umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr 2, w zakresie uszczegółowienia przepisów związanych z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu objętego umową;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktu będącego przedmiotem umowy.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 14.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 3) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 11 niniejszej umowy;
 - 4) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.



2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 15.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień opóźnienia w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3 % wartości brutto produktów, którego dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1 % wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 oraz umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 5) w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy § 10 umowy.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 16.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 17.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem umowy.

§ 19.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	Jm.	ilość	cena j netto	VAT %	kwota j VAT	cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X	
ZADANIE 1														
1	Cennik moczowodowy CH04-06/155cm. Cennik moczowodowy wykonany z tworzywa sztucznego, widoczny w RTG, oznaczony podziałką centymetrową, o długości min. 55cm, zakończenie typu Neilalon, z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany.		szt	330										
ZADANIE 2														
1	Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z dżemu do odsysania o długości min. 200cm i śr. min. 5,5/7,5mm oraz końcówki typu Yankauer z ręczką, sterylny, podwójnie pakowany		szt	5 865										
ZADANIE 3														
1	Filtr do rurek kachosostenilnych. Wykonany z tworzywa w kształcie wałka z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania zabezpieczonym korozją, sterylny, pakowany pojedynczo		szt	5 130										
ZADANIE 4														
1	Filtr antybakteryjny, antywirusowy dla niemowląt do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, sterylny, elekrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, przestrzeń martwa max. 12ml o minimalnej skuteczności filtrowania min 99,99%, sterylny, pakowany pojedynczo		szt	729										

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy *	j.m	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGA)	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X	
2	Filtr antybakteryjny, antywirusowy dla dorosłych do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, sterylny, elektrostabilizujący z wytrącaniem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, o minimalnej skuteczności filtrowania mini 99,99%, sterylny, pakowany pojedynczo		szk	29 451										
3	Filtr oddychawczy antybakteryjny, antywirusowy, pediatryczny, do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, sterylny, elektrostabilizujący z wytrącaniem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, o minimalnej skuteczności filtrowania 99,99%, sterylny, pakowany pojedynczo		szk	3 294										
X		X	X	X	X	X	X	razem	X	X	X	X	X	
ZADANIE 5														
1	Igła do biopsji typu Westcott 18GX200, sterylna, pakowana pojedynczo		szk	9										
2	Igła do biopsji do szpiku kostnego z talerza biodrowego 1,8mm(15G)x3mm, sterylna, pakowana pojedynczo		szk	348										
3	Igła do biopsji do szpiku kostnego z talerza biodrowego 14GX70mm, sterylna, pakowana pojedynczo		szk	102										
X		X	X	X	X	X	X	razem	X	X	X	X	X	

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m	ilość	cena j netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UMAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*9)	(5*9)	(5*9)	X	X	
ZADANIE 6														
1	Igła do biopsji wątroby. Igła półautomatyczna do biopsji tkanki miękkich, 18G/180mm, z możliwością regulacji rozmiaru biopsji, końcówka echogeniczna, z ukosną ścieżyną ostrzem, podziałka centymetrowa, sterylna, pakowana pojedynczo		szt	48										
ZADANIE 7														
1	Igła do nakłucie lędźwiowych 18-22G*40 i 90*mm. Igła ze szlifem ostrza Cunnicka, uchwytem rowkowanym, przetrzeźwią końcówką łock i mandrynem oznaczonym kolorem, sterylna, pakowana pojedynczo		szt	1 332										
ZADANIE 8														
1	Regulowane kolnierze usztywniające, jednoczęściowe, w dwóch wersjach dla dzieci i dorosłych. Wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte miękką pianką. Duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzenie tętna. Składany podbródek kolnierza przed założeniem powinien być całkowicie płaski, formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kolnierza. Zaczepy do mocowania drewnianego maski tlenowej/kanulii donosowej. Minimum 8 stopni regulacji w kolnierzu dla dorosłych i 5 stopni regulacji w kolnierzu dla dzieci. Kompatybilny z RTG i MRI		szt	300										



FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy *	Jm	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGA!)	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+9)	(5*6)	(5*9)	(5*9)	X	X	
ZADANIE 9														
1	Zestaw podstawowy do przeszskórnij nerostemii, 3-częściowa metalowa kanuła punkcyjna 1,3x220mm, prowadnica druciana 0,8x900mm, elastyczna końcówka, sztywne rdzeń 300mm, min 3 rozszerzenia kontrastujące pod RTG, marka i kształt do nacięcia skóry, rozrywalne kanuły plastikowe, 3-częściowa strzykawka 10ml z końcówką LOCK, łącznik do worka, CH8 i CH11*, sterylne pakowane podwójnie		szl	348										
ZADANIE 10														
1	Ostrze jednoraz. użytku N. 10 - 24* Ostrze jednorazowego użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100 szt.		op	1 305										
ZADANIE 11														
1	Cewnik typu COUVELAIREA bezbalonowy, CH 18-24* dl. 40cm, z nieprzeźroczystego, poliuretanowego materiału/czerwona guma		szl	117										
ZADANIE 12														
1	Przyrząd do przecięcia krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolecm, odpowiednikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamkniętym klipką, przezroczystą dużą komorą kropłową z filtrem o wielkości oczka 200µm i powierzchni min. 10cm ² zadsorbującym mikroby, o długości otworu min. 130cm z zakorkowanym luer-lock. Komora podzleciona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylny, pakowany pojedynczo		szl	21 768										



FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	J.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X		X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*9)	(5*8)	(5*9)	X	X	
Przyrząd do przelaczania krwi z odpowietrznikiem bez fiatalonów. Przyrząd do przelaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanalowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamkniętym kłapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. BEZ FTALANÓW. Sterylny, pakowany pojedynczo.														
X		X	X	X	X	X	X	razem:	X	X	X	X	X	
ZADANIE 13														
Przyrząd do przeloczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanalowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamkniętym kłapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylny, pakowany pojedynczo.														
1			szt	512 916			X			X				
Przyrząd do przeloczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanalowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamkniętym kłapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylny, pakowany pojedynczo. BEZ FTALANÓW.														
2			szt	100 494			X			X				
X		X	X	X	X	X	X	razem:				X	X	

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j. m.	ilość	cena j netto	VAT %	kwota j VAT	cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X
ZADANIE 14													
1	Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania z nadmankietu 7,0 - 9,0° Rurki tracheostomijne wykonane z termoplastycznego tworzywa, z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typu duża objętość - niskie ciśnienie, grubość mankietu max 50 mikrometrów, rurki z wbudowanym dodatkowym kanałem dającym możliwość dostępu i drenażu wychodzący bezpośrednio z szyjki, kanał do drenażu wychodzący bezpośrednio z szyjki, oznaczenie rozmiaru na łączniku, wzdłuż całej rurki nitka RTG, znacznik RTG pod otworem do drenażu, pakowane sterylne, pojedynczo			66									
ZADANIE 15													
1	Opaski identyfikacyjne dla dorosłych. Opaski wykonane z tworzywa szluzowego z kieszonką na dane identyfikacyjne O długości minimalnej 24,50 cm		sz1	140 700									
2	Opaski identyfikacyjne - małe. Opaski wykonane z tworzywa szluzowego z kieszonką na dane identyfikacyjne do założenia na nadgarstek Długość całkowita min. 16,50 cm - max. 18,00 cm.		sz1	19 284									
X	X	X	X	X	X	X	X	razem					
ZADANIE 16													
1	Słuczki 100ml z końcówką do cewników z możliwością zmiany końcówki na do igły, sterylne, pojedynczo pakowane.		sz1	12 359									

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	Jm.	liczba	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UMWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*9)	(5*8)	(5*9)	X	X	
ZADANIE 17														
1	Worek do moczu 2l z odpływem, sterylizy z zastawką antyrefluksyjną, składowany co 100 ml z odpływem spruskowym, pakowany pojedynczo.		szt	41 349										
ZADANIE 18														
1	Zestaw do przeszskonej tracheostomii uzupełniającej rozmiar 8,9, metoda Griggsa bez wielorazowego peelu, zawiera skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seidingera, rozszerzacz, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym. Sterylizy, pakowany pojedynczo.		szt	117										
ZADANIE 19														
1	Obwód dla dorosłych politeratowy z workiem oddechowym 2,0 l, 2 karbowane rury oddechowe giętkie, średnica wewnętrzna 22 mm, długość 1,6 m, 1 łącznik keilanki 90 st. 22 mm/15 mm, 1 nura oddechowa, średnica wewnętrzna 22 mm, długość 0,8 m, 1 anestezjowy worek oddechowy pojemność 2,0 l (LPR – nie zawiera laleksu), 1 prosy konektor 22 mm OD, złącza 22F/ISO.		szt	303										
ZADANIE 20														
1	Cewnik politeratowy do kamienia CH 08-12* o długości min. 110cm. Wykonany z politeratenu, z linia kontrolem w promieniach RTG, z łącznikiem umożliwiający połączenie z przyrządem do zmywania enteralnego, końcówka z dwoma otworami bocznymi i otworem, prowadnik, sterylizy, pakowany pojedynczo.		szt	1 182										

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy *	j m	ilość	cena j netto	VAT %	kwota j VAT	cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGA!)	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*9)	(5*9)	X	X	
ZADANIE 21														
1	Zębnik zoladkowy CH20-24*1000mm. Wykonany z miękkiego PCV z zamkniętym, zaokrąglonym końcem, z dwoma otworami bocznymi, końcówka oznakowana kodem barowym oznaczającym rozmiar, ze znacznikami długości, kończąca w RTG. Podane powyżej długości są długościami minimalnymi, sterliny, pakowany pojedynczo.		szl	1 278										
ZADANIE 22														
1	Port bezdłutowy, wyposażony w autometrycznie zamykającą się membranę, kompatybilny ze sprężem Luer Lock lub Luer, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, sterliny.		szl	1 998										
ZADANIE 23														
1	Zestaw do kanulacji leżnic. Skład zestawu - lga Seldingera o średnicy 0,95 mm i długości 50mm, z ostрым szlifem i końcówką typu Luer Lock. Przewodnik ze stali nierdzewnej z prostym zakończeniem. Kanuła 20G, długość 80mm. Sterliny, pojedynczo pakowany		szl	174										
ZADANIE 24														
1	Podkładka pod basen wielorazowego użytku z przeznaczeniem dla pacjentów powyżej 100 kg, kompatybilna z basenem z pozycji 4		szl	108										
2	Miska nekowalą z pulpę celulozowej, odporność na przeziębienie minimum 4 godziny, pojemność 750 ml (+/- 10%)		szl	35 628										

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	liczba	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UMAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(9*9)	(9*8)	(9*9)	X	X
3	Kaczka z przeznaczeniem dla mężczyzn, odporność na przesiekanie minimum 4 godziny, pojemność 800 ml (+/-10%), wymiary 250x15x115mm (+/-10%)		szk	93 750									
4	Basen z pulpity celulozowej, odporność na przesiekanie minimum 4 godziny, pojemność 2 l (+/-10%), wymiary 35x28x100mm (+/-10%)		szk	76 332									
5	Miska wykonana z pulpity celulozowej, miska przeznaczona do słośowania z wodą z degerentem, dopuszczalna temp. wody minimum 45 C, odporność na przesiekanie minimum 2 godziny, pojemność 4 litry (+/-10%)		szk	148 977									
6	Miskalnocik dla dzieci z pulpity celulozowej, odporność na przesiekanie minimum 4 godziny, pojemność 1 litr (+/-10%), wymiary 23x8x8mm (+/-10%)		szk	10 599									
7	Podkładka pod miskalnocik dla dziecka wielorazowego użytku, kompozytowa z miskalnocikiem z pozycji 6		szk	15									
8	Pokrywa do basenu z pulpity celulozowej, kompozytowa z basenem z poz. 4		szk	9 381									
X	X	X	X	X	X	X	X	razem				X	X

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j m	ilość	cena j netto	VAT %	kwota VAT	cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGA)	Str. oferty z opisem katalogowym	
														3
1	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+6)	(6*6)	(6*6)	(6*6)	X	X	
ZADANIE 25														
1	Cewnik do odsysania CH10 - 16/60cm Cewnik do odsysania elastyczny o minimalnej długości 1m, dopuszcza się dłuższe, koniec dalszy atraumatyczny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, sterylny, pakowany pojedynczo, koniec bliższy jejkwalny, kod barwowy do identyfikacji rozmiaru.													
				szk	155 682									
ZADANIE 26														
1	Igła (30G 0,3x8mm) kompatybilna z wstrzykiwaczem NovoPen. Igła szklana integralna część systemu do podawania insuliny, sterylna, pakowana pojedynczo													
				szk	7 191									
ZADANIE 27														
1	Kaniula dołechtwa 20Gx45mm. Kaniula przeznaczona do wprowadzenia do łechtce ciwłowodowych w celu inwazyjnego monitorowania ciśnienia, wyposażona w zawór odciążający zapobiegający wypływowi zwrótnemu oraz strzykielka do zamocowania cewnika, sterylna, pakowana pojedynczo. Zawór odciążający w kolorze czerwonym													
				szk	4 704									
ZADANIE 28														
1	Strzykawki ze stożkiem LUER centryczne 1ml tuberkulinówki. Strzykawki wykonane z polipropylenu/polietylenu z końcówką Luer wykłową lub cewnikową, 1w, skalowana, z zabezpieczeniem przed wysunięciem tłoka, sterylna, pojedynczo pakowana													
				szk	1 497									

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j m.	ilość	cena j netto	VAT %	kwota j VAT	cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*9)	(5*8)	(5*9)	X	X	
ZADANIE 29														
1	Przewadnica do trudnej intubacji. Przewadnica do trudnych intubacji, wielorazowa, elastyczna, z wygiętym końcem typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem, niezawierającym PCV, ze znacznikami głębokości. Średnica 15 Ch długość 60 cm, sterylina, pakowana pojedynczo.		szt	30										
ZADANIE 30														
	Przyrząd do aspiracji z bulelek. Przyrząd do aspiracji z bulełek ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 um z odpowietrznikiem umożliwia aseptyczne pobranie, z możliwością wielokrotnego pobierania, kołec standardowy, oraz załączką zamkniętą i zastawką chroniącą lek przed wyciekaniem po wyciągnięciu strzykawki; sterylina, pojedynczo pakowany.		szt	50 655										
ZADANIE 31														
1	Łącznik katbowany (markta przeszczepi) zespolony z obrótowym łącznikiem katowym, długość min (złożona) 70mm, długość max. (rozłożona) 150mm, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo		szt	16 878										
ZADANIE 32														
1	Osłona na mikroskop typ Leica M720/CH5, rozmiar 117/306 cm		szt	1 260										

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość		cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT (6*7)	cena j. brutto (6+8)	wartość netto (5*6)	kwota VAT (5*9)	wartość brutto (5*9)	PRODUCENT (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym
				4	5									
1	2	3	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*9)	(5*9)	X	X
ZADANIE 33														
1	Igła do stymulacji nerwu przy znieczuleniu szplatu 25Gx35mm ze szlifem 15°, kompatybilne ze stymulatorem # Stimplex Dig. sterylna, pakowana pojedynczo		szk	210										
2	Igła do stymulacji nerwu przy znieczuleniu szplatu 22Gx50mm ze szlifem 30°, kompatybilne ze stymulatorem # Stimplex Dig. sterylna, pakowana pojedynczo		szk	1 098										
ZADANIE 34														
1	Ostrza kompatybilne z dermatotomem # firmy Zimmer jednorazowe, pakowane pojedynczo. 1 op = 10 szt.		op	18										
ZADANIE 35														
1	Ostrza kompatybilne z dermatotomem # firmy Aesculap jednorazowe, pakowane pojedynczo. 1 op = 10 szt.		op	18										
2	Pyłka kompatybilna z dermatotomem # firmy Aesculap jednorazowa, pakowana pojedynczo. 1 op = 10 szt.		op	18										
razem														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UMWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	X	X	X	X	X	X	(5*7)	(5+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X	
ZADANIE 35														
1	Wkłady do strzykawki automatycznej, kompatybilne ze strzykawkami Medard Stellant (TK) poj. 2X200 ml.		szt.	6 300										
Oświadczenie producenta asortymentu potwierdzające, że oferowany wkład kompatybilny jest do strzykawki automatycznej wyprodukowanej przez Zamawiającego (dotyczy Zadania 35)														
ZADANIE 37														
1	Stabilizator do ręki intubacyjnej posiadający uniwersalne zępy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie regulowany uchwyt pozwalający na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru ręki intubacyjnej, specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadszywnię ręki), dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, silny i kawy z jamy uszne. Do jednorazowego użytku		szt.	180										
ZADANIE 38														
1	Woreczki samoczyszczone do zbierania kranek w laparoskopii, uwalniane z prowadnicy, do trokarzy 10 mm, pojemność 200 ml, prowadnica z uchwytnymi na palce. Sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowanie = 5 szt.		op	30										

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA											
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy *	Jm	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym		
							(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)		14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
X	X	X	X	X	X	X						X	X		
2	Woreczki samoprzylepne do zbierania krwi w laparoskopii, uwielniane z przewodnicy, do trokarów 10 mm, pojemność 400 ml, 800 ml, 1200 ml, przewodnica z uchwytami na palce. Sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowane = 5 szt (pojemność do wyboru przez Zamawiającego)		op	30											
X	X	X	X	X	X	X						X	X		
ZADANIE 39															
1	Klipsy polimerowe niewchłanialne bardzo duże XL, pakowane w zasobniki po 2 sztuki z taśmą samoprzylepną, Sterylne		zasobnik	180											
X	X	X	X	X	X	X		razem				X	X		
2	Klipsy polimerowe niewchłanialne duże L, pakowane w zasobniki po 2 sztuki z taśmą samoprzylepną, Sterylne		zasobnik	180											
X	X	X	X	X	X	X						X	X		
3	Klipsy polimerowe niewchłanialne bardzo duże XL, pakowane w zasobniki po 4 sztuki z taśmą samoprzylepną, Sterylne		zasobnik	300											
X	X	X	X	X	X	X									
4	Klipsy polimerowe niewchłanialne duże L, pakowane w zasobniki po 4 sztuki z taśmą samoprzylepną, Sterylne		zasobnik	600											
X	X	X	X	X	X	X									
5	Klipsy polimerowe niewchłanialne bardzo duże XL, pakowane w zasobniki po 6 sztuki z taśmą samoprzylepną, Sterylne		zasobnik	180											
X	X	X	X	X	X	X									
6	Klipsy polimerowe niewchłanialne duże L, pakowane w zasobniki po 6 sztuki z taśmą samoprzylepną, Sterylne		zasobnik	180											
X	X	X	X	X	X	X									

FORMULARZ CENOWY				WYROBY MEDYCZNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA										
Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa nr katalogowy *	1 m.	ilość	cena j netto	VAT %	kwota j VAT	cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*9)	(5*9)	(5*9)	X	X	
7	Klipsownica uniwersalna do klipsów polimerowych L i XL. rozbiieralna, wielorazowego użytku, komplet składający się z: rekolejści z tubusem, insertu do klipsów L, insertu do klipsów XL.		szt	6										
X	X	X	X	X	X	X	X	razem				X	X	

UWAGA! W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu w "Formularzu cenowym" przedmiotowi zamówienia (należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...")

Wykonawca jest zobowiązany podać w kolumnie 13 **NAZWĘ PRODUCENTA** dla wszystkich oferowanych wyrobów. Brak podania ww. nazwy może spowodować odrzucenie oferty.

* W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego. Wykonawca winien w kolumnie nr 13 zamieścić stosowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.

** Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia pojemności przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Zamawiający wymaga zaofertowania we wszystkich pozycjach "Formularza cenowego" wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych - nie dotyczy pozycji 7 i pozycji 8 Zadania 24.

Zamawiający wymaga w pozycji 7 i pozycji 8 Zadania 24 asortymentu dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie RP.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	lbiega
NO_DOC_EXT:	2019-001867
SOFTWARE VERSION:	9.9.3
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	ez.marciniak@wp.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**I.1) Nazwa i adresy**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2

Wrocław

54-049

Polska

Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Tel.: +48 713064419

E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

Faks: +48 713064867

Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sekcja II: Przedmiot**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia****II.1.1) Nazwa:**

Dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania

Numer referencyjny: EZ/610/117/18

II.1.2) Główny kod CPV

33140000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania według wymienionych niżej części:

ZADANIE 1 ÷ ZADANIE 39.

Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

3.Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ.

4.Wspólny słownik zamówień (CPV):

19520000-7, 33140000-3, 33141200-2,33141220-8, 33141310-6, 33141320-9, 33141321-6, 33141323-0,

33141411-4, 33141600-6, 33141610-9, 33141620-2, 33141640-8, 33141641-5, 33141642-2, 33141730-6,

33171000-9, 33172000-6, 33194000-6, 33194100-7.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
04/01/2019
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: lbiega
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-153897
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-450454
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/10/2018

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.1) **Przyczyna zmiany**
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/01/2019
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 24/01/2019
Czas lokalny: 11:15
- VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

