



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

EZ.272.031.2017

Wrocław, dnia 29.11.2018r.

EZ/19664/17

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania (sygnatura sprawy EZ/280/117/17).

W związku z pytaniami zadanyymi w ww. postępowaniu:

1 „Dotyczy Zadania 22 pozycji 2 Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zgodzi się na wyłączenie pozycji nr 2 z Zadania nr 22?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. „Pytanie dot. Zadania nr 23, poz. 1

Z uwagi na duże zróżnicowanie produktów uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z zadania nr 23. Wydzielenie umożliwi nam złożenie bardzo konkurencyjnej oferty pod względem cenowym w zakresie cewników silikonowych typu Dufour.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. „Pytanie dot. Zadania nr 23, poz. 3

Z uwagi na duże zróżnicowanie produktów uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 z zadania nr 23. Wydzielenie umożliwi nam złożenie bardzo konkurencyjnej oferty pod względem cenowym w zakresie pozostałych pozycji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. „Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 54 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów o średnicy 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20 o długości min. 195 cm”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. „Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 54 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów o średnicy 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20 o długości min. 195 cm”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. „Zad 63 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli większej liczbie wykonawców na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. „Zadanie 5 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem 9F o długości 45cm o następującym składzie kateter typu pigtail, wykonany z poliuretanu, igła rozrywalna 9F/8cm, kołnierz i opaska stabilizująca, skalpel, strzykawka 10ml luer-lock, renomowanego europejskiego producenta, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. „Zadanie 5 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem CH10, bez płytki mocującej, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, renomowanego europejskiego producenta, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. „Zadanie 5 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem 9F i 12F, o długości 45cm o następującym składzie kateter typu pigtail, wykonany z poliuretanu, igła rozrywalna odpowiednio 9F/8cm i 12F/12cm, kołnierz i opaska stabilizująca, skalpel, strzykawka 10ml luer-lock, renomowanego europejskiego producenta, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka —
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporzadziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Monika Florczyk



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

EZ.272.031.2017

10. „Dotyczy ZADANIE 59 poz.3

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów, jak dotychczas stosowanych, o następującej charakterystyce: Trzykanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości. Cewnik o rozmiarze 7F (światła 16,18,18G), długość cewnika 16cm lub 20 cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik, igła do nakłucia 18G/63,50mm, przewód typu „J” 45-60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, strzykawka 5ml.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wymaga cewnika trzykanałowego.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksplatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka —
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporadziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Monika Florczyk