



Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do ortopedii (sygnatura sprawy EZ/030/217/18).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1. Pytanie - Dotyczy: Zadania 13 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści Gwoździe Kirschnera w zakresie długości 150 – 310 mm?”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Gwoździe Kirschnera w zakresie długości 150 – 310 mm.

2. Pytanie - Dotyczy: Zadania 13 poz. 1

„Czy Zamawiający mając na myśli:

15 %	drułów zaokrąglonych po obu stronach	Zatem wymaga:	720 szt. - drutów zaokrąglonych po obu stronach
10 %	drułów gwintowanych		480 szt. - drutów gwintowanych
2,5%	drułów tytanowych		120 szt. - drutów tytanowych

(W związku z powyższym pozostałe druty Kirschnera trójgraniec to 3480 szt.)”

Odpowiedź Zamawiającego: Wyliczenia są prawidłowe, zgodne z punktacją dodatkową dla ww. części zamówienia.

3. Pytanie - Dotyczy: Zadania 13 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści aby Wykonawca dodał dodatkowe wiersze do obliczenia ceny, ponieważ druty obustronnie zaokrąglone, druty tytanowe i gwintowane zdecydowanie różnią się cenowo.


Poniżej przykład tabeli który nie wpływa na zmianę wymaganej ilości.

Lp.	Opis wyrobu	Dodatkowe punkty	Jm.	Ilość	Cena netto
Zadanie 13					
1	Gwoździe Kirschnera –trójgraniec Długości w zakresie najmniej 150-300 mm, średnica w zakresie co najmniej 0,8-2,5 mm	Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 15% za zaoferowanie 15 % ilości drutów zaokrąglonych po obu stronach, 15 % za zaoferowanie 10 % ilości drutów gwintowanych, 10 % za zaoferowanie 2,5% ilości drutów tytanowych	Szt.	720 szt. drutów zaokrąglonych po obu	X
			Szt.	480 szt. - drutów gwintowanych	X
			Szt.	120 szt. - drutów tytanowych	X
			Szt.	3480 szt. druty trójgraniec	X

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. Zamawiający wymaga uśrednienia ceny zaoferowanego asortymentu.

4. Pytanie - Dotyczy: Zadania 13 poz. 3

„Czy Zamawiający ma na myśli Grotowkręty Steinmanna z gwintem czy z końcówką trójgraniec ?



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga Grotowkręty Steinmanna nie gwintowane z końcówką Trójgraniec.

5. Pytanie - Dotyczy: Zadania 13 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści Grotowkręty Steinmanna w zakresie średnica co najmniej 3.5 – 5 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Grotowkręty Steinmanna w zakresie średnica co najmniej 3.5 – 5 mm.