



Wrocław, dn. 19.03.2018r.

EZ/ 5352 /18

Dotyczy: pytań do postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza (sygnatura sprawy: EZ/520/014/17).

W związku z pytaniami zadanymi do postępowania jw.:

dotyczy Zadania 1

1. „Czy Zamawiający odstąpi od oznaczenia parametru bilirubiny całkowitej wyrazi zgodę na oznaczenie parametru bilirubina noworodkowa?”

Zamawiający odstępuje od oznaczenia parametru bilirubiny całkowitej. Zamawiający dokonuje zmiany „Formularza cenowego” stanowiącego integralną część SIWZ, w odniesieniu do Zadania 1, poprzez zmianę pkt. 2 „Wymaganych parametrów technicznych analizatora parametrów krytycznych, a mianowicie:

Było: „Minimalny zakres parametrów mierzonych:

pH, pCO₂, pO₂, ctHb, sO₂, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb, Bilirubina całkowita, K+, Na+, Ca⁺⁺, Cl-, Glukoza, Mleczany”,

Jest: „Minimalny zakres parametrów mierzonych:

pH, pCO₂, pO₂, ctHb, sO₂, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb, K+, Na+, Ca⁺⁺, Cl-, Glukoza, Mleczany”

W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

„Dotyczy Wzór umowy

2. Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?”

Zamawiający dokonuje zmiany udzielonej odpowiedzi na ww. pytanie Wykonawcy udzielonej dnia 15.02.2018r. pismo znak EZ/3168/18. Zamawiający wyraża zgodę.

3. „Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?”

Zamawiający zmienia par. 4 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ na „Wykonawca dostarczy gotowe do pracy urządzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oraz dokona jego instalacji nie później niż w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.” W załączeniu wzór umowy, uwzględniający powyższą modyfikację.

4. „Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy, tak aby zmniejszenie nie mogło przekraczać 20% całkowitej wartości umowy?”

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu wzór umowy, uwzględniający powyższą modyfikację.

5. „Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?”

Zamawiający zmienia §5 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ na „Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić nie więcej niż 3 szkolenia w siedzibie Zamawiającego – w miejscu zainstalowania aparatu, nie więcej niż 12 pracownikom Zamawiającego każde w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) zaofiarowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego. Termin szkolenia zostanie ustalony przez obie strony. Wykonawca zapewni wsparcie w zakresie wiedzy o produkcie i procedurze przez cały okres obowiązywania umowy”. W załączeniu wzór umowy, uwzględniający powyższą modyfikację.

6. „Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Obecna treść wzoru umowy w przypadku dokonania zakupu zastępczego wyklucza możliwość naliczenia kar przez Zamawiającego, gdyż zgodnie z §6 ust. 1 „...Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia”.

7. „Par. 12 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze”?

Zamawiający wyraża zgodę.

8. „Par. 15 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?”

Zamawiający zmienia: §15 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ na „W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń”, jednocześnie dodając §15 ust. 4 o treści „Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 pkt 5 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.” W załączeniu wzór umowy, uwzględniający powyższą modyfikację.

9. „Par. 16 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy w przypadku zobowiązań wynikających z par. 5 ust. 3 oraz od wartości sumy czynszu dzierżawnego w przypadku zobowiązań wynikających z par. 5 ust. 5, 6,7?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. „Par. 16 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. „Par. 17 ust. 2 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową

realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.”

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian SIWZ, polegających na wprowadzeniu wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącego załącznik do umowy.

W związku z udzielonymi wyżej odpowiedziami, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez zmianę wzoru umowy i „Formularza cenowego”.

Ponadto, zgodnie z art. 12a ust. 1 Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert **na dzień 27.03.2018r.**, miejsca i godziny pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1.1.rozdziałów XIII, XIV, XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmieniony wzór umowy, „Formularz cenowy” stanowiące integralną część SIWZ. Zmiany w ww. dokumentach zostały podkreślone i oznaczone kursywą.

Zamawiający przypomina o pkt. 11 Rozdziału XI SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Eksploatacyjnych

mgr inż. *Katarzyna Kapuścińska*

Umowa Nr ... /.../18 DOSTAWA / DZIERŻAWA– wzór umowy

zawarta w dniur. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z/s

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. - zwanej dalej Pzp).
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy: **EZ/520/014/17.**

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa dotyczy dostawy **materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów / nawilżacza - Zadanie ...**, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również dzierżawa urządzenia, opisanego szczegółowo w załączniku nr 2 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, tzn. takich, które umożliwiają wykonanie badań / procedury przez Zamawiającego bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego, w ilości oraz w cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż **3 dni roboczych** od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy
3. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
4. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
5. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
6. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.

§ 4.

Warunki dzierżawy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia Zamawiającemu urządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca dostarczy gotowe do pracy urządzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oraz dokona jego instalacji nie później niż w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Przekazanie ww. urządzenia Zamawiającemu nastąpi w godzinach 08:00-15:00 w dzień roboczy od poniedziałku do piątku i potwierdzone zostanie przez przedstawicieli stron sporządzonym w formie pisemnej protokołem zdawczo – odbiorczym.

4. Właścicielem urządzenia przez cały okres trwania umowy jest Wykonawca.
5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłową eksploatację dzierżawionego urządzenia oraz za szkody wynikłe z jego nieprawidłowej eksploatacji na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
6. Ryzyko uszkodzenia przez Zamawiającego posiadanego urządzenia, nie z jego winy, obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt poszczególnych części urządzenia w przypadku ich zużycia.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z ww. urządzeniem dokumentację techniczną – serwisową z deklaracją zgodności lub certyfikatem jednostki certyfikującej.
8. Dzierżawione urządzenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji, po zakończeniu/ rozwiązaniu umowy lub po wyczerpaniu asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§ 5.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: - w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu wyroby medyczne, wykazane w załączniku nr 1 do umowy, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.)
4. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.
5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić nie więcej niż 3 szkolenia w siedzibie Zamawiającego – w miejscu zainstalowania aparatu, nie więcej niż 12 pracownikom Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) zaofiarowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego. Termin szkolenia zostanie ustalony przez obie strony. Wykonawca zapewni wsparcie w zakresie wiedzy o produkcji i procedurze przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania na koszt własny. - dotyczy Zadania 1
7. Wykonawca zapewni podłączenie urządzenia do sieci informatycznej Szpitala oraz systemu AMS na koszt własny, zgodnie z par. 4 ust. 2.*

§ 6.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z umową terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 7.

Składniki umowy

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz dzierżawionych urządzeń.
- 3) Załącznik nr 3 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§ 8.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (..... m-cy).

§ 9.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosi zł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 10.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 9 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej.
2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę w formie papierowej według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionymi wyrobami.
3. Opłatę za dzierżawę urządzenia Zamawiający uiszczał będzie Wykonawcy w cyklu miesięcznym w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury w formie papierowej, wystawionej ostatniego dnia każdego miesiąca, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej, w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej.
4. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego.
5. Zapłata zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, tj. zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 11.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 12.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż **12 miesięcy** od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu **3 dni** od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną obsługę serwisu gwarancyjnego dla dzierżawionego programatora.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty serwisu dzierżawionego urządzenia w okresie obowiązywania umowy.
5. Okresowych przeglądów i konserwacji urządzenia dokonuje Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
6. Wykonawca zapewnia przyjazd serwisu do Zamawiającego w ciągu maksymalnie 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia usterki, awarii lub innej nieprawidłowości urządzenia. Maksymalny czas naprawy urządzenia nie może przekroczyć 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia. W przypadku usuwania usterki, awarii lub innej nieprawidłowości trwającej dłużej niż 24 godziny w dni robocze, Wykonawca zapewnia wstawienie urządzenia zastępczego wolnego od wad.
7. W imieniu Wykonawcy serwis gwarancyjny prowadzi
8. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
9. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
10. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02, Kierownik Działu Aparatury Medycznej tel. 71 306 44 55.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 14.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:

- 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy ;
 - 4) zmiana danych zawartych w § 5 ust. 1 umowy i § 12 ust. 7 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
- 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu objętego umową;
 - 2) wygaśnięcia świadectwa rejestracji wyrobu będącego przedmiotem umowy;
 - 3) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaofiarowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą ponadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8 umowy, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 15.

Odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 3) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 12 niniejszej umowy;
 - 4) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.
4. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 pkt 5 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 16.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów (wartość wskazana w załączniku nr 1 do umowy) za każdy dzień opóźnienia w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 5 ust. 3, 5, 6 i 7* umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- 5) w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy § 11 umowy.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 17.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 18.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. sytuacji gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 19.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

§ 20.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384 NIP 896 72 78 500

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zwana dalej Umową**

Zawarta w dniu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

z/s ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

**zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,**

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z/s

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. **Zamawiający i Wykonawca** oświadczają, że zawarli umowę w dniu na przedmiot umowy określony w § 2 umowy /014/18 dalej Umową Główną.
2. **Zamawiający** oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej: Ustawa w stosunku do danych powierzonych **Wykonawcy**.

§ 2

1. **Wykonawca** może przetwarzać dane osobowe przekazane przez **Zamawiającego** wyłącznie w celu zgodnym z Umową Główną.
2. W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy Głównej **Wykonawca** może w ramach realizacji umowy pozyskać następujące dane: **Dane osobowe oraz medyczne pacjentów, dane osobowe pracowników, dane dotyczące działalności Szpitala**
3. **Wykonawca** może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy), po uzyskaniu uprzedniej zgody **Zamawiającego** na powierzenie podwykonawcy dalszego przetwarzania danych osobowych w określonym celu i zakresie, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub jeśli wynika to z Umowy Głównej.
4. W przypadku skorzystania z podwykonawcy, **Wykonawca** zobowiązany jest do zapewnienia, iż podwykonawca przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie opisanym w umowie zawartej przez podwykonawcę z **Wykonawcą**, przy czym cel i zakres przetwarzania nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy i z Umowy Głównej oraz podwykonawca zobowiązany będzie do zachowania wszelkich wymagań oraz warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z niniejszej Umowy i Umowy głównej.

§ 3

1. **Wykonawca** jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa polskiego oraz międzynarodowego.
2. **Wykonawca** oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych i stosownie się do przepisów, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy.

§ 4

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy lub wyznacza do tego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się do dopuszczenia do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez **Wykonawcę**.

§ 5

1. **Wykonawca** odpowiada za szkody jakie powstały wobec **Zamawiającego** lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów Ustawy oraz przepisów ogólnych wskazanych w Kodeksie Cywilnym.

2. **Wykonawca** po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
3. **Wykonawca** niezwłocznie zawiadomi **Zamawiającego** w wypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą oraz w wypadku zgłoszenia zapytań lub podjęcia czynności kontrolnych przez inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
4. **Wykonawca** niezwłocznie informuje **Zamawiającego** o:
 - a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu,
 - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

§ 6

1. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli sposobu przetwarzania Danych Osobowych przez **Wykonawcę**. Kontrolę przeprowadza Administrator Bezpieczeństwa Informacji **Zamawiającego** lub inne osoby wyznaczone przez **Zamawiającego**. Kontrola może być przeprowadzona w każdym miejscu, w którym są przetwarzane dane osobowe.
2. **Zamawiający** powiadomi **Wykonawcę** o zamiarze prowadzenia kontroli z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.
3. W wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1 **Zamawiający** może sformułować zalecenia pokontrolne oraz określić termin ich realizacji. **Wykonawca** jest w szczególności zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez **Zamawiającego** kontroli.
4. **Wykonawca** zobowiązuje się do udzielenia **Zamawiającego** na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
5. W przypadku powzięcia przez **Zamawiającego** wiadomości o naruszeniu przez **Wykonawca** zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzeń wykonawczych do ustawy, lub Umowy, **Wykonawca** umożliwi **Zamawiającego** dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych.

§ 7

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy Głównej.
2. **Zamawiający** może rozwiązać Umowę Główną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez **Wykonawcę** zasad określonych w Umowie, a w szczególności w przypadku, w którym:
 - a) **Wykonawca** odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 6,
 - b) w wyniku kontroli GIODO stwierdzone zostaną nieprawidłowości przetwarzania Danych Osobowych przez **Wykonawcę**.
3. **Zamawiający** może również rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Zobowiązania wynikające z Umowy są ważne również po wygaśnięciu Umowy a **Wykonawca** jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich pozyskanych informacji podczas realizacji Umowy Głównej.

§ 8

Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

.....

Zamawiający

Doiñośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
... 54-049 Wrocław, Al. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384 NIP 200 72 28 560



FORMULARZ CENOWY

Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	rodzaj rejestracji (wyrób medyczny / asortyment)	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGA!)	Punkcja	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	X	X	X	X	X	X	X	(7*8)	(7+9)	(6*7)	(6*9)	(6*10)	X	X	X
ZADANIE 1															
Dzierżawa 1 analizatora parametrów krytycznych wraz z urządzeniem 1 podtrzymującym napięcie UPS															
Wymagane parametry techniczne analizatora parametrów krytycznych:															
1) Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2017															
2) Minimalny zakres parametrów mierzonych: pH, pCO ₂ , pO ₂ , cHb, sO ₂ , O ₂ Hb, COHb, MetHb, HHb, K ⁺ , Na ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻ , Glukoza, Mleczany															
3) Parametry wyliczane: pO ₂ (A-a), pO ₂ /FiO ₂ , HCO ₃ -(st), HCO ₃ -(act), SBE, ABE, Luka anionowa, Ca ⁺⁺ przy pH 7,4, mOsm															
4) Wszystkie wymienione parametry mierzone muszą być oznaczone z jednej próbki materiału															
5) Wszystkie wymienione parametry mierzone oznaczone z próbki o objętości maximum 210 µl															
6) Korekta wyników do ciepłoty ciała pacjenta															
7) Korekta wyników do zawartości tlenu w mieszaninie oddechowej															
8) Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego w trakcie pomiaru próbki z automatyczną korektą wyników pomiarowych															
9) Automatykna detekcja pęcherzyków powietrza w podawanej próbce krwi															
10) Minimalna wydajność analizatora 15 próbek na godzinę															
11) Dostępność pomiaru w próbkach: krwi pełnej - tętniczej, żyłnej, kapilarnej, płynów kontrolnych, dializatach															
12) Czas pomiaru pełnego panelu – maximum 3 minuty															
13) Monitoring zużycia odczynników na ekranie analizatora															
14) Kalibracja parametrów jedno i dwu punktowa															
15) Wbudowany system automatycznego wprowadzania danych o odczynnikach, materiałach kontrolnych z kodów kreskowych.															
16) Analizator wyposażony w moduł automatycznej kontroli jakości z możliwością tworzenia zbiorów wyników															
17) Kontrola jakości badań przynajmniej 1 raz dziennie naprzemiennie na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki)															
18) Elektrody do pomiarów gazów i elektrolitów nie wymagające uzupełnienia płynów															
19) Analizator z monitorem dotykowym															
20) Oprogramowanie analizatora w języku polskim															
21) Możliwość wprowadzenia kodu operatora, danych demograficznych pacjenta i innych danych o próbce															
22) Czytnik kodów kreskowych															
23) Prezentacja wyników badań pacjenta na monitorze z możliwością decydowania o wydrukowaniu															
24) Wynik badania z możliwością dodatkowego wydruku wykresu równowagi kwasowo-zasadowej															
25) Wbudowana funkcja przenoszenia wyników do arkusza kalkulacyjnych i na nośniki zewnętrzne /USB/															

FORMULARZ CENOWY

Materiały eksploatacyjne wraz z dzierzawą analizatorów oraz nawilżacza

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	rodzaj rejestracji (wyrób medyczny / asortyment)	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Punktacja	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	X	X	X	X	X	X	X	(7*8)	(7+9)	(6*7)	(6*9)	(6+10)	X	X	X
ZADANIE 2															
1	Dzierzawa 1 analizatora ACT		X	m-c	24									x	
Wymagane parametry techniczne analizatora ACT:															
1)	Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe z ładowarką														x
2)	Pełna automatyzacja pomiarów i kalibracji														x
3)	Integracja wyników z systemem informatycznym oraz elektroniczną dokumentacją medyczną.														x
4)	Wyposażony w:														x
4a)	wyświetlacz														x
4b)	klawiaturę														x
Wymagane parametry techniczne analizatora ACT:															
Dodatkowo punktowane parametry techniczne analizatora parametrów krytycznych:															
a)	Oznaczenie gazometrii i troponiny z jednego analizatora												spełnia / nie spełnia	Punktacja	x
b)	Waga aparatu poniżej 1 kg												spełnia / nie spełnia	0,00 pkt / 10,00 pkt	
Wymagane parametry techniczne odczynników:															
c)	Okres przydatności odczynników do przeprowadzenia badań minimum 5 miesięcy												spełnia / nie spełnia	0,00 pkt / 10,00 pkt	
d)	Gwarancja ponad 24 miesiące												spełnia / nie spełnia	0,00 pkt / 10,00 pkt	
razem:															
		#	\$	**	#									x	x
		#	\$	**	#									x	x
		#	\$	**	#									x	x
		#	\$	**	#									x	x
		#	\$	**	#									x	x
2	Odczynniki – 1 200 badań													x	x

FORMULARZ CENOWY

Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	rodzaj rejestracji (wyrób medyczny / asortyment)	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Punktacja	Skr. oferty z opisem katalogowym
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	2 X	X	X	X	X	X	X	(7*8)	(7+9)	(6*7)	(6*9)	(6*10)	X	X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
3	Odczynniki kontrolne	***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
4	Materiały eksploatacyjne	***	\$	**	***									X	X
X	X	X	X	X	X	X	X		razem:				X	X	X

ZADANIE 3

1	Dzierżawa 1szt nawilżacza ze zintegrowanym generatorem przepływu															X	
Wymagane parametry techniczne nawilżacza ze zintegrowanym generatorem przepływu:																	
1)	Zasilanie sieciowe 220-240 V																X
2)	Zawartość dostarczonego tlenu w mieszaniu min. od 21 do 95%																X
3)	Zakres przepływu od min 2-60 l/min																X
3a)	tryb przepływu dla dorosłych min 10-60 l/min																X
3b)	tryb przepływu dla dzieci min 2-25 l/min																X
4)	Stosowanie masek o standardowym rozmiarze wlotu gazów 22mm																X
5)	Stosowanie kaniił donosowych oraz do tracheotomii																X
6)	Wbudowany sensor tlenu																X
7)	Waga do 5 kg																X
8)	Wyświetlane parametry min: temperatura, przepływ i stężenie tlenu																X

FORMULARZ CENOWY

Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	rodzaj rejestracji (wyrób medyczny / asortyment)	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Punktacja	Str. olery z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	X	X	X	X	X	X	X	(7*8)	(7+9)	(6*7)	(6*9)	(6*10)	X	X	X
Sprzęt eksploatacyjny nawilżacza ze zintegrowanym generatorem przepływu:															
2	Układ oddechowy		\$	szt.	72									X	X
3	Kaniula donosowa		\$	szt.	60									X	X
4	Interfejs do tracheotomii		\$	szt.	12									X	X
5	Filtry		\$	szt.	12									X	X
X	X	X	X	X	X	X	X		razem:				X	X	X

UWAGA!

W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU Zamawiający Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNA NAZWE HANDLOWA oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów "od... do...") zaofiarowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 14 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWE PRODUCENTA zaofiarowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu.

UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaofiarowanego przedmiotu zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ!

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia niniejszego "Formularza cenowego" w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, na podstawie formularza zostanie sporządzony załącznik nr 1 do umowy.

§ Należy podać:

- wyrób medyczny - w przypadku zaofiarowania wyrobu medycznego, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, - asortyment - w przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie RP.
- Ponadto Zamawiający wymaga, aby dzierżawione urządzenia były dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (za wyjątkiem UPS z Zadania 1 poz. 1)

Do oferty Wykonawca winien dołączyć materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta przedstawiające zaofiarowane wyroby wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, na potwierdzenie spełnienia parametrów dodatkowych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaofiarowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru.

Λ Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalającego wykonać 54 000 badań. Należy wycenić wszystkie oferowane oddczynniki. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości oddczynników.

* Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalającego wykonać badania w czasie 36 miesięcy. Należy wycenić wszystkie oferowane oddczynniki i materiały eksploatacyjne. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości oddczynników kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych.

** Należy wpisać jednostkę miary oferowanego asortymentu.

Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalającego wykonać 1 200 badań. Należy wycenić wszystkie oferowane oddczynniki. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości oddczynników.

*** Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalającego wykonać badania w czasie 24 miesięcy. Należy wycenić wszystkie oferowane oddczynniki i materiały eksploatacyjne. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości oddczynników kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych.

Dojnościński Szpital Specjalizacji
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384, NIP 662-203-753

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

UWAGA! Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku



Ogłoszenie nr 500059468-N-2018 z dnia 19-03-2018 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 513773-N-2018

Data: 06/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 006320384, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl, faks 71 306 48 67.

Adres strony internetowej (url): <http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-14, godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-27, godzina: 13:00