



Wrocław, dn. 21.06.2018r.

EZ/ 10874 /18

Dotyczy: rozstrzygnięcia częściowego przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza (sygnatura sprawy: EZ/520/014/17).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jw.:

w Zadaniu 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez **SIEMENS HEALTHCARE Sp. z o.o.**

w Zadaniu 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez **Medtronic Poland Sp. z o.o.**

Ww. oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, które to kryteria wskazane zostały w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W załączeniu „**PUNKTACJA**”, gdzie podano nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert, stanowiącą jednocześnie łączną punktację.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż postępowanie na **Zadanie 3** zostało unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Eksploatacyjnych
[Signature]
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

[Signature]

ZAD.	Kryteria oceny	OFERTA 4	OFERTA 5	OFERTA 6
		Radiometer Sp. z o.o.	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.	Siemens Healthcare Sp. z o.o.
		ul. Kolejowa 5/7.	ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B.	ul. Żupnicza 11.
1	siedziba i adres Wykonawcy	01-217 Warszawa	01-531 Warszawa	03-821 Warszawa
Punktacja: Cena	60,00%	292 798,70	190 226,73	178 628,40
		36,66	56,34	60,00
Jakość: dodatkowe parametry techniczne: Oznaczenia pełnego panelu badań CITO bez względu na moment przerwania kalibracji		spełnia	spełnia	nie spełnia
	20,00%	20,00	20,00	0,00
Jakość: dodatkowe parametry techniczne: Podłączenie analizatora do sieci informatycznej Szpitala oraz systemu AMS na koszt Wykonawcy. Dwubiegunowa komunikacja z systemem AMS		spełnia	nie spełnia	spełnia
	20,00%	20,00	0,00	20,00
RAZEM		76,66	76,34	80,00

ZAD.	Kryteria oceny	OFERTA 1	OFERTA 2
		Medtronic Poland Sp. z o.o.	E.T. Sp. z o.o.
		ul. Polna 11	ul. Elekcyjna 19/66.
2	siedziba i adres Wykonawcy	00-633 Warszawa	01-128 Warszawa
Punktacja: Cena	60,00%	63 792,00	52 644,80
		60,00	
Jakość: dodatkowe parametry techniczne - Oznaczenie gazometrii i troponiny z jednego analizatora		nie spełnia	
	10,00%	0,00	
Jakość: dodatkowe parametry techniczne - Waga aparatu poniżej 1 kg	10,00%	nie spełnia	
		0,00	
Parametry techniczne odczynników: okres przydatności odczynników do przeprowadzenia badań minimum 5 miesięcy	10,00%	6 m-cy	
		10,00	
Gwarancje (bez wyłączeń) ustala się dla przedmiotu umowy, na okres (nie mniej niż 24 miesiące)	10,00%	25 m-cy	
		10,00	
RAZEM		80,00	oferta odrzucona

ZAD.	Kryteria oceny	OFERTA 3
		NZ Techno Sp. z o.o.
		ul. Berneńska 5a.
3	siedziba i adres Wykonawcy	03-976 Warszawa
Punktacja: Cena	100,00%	359 847,36
RAZEM		oferta odrzucona

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska