



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny**  
**im. T. Marciniaka**  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
EZ.272.005.2018

2018 -03- 19

Wrocław, dn. ~~16.03.2018r.~~

EZ/ 5355 /18

Dotyczy: SIWZ i pytań do przetargu nieograniczonego na dostawy urządzeń medycznych - realizacja projektu nr: POIS.09.01.00-00-0121/16 (nabór pozakonkursowy) pn. Utworzenie centrum urazowego dla dzieci poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu. (sygnatura sprawy EZ/137/EM/18).

W związku z pytaniami zadany w ww. postępowaniu:

**ZADANIE 1**

1. „lp. 14

*Czy zamawiający dopuści respirator o częstości oddechów 5-50 oddechów/min?”*

**Zamawiający dopuszcza, jednak nie stanowi to wymogu.**

2. „lp. 15

*Czy zamawiający dopuści respirator o objętości pojedynczego ddechu w zakresie 100 do 2000 ml?”*

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. „lp. 16

*Czy zamawiający dopuści respirator o stosunku wdechu do wydechu I:E 1:39 do 2:1?”*

**Zamawiający dopuszcza, jednak nie stanowi to wymogu.**

4. „lp. 17

*Czy zamawiający dopuści respirator o PEEP/CPAP 3-20 cm H<sub>2</sub>O?”*

**Zamawiający dopuszcza, jednak nie stanowi to wymogu.**

5. „lp. 19

*Czy zamawiający dopuści respirator posiadający wyzwalacz wieloparametrowy (gradient, ciśnienie, przepływ) o trójstopniowej czułości?”*

**Zamawiający dopuszcza, jednak nie stanowi to wymogu.**

6. „lp. 25

*Czy zamawiający dopuści w tym punkcie respirator o alarmie niedostatecznego zasilania HPO (stężenia O<sub>2</sub>)?”*

**Zamawiający dopuszcza, jednak nie stanowi to wymogu.**

7. „lp. 27

*Czy zamawiający dopuści respirator o alarmie tylko wysokiej częstotliwości oddechu?”*

**Zamawiający dopuszcza, jednak nie stanowi to wymogu.**

8. „lp. 25

*Czy zamawiający dopuści w tym punkcie respirator o alarmie niedostatecznego zasilania HPO (stężenia O<sub>2</sub>)?”*

**Zamawiający dopuszcza, jednak nie stanowi to wymogu.**

9. „lp. 27

*Czy zamawiający dopuści respirator o alarmie tylko wysokiej częstotliwości oddechu?”*

**Zamawiający dopuszcza, jednak nie stanowi to wymogu.**



**Dotyczy pakietu nr 2:**

**10. „Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na obowiązującą w przedmiotowym postępowaniu zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści możliwość zaoferowania defibrylatorów z poniższymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi, tj.:

Ad. 14. Z szerokością impulsu stymulującego 40 ms+/- 5 s;

Ad. 18 C. Z akumulatorem wymiennalnym przy pomocy prostego narzędzia typu wkrętak - możliwość przeszkolenia przy instalacji;

Ad. 20. Z max. wagą defibrylatora 7,2 kg

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

**Odnosnie: Ad. 14: Zamawiający dopuszcza, jednak nie stanowi to wymogu.**

**Ad. 18, Ad. 20: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SIWZ parametry obligatoryjne i ich nie zmienia.**

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), Zamawiający doprecyzowuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w:

- pkt. 2 rozdziału X „Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu cenowym”, „Kartach parametrów” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

Ponadto, zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert **na dzień 23.03.2018r.**, miejsca i godziny pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1.1.rozdziałów XIII, XIV, XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

Wice Dyrektora  
Zakładu Gospodarki Morskiej i Rybnictwa  
ul. Katarzyna Kapuścińska



Ogłoszenie nr 500059533-N-2018 z dnia 19-03-2018 r.

**Wrocław:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 529947-N-2018

**Data:** 12/03/2018

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 006320384, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail [zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl), faks 71 306 48 67.

Adres strony internetowej (url): <http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/>

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-20, godzina: 13:00,

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-23, godzina: 13:00,