



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Wrocław, dnia 14.09.2018r.

15344
EZ/...../18


Dotyczy: zmiany SIWZ, odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej (sygnatura sprawy EZ/364/205/18).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1. „Zadanie 6, poz. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wielorazowe ostrze do Shavera 4,2mm, jak na załączonym poniżej rysunku.”

Cutter



15-66450

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił parametry w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ i ich nie zmienia.

2. „Zadanie 20 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z zadania 20 i stworzenie osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Zadania 20 i utworzenie nowego Zadania 33, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

3. „Dotyczy zadania 24, poz. 6: czy Zamawiający dopuści jednoelementową monopolarną elektrodę haczykową typ „J” w powłoce ceramicznej?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednak nie czyni z tego wymogu.

4. „Dotyczy zadania 24, poz. 7: czy Zamawiający dopuści jednoelementową monopolarną elektrodę haczykową typ „L” w powłoce ceramicznej?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednak nie czyni z tego wymogu.

5. „Dotyczy zadania 24, poz. 6: czy Zamawiający dopuści jednoelementową monopolarną elektrodę haczykową końcówka tępa?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednak nie czyni z tego wymogu.

6. „Zadanie 20 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu co pozwoli w zakresie resuscytatorów złożyć ofertę autoryzowanemu dystrybutorowi produktów Ambu”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Zadania 20 i utworzenie nowego Zadania 33, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

7. „Dotyczy Zadania 29 poz. 1, 5, 14

Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu ramienia 20.5-28cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ i ich nie zmienia.

8. „Dotyczy Zadania 29 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu ramienia 10-15cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ i ich nie zmienia.

9. „Dotyczy Zadania 29 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu ramienia 6-11cm?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

10. „Dotyczy Zadania 29 poz. 6, 9, 13, 15, 16

Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu ramienia 27-35 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ i ich nie zmienia.

11. „Dotyczy Zadania 29 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu ramienia 34-43 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ i ich nie zmienia.

12. „Dotyczy Zadania 30 poz. 1-4

Prosimy o podanie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki w powyższym zakresie?”

Odpowiedź: Zamawiający określił do jakich rodzajów i typów monitorów będą stosowane wyspecjalizowane czujniki. Jest to technologia Nellcor Oxi-max.

13. „Dotyczy Zadania 30 poz. 7-9

Prosimy o podanie modelu aparatu, z którym mają być kompatybilne czujniki w powyższym zakresie?”

Odpowiedź: Czujniki mają być kompatybilne z Monitorem Datex Ohmeda F.CMC.1-05.

14. „Dotyczy Zadania 30 poz. 12-13

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 90 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ i ich nie zmienia.

15. „Dotyczy Zadania 30 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści czujnik w postaci czujnik + adapter do monitora w komplecie?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ i ich nie zmienia.

16. „Dotyczy Zadania 30 poz. 18-19

Prosimy o podanie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki w powyższym zakresie?”

Odpowiedź: Czujniki wyspecyfikowane przez Zamawiającego są w technologii Nellcor.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Paulina Witkowska

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Ponadto Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

- poprzez zmianę „Formularza Cenowego”, a mianowicie:
 - ❖ wydzielenie pozycji 1 z Zadania 20 i utworzenie nowego **Zadania 33** – zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ;
 - ❖ doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 13 poz. 22, a mianowicie w „Formularzu cenowym” w kolumnie nr 5 „ilość” powinno być „8”.
- poprzez zmianę „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, a mianowicie:
 - ❖ zmianę pkt 1 Rozdziału I – poprzez dodanie **Zadania 33**
 - ❖ zmianę pkt 1.1.2. ppkt b) Rozdziału III, poprzez wykreślenie „(zgodnie ze wzorem Zamawiającego)” który otrzymuje brzmienie jak poniżej:
 - b) oświadczenie potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP - dotyczy pozycji 4, 9-14 Zadania 1, pozycji 13 Zadania 4, pozycji 1-3 Zadania 5, pozycji 1 Zadania 9, pozycji 1 Zadania 10, pozycji 14-17 Zadania 13, pozycji 2 Zadania 17, pozycji 1 Zadania 23, pozycji 1 Zadania 26, pozycji 1-2 Zadania 28, pozycji 1 Zadania 31 „Formularza cenowego”.
 - ❖ zmianę pkt 1 Rozdziału VI - kwota wadium dla **Zadania 20 i Zadania 33:**
 - Zadanie 20 – 370,00 zł,
 - Zadanie 33 – 910,00 zł,
 - ❖ zmianę pkt 1 ppkt j) Rozdziału XVII, który otrzymuje brzmienie jak niżej:
 - j) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że zmianie ulega wartość szacunkowa dla Zadania 13, Zadania 15, Zadania 20 oraz dla całości przedmiotu zamówienia, co zostało uwzględnione w „Sprostowaniu, Ogłoszeniu zmian lub dodatkowych informacji”.

W załączeniu zmieniony „Formularz Cenowy”.

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Formularz cenowy

lp	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j m	ilość	cena j netto	VAT %	kwota VAT	cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (uwaga)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[3x9]	x
Zadanie 1												
1	Aparat do mierzenia ciśnienia (manometr)	x	szt	50			x	x	x	x	x	x
2	Aparat do mierzenia ciśnienia dla noworodków (manometr)		szt	60								
3	Manometr do pomiaru RR, ustawienia skali 0 - 300 mmHg		szt	60								
4	Zespół pompy do RR		szt	60								
5	Mankiety do RR dla dorosłych dwudniowe, wielorazowe		szt	60								
6	Mankiety dziecięce dwudniowe o szerokości 14cm. Wielorazowe		szt	12								
7	Mankiety noworodkowe dwudniowe o szerokości 8cm. wielorazowe		szt	12								
8	Mankiety dla niemowląt dwudniowe o szerokości 10cm. wielorazowe		szt	60								
9	Worek gumowy 2-dniowy (wkład mankietau RR) dla dorosłych wielorazowy		szt	60								
10	Worek gumowy 1-dniowy (wkład mankietau RR) dla dorosłych wielorazowy		szt	60								
11	Główna słuchawki lekarskie		szt	60								
12	Lira za sprężynką do słuchawek lekarskich		szt	60								
13	Przewód do słuchawek lekarskich (kolor)		szt	60								
14	Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego i kontroli ciśnienia przy pomocy ciśnieniomierzy mechanicznych		szt	60								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x	x	x	x
Zadanie 2												
1	Rura silikonowa karbowana 150 cm do układu pacjenta, średnica 22 mm typu nr kat. 809 Covidien	x	szt	15			x	x	x	x	x	x
2	Filtr wlotowy powietrza wentylatora głównego, typu nr kat. G-61263-00 Covidien do respiratora Bennett		szt	90								
3	Filtr wlotowy, typu nr kat. G-061262-00 Covidien		szt	90								
4	Filtr przeciwbakteryjny wydechowy jednorazowy, typu nr kat. G-060526-00 Covidien do respiratora Bennett		szt	108								
5	Filtr wydechowy przeciwbakteryjny typu nr kat. 4-074600-00 do respiratora Bennett Covidien		szt	90								
6	Filtr wydechowy wielokrotnego użytku, typu nr kat. 4-070305-00 Covidien		szt	90								
7	Łącznik prosy krdki typu Covidien 60919051 z portem 22F15F		szt	30								
8	Tłojnik pediatryczny typu nr kat. 6025297 Covidien		szt	30								
9	Tłojnik noworodkowy typu nr kat. 61516298 Covidien		szt	30								
10	Tłojnik dla dorosłych typu nr kat. 6005067 Covidien		szt	72								
11	Rura karbowana 1.5 m Rura Hytal typu nr kat. 2807975 Covidien		szt	12								
12	Elektroda LigaSure, typu nr kat. LS2071 Covidien	x	szt	15				razem				x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 3												
1	Pułapka wodna dla dorosłych, dzieci Dryline II Wielorazowa, typu nr kat. 100-000080-00 Mindray	x	szt	60			x	x	x	x	x	x
2	Pułapka wodna dla noworodków Dryline II Wielorazowa, typu nr kat. 100-000081-00 Mindray		szt	30								
3	Pułapka wodna dla dorosłych przy apiznieczaniu Aespire 7900		szt	60								
4	Pułapka wodna dla dzieci przy apiznieczaniu Aespire 7900		szt	30								
5	Pułapka wodna do modułu D-FEND WATER TRAP BLACK typu nr kat. nr 876446 DATEDX		szt	60								
6	Pułapka mini D-end typu nr kat. 8002174 DATEDX		szt	60								
7	Filtr wlotowy do kardiomonitora DATEDX		szt	60								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x	x	x	x
Zadanie 4												
1	Czułnik przepływu Infinitly ID, typu nr kat. 6671980 Dräger	x	szt	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Czułnik przepływu Spiro Life, typu nr kat. MKO 1900 Dräger		szt	150								
3	Układ anestezyjologiczny wielorazowy, dla dorosłych i dzieci z objętością oddychową wynoszącą co najmniej 50ml, typu nr kat. M30146 Dräger		szt	15								
4	Układ anestezyjologiczny wielorazowy, dla dzieci i niemowląt z objętością oddychową wynoszącą do 50ml, typu nr kat. M27542 Dräger		szt	60								
5	Układ anestezyjologiczny, dla noworodków, z rur karbowanych, typu nr kat. MP00333 Dräger		szt	30								
6	Worek oddychowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 0,5L, typu nr kat. 2165054 Dräger		szt	12								
7	Worek oddychowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 1,5L, typu nr kat. 2166127 Dräger		szt	48								
			szt	33								

Formularz cenowy												
i.p.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j. m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (twój)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x
8	Worek odciekowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 2,3l, typu nr kat. 2165052 Dräger		szt.	93								
9	Worek odciekowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 3,0l, typu nr kat. 2165070 Dräger		szt.	33								
10	Worek odciekowy z otworem do zastawki anestetycznej Kuhna, o objętości 0,5 l, typu nr kat. 2165763 Dräger		szt.	6								
11	Zastawka wydechowa do Evila V300 wielokrotnego użytku, typu nr kat. 8416750 Dräger		szt.	15								
12	Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku, typu nr kat. 8415270 Dräger		szt.	15								
13	Membrana do zastawki wydechowej Savina Evila V300, typu nr kat. 8413661 Dräger		szt.	30								
14	Łącznik Y pacjenta, wielokrotnego użytku, dla dorosłych, prosy, typu nr kat. M25682 Dräger		szt.	69								
15	Łącznik Y pacjenta, wielokrotnego użytku, dla dorosłych, prosy, typu nr kat. M25650 Dräger		szt.	30								
16	Nebulizator do Evila V300 8412935 Dräger		szt.	9								
17	Maska do nieinwazyjnej wentylacji pełnowarząca wielokrotnego użytku – zestaw typu Dräger Rozmiar S nr kat. MP01564		szt.	9								
18	Maska do nieinwazyjnej wentylacji pełnowarząca wielokrotnego użytku – zestaw typu Dräger Rozmiar M nr kat. MP01565		szt.	9								
19	Maska do nieinwazyjnej wentylacji pełnowarząca wielokrotnego użytku – zestaw typu Dräger Rozmiar L nr kat. MP01566		szt.	9								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x			x
Zadanie 5												
1	Akumulator do defibrylatora BeneHeart D3 Mindray		szt.	18								
2	Akumulator do defibrylatora BeneHeart D6 Mindray		szt.	18								
3	Akumulator do defibrylatora LIFEPAK 12 Medtronic		szt.	12								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x			x
Zadanie 6												
1	Ostrze do SHAVERA 3,5 mm/ wielorazowa 0375-532-00 Stryker		szt.	90								
2	Ostrze do SHAVERA 4 mm/ wielorazowa 0375-548-000 Stryker		szt.	90								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x			x
Zadanie 7												
1	Końcówka prosta wielorazowa Cusa 23 KHz, typu nr kat. C4601 ELT Comet		szt.	6								
2	Końcówka zępiąta wielorazowa Cusa 36 KHz, typu nr kat. C4608 ELT Comet		szt.	6								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x			x
Zadanie 8												
1	Dren do pompy płuczącej na 20 cyklów do sterylizacji PG131 Aesculap		szt.	75								
2	Dren insulacyjny na 100 cyklów sterylizacji PG082 Aesculap		szt.	15								
3	Dren do wyładowania prądu na wydzielną przeznaczony na 28 dni PG139 Aesculap		szt.	60								
4	Uszczelka insulacyjna do tokałów 10/12mm, opakowanie zbiorcze 20 szt. EK084P Aesculap		szt.	120								
5	Tłuszcz zeunętrzny narzędzia laparoskopowego 5 mm do narzędzi o dł. 310 mm PM 973R Aesculap		szt.	15								
6	Dren ssący 8r. 7 mm dł. 2m GF 573 Aesculap		szt.	18								
7	Kompletny zawór insulacyjny do tokałów 10/12 EK083P Aesculap		szt.	18								
8	Reduktor z 10/12 mm na 5 mm op. 5szt. EK087P Aesculap		szt.	6								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x			x
Zadanie 9												
1	Lampa do aparatu Pentax EPK 17000 Xenon 300W ME 300 BF		szt.	3								
Zadanie 10												
1	Zarówka do laryngoskopu EF170D 2,7V		szt.	75								
Zadanie 11												
1	Wielorazowe ostrze do pily oscylacyjnej dedykowane do drobnych kości roz. 26/50/5/5 mm GC207R Aesculap		szt.	3								
2	Wielorazowe ostrze do pily oscylacyjnej dedykowane do drobnych kości roz. 35/100/50/8 mm GC209R Aesculap		szt.	3								
3	Wielorazowe ostrze do pily oscylacyjnej dedykowane do dużych kości roz. 65/250/9 mm GE253R Aesculap		szt.	3								
4	Wielorazowe ostrze do pily oscylacyjnej dedykowane do dużych kości roz. 65/200/9 mm GE252R Aesculap		szt.	3								
5	Wielorazowe ostrze do pily oscylacyjnej dedykowane do dużych kości roz. 50/100/50/8 mm GC215R Aesculap		szt.	3								
6	Wielorazowe ostrze do pily oscylacyjnej dedykowane do dużych kości roz. 50/150/50/8 mm GC216R Aesculap		szt.	3								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x			x
Zadanie 12												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

Formularz cenowy

l.p.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (uwaga)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x
1	Szczypce do gorącej biopsji wielorazowe. Bez uchwyłu FD-1U-1 Olympus		szt.	3								
2	Wielorazowa pętla elektrochirurgiczna owalna sr. 15 mm/ 0,47 mm. Maj 20 Olympus		szt.	9								
3	Wielorazowa pętla elektrochirurgiczna owalna sr. 15 mm/ 0,43 mm. Maj 22 Olympus		szt.	9								
4	Ostionka MAJ 15 Olympus do pętli elektrochirurgicznych Maj 20, 22, 26		szt.	27								
5	Wielorazowa pętla elektrochirurgiczna półksiężycowa sr. 22 mm/ 0,4mm Maj 218 Olympus		szt.	9								
6	Wielorazowa ostionka metalowa Maj 219 (do pętli maj 218 Olympus)		szt.	9								
7	Procedurka do przeciągania drutu przez metalową ostionkę MAJ-431 Olympus		szt.	6								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x
1	Szczypce 2,3 mm/160 cm do biopsji stycznych, miski uchylone, owal, z okienkiem Endoflex KO222V-8K wielorazowy	x	szt.	12					x		x	x
2	Szczypce 2,3 mm/230 cm do biopsji stycznych, miski uchylone, owal, z okienkiem Endoflex KO222V-GK wielorazowy		szt.	12								
3	Szczypce biops 3,4 mm/230 cm miski okrągłe, z okienkami Endoflex K 01 34V-G wielorazowe		szt.	6								
4	Szczypce biops 2,5 mm/230 cm miski okrągłe, z okienkami Endoflex K 02 25V-G wielorazowe		szt.	6								
5	Szczypce biops 2,5 mm/230 cm miski okrągłe, z okienkami Endoflex K 02 25V-DG z igłą wielorazowe		szt.	6								
6	Wielorazowa pętla elektrochirurgiczna linka owal sr. 20mm, dł. 230 cm Endoflex D342215-G		szt.	12								
7	Wielorazowa pętla elektrochirurgiczna linka hexagonalna sr. 20 mm/230 cm/ Endoflex / D37 2205-G		szt.	6								
8	Wielorazowa pętla elektrochirurgiczna linka hexagonalna sr. 25 mm/230 cm/ Endoflex / D342216M-G		szt.	6								
9	Szczotka do kanałów endoskopowych zgodna z posiadanymi endoskopami, wielorazowa, autoklawialna Endoflex/BS 41 221-G		szt.	6								
10	Szczotka do gniazd kanałów zaworów i akcesoriów endoskopowych zgodna z posiadanymi endoskopami, wielorazowa, autoklawialna/ Endoflex		szt.	6								
11	Koszyk do usuwania ciał obcych 4 ramienne, do kanałów roboczych o śr. >=2,5 mm i długości do 1700 mm wielorazowy Endoflex 161 226LL		szt.	6								
12	Koszyk do usuwania ciał obcych 6 ramienne, do kanałów roboczych o śr. >= 2,8 mm i długości do 1700 mm wielorazowy, Endoflex 163 226LL-G		szt.	6								
13	Koszyk typu Dormina spiralny, sześcioramienne, wielorazowy Endoflex		szt.	6								
14	Zawory powiatze-woda OF-B188 Endoflex		szt.	6								
15	Zawory biopsyjne OF-8190 Endoflex		szt.	600								
16	Zawory ssania OF-B120 Endoflex		szt.	6								
17	Olejki silikonowe OF-Z11 Endoflex		szt.	6								
18	Usłinki wielorazowe OF-Z5 Endoflex		szt.	6								
19	Usłinki wielorazowe 600 003 Endoflex		szt.	6								
20	Łącznik pośredni zaworu zwołowego układu wyrzutowego strumienia wody Pentax (OE-C12) do podłączenia OF-8113		szt.	12								
21	Szczypce biops 3,7 mm/230 cm miski okrągłe, z okienkami Olympus FB-50U-1 z igłą wielorazowe		szt.	8								
22	Szczypce biops 2,8 mm/230 cm miski owalne, z okienkami Olympus FB-24U-1 z igłą wielorazowe		szt.	72								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x
1	Elektrody kończynowe do EKG dla dorosłych z wymienną sprężyną (czerwona, zielona, żółta, czarna)		szt.	140								
2	Guski przysercowe do EKG		szt.	140								
x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x
1	Kabel wielorazowy z klipsem do elektrody neutralnej jednorazowej do generatora Edebe i ES300, typu nr kat. 294-050 Bowa	x	szt.	15					x		x	x
2	Kabel do pęsety bipolarniej 4 m do dialerni Edebe, typu nr kat. 101-040 Bowa		szt.	60								
3	Elektroda igłowa prosta krótka, typu nr kat. 530-211 Bowa		szt.	60								
4	Kabel do laparoskopii 4,5 m 4 mm, typu nr kat. 280-035 Bowa		szt.	15								
5	Elektroda do artroskopii zagięta 90 stopni, Wyk. 4 mm, typu nr kat. 510-109 Bowa		szt.	12								
6	Elektroda nożowa typu nr kat. 500-009 Bowa		szt.	150								
7	Pęseta bipolarna 0,6mm dł. 20 cm. Nieprzywieraająca prosta Bowa		szt.	12								
8	Pęseta bipolarna 1mm dł. 16 cm. Nieprzywieraająca prosta Bowa		szt.	6								
9	Pęseta bipolarna bagietowa nieprzywieraająca 0,3 mm dł. 22 cm Bowa		szt.	6								
10	Pęseta bipolarna bagietowa nieprzywieraająca 0,6 mm dł. 22 cm Bowa		szt.	6								

Formularz cenowy

lp.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	jm.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (uwagi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	10	x	x	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x
11	Pęseta bipolarna bagnetowa okrągła 0,6 mm dł. 18 cm Bowa		szt.	6								
12	Pęseta bipolarna bagnetowa nieprzewierająca 1 mm dł. 20 cm Bowa		szt.	300								
13	Elektroda wielorazowa dwuprzyskawkowa do generatora Martin, Valleylab, Erbe, Bowa, Aesculap minimum 200 sterylizacji		szt.	150								
14	Elektroda nożowa Lancel		szt.	3								
15	Sonda APC, ø 2,3 mm, długość 2,2 m 932-149 Bowa		szt.	6								
16	Sonda APC, ø 2,3 mm, długość 2,2 m wypływ boczny 932-153 Bowa		szt.	6								
17	Kabel do pęsety bipolarniej 4,5 m Valleylab, typu nr kat. 351-045 Bowa		szt.	8								
18	Kabel do pęsety bipolarniej 4,5 m Valleylab, typu nr kat. 351-040 Bowa		szt.	12								
19	Pęseta bipolarna bagnetowa nieprzewierająca 0,5 mm dł. 11 cm, typu nr kat. 607-020 Bowa		szt.	8								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 16												
1	Kabel zasilający do lóżka Trend 2C, Proma Reha		szt.	18								
Zadanie 17												
1	Kabel pacjenta do EKG do aparatów BTL-08 wykł bananowy		szt.	18								
2	Akumulator do EKG BTL-09 MT plus		szt.	18								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 18												
1	Okulary chroniące przed podczarwieniem typ 0-53 P-4		szt.	3								
2	Okulary chroniące przed nadfioletem typ ONF		szt.	6								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 19												
1	Wielorazowa, grębka sonda do koagulacji argonowej 932-149 EMED 2,3mm/2,2 m		szt.	6								
2	Tasma do aplikacji elektrod silikonowych, neutralnych EMED (dwa zapęczenia) dł. 150 cm		szt.	12								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 20												
2	Resuscytor Ambu dla noworodków Owai Plus		szt.	18								
3	Resuscytor Ambu pediatryczny typu Ambu Mark IV Baby		szt.	15								
4	Resuscytor Ambu dla dorosłych typu Owai Plus pow. 30 kg		szt.	15								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 21												
1	Komplet rur karbowanych do pacjenta respirator MEDLINE		szt.	18								
2	Łącznik do pacjenta respirator MEDLINE		szt.	18								
3	Komplet rur karbowanych do pacjenta do respiratora Ambumatic		szt.	6								
4	Komplet rur karbowanych do pacjenta do respiratora Weimann		szt.	6								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 22												
1	Markiel wielorazowy do podawania płynów z pecherzem PVC, Imanometrian 1L		szt.	66								
Zadanie 23												
1	Ogiek, imiesylny 25 ml**		szt.	15								
Zadanie 24												
1	Elektroda monopolarna artroskopowa RZ 225-700-009		szt.	6								
2	Elektroda waporyzacyjna RZ 253-300-213		szt.	6								
3	Elektroda kulikowa endoskopial urologiczna RZ 253-300-206		szt.	180								
4	Elektroda iniekcja do elektrokoagulacji RZ 253-300-201		szt.	180								
5	Kleszczyki biopsyjne śred. 1,6 mm chw. 5 dł. rozcina 400um grębka RZ 351-120-105		szt.	3								
6	Monopolarna elektroda haczykowa typ. J, w polówce ceramicznej GK383R Aesculap		szt.	6								
7	Monopolarna elektroda haczykowa typ. L, w polówce ceramicznej GK384R Aesculap		szt.	6								
8	Monopolarna elektroda haczykowa końcówka typa GK383R Aesculap		szt.	10								
9	Elektroda bipolarna artroskopowa RZ 225-730-700		szt.	6								

Formularz cenowy

lp	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.		ilość		cena j.		VAT		cena j.		wartość		kwota		wartość		producent (uwagi)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[9+8]	[5x6]	[5x8]	[5x8]	x				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Zadanie 25																			
1	Kabel pacjenta do aparatu EKG Aspel Mr Silver v.002 typu nr kat. va021bni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Zadanie 26																			
1	Lampa Exelias Module 400W Leica M720F60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Zadanie 27																			
1	Rura do inhalatora wielorazowego użytku kotła Nebtime 120 cm 1H081	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2	Rura do inhalatora wielorazowego użytku Nebtime 120 cm 1H081		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3	Komorcia rozpylania do inhalatora Nebtime 1H054		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Zadanie 28																			
1	Filtr do lampy bakterioobójczej przepływowej 12x12 cm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2	Promiennik bakterioobójczy HNS 30W OSRAM		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Zadanie 29																			
1	Mankiel do pomiaru RR Mindray TS/79 dziecięcy nr kat. 0010-30-12158		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2	Mankiel do pomiaru RR Mindray TS/79 niemowlęcy 0010-20-12328		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3	Mankiel do pomiaru RR Mindray TS/79 noworodkowy nr kat. 0010-30-12157		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
4	Mankiel do pomiaru RR Mindray TS/79 średni nr kat. 0010-30-12159		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
5	Mankiel do pomiaru RR Mindray PM 9000 dziecięcy nr kat. 0010-30-12158		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
6	Mankiel do pomiaru RR Mindray PM 9000 duży nr kat. 0010-30-12159		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
7	Mankiel do pomiaru RR Mindray PM 9000 duży nr kat. 0010-30-12160		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
8	Linia do pomiaru RR Mindray PM 9800 nr kat. 6200-30-09588		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
9	Mankiel do pomiaru RR NIBP FX 2000 nr kat. E3023 z kat. Emiel		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
10	Mankiel do pomiaru RR dla dorosłych do delibylatora LIFEPAK 12		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
11	Mankiel do pomiaru RR dla dzieci do delibylatora LIFEPAK 12		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
12	Linia do pomiaru RR do delibylatora LIFEPAK 12		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
13	Mankiel do pomiaru RR dla dorosłych Mindray Bene Hart D3/ D6 nr kat. 0010-30-12159		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
14	Mankiel dla dzieci Mindray Bene Hart D3/ D6 nr kat. 0010-30-12158		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
15	Mankiel do pomiaru RR SPACELAB Qube nr kat. 714-0073-00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
16	Mankiel do pomiaru RR PROPAQ		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
17	Linia do pomiaru RR Dalex Ohmeda		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Zadanie 30																			
1	CzuJNIK do SPO2 Mindray BeneView TS/79 dla dorosłych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2	CzuJNIK do SPO2 Mindray BeneView TS/79 dla dzieci		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3	CzuJNIK do SPO2 Mindray BeneView TS/79 noworodkowy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
4	CzuJNIK do SPO2 Mindray BeneView TS/79 pediatryczny		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
5	Przedłużka do czujnika SPO2 Mindray BeneView TS/79 nr kat. 0010-20-42712		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
6	CzuJNIK do saturacji FX 2000 EMTel, Nellcor Oximax nr kat. DS 100 A		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
7	CzuJNIK SPO2 Dalex Ohmeda noworodkowy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
8	CzuJNIK SPO2 Dalex Ohmeda dla dzieci		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
9	CzuJNIK SPO2 Dalex Ohmeda dla dorosłych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
10	Wielorazowy czuJNIK temperatury do kardiomonitora PM8000, typu nr kat. 72252-AS Unimed		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
11	Kabel dołączeniowy do czujnika SPO2 do kardiomonitora PM8000 Messimo, typu nr kat. 0010-30-42625 Mindray		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
12	CzuJNIK SPO2 Klips do kardiomonitora PM8000 Mindray, w technologii Messimo o długości minimum 1,1 m do przedłużacza o nr kat. 0010-30-42625		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
13	CzuJNIK SPO2 Klips do kardiomonitora PM8000, w technologii Nellcor o długości minimum 1,1m, wielorazowy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
14	Wielorazowy czuJNIK SPO2 silikonowy do kardiomonitora PM8000 wejście 10 pinowe (bezpośredni) technologia Nellcor Oximax		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

Formularz cenowy

Formularz cenowy														
opis wyrobu typu numer katalogowy *		nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	cena j netto	VAT %	kwota j VAT	cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (uwagi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x		
15	Przewód pośredni SPO2 do Mindray 9800 technologia Nellcor wejście 7 pinowe, typu nr kat. U708-48 Unimed		szt.	6										
16	Kabel do pacjenta SPO2 Bene Hett D3/ D6		szt.	36										
17	Czujnik SPO2 do dehtylatora Bene Hett D3/ D6 nr kat. 512F Mindray		szt.	36										
18	Czujnik SPO2 SPACELAB Cube 3m		szt.	30										
19	Czujnik SPO2 do dehtylatora LIFEPAK 12		szt.	6										
x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x	x	x	x		
Zadanie 31														
1	Filtr do lasera Buffalo FILTER VIROSAFE XXL	x	szt.	9										
Zadanie 32														
1	Kabel EKG 3-żyłowy do kardiomonitora FX2000 złącze zielono-pomarańczowe, typu nr kat. E11010 z kat. Emiel	x	szt.	30								x		
2	Kabel EKG 3-żyłowy do kardiomonitora FX2000 złącze zielono-żółte, typu nr kat. E1100 z kat. Emiel		szt.	30										
3	Końcówki do kabla EKG 3-żyłowego typ DIN do kardiomonitora FX2000, typu nr kat. E1101 z kat. Emiel		szt.	60										
4	Kabel pacjenta EKG z odprawdzeniami do PM 9800, typu nr kat. 2312P-1 Unimed		szt.	12										
5	Kabel pacjenta do kardiomonitora PM9000, typu nr kat. 0010-30-12257 Mindray		szt.	12										
6	Kable dołączeniowe do EKG 3- odprawdzeniowe do kardiomonitora PM9000, typu nr kat. 0010-30-42725 Mindray		szt.	36										
7	Przewód EKG z gniazdam do 3,5 końcówek, typu nr kat. 0010-30-42719 Mindray		szt.	69										
8	Komplet 3 końcówek EKG z klipsami, typu nr kat. 0010-30-42725 Mindray		szt.	60										
9	Komplet 5 końcówek EKG z klipsami, typu nr kat. 0010-30-42728 Mindray		szt.	9										
10	Kable Ekg 3-odprawdzeniowy do telemetrii typu nr kat. 115-004872-00 Mindray		szt.	12										
11	Kabel EKG główny, typu nr kat. 700-0008-09 SpaceLabs		szt.	36										
12	Kabel 3 odprawdzeniowy, typu nr kat. 700-0006-01 SpaceLabs		szt.	60										
13	Kabel połączeniowy EKG do X3, X5 odprawdzeń, typu nr kat. 2017003-003 DATEX		szt.	30										
14	Kabel pacjenta do pomiaru EKG (zestaw 5-odprawdzeń), do kardiomonitora, typu nr kat. FICM1-04 412681-006 DATEX		szt.	30										
15	Kabel pacjenta do pomiaru EKG (zestaw 3-odprawdzeń), do kardiomonitora, typu nr kat. FICM1-04 412682-003 DATEX	x	x	x	x	x	x	razem				x		
Zadanie 33														
1	Maniaki na udo i podudzie Kendall SCD REF 730 12	x	szt.	144										
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

UWAGA!

W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! w kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaofiarowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Należy w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaofiarowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu

UWAGA! W przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę kolumny nr 3 i kolumny nr 13 Zamawiający uzna, że zaofiarowany przedmiot zamówienia jest tożsamy ze wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie nr 2 "Formularza cenowego".

Wykonawca zobowiązany jest do DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponada informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 4, 5 (z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w "..."

Zamawiający we wszystkich pozycjach (za wyjątkiem pozycji 4, 9-14, Zadania 1, pozycji 13, Zadania 4, pozycji 1-3, Zadania 5, pozycji 1, Zadania 9, pozycji 1, Zadania 10, pozycji 14-17, Zadania 13, pozycji 2, Zadania 17, pozycji 1, Zadania 23, pozycji 1, Zadania 25, pozycji 1-2, Zadania 28, pozycji 1, Zadania 31, "Formularza cenowego") przedmiotu zamówienia wymaga zaofiarowania wyrobów medycznych:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w "Formularzu cenowym" parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza opakowania o innej objętości z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wykazuje zaofiarowaną objętość należy podać w kolumnie nr 3, a ilość opakowań (kolumna nr 6) należy przeliczyć na ilość oferowane i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz podać cenę opakowania jednostkowego. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może zaofiarować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaofiarowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.