



**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do ortopedii (sygnatura sprawy EZ/347/217/19).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1. „Dla Zadania 1 - Endoproteza do alloplastyki stawu skokowego

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie:

Anatomiczna bezcementowa proteza stawu skokowego typu mobile bearing; element piszczelowy i skokowy typu press-fit; element piszczelowy z otworami umożliwiającymi przerost kości; proteza 3 częściowa, w. min. 4 rozmiarach każda część, możliwość łączenia elementów różnych rozmiarów (min. 7 kombinacji); część piszczelowa i skokowa wykonana z CoCr, pokryta napyleniem tytanowym i HAP, wkład z polietylenu dostępny w min. czterech rozmiarach i pięciu wysokościach każdy z nich.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

2. „PYTANIE 2 Dla Zadania 19 - Płytki do osteotomii korekcyjnej

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie:

1. Płytką stalową do stabilizacji osteotomii piszczelowej, umożliwiająca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm. 4 blokowane otwory na śruby kątowno stabilne o średnicy 6,5mm.

2. Biowchłaniające, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm)

Śruby kątowno-stabilne do blokowania płytko średnicy 6,5mm w min. 12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska



DOLNY  
ŚLĄSK

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław  
e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporzadziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Marta Pasek-Zarzycka