



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.018.2019

EZ / 1208 / 2019

2019-07-19

Wrocław, dnia 2019-07-19

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych do hemodializy (sygnatura sprawy: EZ/430/117/19).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1. pozycja 2 oraz 3

„Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji, wyłączy **poz. 2 i 3** i utworzy z niej osobny pakiet 1a, lub dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje, co pozwoli na zaferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadany przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest w posiadaniu aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych Fresenius Medical Care MULTIFILTRATE CICA, które zostały udostępnione dzierżawą wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w 2016 roku (EZ/330/117/16)

2. pozycja 3

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki pisarskiej w określeniu jednostki miary, bądź też jak należy interpretować przyjętą przez Zamawiającego jednostkę miary „para”.”

Odpowiedź: Zamawiający pismem EZ/1173/19 z dnia 15.07.2019 zmienił zapisy „Formularza cenowego” stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie jednostki miary.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Jacek Korbica
specjalista c.c. ruro

Sporadziła: Magdalena Wieczerek
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK