



Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na dostawy części eksploatacyjnych aparatury medycznej do monitorów (sygnatura sprawy: EZ/435/205/19).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1.Zadanie 1, pozycja 1

„Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru RR rozmiar 14 – 26 cm ? Reszta bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wyspecyfikowany w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety do pomiaru RR Mindray T5/T9 dziecięcy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12158 wg firmy Mindray ma rozmiar 18-26 cm.

2.Zadanie 1, pozycja 2

„Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru RR rozmiar 05 – 11 cm ? Reszta bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wyspecyfikowany w „Formularzu Cenowym” w Zadaniu 1, poz. 2, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety do pomiaru RR Mindray T5/T9 niemowlęcy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12157 wg firmy Mindray ma rozmiar 10-19 cm, zgodny z zmienionym „Formularzem Cenowym” w załączeniu.

3.Zadanie 1, pozycja 3

„Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru RR rozmiar 10 – 15 cm ? Reszta bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wyspecyfikowany w „Formularzu Cenowym” w Zadaniu 1, poz. 3, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety do pomiaru RR Mindray T5/T9 noworodkowy z konektorem typu nr kat. 115-002480-00 wg firmy Mindray ma rozmiar 7-13 cm, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym” w załączeniu.

4.Zadanie 1, pozycja 5

„Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru RR rozmiar 14 – 26 cm ? Reszta bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wyspecyfikowany w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety do pomiaru RR Mindray PM 9000 dziecięcy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12158 wg firmy Mindray ma rozmiar 18-26cm.

5.Zadanie 1, pozycja 9

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru mankietu lub informacji dla kogo ma być przeznaczony.”

Odpowiedź: Zamawiający wyspecyfikował w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety do pomiaru RR NIBP FX 2000 z konektorem typu nr kat. E3023 wg firmy Emtel ma rozmiar 25-35cm.

6. Zadanie 1, pozycja 11

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru mankietu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyspecyfikował w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety do pomiaru RR dla dzieci z konektorem do defibrylatora LIFEPAK 12 ma rozmiar 18-26cm.

7. Zadanie 1, pozycja 12

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF linii pomiaru RR.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego o numerze katalogowym typu: 21300-008146 wg firmy Physio-Control, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 1 poz. 12 w załączeniu, jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie z pkt. 2 Rozdziału X SIWZ.

8. Zadanie 1, pozycja 14

„Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru RR rozmiar 14 – 26 cm ? Reszta bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wyspecyfikowany w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety dla dzieci Mindray Bene Hert D3/ D6 z konektorem typu nr kat. 0010-30-12158 wg firmy Mindray ma rozmiar 18-26 cm.

Sporządziła: Magdalena Wierczak

Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@poczta.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

9. Zadanie 1, pozycja 16

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF linii pomiaru RR.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie wyrobu medycznego o numerze katalogowym typu: 2020980-001 wg firmy GE Healthcare, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 1 poz. 16 w załączeniu, jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie z pkt. 2 Rozdziału X SIWZ.

10. Zadanie 2, pozycja 6

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika SpO2.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie wyrobu medycznego o numerze katalogowym typu: TS-SP3-GE wg firmy GE Healthcare, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 2 poz. 6 w załączeniu, jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie z pkt.2 Rozdziału X SIWZ.

11. Zadanie 2, pozycja 7

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika SpO2.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie wyrobu medycznego o numerze katalogowym typu: TS-SP3-GE wg firmy GE Healthcare, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 2 poz. 7 w załączeniu, jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie z pkt. 2 Rozdziału X SIWZ.

12. Zadanie 2, pozycja 8

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika SpO2.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie wyrobu medycznego o numerze katalogowym typu TS-SA4-GE wg firmy GE Healthcare, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 2 poz. 8, jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie z pkt. 2 Rozdziału X SIWZ.

13. Zadanie 2, pozycja 9

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika SpO2.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie wyrobu medycznego o numerze katalogowym typu U4-03S-01P wg firmy Unimed, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 2 poz. 9, jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie z pkt. 2 Rozdziału X SIWZ.

14. Zadanie 2, pozycja 12,13,20

„Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 2 wydzieli pozycje: 12,13,20 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Zadanie 2 Pozycja 17

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu SpO2.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie wyrobu medycznego o numerze katalogowym typu 0010-20-427112 wg firmy Mindray, tech. Nellcor, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 2 poz. 17, jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie z pkt.2 Rozdziału X SIWZ.

16. Zadanie 2, pozycja 19

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika SpO2.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie wyrobu medycznego o numerze katalogowym typu U410-74 wg firmy Unimed, tech. Nellcor, zgodnie z zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 2 poz. 19, jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie z pkt. 2 Rozdziału X SIWZ.

Sporządziła: Magdalena Wieczerzak

Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@poczta.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

17. „Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z pkt. 8 rozdziału III SIWZ „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

18. Zadanie 1, pozycja: 1, 5, 14

„Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu ramienia 20.5-28 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, w wyspecyfikowanym w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety firmy Mindray mają rozmiar 18-26 cm.

19. Zadanie 1, pozycja 2

„Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu ramienia 10-15 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wyspecyfikowany w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety do pomiaru RR Mindray T5/T9 niemowlęcy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12157 wg firmy Mindray ma rozmiar 10-19 cm, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 1, poz 2 w załączeniu.

20. Zadanie 1, pozycja 3

„Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu ramienia 14-21 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wyspecyfikowany w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety do pomiaru RR Mindray T5/T9 noworodkowy z konektorem typu nr kat. 115-002480-00 wg firmy Mindray ma rozmiar 7-13 cm, zgodnie z zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 1, poz 3 w załączeniu.

21. Zadania 1, pozycja : 4, 6, 9, 13, 15

„Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu ramienia 27-35 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wyspecyfikowany w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety mają rozmiar 25-35 cm.

22. Zadanie 1, pozycja 7

„Czy Zamawiający dopuści mankiety dla obwodu ramienia 34-43 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wyspecyfikowany w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ. Mankiety do pomiaru RR Mindray PM 9000 duży z konektorem typu nr kat. 0010-30-12160 wg firmy Mindray ma rozmiar 33-47 cm.

23. Zadanie 2, pozycja: 1-4, 5

„Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 90 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Zadanie 2 pozycja: 5, 12

„Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 2.4m?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Zadanie 2 pozycja 17

„W jakiej technologii SpO2 czujnika wymaga Zamawiający?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: „Przewód pośredni do czujnika SPO2 do defibrylatora BeneHert D3/ D6, typu nr kat. 0010-20-42712 wg firmy Mindray, tech. Nellcor”, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 2 poz.17 w załączeniu

26. Zadania 2 poz. 19

„W jakiej technologii SpO2 czujnika wymaga Zamawiający?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: „Czujnik SPO2 do monitora SPACELAB Qube 3m, typu nr kat. U410-74 wg firmy Unimed, tech. Nellcor”, zgodnie ze zmienionym „Formularzem Cenowym” w Zadaniu 2, poz. 19 w załączeniu.

Sporządziła: Magdalena Wiczerzak

Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@poczta.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

27. Zadanie 1 „Poz. 15 Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza mankietu w rozmiarze 25-35 cm, wyspecyfikowany w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, mankiety do pomiaru RR SPACELAB Qube z konektorem typu nr kat. 714-0073-00 wg firmy SPACELAB ma rozmiar 23-33 cm.

28. Zadanie 2 Poz. 1, 2, 3, 4, 15 „Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości 0,9 m”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Poz. 4 „Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5 m”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość 2,5 m pod warunkiem, że czujnik SpO2 będzie podłączony do kardiomonitora przez przewód pośredni, a całkowita długość przewodu czujnika i kabla pośredniego będzie min. 4,1 m.

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. „Formularza cenowego” stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę i doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia:

1. Zadanie 1 w pozycja 2, uaktualniono nr katalogowy:

Było:

Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 niemowlęcy z konektorem typu nr kat. 0010-20-12328 wg firmy Mindray

Winno być:

Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 niemowlęcy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12157 wg firmy Mindray

2. Zadanie 1 w pozycja 3, uaktualniono nr katalogowy:

Było:

Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 noworodkowy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12157 wg firmy Mindray

Winno być:

Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 noworodkowy z konektorem typu nr kat. 115-002480-00 wg firmy Mindray

3. Zadanie 1 w pozycja 12, dopisano nr katalogowy:

Było:

Linia do pomiaru RR do defibrylatora LIFEPAK 12

Winno być:

Linia do pomiaru RR do defibrylatora LIFEPAK 12, typu nr kat. 21300-008146 wg firmy Physio-Control

4. Zadanie 1 w pozycja 16, dopisano nr katalogowy:

Było:

Linia do pomiaru RR Datex Ohmeda

Winno być:

Linia do pomiaru RR Datex Ohmeda, typu nr kat. 2020980-001 wg firmy GE Healthcare

Sporządziła: Magdalena Wieczerek

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@poczta.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

5. Zadanie 2 w pozycja 6, dopisano nr katalogowy:

Było:

Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 noworodkowy, dł. min. 3m

Winno być:

Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 noworodkowy, dł. min. 3m, typu nr kat. TS-SP3-GE wg firmy GE Healthcare

6. Zadanie 2 w pozycja 7, dopisano nr katalogowy:

Było:

Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 dla dzieci, dł. min. 3m

Winno być:

Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 dla dzieci, dł. min. 3m, typu nr kat. TS-SP3-GE wg firmy GE Healthcare

7. Zadanie 2 w pozycja 8, dopisano nr katalogowy:

Było:

Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 dla dorosłych, dł. min. 3m

Winno być:

Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 dla dorosłych, dł. min. 3m, typu nr kat. TS-SA4-GE wg firmy GE Healthcare

8. Zadanie 2 w pozycja 9, dopisano nr katalogowy:

Było:

Czujnik SPO2 do monitora EMTEL FX 2000, tech. Nellcor Oximax

Winno być:

Czujnik SPO2 do monitora EMTEL FX 2000, tech. Nellcor Oximax, typu nr kat. U403-01P wg firmy Unimed

9. Zadanie 2 w pozycja 17, dopisano nr katalogowy:

Było:

Przewód pośredni do czujnika SPO2 do defibrylatora BeneHert D3/ D6

Winno być:

Przewód pośredni do czujnika SPO2 do defibrylatora BeneHert D3/ D6, typu nr kat. 0010-20-42712 wg firmy Mindray, tech. Nellcor

10. Zadania 2 w pozycja 18, dopisano nr katalogowy:

Było:

Czujnik SPO2 do defibrylatora Bene Hert D3/ D6 typu nr kat. 512F wg firmy Mindray



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Magdalena Wieczerzak
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@poczta.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Winno być:

Czujnik SPO2 do defibrylatora Bene Hert D3/ D6 typu nr kat. 512F wg firmy Mindray, tech. Nellcor

11. Zadania 2 w pozycja 19, dopisano nr katalogowy:

Było:

Czujnik SPO2 do monitora SPACELAB Qube 3m

Winno być:

Czujnik SPO2 do monitora SPACELAB Qube 3m, typu nr kat. U410-74 wg firmy Unimed, tech. Nellcor

W załączeniu zmieniony wzór „Formularza cenowego”.

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Pzp, w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert: na 05.08.2019, godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1. rozdziałów XIII, XIV, XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

Jednocześnie Zamawiający przypomina zapis Rozdziału XI pkt. 11 SIWZ „Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany.”

*Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska*

Sporządziła: Magdalena Wiczerzak
Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@poczta.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

FORMULARZ CENOWY

L.p.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	[6*7]	[6+8]	[5*6]	[5*8]	[5*9]	x
ZADANIE 1												
1	Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 dziecięcy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12158 wg firmy Mindray		szt.	51								
2	Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 niemowlęcy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12157 wg firmy Mindray		szt.	21								
3	Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 noworodkowy z konektorem typu nr kat. 115-002480-00 wg firmy Mindray		szt.	15								
4	Mankiet do pomiaru RR Mindray T5/T9 średni z konektorem typu nr kat. 0010-30-12159 wg firmy Mindray		szt.	36								
5	Mankiet do pomiaru RR Mindray PM 9000 dziecięcy z konektorem typu nr kat. 0010-30-12158 wg firmy Mindray		szt.	9								
6	Mankiet do pomiaru RR Mindray PM 9000 średni z konektorem typu nr kat. 0010-30-12159 wg firmy Mindray		szt.	12								
7	Mankiet do pomiaru RR Mindray PM 9000 duży z konektorem typu nr kat. 0010-30-12160 wg firmy Mindray		szt.	15								
8	Linia do pomiaru RR Mindray PM 9860 typu nr kat. 6200-30-09688 wg firmy Mindray		szt.	12								
9	Mankiet do pomiaru RR NIBP FX 2000 z konektorem typu nr kat. E3023 wg firmy Emtel		szt.	60								
10	Mankiet do pomiaru RR dla dorosłych z konektorem do defibrylatora LIFEPAK 12		szt.	6								
11	Mankiet do pomiaru RR dla dzieci z konektorem do defibrylatora LIFEPAK 12		szt.	3								
12	Linia do pomiaru RR do defibrylatora LIFEPAK 12, <u>typu nr kat. 21300-008146 wg firmy Physics-Control</u>		szt.	6								
13	Mankiet do pomiaru RR dla dorosłych Mindray Bene Hert D3/ D6 z konektorem typu nr kat. 0010-30-12159 wg firmy Mindray		szt.	30								
14	Mankiet dla dzieci Mindray Bene Hert D3/ D6 z konektorem typu nr kat. 0010-30-12158 wg firmy Mindray		szt.	3								
15	Mankiet do pomiaru RR SPACELAB Oube z konektorem typu nr kat. 714-0073-00 wg firmy SPACELAB		szt.	60								
16	Linia do pomiaru RR Datex Ohmeda, <u>typu nr kat. 2020980-001 wg firmy GE Healthcare</u>		szt.	30								
17	Mankiet 2-drenowy do pomiaru RR dla dorosłych z konektorami Datex Ohmeda, typu nr kat. U1880D-C1718 wg firmy Unimed		szt.	60								
x	x	x	x	x	x	x	Razem:					x

FORMULARZ CENOWY												
L.p.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x
ZADANIE 2												
1	Czujnik do SPO2 Mindray BeneView T5/T9 dla dorosłych, tech. Nellcor Oximax, dl. min. 1,1 m		szt.	318								
2	Czujnik do SPO2 Mindray BeneView T5/T9 dla dzieci, tech. Nellcor Oximax, dl. min. 1,1 m		szt.	69								
3	Czujnik do SPO2 Mindray BeneView T5/T9 noworodkowy, tech. Nellcor Oximax, dl. min. 1,1 m		szt.	48								
4	Czujnik do SPO2 Mindray BeneView T5/T9 pediatryczny, tech. Nellcor Oximax, dl. min. 1,1 m		szt.	39								
5	Przewód pośredni do czujnika SPO2 Mindray BeneView T5/T9 typu nr kat. 0010-20-42712 wg firmy Mindray dl. min. 3m		szt.	240								
6	Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 noworodkowy, dl. min. 3m, <u>typu nr kat. TS-SP3-GE wg firmy GE Healthcare</u>		szt.	12								
7	Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 dla dzieci, dl. min. 3m, typu nr kat. TS-SP3-GE wg firmy GE Healthcare		szt.	24								
8	Czujnik SPO2 do monitora Datex Ohmeda F-CM1-5 dla dorosłych, dl. min. 3m, <u>typu nr kat. TS-SA4-GE wg firmy GE Healthcare</u>		szt.	84								
9	Czujnik SPO2 do monitora EMTEL FX 2000, tech. Nellcor Oximax, <u>typu nr kat. U405-01P wg firmy Unimed</u>		szt.	39								
10	Przewód pośredni do monitora EMTEL FX 2000, tech. Nellcor Oximax, typu nr kat. U710X-98 wg firmy Unimed		szt.	78								
11	Wielozonowy czujnik temperatury do kardiomonitora PM8000, typu nr kat. T252-AS wg firmy Unimed		szt.	9								
12	Kabel pośredni do czujnika SPO2 do kardiomonitora PM8000, typu nr kat. 0010-30-42525 wg firmy Mindray, tech. Masimo		szt.	9								
13	Czujnik SPO2 Kijps do kardiomonitora PM8000 Mindray, typu nr kat. 0010-10-42600 wg firmy Mindray, tech. Masimo		szt.	9								
14	Kabel pośredni do czujnika SPO2 do kardiomonitora PM8000, typu nr kat. U706-29 wg firmy UNIMED, tech. Nellcor, dl. min. 2m.		szt.	9								
15	Czujnik SPO2 Kijps do kardiomonitora PM8000, typu nr kat. U403S-01 wg firmy UNIMED, tech. Nellcor, dl. min. 1,1 m		szt.	9								
16	Czujnik SPO2 silikonowy do kardiomonitora PM8000, typu nr kat. U410-48P wg firmy UNIMED, tech. Nellcor Oximax, dl. min. 3m		szt.	15								

FORMULARZ CENOWY												
L.p.	opis wyrobu typu numer katalogowy *	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6x8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x
17	Przewód pośredni do czujnika SPO2 do defibrylatora BeneHeart D3/ D6, typu nr kat. U010-20-42712 wg firmy Mindray, tech. Nellcor		szt.	36								
18	Czujnik SPO2 do defibrylatora Bene Heart D3/ D6 typu nr kat. 512F wg firmy Mindray, tech. Nellcor		szt.	36								
19	Czujnik SPO2 do monitora SPACELAB Cube 3m, typu nr kat. U410-74 wg firmy Unimed, tech. Nellcor		szt.	30								
20	Czujnik SPO2 do defibrylatora LIFEPAK 12, typu nr kat. U410-15 wg firmy UNIMED, dl. min. 3m tech. Masimo		szt.	6								
x	x	x	x	x	x	x	Razem:					x
UWAGA!												
W Wykonawca zobowiązany jest do DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 4, 5 (z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w "...").												
Zamawiający we wszystkich pozycjach przedmiotu zamówienia wymaga zaofiarowania wyrobów medycznych.												
* Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.												

.....
(data, podpis i pieczęć inna osoby uprawnionej)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

Ogłoszenie nr 540158010-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 574803-N-2019

Data: 23/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 00632038400000, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl, faks 71 306 48 67.

Adres strony internetowej (url): <http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-31, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-05, godzina: 10:00

