



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.025.2019

EZ/...../19

Wrocław, dnia 10.12.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na dostawy środków do dezynfekcji (sygnatura sprawy: EZ/503/311/19).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu zamawiający doprecyzowuje:

Pytanie 1 Zadanie nr 20 poz. 5

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu o pojemności 20l z odpowiednim przeliczeniem ilości op. tj. 3,75 op.”

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami pod „Formularzem Cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„a. Układ przystosowany do dozowania środków z kanistrów o pojemności 20-30l

b. Układ wyposażony w pompy dozujące zintegrowane programowo ze zbiornikiem pośredniczącym.

c. Układ nie ingerujący w pracujące w obiekcie myjnie dezynfekторы

d. Układ sygnalizujący zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej”

dopuszcza zaoferowanie innej pojemności 20-30l z zastrzeżeniem obligatoryjnego zaoferowania przez Wykonawcę centralnego Układu Dozowania wraz z instalacją i serwisowaniem z montażem bez naruszania konstrukcji budowy ścian oraz pozostałymi wymogami.

W przypadku nie zaoferowania przez Wykonawcę centralnego układu dozowania Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36 oraz pytanie 37 (pismo znak EZ/1852/19 z dnia 03.12.2019) dopuszcza zaoferowanie tylko opakowań o pojemności 5l.

Pytanie 2 Zadanie nr 20 poz. 5, 6

„Prosimy Zamawiającego możliwość wyceny jedynie preparatu w op. 20l w zakresie pozycji 5 i 6 w ilości 575 litrów , tj. 28,75 op. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o odpowiednią zmianę formularza w zakresie tych pozycji.”

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami pod „Formularzem Cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„a. Układ przystosowany do dozowania środków z kanistrów o pojemności 20-30l

b. Układ wyposażony w pompy dozujące zintegrowane programowo ze zbiornikiem pośredniczącym.

c. Układ nie ingerujący w pracujące w obiekcie myjnie dezynfekторы

d. Układ sygnalizujący zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej”

dopuszcza zaoferowanie innej pojemności 20-30l z zastrzeżeniem obligatoryjnego zaoferowania przez Wykonawcę centralnego Układu Dozowania wraz z instalacją i serwisowaniem z montażem bez naruszania konstrukcji budowy ścian oraz pozostałymi wymogami

W przypadku nie zaoferowania przez Wykonawcę centralnego układu dozowania Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36 oraz pytanie 37 (pismo znak EZ/1852/19 z dnia 03.12.2019) dopuszcza zaoferowanie tylko opakowań o pojemności 5l.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
mgr Jan Głuszek

Sporadziła: Magdalena Wieczerzak
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK