



**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do embolizacji i neurochirurgii (sygnatura sprawy EZ/155/617/19).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

**1. Pytanie - Dotyczy: Zadania 1**

„Prosimy o wyrażenie zgody na introducery zbrojone, WSZYSTKIE WARUNKI ZGODNE Z SIWZ o długości 85cm?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**2. Pytanie - Dotyczy: Zadania 1**

„Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 1 formularza cenowego introducerów długich z zastawką hemostatyczną w rozmiarze 6-8F, długości 90cm, zbrojony, bez powłoki hydrofilnej, końcówka atraumatyczna, ze znacznikiem nieprzeziernym dla promieni X, trwała pamięć kształtu końcówki, odporność na zagięcia, w zestawie kompatybilny dilatator.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**3. Pytanie - Dotyczy: Zadania 2**

„Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 2 formularza cenowego przewodników hydrofilnych o nitinolowym rdzeniu, duża elastyczność, taperowana, zagięta, miękka elastyczna końcówka, warstwa zewnętrzna o dużej hydrofilności dla ułatwienia nawigacji i zmniejszenia tarcia, nieprzezierna dla promieni X dla lepszej widoczności w skopii oraz minimalizująca adhezję krwi; średnica 0.018”, 0.035”, 0.038”, długość 150, 260cm dla standardowego szafu oraz 0.035”, długość 150, 260cm dla sztywnego szafu; końcówka prosta i zagięta 45o, konstrukcja zapewniająca przełożenie momentu obrotowego w stosunku 1:1”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**4. Pytanie - Dotyczy: Zadania 2**

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 dopuści złożenie oferty z przewodnikami hydrofilnymi o końcówce prostej, zakrzywionej 45 stopni, bez końcówki „J”, dostępne końcówki kształtowane i dostępny przewodnik typu STFF z dwoma końcówkami roboczymi, jedna zagięta standard i druga prosta typu soft, pozostałe parametry bez zmian?”

Zgoda zamawiającego umożliwi naszej firmie na przystąpienie do przetargu i zaoferowanie wyrobów najwyższej jakości, przewodników produkcji [redacted] firmy [redacted].”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Eksplatacyjnych  
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska



dotyczy Pytanie nr 4

Globalny dostawca wyrobów medycznych,  
rozwiązań z tworzyw sztucznych i systemów farmaceutycznych

Prowadnik nitinolowy z pokryciem hydrofilnym



**Średnice**

Ø 0.018" / 0,46 mm  
Ø 0.025" / 0,63 mm  
Ø 0.032" / 0,81 mm  
Ø 0.035" / 0,89 mm  
Ø 0.038" / 0,96 mm

**Długość**

30 – 260 cm

**Pokrycie**

Pokryty hydrofilnie - Black

**Rodzaj końcówki dystalnej**

Zakrzywiona

Prosta

Kształowalna

**Sztywność shaftu**

Standard

Sztywny - Stiff

**Sztywność końcówki**

Standard

Soft

Floppy

Wyrób specjalny z podwójną  
końcówką elastyczną

Jeden koniec z zakrzywioną  
końcówką "angled" standardową,  
drugi koniec prosty typu soft.

Sztywny shaft.

Dostępne w dwóch długościach:  
150 i 180 cm.

Inne produkty dostępne na  
życzenie klienta

**Opis systemu kodowania  
numeru katalogowego**

Hy - N - S/R/A - ST/SO/F -

Oxx - D/H - L

(przykład: Hy-N-A-ST-035-D-150)

HY	Pokrycie hydrofilne
N	Rdzeń nitinolowy
S	Końcówka prosta
A	Końcówka zakrzywiona
R	Końcówka kształowalna
ST	Sztywność standardowa końcówki
SO	Sztywność końcówki Soft
F	Sztywność końcówki Floppy
Oxx	Średnica prowadnika
	0.018" (0,46 mm)
	0.025" (0,63 mm)
	0.032" (0,81 mm)
	0.035" (0,89 mm)
	0.038" (0,96 mm)
H	Shaft sztywny Stiff
D	Shaft Standard
L	Długość prowadnika ( od 30 - 260 cm)



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.004.2019

Wrocław, dn. 13.08.2019

EZ/ 1330 /19

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do embolizacji i neurochirurgii (sygnatura sprawy: EZ/155/617/19).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, w związku z udzielonymi odpowiedziami - pismo znak EZ/1330/19 z dnia 13.08.2019 r, informuje, iż w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień **20.08.2019r** miejsca i godziny pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIII, XIV, XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
*mgr inż. Katarzyna Kapuścińska*



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław  
e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporzadziła: Monika Florczyk  
Sprawdziła: Ewa Kupis

Ogłoszenie nr 540169662-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.

**Wrocław:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 572222-N-2019

**Data:** 31/07/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 00632038400000, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail [zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl), faks 71 306 48 67.

Adres strony internetowej (url): <http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl>

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-13, godzina 10:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-20, godzina 10:00