



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.001.2020

EZ/194A/20

Wrocław, dnia 19.02.20

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane i instalacyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń Pracowni MR pod Rezonans Magnetyczny SIGNA ARTIST 1,5T do wymagań i wytycznych instalacyjnych określonych przez firmę GE Healthcare (sygnatura sprawy EZ/009/NT/20).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, we Wrocławiu, uprzejmie informuje, iż zamówienia publicznego, w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane i instalacyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń Pracowni MR pod Rezonans Magnetyczny SIGNA ARTIST 1,5T do wymagań i wytycznych instalacyjnych określonych przez firmę GE Healthcare, udzielono firmie **Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice**. Ostatecznie wynegocjowana cena za wykonanie ww. robót: **774 000,00 zł**. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zamieszczenia OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zastępca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
lek. Jan Kubica  
specjalista chirurg



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Sporządziła: Marta Pasek-Zarzycka ✓

Sprawdziła: Ewa Kupis ✓

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Ogłoszenie nr 550030533-N-2020 z dnia 19-02-2020 r.

**Wrocław: Roboty budowlane i instalacyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń Pracowni MR pod Rezonans Magnetyczny SIGNA ARTIST 1,5T do wymagań i wytycznych instalacyjnych określonych przez firmę GE Healthcare. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY**

-

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**  
nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**  
nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**  
nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**  
nie

**Informacje dodatkowe:**

### ***SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY***

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 00632038400000, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail [zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl), faks 71 306 48 67.

Adres strony internetowej (url): <http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Podmiot prawa publicznego

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty budowlane i instalacyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń Pracowni MR pod Rezonans Magnetyczny SIGNA ARTIST 1,5T do wymagań i wytycznych instalacyjnych określonych przez firmę GE Healthcare.  
**Numer referencyjny** EZ/009/NT/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

### **II.2) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

### **II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

### **II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):**

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem Umowy są roboty budowlane i instalacyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń Pracowni MR pod Rezonans Magnetyczny SIGNA ARTIST 1,5T do wymagań i wytycznych instalacyjnych określonych przez firmę GE Healthcare. ww. roboty budowlane zostały wykazane i opisane w dokumentacji technicznej, stanowiącej integralną część Zaproszenia, która to dokumentacja została szczegółowo wymieniona w niniejszym Rozdziale pkt. 1.10. 1.2. Przy zmianie dostawcy zagwarantowanie ciągłości dostaw wynikających z potrzeb wynikających z potrzeb szpitala. 1.2. Miejsce wykonywania ww. robót: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. Zamawiający oświadcza, iż realizacja Przedmiotu Umowy sfinansowana zostanie przez Zamawiającego ze środków własnych. 1.4 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie na poziomie parteru otworów technologicznych umożliwiających wewnętrzny transport Rezonansu Magnetycznego do miejsca docelowego montażu; 2) wykonanie dodatkowego ekranowania Pracowni MR w zakresie podłogi pomieszczenia badań oraz stropu poniżej; 3) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w

Pracowni MR umożliwiającą montaż klatki Faraday'a według wytycznych firmy GE Healthcare oraz projektu klatki Faraday'a firmy Alteris S.A., oraz projektów branżowych dotyczących instalacji: wentylacji, klimatyzacji, sanitarnej i automatyki; 4) wykonanie instalacji awaryjnego wyrzutu helu z poziomu Pracowni MR na dach Obiektu Szpitalnego; 5) wykonanie i montaż na dachu Obiektu Szpitalnego konstrukcji wsporczej pod agregat wody lodowej; 6) wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb agregatu wody lodowej, zewnętrznych jednostek klimatyzacji; a) wykonanie projektu instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego oraz osprzętu; 7) uzgodnienie i wykonanie projektu w zakresie koniecznych zmian w systemie sygnalizacji pożaru w obrębie pomieszczeń Pracowni MR; 8) wykonanie robót instalacyjnych zatwierdzonych zmian w zakresie systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach Pracowni MR; 9) wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach sterowni, magazynie leków i w pomieszczeniu przygotowania pacjentów wraz z pracami wykończeniowymi, tj. a) wykonanie oraz dostawa zabudowy meblowej z materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie RP, zgodnych z obowiązującymi normami PN-EN dot. mebli, b) montaż zabudowy meblowej po dostarczeniu przez firmę GE Healthcare Rezonansu Magnetycznego oraz wykonanie koniecznych prac wykończeniowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni MR; 10) w dniu dostawy Rezonansu Magnetycznego przez firmę GE Healthcare – wykonanie prac przywracających pierwotny stan stolarki drzwiowej i likwidacja powstałych technologicznych otworów transportowych (z wyłączeniem drzwi wewnętrznych Pracowni MR, dzielących pomieszczenie sterowni od pomieszczenia przygotowania pacjenta).

1.5 Ze względu na konieczność współpracy Wykonawcy z firmą GE Healthcare podczas realizacji Umowy, Przedmiot Umowy realizowany będzie w następujących etapach: 1) I etap [Wykonawca] – wykonanie prac opisanych w ust. 3 pkt 2) – 8) niniejszego paragrafu Umowy w terminie do 60 Dni od dnia podpisania Umowy. Tego samego dnia nastąpi przekazanie Pracowni MR firmie GE Healthcare celem wykonania prac związanych z montażem klatki Faraday'a; 2) II etap [GE Healthcare] - montaż klatki Faraday'a wraz z wykonaniem na tym etapie wszystkich prac, będących po stronie firmy GE Healthcare - w terminie do 14 Dni od dnia przekazania Pracowni MR przez Zamawiającego; 3) III etap [Wykonawca] – • wykonanie prac opisanych w ust. 3 pkt 9) lit a) niniejszego paragrafu Umowy w terminie do 60 Dni od dnia podpisania Umowy - w zakresie możliwym do realizacji, uwzględniającym konieczność zachowania drogi transportowej i otworów technologicznych celem montażu przez firmę GE Healthcare Rezonansu Magnetycznego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce (pomieszczenie) celem przechowania wykonanej zabudowy meblowej.; • wykonanie prac opisanych w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu Umowy w terminie do 2 dni przed planowanym

dniem dostawy Rezonansu Magnetycznego przez GE Healthcare; 4) IV etap [GE Healthcare] - dostawa i montaż Rezonansu Magnetycznego w terminie do 7 Dni od dnia przekazania przez Zamawiającego Pracowni MR firmie GE Healthcare; 5) V etap [Wykonawca] - realizacja pozostałych prac opisanych w ust. 3 pkt 9) lit b) niniejszego paragrafu Umowy i wszystkich prac opisanych w ust. 3 pkt 10) niniejszego paragrafu Umowy musi nastąpić w terminie 7 Dni od dnia zakończenia prac związanych z montażem Rezonansu Magnetycznego przez firmę GE Healthcare.

1.6 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 1) Zamawiający określa, iż wszystkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w siedzibie Zamawiającego, czyli tzw. Pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownika robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § f ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) 2) Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników o których mowa w pkt. a) na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą. 3) Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą wpuszczani na teren budowy, a więc nie będą mogli wykonywać pracy nie z winy Zamawiającego. 4) Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które wnioskują Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych. 5) W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2) Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości

podstawy zatrudnienia pracownika. 1.8 Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 120 dni od dnia podpisania umowy. 1.9 Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 1.10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: - Dokumentacja Projektowa i wykonawcza - Projekt finalny firmy GE Healthcare - Projekt klatki Faraday'a firmy Alteris S.A. - Wytyczne Zamawiającego dotyczące wykończenia oraz umeblowania pomieszczeń - Uzgodnienia z Firmą GE Healthcare w kwestii harmonogramu dostaw rezonansu magnetycznego.

II.5) Główny Kod CPV: 45300000-0

Dodatkowe kody CPV:

45400000-1,  
45111220-6,  
45111300-1,  
90510000-5,  
45223000-6,  
45262000-1,  
45310000-3,  
45311000-0,  
45312000-7,  
45314300-4,  
45314310-7,  
45314320-0,  
45330000-9,  
45331100-7,  
45331200-8,  
45332200-5,  
45410000-4,  
45420000-7,  
45421100-5,  
45430000-0,  
45431000-7,  
45442000-7,  
45442100-8,  
45450000-6,  
31520000-7,

31600000-2,  
31625000-3,  
32410000-0,  
32420000-3,  
42500000-1,  
44111000-1,  
44161000-6,  
44411000-4,  
44420000-0,  
39130000-2

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 630000

Waluta:

PLN

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) Tryb udzielenia zamówienia:**

Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie ART. 67 UST. 1 PKT 4 ustawy Pzp.

**III.3 Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Wartość poniżej 214000 euro. Dnia 19.12.2019r. dokonano otwarcia ofert postępowania przetargowego EZ/688/NT/19. W w/w postępowaniu przetargowym nie zostały złożone żadne oferty. W związku z powyższym, Zamawiający powołując się na art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty (...)” dokona przeprowadzenia procedury na przedmiot zamówienia wyspecyfikowany w poprzedniej procedurze przetargowej w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie ze wskazanym ww. artykułem. Jednocześnie należy wskazać, że zakup



wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia jest pilny w celu wyłonienia Wykonawcy który przygotuje pracownię MRI do montażu aparatu MRI przekazanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

#### ***SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA***

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:**

Alteris S.A, biuro@alteris.pl, ul. Ceglana 35, 40-514, Katowice, kraj/woj. małopolskie

