



EZI.....592...../20

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do optyki oraz ureterenofiberoskopii (EZ/366/205/20)

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1. Pytanie nr 1

Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), tym bardziej, że podstępowanie znajduje się już na platformie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie 2 do podpunktu 1 (pakiet 1)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania endoskop o średnicy sondy 7,95 Fr?

Odpowiedź: Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymogi i ich nie zmienia.

3. Pytanie 3 do podpunktu 6 (pakiet 1)

Czy Zamawiając wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania ureterorenoskopu giętkiego wyposażonego w odłączaną nasadkę narzędzia-irygacji, montowaną na wejście kanału endoskopu przez przyłączy typu luer? Nasadka posiada prostopadłe złącze irygacyjne- typu luer, rozbierny kranik oraz nakrętkę z uszczelką do fiksacji wprowadzanego narzędzia (włókna laserowego)?

Odpowiedź: Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymogi i ich nie zmienia.

4. Pytanie 4 do podpunktu 7 (pakiet 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania ureterorenoskopu giętkiego z końcówką dystalną z tworzywa sztucznego w rozmiarze 4,9 Fr zapewniającą atraumatyczną aplikację i jednocześnie ochronę termiczną końcówki dystalnej podczas pracy z włóknami laserowymi?

Odpowiedź: Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymogi i ich nie zmienia.

5. Pytanie 5 do podpunktu 10 (pakiet 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość sterylizacji endoskopu w ETO, STERIS V-Pro max oraz STERRAD 100S/NX/100NX ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.



6. Pytanie 6 do podpunktu 11. Zestaw do zamocowania włókna laserowego w kanale endoskopu giętkiego (pakiet 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zestaw do zamocowania włókna laserowego w kanale endoskopu giętkiego ,był zawór opisany przez Zamawiającego w podpunkcie 6 wyspecyfikowanego ureterorenoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

7. Pytanie 7 do podpunkt 12 (pakiet 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemnika do sterylizacji niskotemperaturowej oferowanego endoskopu o wymiarach zewnętrznych: 531 x 79 x 255 mm, z pokrywą z 4 zaczepami oraz miejscem na akcesoria?

Sporadziła: Zofia Dombrowska 
Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka 



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów obligatoryjnych zawartych w SIWZ.

8. Pytanie 8 do podpunktu 14 (pakiet 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 szczoteczek do czyszczenia kanałów roboczych, które są w zestawie z każdym dostarczonym endoskopem i umożliwiają skuteczne wyczyszczenie kanału roboczego, zgodnie z zaleceniami producenta?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

9. Pytanie 12 Dot. projektu umowy par. 11 ust. 4

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu naprawy do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymogi i ich nie zmienia.

10. Dotyczy pakietu nr 1:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. szczoteczki, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, zgłoszeniem wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Lekniczych, Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy o Wyrobach Medycznych (tzw. wyrób niemedyyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

11. Dotyczy pakietu nr 1

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę modyfikację wzoru umowy poprzez wykreślenie zapisów z § 5 Umowy dostawy (Warunki zakupu zastępczego)?

Odpowiedź: Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymogi i ich nie zmienia.

12. Dotyczy pakietu nr 1

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 1-2 do 0,1%, pkt. 4 i 5 do 2% niezrealizowanej wartości umowy brutto?

Odpowiedź: Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymogi i ich nie zmienia.

13. Dotyczy pakietu nr 1

5. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 14 w miejsce wstępnie opisanych szczoteczki jednorazowe w ilości 50 sztuk do czyszczenia kanału roboczego, giętkie, śr. 1,7 mm, dł. 125 cm, do kanałów roboczych o śr. 1,2 - 1,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

14. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, pozycja 9, zamiast: Kontenera sterylizacyjnego, bezobsługowego, bezuszczelkowego, wykonanego z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk i zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok, wymiary zewnętrzne 440x107x70mm, wymiary wewnętrzne 420x85x60mm. Może być dezynfekowany preparatami o pH wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej, plazmowej bez pakowania w papier lub folię. Utrzymuje sterylność do 12 miesięcy. Kontener z unieruchomieniem silikonowym na optykę, 1 szt., - Pojemnik do przechowywania i sterylizacji narzędzi medycznych ze stali kwasoodpornej, który odpowiada pozostałym wymaganiom zawartym w opisie parametrów technicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.


mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

Sporadziła: Zofia Dombrowska 
Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka 



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl