



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

EZ.272.012.2020

EZ/...../20

Wrocław, dnia 31.08.2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania przetargu nieograniczonym na **dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej** (sygnatura sprawy: EZ/367/205/20).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

Pytanie 1

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu , prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy nie pojawił się błąd w opisie czujnika do temperatury wewnętrznej. Czujnik który Zamawiający używa Spacelab ref. 690-0028-000 (wg. Odpowiedzi na pytania z dnia 25-08-2020 R.), który jest przeznaczony do pomiaru temperatury jako naskórny
Prosimy o wyjaśnienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż wymaga Czujnika do temperatury skórnej. W załączaniu zmieniony Formularz Cenowy.

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. „Formularza cenowego” stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

a) Zadanie 17, pozycja 3

Było:

ZADANIE 17	
3	Czujnik do temperatury wewnętrznej Spacelabs Qube,wielorazowy, typu nr. kat SPACELAB REF 690-0028-00

Jest:

ZADANIE 17	
3	Czujnik do temperatury skórnej Spacelabs Qube,wielorazowy, typu nr. kat SPACELAB REF 690-0028-00

Jednocześnie Zamawiający przypomina zapis Rozdziału XI pkt. 11 SIWZ „Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałyby być realizowany.”

Dyrektor

mgr inż. Katarzyna Kopuscińska

Sporadziła: Magdalena Wiczerzak
Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –



**DOLNY
ŚLĄSK**

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

FORMULARZ CENOWY

Lp	opis przedmiotu zamówienia *	nazwa handlowa, numer katalogowy	Jm	ilość	Cena j netto	VAT %	Kwota j VAT	Cena j brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIE 1												
1	Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem mechanicznym		szt	15								
Razem:												
ZADANIE 2												
1	Filtr wielowłóki powietrza wentylatora głównego, typu nr kat: G-61263-00 Covidien do respiratora Bennett		szt	10								
2	Filtr włókienny, typu nr kat: G-061262-00 Covidien		szt	10								
3	Filtr przeciwbakteryjny wydechowy jednorazowy, typu nr kat: G-060926-00 Covidien do respiratora Bennett.		szt	20								
4	Filtr włókienny przeciwbakteryjny typu nr kat: 4-074600-00 do respiratora Bennett Covidien		szt	2								
5	Filtr wydechowy wielokrotnego użytku, typu nr kat: 4-070305-00 Covidien		szt	2								
6	Lecznik proszy kładki typu Covidien 609/9051 z podem 221715F		szt	10								
7	Tętniak noworodkowy typu nr kat: 615/5298 Covidien		szt	10								
Razem:												
ZADANIE 3												
1	Pulpanka wodna Dryline II Water Trap dorosli DATEX		szt	30								
2	Pulpanka wodna Dryline II Water Trap dzieci DATEX		szt	30								
3	Filtr włókienny do kardiomonitora DATEX		szt	30								
Razem:												
ZADANIE 4												
1	Pulpanka wodna dla dorosłych, dziaści Dryline II Wielorazowa, typu nr kat: 100-000080-00 Mindray		szt	120								
2	Pulpanka wodna dla noworodków Dryline II Wielorazowa, typu nr kat: 100-000081-00 Mindray		szt	30								
3	Pulpanka wodna do monitorów anestezjologicznych typu Water Trap Adult Mindray		szt	60								
Razem:												

FORMULARZ CENOWY

Lp	opis przedmiotu zamówienia *	nazwa handlowa, numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena netto	VAT %	Kwota VAT	Cena brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent / kraj
							[6]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
ZADANIE 5												
1	Czujnik przepływu Infanly ID, typu nr kat. 6871980 Dräger		szt.	5								
2	Czujnik przepływu Spino Life, typu nr kat. MKO 1900 Dräger		szt.	4								
3	Czujnik przepływu działający na zasadzie różnicy ciśnień nr 8412034 Oxylog 3000 plus Dräger		szt.	4								
4	Układ anestezyjologiczny wielorazowy, dla dorosłych i dzieci z objętością oddychową wynoszącą co najmniej 30ml, typu nr kat. M30146 Dräger		szt.	20								
5	Układ anestezyjologiczny wielorazowy, dla dzieci i niemowląt z objętością oddychową wynoszącą do 50ml, typu nr kat. M27542 Dräger		szt.	10								
6	Układ anestezyjologiczny, dla noworodków, z rur karbowanych, typu nr kat. MP00333 Dräger		szt.	4								
7	Zawór oddychowy wielokrotnego użytku, typu nr 8412001 Oxylog 3000 plus Dräger		szt.	4								
8	Worek oddychowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 0,5L, typu nr kat. 2166054 Dräger		szt.	10								
9	Worek oddychowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 1,5L, typu nr kat. 2166127 Dräger		szt.	6								
10	Worek oddychowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 2,5L, typu nr kat. 2166082 Dräger		szt.	20								
11	Worek oddychowy, bez otworu, silikonowy, o objętości 3,0L, typu nr kat. 2166070 Dräger		szt.	6								
12	Komplet rur pedałowy, typu nr kat. 5704964 Oxylog 3000 plus Dräger		szt.	4								
13	Zasławka wydechowa wielokrotnego użytku, typu nr kat. 8415270-12 dziecko Dräger		szt.	6								
14	Łącznik Y pacjenta, wielokrotnego użytku, dla dorosłych, zasępy, typu nr kat. M25692 Dräger		szt.	20								
15	Łącznik Y pacjenta, wielokrotnego użytku, dla dorosłych, plosy, typu nr kat. M25690 Dräger		szt.	14								
16	Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar O0 nr kat. MP02900		szt.	10								
17	Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar O		szt.	10								
18	Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar O1 nr kat. MP01911		szt.	10								
19	Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar O2 nr kat. MP01912		szt.	16								
20	Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar O3 nr kat. MP01913		szt.	24								
21	Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar O4 nr kat. MP01914		szt.	16								
22	Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar O5 nr kat. MP01915		szt.	10								
23	Uchwyt do lampy dwuczaskowej Polaris 750/500, typu nr kat. G92099 **		szt.	40								
24	Inhalator typu Dräger typu nr ref. 8412935-O4		szt.	10								
Razem:												
ZADANIE 6												
1	OSIŁZE DO SHAVERA 3,5 mm wielorazowa 0373-532-00 Stryker**		szt.	20								
2	OSIŁZE DO SHAVERA 4 mm wielorazowa 0375-548-000 Stryker**		szt.	20								
Razem:												

Uwaga: ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

LP	opis przedmiotu zamówienia *	nazwa handlowa, numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena j netto	VAT %	Kwota j VAT	Cena j brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	(5x7)	(5x8)	(5x9)	(5x8)	(5x9)	x
ZADANIE 7												
1	Kabel wielorazowy z klipsem do elektrody neutralnej jednorazowej do generatora Eebe I ESS300, typu nr kat. 294-050 Bowa		szt	5	x	x						x
x	x	x	x	x	x	x						x
ZADANIE 8												
1	Kabel pacjenta do EKG do aparatów BTL-08 wyk. bananowy		szt	2								
ZADANIE 9												
1	Wielorazowa, giętka sonda do koag Argonowej czolowej Eibe. Sz 2.3mm, dl 2.2m		szt	4								
2	Wielorazowa, giętka sonda do koag Argonowej bocznej Eibe Sz 2.3mm, dl 2.2m		szt	4								
x	x	x	x	x	x	x						x
ZADANIE 10												
1	Resuscylator Ambu pediatryczny typu Ambu Mark IV Baby, wielorazowy		szt	12								
2	Maska do resuscylatora Ambu pediatrycznego typu Ambu Mark IV Baby, wielorazowa		szt	12								
3	Resuscylator Ambu dla dorosłych typu Oxi Plus pow. 30 kg, wielorazowy		szt	8								
4	Maska do resuscylatora Ambu dla dorosłych typu Oxi Plus pow. 30 kg, wielorazowa		szt	8								
x	x	x	x	x	x	x						x
ZADANIE 11												
1	Czujnik SPO2 Klips do kardiomoniatora PM9000, w technologii Nelcor o długości minimum 1,1m, wielorazowy		szt	2								
2	Wielorazowy czujnik SPO2 silikonowy do kardiomoniatora PM9000 wielkość B pinowe (bezpośredni) technologia Nelcor OxiMax, typu nr kat. L4110-08P UNIMED		szt	2								
3	Kabel do pacjenta SPO2 Bene Hent DJJ Dg, typu nr kat. MINDRAY 582A, REF. 0310-20-42710		szt	10								
x	x	x	x	x	x	x						x
Razem:												

FORMULARZ CENOWY

Lp	opis przedmiotu zamówienia *	nazwa handlowa, numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena j netto	VAT %	Kwota j VAT	Cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent / awagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIE 12												
1	Regulator do lęnu typu nr katalogowy Korigiel 2, 1100/000		szt	8								
2	WHK prosty, WHK VAC, AGA		szt	10								
3	WHK prosty, WHK AIR, AGA		szt	10								
4	Dozwonik do lęnu typu nr katalogowy Korpiel 1, 2000/000		szt	14								
x		x	x	x	x	x						x
Razem:												
ZADANIE 13												
1	VACUSILL 2 HV, regulator ssania 0-100kPa, z wyłkiem z zabezpieczeniem przeciwzalewowym, z wyłkiem AGA montowany bezpośrednio do punktu poboru		szt	12								
2	Przeplwmiernik do lęnu 16 l/min z wyłkiem AGA montowany bezpośrednio do punktu poboru		szt	4								
x		x	x	x	x	x						x
Razem:												
ZADANIE 14												
1	Kieszyczyki diops swaine Junbo, z glna sr 3, 4, dl 230cm, KUT3AVD-G Endollex		szt	16								
2	Perleak OF-B1 13-litracznik z rurką do łączenia ze zbiornikiem ciśnieniowego podawania wody Endo-Vyasher 2003		szt	12								
x		x	x	x	x	x						x
Razem:												
ZADANIE 15												
1	Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 0		szt	6								
2	Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 1		szt	10								
3	Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 2		szt	14								
4	Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 3		szt	14								
5	Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 4		szt	14								
6	Łyżka światłowodowa, wielorazowa typu Macintosh 5		szt	4								
x		x	x	x	x	x						x
Razem:												

FORMULARZ CENOWY

Lp	opis przedmiotu zamówienia *	nazwa handlowa, numer katalogowy	Jm.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent / marka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIE 16												
1	Czepek EEG (dłuz), typu Elmiko HEADOVIL		szt	2								
2	Czepek EEG (średni), typu Elmiko HEADOVIM		szt	2								
3	Czepek EEG (przedłuzyczny), typu Elmiko HEADOVIS		szt	2								
4	Elektryczny grzybkowe do EEG, typu Elmiko BE4000P4		szt	42								
5	Podróżek do czepek dla dorosłych, typu Elmiko		szt	4								
6	Przewód do EEG (krokodylki) żelazki TP 1,5 mm		szt	100								
7	Podróżek do czepek dla dzieci, typu Elmiko		szt	4								
ZADANIE 17												
1	Czujnik do pomiaru temperatury skórnej Mindray Bone View TS, wielozarazowy, typu nr kat MINDRAY MR41B, REF 0011-30 37392		szt	42								
2	Czujnik do pomiaru temperatury skórnej DATEX, wielozarazowy, typu nr kat DATEX FM M10254254		szt	4								
3	Czujnik do temperatury skóry SpaceLabs Qube, wielozarazowy, typu nr kat SPACELAB REF 690-0028-00		szt	4								
ZADANIE 18												
1	Wielozarazowy instrument do zamknięcia naczyń, typu KLS Martin 80-530-43-04 lub 80-530-42-04		szt	10								
3	Klejn bipolarny z kodowaniem narzędzi, typu KLS Martin 80-975-16-04		szt	10								
4	Nocyzki bipolarnie super slim, odg di 13cm, typu KLS Martin 80-572-13-04		szt	14								
6	Kabela bipolarny do pincał z przejściówką do narzędzi Aesculap, typu KLS Martin 80-287-80-04		szt	10								
ZADANIE 19												
1	Komplet rur wielokrotnego użytku z linia pomiaru przepływu, 1.5m, typu nr kat 8412088 Oxylog 3000 plus Draeger		szt	4								
2	Kosz 150, wymiary 15 x 20 x 10 cm, nr kat. M26146		szt	18								
3	Kosz na cewniki typu Draeger, nr kat. M25121		szt	14								
Razem:												

FORMULARZ CENOWY

Lp	opis przedmiotu zamówienia *	nazwa handlowa, numer katalogowy	Jm	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		X	X	X	X	X	{5x7}	{6x8}	{5x6}	{5x8}	{5x9}	X
ZADANIE 20												
1	Lampa Exelias Module 400W Leica M720F60		szt.	3								
ZADANIE 21												
1	Akumulator do defibrylatora LIFEPAK 12 Medtronic		szt.	4								
ZADANIE 22												
1	Akumulator do defibrylatora BeneHeart D3 Mindray		szt.	12								
2	Akumulator do defibrylatora BeneHeart D6 Mindray		szt.	4								
X		X	X	X	X	X						X
ZADANIE 23												
1	Filtr do lasera Buffalo FILTER VIROSAFE XXL		szt.	3								X
X		X	X	X	X	X						
ZADANIE 24												
1	Lampa do aparatu Pentax EPK 17000 Xenon 300W ME 300 BF		szt.	3								
ZADANIE 25												
1	Torba ratownicza typu EMERAIRS EB02 025		szt.	2								X
X		X	X	X	X	X						
ZADANIE 26												
2	Kabel bipolarny do pincel, typu KLS Martin 80-291-4D-04		szt.	30								
5	Elektroda argonowa z chowaną igłą, typu KLS Martin 80-181-07-04		szt.	6								
X		X	X	X	X	X						X
UWAGI												

W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ ORAZ WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xx" ani zakresów numerów "od... do...") oferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Należy w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA oferowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu.

UWAGA! W przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę kolumny nr 3 i kolumny nr 13 Zamawiający uzna, że zaofiarowany przedmiot zamówienia jest tożsamy ze wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie nr 2 "Formularza cenowego". Wykonawca zobowiązany jest do DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treści kolumny 1, 2, 4, 5 (z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w "...").

Zamawiający w Załącznikach od 1 do 18 oraz Zadaniu 26 przedmiotu zamówienia wymaga załączenia wyrobów medycznych.

* Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakim charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w "Formularzu cenowym" parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przy zamówieniu (sa) to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu. Wskazuje przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowe określając produkt, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wyczerpująco przykładowy produkt spełniający wymagania Zamawiającego.

** Zamawiający dopuszcza zaferowanie opakowania z odpowiednim przeznaczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wówczas w kolumnie 3, po nazwie handlowej, należy podać oferowaną w opakowaniu ilość sztuk, w kolumnie 4 zmienił jednostkę miary na opakowanie, a w kolumnie 5 podać przelicznik z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli ilość opakowań (Wykonawca zobowiązany jest podać ww. ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli ilość opakowań jednostkowych zawiera wartości ułamkowe) i podać cenę opakowania