



EZ/1046/20

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza (EZ/504/014/20).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1. Pytanie nr 1

„Pakiet 2 Wymagane parametry tech. Pkt 3.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie z wymogu „Integracja wyników z systemem informatycznym oraz elektroniczną dokumentacją medyczną”. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o podanie z jaki systemem informatycznym ma być zintegrowany oferowany analizator?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat bez „Integracji wyników z systemem informatycznym oraz elektroniczną dokumentacją medyczną”, ale nie czyni z tego wymogu.

2. Pytanie 2

„Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki rodzaj aktywatora ma być użyty Celiat czy Kaolin?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadził w tej kwestii żadnych ograniczeń i dopuszcza każdy rodzaj aktywatora.

3. Pytanie 3

Pakiet 2

Proszę o podanie z jaką częstotliwością będzie robiona kontrola i na ilu poziomach? Producent posiada kontrolę na 2 poziomach w opakowaniach po 5 fiolek kontrolnych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kontroli jakości, która będzie wykonywana na minimum 2 poziomach z częstotliwością co 8 godzin. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez wprowadzenie wymogu: „kontrola jakości wykonywana na minimum 2 poziomach z częstotliwością co 8 godzin”. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

4. Pytanie 4

„Dotyczy pakietu 2 poz. C

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem przydatności 3 m-ce i przyzna taką samą liczbę pkt. Producent oferowanego aparatu nie produkuje odczynników z terminami dłuższymi niż 4-5 m-cy. Biorąc pod uwagę że opakowanie handlowe to 25 testów a nasza firma posiada magazyn w Polsce to odczynniki z ważnością min 3 m-ce pozwolą Zamawiającemu na regularne zabezpieczenie dostaw.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia wymogów odnośnie kryteriów przyznania punktów dodatkowych w Zadaniu 2. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany § 12 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ, zgodnie z dalszą treścią niniejszego pisma. Zmieniony wzór umowy w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. Wzoru umowy stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) § 2. ust. 2

Było: 2. „W zakres przedmiotu umowy wchodzi również dzierżawa urządzenia, opisanego szczegółowo w załączniku nr 2 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, tzn. takich, które umożliwiają wykonanie badań / procedury przez Zamawiającego bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.”

Jest: „2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również dzierżawa urządzenia, opisanego szczegółowo w załączniku nr 2 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, tzn. takich, które umożliwiają wykonanie badań /

Sporadziła: Zofia Dombrowska

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

procedury przez Zamawiającego bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów – nie dotyczy Zadania 4.”

b) § 12. ust.2

Było: „2. Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał wyroby o terminie ważności nie krótszym niż **12 miesięcy** liczonym od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego. W sytuacjach wyjątkowych dostawa wyrobów z krótszym terminem ważności może być dopuszczona, ale wyłącznie po każdorazowym wyrażeniu zgody przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.”

Jest: „2. Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał wyroby o terminie ważności nie krótszym niż **12 miesięcy** liczonym od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego. W sytuacjach wyjątkowych dostawa wyrobów z krótszym terminem ważności może być dopuszczona, ale wyłącznie po każdorazowym wyrażeniu zgody przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego (**nie dotyczy Zadania 2 odczynników do przeprowadzenia badań**). / Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał wyroby o terminie ważności nie krótszym niż (**3 miesiące / 5 miesięcy – w przypadku przyznania punktów dodatkowych**) liczonym od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego. W sytuacjach wyjątkowych dostawa wyrobów z krótszym terminem ważności (dotyczy terminu ważności nie krótszego niż 3 miesiące) może być dopuszczona, ale wyłącznie po każdorazowym wyrażeniu zgody przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego (**dotyczy Zadania 2 odczynników do przeprowadzenia badań**).

W załączeniu zmieniony „Wzór umowy”.

2. „Formularza cenowego” stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wprowadzenie wymogu w Zadaniu 2: „kontrola jakości wykonywana na minimum 2 poziomach z częstotliwością co 8 godzin”. W załączeniu zmieniony „Formularza cenowy”.
3. „Oferty Wykonawcy” poprzez zmianę pkt. 8 w odniesieniu do wprowadzonych zmian we wzorze umowy, a mianowicie na: „Gwarancję ustala się na okres wskazany w § 12 wzoru umowy stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

W załączeniu zmieniona „Oferta Wykonawcy”.

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Pzp, w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert: na 08.12.2020r., godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIII, XIV, XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

Jednocześnie Zamawiający przypomina zapis Rozdziału XI pkt. 11 SIWZ „Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym”, bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany.”

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

Sporadziła: Zofia Dombrowska
Sprawdziła: Ewa Kupis 



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

zawarta w dniur. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z/s

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej Pzp).
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy: EZ/504/014/20.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa dotyczy dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza - Zadanie ..., zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również dzierżawa urządzenia, opisanego szczegółowo w załączniku nr 2 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, tzn. takich, które umożliwiają wykonanie badań / procedury przez Zamawiającego bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów – nie dotyczy Zadania 4.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego, w ilości oraz w cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy
3. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
4. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
5. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
6. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.

§ 4.

Warunki dzierżawy – nie dotyczy Zadania 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia Zamawiającemu urządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca dostarczy gotowe do pracy urządzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oraz dokona jego instalacji nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Przekazanie ww. urządzenia Zamawiającemu nastąpi w godzinach 08:00-14:00 w dzień roboczy od poniedziałku do piątku i potwierdzone zostanie przez przedstawicieli stron sporządzonym w formie pisemnej protokołem zdawczo – odbiorczym.

4. Właścicielem urządzenia przez cały okres trwania umowy jest Wykonawca.
5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłową eksploatację dzierżawionego urządzenia oraz za szkody wynikłe z jego nieprawidłowej eksploatacji na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
6. Ryzyko uszkodzenia przez Zamawiającego posiadanego urządzenia, nie z jego winy, obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt poszczególnych części urządzenia w przypadku ich zużycia.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z ww. urządzeniem dokumentację techniczno – serwisową z deklaracją zgodności lub certyfikatem jednostki certyfikującej.
8. Dzierżawione urządzenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji, po zakończeniu/ rozwiązaniu umowy lub po wyczerpaniu asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§ 5.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: - w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu wyroby medyczne, wykazane w załączniku nr 1 do umowy, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.)
4. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić nie więcej niż 3 szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) zaofiarowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego. Termin i miejsce szkolenia zostanie ustalone przez obie strony. Wykonawca zapewni wsparcie w zakresie wiedzy o produkcie i procedurze przez cały okres obowiązywania umowy – nie dotyczy Zadania 4.
6. Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania na koszt własny. - *dotyczy Zadania 1*
7. Wykonawca zapewni podłączenie urządzenia do sieci informatycznej Szpitala oraz systemu AMMS na koszt własny, zgodnie z par. 4 ust. 2.*
8. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).

§ 6.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z umową terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim w terminie do **21 dni** od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 7.

Składniki umowy

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz dzierżawionych urządzeń – nie dotyczy Zadania 4
- 3) Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 8.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (24 m-ce).

§ 9.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosi zł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 10.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 9 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Opłatę za dzierżawę urządzenia Zamawiający uiszczać będzie Wykonawcy w cyklu miesięcznym w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, wystawionej ostatniego dnia każdego miesiąca, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w ust.1 powyżej, w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania - nie dotyczy Zadania 4.
4. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych produktów.
5. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej

§ 11.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 12.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał wyroby o terminie ważności nie krótszym niż **12 miesięcy** liczonym od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego. W sytuacjach wyjątkowych dostawa wyrobów z krótszym terminem ważności może być dopuszczona, ale wyłącznie po każdorazowym wyrażeniu zgody przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego (nie dotyczy Zadania 2 odczynników do przeprowadzenia badań). / Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał wyroby o terminie ważności nie krótszym niż (3 miesiące / 5 miesięcy – w przypadku przyznania punktów dodatkowych) liczonym od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego. W sytuacjach wyjątkowych dostawa wyrobów z krótszym terminem ważności (dotyczy terminu ważności nie krótszego niż 3 miesiące) może być dopuszczona, ale wyłącznie po każdorazowym wyrażeniu zgody przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego (dotyczy Zadania 2 odczynników do przeprowadzenia badań).
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu **3 dni** od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).
4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną obsługę serwisu gwarancyjnego dla dzierżawionego urządzenia- nie dotyczy Zadania 4.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty serwisu dzierżawionego urządzenia w okresie obowiązywania umowy - nie dotyczy Zadania 4.
6. Okresowych przeglądów i konserwacji urządzenia dokonuje Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym – nie dotyczy Zadania 4.
7. Wykonawca zapewnia przyjazd serwisu do Zamawiającego w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki, awarii lub innej nieprawidłowości urządzenia. Maksymalny czas naprawy urządzenia nie może przekroczyć 24 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku usuwania usterki, awarii lub innej nieprawidłowości trwającej dłużej niż 24 godziny, Wykonawca zapewnia wstawienie urządzenia zastępczego wolnego od wad – nie dotyczy Zadania 4.
8. W imieniu Wykonawcy serwis gwarancyjny prowadzi – nie dotyczy Zadania 4.
9. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
10. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
11. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy w zakresie dostaw asortymentu po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy w zakresie wszystkich czynności związanych z usługą dzierżawy po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Aparatury Medycznej tel 71 306 44 55 – nie dotyczy Zadania 4.
3. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 14.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy ;
 - 4) zmiana danych zawartych w § 5 ust. 1 umowy i § 12 ust. 7 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu objętego umową;
 - 2) wygaśnięcia świadectwa rejestracji wyrobu będącego przedmiotem umowy;
 - 3) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą ponadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8 umowy, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 15.

Odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 3) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 12 niniejszej umowy;
 - 4) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.

2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 16.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów (wartość wskazana w załączniku nr 1 do umowy) za każdy dzień opóźnienia w dostawie, poczynwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 5 ust. 3, 5, 6 i 7* umowy, poczynwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 5) w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy § 11 umowy.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374)
4. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 17.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 18.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. sytuacji gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 19.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

§ 20.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

Wojnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy ***

Adres (siedziba) Wykonawcy ***

OFERTA WYKONAWCY

1. Oferujemy dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza:

Zadanie

wartość netto..... zł*

(słownie:...../100 zł)*

kwota VAT..... zł*

(słownie:...../100 zł)*

wartość brutto..... zł*

(słownie:...../100 zł)*

itd.

Wartość brutto powinna zawierać wartość netto, kwotę podatku VAT, cenę transportu, upusty, rabaty oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z aktualnymi wzorami stanowiącymi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że wybór mojej oferty **nie będzie / będzie **** dla Zadania prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać jego wartość bez kwoty podatku). Brak skreślenia oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
4. Oświadczamy, że zaoferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyspecyfikowane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.
5. Numer faksu, adres mailowy pod który Zamawiający, będzie mógł wysłać wnioski, zawiadomienia oraz informacje. Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Zamawiający prześle ww. korespondencję na numer faksu, adres mailowy podany w ofercie.
6. Za wykonanie przedmiotu umowy wymagać będziemy zapłaty w terminie **60 dni**, zgodnie z § 10 wzoru umowy stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zamówione pisemnie wyroby środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż **3 dni** od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail.
8. Gwarancję ustala się na okres wskazany w § 12 wzoru umowy stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się podać: numer powyższego konta bankowego, adres e-mail na który Zamawiający będzie przysyłał zamówienia, „Formularz cenowy” w wersji elektronicznej edytowalnej oraz wszelkie dane niezbędne do zawarcia umowy

10. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć część wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom – w zakresie Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
11. Oświadczamy, że jesteśmy **mikro / małym / średnim** ** przedsiębiorstwem. W przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie jest mikro / małym / średnim przedsiębiorstwem.
12. Oferta **zawiera / nie zawiera** ** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (W przypadku wskazania „zawiera” Wykonawca wypełnia dalszą część).
Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zastrzegam, że informacje:

.....
(wymienić czego dotyczą)

które zawarte są w następujących dokumentach:

.....
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

Uzasadnienie:

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

13. W wypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w ustalonym terminie po otrzymaniu informacji akceptującej **:
- w siedzibie Zamawiającego,
 - na własną odpowiedzialność w swojej siedzibie, i odesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania, po **:
 - przesłaniu pocztą priorytetową,
 - przesłaniu pocztą kurierską (nr klienta) na koszt własny,
 - odebraniu jej przez przedstawiciela firmy.

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

Wojnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

** Niepotrzebne skreślić.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę należy podać nazwy i adresy siedzib wszystkich Wykonawców, a w przypadku Konsorcjum wskazać dodatkowo funkcje pełnione w Konsorcjum przez poszczególne podmioty (np. Lider, Partner, itp.).

FORMULARZ CENOWY

Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	rodzaj rejestracji (wyrób medyczny / asoryment)	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Punktacja	Str. alerty z systemem kalendarzowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	X	X	X	X	X	X	X	(7*8)	(7+9)	(6*7)	(6*9)	(6*10)	X	X	X

ZADANIE 1

Dzierżawa 1 analizatora parametrów krytycznych wraz z urządzeniem podtrzymującym napięcie UPS

1 X m-c 24

Wymagane parametry techniczne analizatora parametrów krytycznych:

1) Analizator nie starszy niż z 2017r.																X
Minimalny zakres parametrów mierzonych:																X
2) pH, pCO ₂ , pO ₂ , cHb, sO ₂ , O ₂ Hb, MeitHb, HHb, K ⁺ , Na ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻ , Glukoza, Mleczany																X
Parametry wyliczane:																X
3) pO ₂ (A-a), pO ₂ /FIO ₂ , HCO ₃ -(st), HCO ₃ -(act), SBE, ABE, Luka anionowa, Ca ⁺⁺ przy pH 7,4, mOsm																X
4) Wszystkie wymienione parametry mierzone muszą być oznaczone z jednej próbki materiału																X
5) Wszystkie wymienione parametry mierzone oznaczone z próbki o objętości maximum 210 µl																X
6) Korekta wyników do ciepłoty ciała pacjenta																X
7) Korekta wyników do zawartości tlenu w mieszaninie oddechowej																X
8) Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego w trakcie pomiaru próbki z automatyczną korektą wyników pomiarowych																X
9) Automatyczna detekcja pęcherzyków powietrza w podawanej próbce krwi																X
10) Minimalna wydajność analizatora 15 próbek na godzinę																X
11) Dostępność pomiaru w próbkach: krwi pełnej - tętnicznej, żyłnej, kapilarnej, płynów kontrolnych, dializatach																X
12) Czas pomiaru pełnego panelu – maximum 3 minuty																X
13) Monitoring zużycia odczynników na ekranie analizatora																X
14) Kalibracja parametrów jedno i dwu punktowa																X
15) Wbudowany system automatycznego wprowadzania danych o odczynnikach, materiałach kontrolnych z kodów kreskowych.																X
16) Analizator wyposażony w moduł automatycznej kontroli jakości z możliwością tworzenia zbiorów wyników																X
17) Kontrola jakości badań przynajmniej 1 raz dziennie naprzemiennie na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki)																X
18) Elektrody do pomiarów gazów i elektrolitów nie wymagające uzupełnienia płynów																X
19) Analizator z monitorem dotykowym																X
20) Oprogramowanie analizatora w języku polskim																X
21) Możliwość wprowadzenia kodu operatora, danych demograficznych pacjenta i innych danych o próbce																X
22) Czytnik kodów kreskowych																X
23) Prezentacja wyników badań pacjenta na monitorze z możliwością decydowania o wydrukowaniu																X
24) Wynik badania z możliwością dodatkowego wydruku wykresu równowagi kwasowo-zasadowej																X
25) Wbudowana funkcja przenoszenia wyników do arkusza kalkulacyjnych i na nośniki zewnętrzne /USB/																X

FORMULARZ CENOWY

Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza

Lp	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	rodzaj rejestracji (wyrob medyczny / asortyment)	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT (7*8)	cena j. brutto (7+8)	wartość netto (6*7)	kwota VAT (6*9)	wartość brutto (6+10)	PRODUCENT (UWAGA!)	Punktacja	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X

Wymagane parametry techniczne analizatora parametrów krytycznych:

Dodatkowo punktowane parametry techniczne analizatora parametrów krytycznych:

a)	Oznaczenia pełnego panelu badań CITO bez względu na moment przzerwania kalibracji													spełnia / nie spełnia	0,00 pkt / 20,00 pkt	X	X	
b)	Podłączenie analizatora do sieci informatycznej Szpitala oraz systemu AMMS na koszt Wykonawcy. Długoterminowa komunikacja z systemem AMMS													spełnia / nie spełnia	0,00 pkt / 20,00 pkt	X	X	
razem:																		
2																		
Odczynniki - 45 000 badań. Jedno badanie obejmuje parametry określone w pkt 2) i 3)																		
		A	\$	**	A										X	X		
		A	\$	**	A										X	X		
		A	\$	**	A										X	X		
		A	\$	**	A										X	X		
		A	\$	**	A										X	X		
3																		
Odczynniki kontrolne																		
		*	\$	**	*										X	X		
		*	\$	**	*										X	X		
		*	\$	**	*										X	X		
		*	\$	**	*										X	X		
		*	\$	**	*										X	X		
4																		
Materiały eksploatacyjne																		
		*	\$	**	*										X	X		
		*	\$	**	*										X	X		
		*	\$	**	*										X	X		
		*	\$	**	*										X	X		
		*	\$	**	*										X	X		
		X	X	X	X										X	X		
														razem:				
		X	X	X	X									X	X	X		

FORMULARZ CENOWY										Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza									
L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	rodzaj rejestracji (wyrób medyczny / asortyment)	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Punktacja	Składowy / opisany kalibrowany				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
ZADANIE 2																			
1	Dzierżawa 1 analizatora ACT		X	m-c	24									X	X				
Wymagane parametry techniczne analizatora ACT:																			
1)	Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe z ładowarką																		
2)	Pełna automatyzacja pomiarów i kalibracji																		
3)	Integracja wyników z systemem informatycznym oraz elektroniczną dokumentacją medyczną.																		
4)	Wyposażony w:																		
4a)	wyświetlacz																		
4b)	klawiaturę																		
5)	Kontrola jakości wykonywana na minimum 2 poziomach z częstotliwością co 8 godzin																		
Wymagane parametry techniczne analizatora ACT:																			
Dodatkowo punktowane parametry techniczne analizatora parametrów krytycznych:																			
a)	Oznaczenie gazometrii i troponiny z jednego analizatora																		
b)	Waga aparatu poniżej 1 kg																		
Wymagane parametry techniczne odczynników:																			
c)	Okres przydatności odczynników do przeprowadzenia badań minimum 5 miesięcy																		
razem:																			
2	Odczynniki - 700 badań	#	\$	**	#									X	X				
		#	\$	**	#									X	X				
		#	\$	**	#									X	X				
		#	\$	**	#									X	X				
		#	\$	**	#									X	X				
														X	X				

FORMULARZ CENOWY

Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	rodzaj rejestracji (wyrob medyczny / asertywny)	J.m.	Ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Punktacja	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X			X	X	X	X	X	(7*8)	(7+9)	(6*7)	(6*9)	(6*10)	X	X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
3	Odczynniki kontrolne	***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
		***	\$	**	***									X	X
4	Materiały eksploatacyjne	X	X	X	X	X	X		razem:				X	X	X
		X	X	X	X	X	X							X	X

ZADANIE 3

1	Dzierżawa 1szt nawilżacza ze zintegrowanym generatorem przepływu	X	M-c	24										X	X
---	--	---	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Wymagane parametry techniczne nawilżacza ze zintegrowanym generatorem przepływu:

1)	Zasilanie sieciowe 220-240 V	X												X	X
2)	Zawartość dostarczonego tlenu w mieszaniu min. od 21 do 95%	X												X	X
3)	Zakres przepływu od min 2-60 l/min	X												X	X
3a)	tyb przepływu dla dorosłych min 10-60 l/min	X												X	X
3b)	tyb przepływu dla dzieci min 2-25 l/min	X												X	X
4)	Stosowanie masek o standardowym rozmiarze wlotu gazów 22mm	X												X	X
5)	Stosowanie kanułów donosowych oraz do tracheotomii	X												X	X
6)	Wbudowany sensor tlenu	X												X	X
7)	Waga do 5 kg	X												X	X
8)	Wyświetlane parametry min: temperatura, przepływ i stężenie tlenu	X												X	X

FORMULARZ CENOWY										Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza						
L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	rodzaj rejestracji (wyrób medyczny / asoryment)	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Punktlacja	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X	X	X	X	X	X	X	X	(7*8)	(7+9)	(6*7)	(6*9)	(6*10)	X	X	X	
Spzёт eksploatacynny nawilżacza ze zintegrowanym generatorem przepływu:																
2	Układ oddechowy		\$	szt.	24									X	X	
3	Kaniula donosowa		\$	szt.	32									X	X	
4	Interfejs do tracheotomii		\$	szt.	12									X	X	
5	Filtry		\$	szt.	12									X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X		razem:				X	X	X	

ZADANIE 4

1	Odczynniki i materiały zużywalne do Analizatora Rapid Point 500													X	X
	Odczynniki do badań - minimalny zakres parametrów mierzonych: pH, pCO ₂ , pO ₂ , ctHb, sO ₂ , O ₂ Hb, COHb, MetHb, Hb, K ⁺ , Na ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻ , Glukoza, Mleczany oraz Parametry wyliczane: pO ₂ (A-a), pO ₂ /FIO ₂ , HCO ₃ -(st), HCO ₃ -(act), SBE, ABE, Luka anionowa, Ca ⁺⁺ przy pH 7,4, mOsm op=750 testów														
1)				op.	26									X	X
2)	Odczynniki kontrolne - Moduł automatycznej kontroli jakości op=1szt														
	Materiały eksploatacyjne														
	a) Moduł płucząco-śoiękowy op=4 szt x 250 testów			op.	22									X	X
	b) Port wejściowy próbki w module pomiarowym op=20			op.	16										
	c) Adaptery do ampulek (quick adapter) op=1 szt			op.	2										
	d) Papier do drukarki termicznej			szt.	42										
3)															

Uwaga : W Zadaniu nr 4 Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki oraz materiały zużywalne były kompatybilne z analizatorem Rapid Point 500, który jest własnością Zamawiającego.

X	X	X	X	X	X	X	X		razem:				X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--------	--	--	--	---	---	---

FORMULARZ CENOWY

Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	rodzaj rejestracji (wyrób medyczny / asortyment)	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT (7*8)	cena j. brutto (7+9)	wartość netto (6*7)	kwota VAT (6*9)	wartość brutto (6*10)	PRODUCENT (UWAGA!)	Punkcja	Str. oferty z opisem katalogowym	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3. - "nazwa handlowa, nr katalogowy" **WPISUJE PEŁNĄ NAZWE HANDLOWĄ** oraz **WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! w kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów, Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...")** zaofertowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 14 "producent (uwagi)" Wykonawca **WPISUJE NAZWE PRODUCENTA** zaofertowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu.

UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaofertowanego przedmiotu zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ!

Wykonawca zobowiązany jest do **dokładnego wypełnienia** niniejszego "Formularza cenowego" w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, na podstawie formularza zostanie sporządzony załącznik nr 1 do umowy.

\$ Należy podać:

- wyrób medyczny - w przypadku zaofertowania wyrobu medycznego, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, asortyment - w przypadku zaofertowania asortymentu dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie RP.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby **dzierżawione urządzenia były dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (za wyjątkiem UPS z Zadania 1 poz. 1)**

Do oferty Wykonawca winien dołączyć materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta przedstawiające zaofertowane wyroby wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, na potwierdzenie spełnienia parametrów dodatkowych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaofertowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzonego parametru.

A	Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalającego wykonać 45 000 badań. Należy wycenić wszystkie oferowane odczynniki. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości odczynników.
*	Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalającego wykonać badania w czasie 24 miesięcy. Należy wycenić wszystkie oferowane odczynniki i materiały eksploatacyjne. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości odczynników kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych.
**	Należy wpisać jednostkę miary oferowanego asortymentu.
#	Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalającego wykonać 700 badań. Należy wycenić wszystkie oferowane odczynniki. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości odczynników.
***	Należy wpisać nazwę i numer katalogowy oraz ilość oferowanego asortymentu pozwalającego wykonać badania w czasie 24 miesięcy. Należy wycenić wszystkie oferowane odczynniki i materiały eksploatacyjne. Wykorzystać wiersze tyle razy ile potrzeba - w zależności od ilości odczynników kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

Domowiński Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 00632033
KRS: 0000040364