



Dotyczy: odpowiedź na pytanie do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz nawilżacza (EZ/504/014/20).

W związku z pytaniem zadany w ww. postępowaniu:

1. Pytanie nr 1

Pakiet 2

„Nawiązując do odpowiedzi które ukazały się 01-12-2020 na pytanie nr 3 prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ilości materiału kontroli zgodnie z zaleceniami producenta tj. jedna kontrola poziom 1 i jedna kontrola poziom 2 na każde nowo rozpoczęte opakowanie kartridży. Pozostawienie wymogu przeprowadzania kontroli z częstotliwością co 8 godzin spowoduje iż Zamawiający w okresie trwania umowy wykona 2190 pomiarów kontroli jakości deklarując wykonanie jedynie 700 oznaczeń ACT w tym okresie”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert: na 09.12.2020r. godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIII, XIV, XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-eksploatacyjnych
T. Dymyt
mgr Tomasz Dymyt

Sporadziła: Zofia Dombrowska
Sprawdziła: Ewa Kupis *Ewa Kupis*

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

