



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.025.2020

EZ/894/20

Wrocław, dnia 20.10.2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania przetargu nieograniczonym na dostawy części eksploatacyjnych do aparatury medycznej (sygnatura sprawy: EZ/684/205/20).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

Pytanie 1

Zadanie 7

„Czy Zamawiający wymaga aby wielorazowe kable elektrody neutralnej były przeznaczone do min 300 cykli sterylizacji?”

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 2

Zadanie 9

„Czy zamawiający wymaga aby sondy argonowe były zakończone końcówką ceramiczną co istotnie wpływa na dłuższą żywotność sond oraz bezpieczeństwo pacjenta?”

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 3

Zadanie 5 poz. 12-18

„Czy Zamawiający dopuści rozmiary: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6?”

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 4

Zadanie 5 poz. 12-18

„Czy Zamawiający wyłączy pozycje 12-18 z Zadania 5 i utwórzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.”

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 5

Zadanie 10 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści równoważny resuscytator o następującej specyfikacji:

- Silikonowy worek samorozprężalny dla dzieci wyrównujący siłę uciśnięć o poj. 600 ml z możliwością sterylizacji W 134 stopniach Celsjusza (z wyjątkiem rezerwuaru) w zestawie z rezerwuarem tlenu 1600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maska twarzowa silikonowa 2, zawór ciśnieniowy 40 cmH2O?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni z tego wymogu.

Sporadziła: Magdalena Wiczerzak

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie 5

Zadanie 10 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę do resuscytatora wyposażoną w poduszkę zapewniającą precyzyjne dopasowanie z twarzą użytkownika, wykonaną w 100% z silikonu, bez lateksu, wielorazowego użytku, z otwartym mankietem, przeznaczona do sterylizacji w temperaturze 134 ° C?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni z tego wymogu.

Pytanie 6

Zadanie 10 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści równoważny resuscytator o następującej specyfikacji:

- Silikonowy worek samorozprężalny dla dzieci wyrównujący siłę uciśnięć o poj. 1650 ml z możliwością sterylizacji W 134 stopniach Celsjusza (z wyjątkiem rezerwuaru) w zestawie z rezerwuarem tlenu 2000 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maska twarzowa silikonowa 5, zawór ciśnieniowy 60 cmH2O?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni z tego wymogu.

Pytanie 7

Zadanie 10 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę do resuscytatora wyposażoną w poduszkę zapewniającą precyzyjne dopasowanie z twarzą użytkownika, wykonaną w 100% z silikonu, bez lateksu, wielorazowego użytku, z otwartym mankietem, przeznaczona do sterylizacji w temperaturze 134 ° C?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni z tego wymogu.

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Pzp, w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert: na 26.10.2020r. godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1. rozdziałów XIII, XIV, XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w terminie późniejszym.

Dyrektor

mgr inż. *Katarzyna Kapuścińska*

Sporządziła: Magdalena Wieczerek
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**

Ogłoszenie nr 540205363-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 586668-N-2020

Data: 14/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 00632038400000, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl, faks 71 306 48 67.

Adres strony internetowej (url): <http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-22, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-26, godzina: 10:00

