



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.046.2020

Wrocław, dnia 23.01.21

EZ/...../21

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów do sterylizacji (sygnatura sprawy EZ/946/317/20)

W związku z pytaniami zadanyymi w ww. postępowaniu:

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rękawy o gramaturze 70g/m², nawinięte papierem na zewnątrz, pozostałe parametry według SIWZ. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności z aktualnymi normami wystawionego przez niezależne biuro badawcze, np. Isega?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne i warunki w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 2. Dotyczy zadania nr 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czterowarstwową włókninę SMS w kolorze granatowym o gramaturze 60 g/m²?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 3. Dotyczy zadania nr 11

„Czy Zamawiający w pozycji 7 wyrazi zgodę na rękaw Tyvek o szerokości 380 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 4. Dotyczy zadania nr 12

„Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na etykiety dedykowane do kontenerów Aeskulap o wymiarze 75x35 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne i warunki w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 5. Dotyczy zadania nr 9 poz. 2

„Dotyczy Zadania nr 9, pozycji nr 2: Zamawiający dopuści autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 3 godzinach zgodny z opisem poniżej: „Autoczytnik posiada 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych urządzeń”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 6. Dotyczy zadania nr 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopakerowanie włókniny o gramaturze zgodnej z wymogami Zamawiającego, o parametrach wytrzymałościowych: wytrzymałość na przedarcie wzdłuż 1350 mN, w kierunku poprzecznym 2050 mN?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 7. Zadanie nr 5, poz. 3

„Czy ze względu na fakt, że testy typu 6 zgodnie z normą posiadają najwyższe wymagania jakościowe, czy Zamawiający wymaga potwierdzenia klasy testu przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014 umożliwiającego, zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 8. Zadanie nr 5, poz. 5

„Czy Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu zabezpieczona była zabezpieczona laminatem? Zgodnie z zaleceniami wskaźniki, które stosowane są wewnątrz pakietów powinny posiadać zabezpieczenie, które uchroni sterylizowane narzędzia przed kontaktem z substancją chemiczną.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Sporadziła: Marta Pasek-Zarzycka ✓

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka —

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.046.2020

Pytanie 9. Zadanie nr 11, poz. 1-7

„Prosimy o dopuszczenie rękawów o długości rolki 70mb, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 10. Zadanie nr 1, poz. 1-9

„Czy Zamawiający dopuści rękawy o temp. zgrzewu od 160 do 220 stopni C, pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 11. Zadanie nr 2, poz. 1-3

„Czy Zamawiający dopuści papier szczelnie zapakowane w zgrzany worek foliowy, który dokładnie chroni wyrób przez działaniem wilgoci podczas transportu i przechowywania?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne i warunki w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 12. Zadanie nr 2, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści papier pakowany a 100 z przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 13. Zadanie nr 3, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści włókninę pakowaną a250?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 14. Zadanie nr 3, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści włókninę o następujących cechach:

- gramatura 57 g/m²,
 - zawartość chlorków nie więcej niż 0,03% oraz siarczanów nie więcej niż 0,12%.
 - wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania min 1050mN i min 1550mN w kierunku poprzecznym
- Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 15.

„Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?”

Odpowiedź: Zamawiający określił w § 13 wzoru umowy warunki dostarczenia zamienników i ich nie zmienia.

Pytanie 16.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 15, ust. 1, pkt. 1) na: 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ i ich nie zmienia.

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. „Formularza cenowego” stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- a) poprzez dodanie w Zadaniu 11 kolumny nr 5a – „ilość zaoferowanych sztuk”, oraz dopuszczenie przeliczania ilości zaoferowanych sztuk w przypadku zaoferowania innej długości rolki niż 100 mb, tj.:

Sporadziła: Marta Pasek-Zarzycka ✓

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.046.2020

Było:

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa, numer katalogowy^	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)^	Ilości objęte prawem opcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x	x
ZADANIE 11													
1	Rękaw typu Tyvek 75mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	6									4
2	Rękaw typu Tyvek 100mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	9									6
3	Rękaw typu Tyvek 150mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	6									4
4	Rękaw typu Tyvek 200mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	6									4
5	Rękaw typu Tyvek 250mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	6									4
6	Rękaw typu Tyvek 300mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	6									4
7	Rękaw typu Tyvek 400mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	3									2
x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x	x

Sporzadziła: Marta Pasek-Zarzycka ✓
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka —

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

EZ.272.046.2020

Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne:

1) Rękawy do sterylizacji plazmowej z testem procesu o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2:

Włókna:

a) HDPE niezawierająca celulozy o gramaturze nominalnej 75g/m² +/- 0.5g (ISO 536)

b) nominalna porowatość wg Gurley'a -22s/100ml

c) odporna na temperaturę nie mniejszą niż 120°C

Folia:

a) dwuosioowo orientowany polipropylen [BOPET] oraz wielowarstwowy poliestr o grubości nie większej niż 62µm (+/-10%)

b) gramatura nominalna 65g/m² (+/-10%)

c) odporna na temperaturę nie mniejszą niż 100°C

Zgrzew:

a) wielościęzkowy nie węższy niż 6mm

b) wytrzymałość nie mniejsza niż 1,5N/15mm

2) Wszystkie nadruki na rękawach znajdują się poza obszarem pakowania

3) Każdy rękaw posiada kod partii GMP [rok-miesiąc] pozwalający na ustalenie daty produkcji.

4) Pakiety powinny być zgrzewane w temperaturze 110-120°C za pomocą zgrzewarek rolkowych lub impulsowych

5) Wskaźnik procesu wyrażony łatwą do interpretacji zmianą barwy przy ekspozycji na plazmę nadtlenu wodorowego

6) Rękaw powinien posiadać testy do sterylizacji nadtlaniem wodoru od strony folii

7) Każda sztuka powinna być zabezpieczona przed kontaktem zewnętrznym (ofołowana)

^ W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 13, po nazwie producenta, zamieścić stosowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"

Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie pozycje ww. "Formularza Cenowego". Wszystkie oferowane ceny powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera

Jest:

FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa, numer katalogowy ^	j.m.	Ilość	Ilość zaoferowanych sztuk	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)^	Ilości objęte prawem opcji
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	[7x8]	[7+9]	[6x7]	[6x9]	[6x10]	x	x

ZADANIE 11

1	Rękaw typu Tyvek 75mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	6										4
2	Rękaw typu Tyvek 100mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	9										6
3	Rękaw typu Tyvek		szt.	6										4

Sporządziła: Marta Pasek-Zarzycka

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.046.2020

	150mm (+/- 2 mm) x100mb													
4	Rękaw typu Tyvek 200mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	6										4
5	Rękaw typu Tyvek 250mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	6										4
6	Rękaw typu Tyvek 300mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	6										4
7	Rękaw typu Tyvek 400mm (+/- 2 mm) x100mb		szt.	3										2
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	razem			x	x

Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne:

1) Rękawy do sterylizacji plazmowej z testem procesu o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2:

Włókna:

a) HDPE niezawierająca celulozy o gramaturze nominalnej 75g/m² +/- 0,5g (ISO 536)

b) nominalna porowatość wg Gurley'a -22s/100ml

c) odporna na temperaturę nie mniejszą niż 120°C

Folia:

a) dwuosiowo orientowany polipropylen [BOPET] oraz wielowarstwowy poliester o grubości nie większej niż 62µm (+/-10%)

b) gramatura nominalna 65g/m² (+/-10%)

c) odporna na temperaturę nie mniejszą niż 100°C

Zgrzew:

a) wielościęzkowy nie węższy niż 6mm

b) wytrzymałość nie mniejsza niż 1,5N/15mm

2) Wszystkie nadruki na rękawach znajdują się poza obszarem pakowania

3) Każdy rękaw posiada kod partii GMP [rok-miesiąc] pozwalający na ustalenie daty produkcji.

4) Pakiety powinny być zgrzewane w temperaturze 110-120°C za pomocą zgrzewarek rolkowych lub impulsowych

5) Wskaźnik procesu wyrażony łatwą do interpretacji zmianą barwy przy ekspozycji na plazmę nadtlenu wodorowego

6) Rękaw powinien posiadać testy do sterylizacji nadtlaniem wodoru od strony folii

7) Każda sztuka powinna być zabezpieczona przed kontaktem zewnętrznym (ofoliowana)

^ W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 13, po nazwie producenta, zamieścić stosowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"

** Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie innej długości rolki z odpowiednim przeliczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości szt. Wówczas w kolumnie 3, po nazwie handlowej numerze katalogowym (jeżeli dotyczy), należy podać oferowaną w opakowaniu długość rolki, a w kolumnie 5a podać przeliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ilość oferowanych sztuk (Wykonawca zobowiązany jest podać ww. ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli ilość opakowań jednostkowych zawiera wartości ułamkowe) i podać cenę opakowania.

Sporadziła: Marta Pasek-Zarzycka

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka —

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.046.2020

Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie pozycje ww. "Formularza Cenowego". Wszystkie oferowane ceny powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera

b) W Zadaniu 2, pozycji 1-3, kolumnie 2 "Opis przedmiotu zamówienia", poprzez zmianę zapisu umożliwiającego przeliczenia zgodnie z opisem znacznika "**"

Było:

L.p.	Opis wyrobu
1	2
ZADANIE 2	
1	Papier do sterylizacji biały lub zielony ▼ 750x750mm (+/-10mm) (250szt)*
2	Papier do sterylizacji biały lub zielony ▼ 1000x1000mm (+/-10mm) (250szt)*
3	Papier do sterylizacji biały lub zielony ▼ 1200x1200mm (+/-10mm) (250szt)*

* Zamawiający dopuszcza opakowania o ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości, zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu, ale nie większej niż 50 sztuk w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas Wykonawca winien podać oferowaną ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym, a następnie, zgodnie ze wskazaną formułą, przeliczyć wymaganą ilość opakowań na oferowaną ilość opakowań i podać uzyskany wynik. Ilość oferowanych opakowań jednostkowych należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz podać cenę zaoferowanego opakowania jednostkowego. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania

Jest:

L.p.	Opis wyrobu
1	2
ZADANIE 2	
1	Papier do sterylizacji biały lub zielony ▼ 750x750mm (+/-10mm) (250szt)*
2	Papier do sterylizacji biały lub zielony ▼ 1000x1000mm (+/-10mm) (250szt)*
3	Papier do sterylizacji biały lub zielony ▼ 1200x1200mm (+/-10mm) (250szt)*

* Zamawiający dopuszcza opakowania o ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości, zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu, ale nie mniejszej niż 50 sztuk w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas Wykonawca winien podać oferowaną ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym, a następnie, zgodnie ze wskazaną formułą, przeliczyć wymaganą ilość opakowań na oferowaną ilość opakowań i podać uzyskany wynik. Ilość oferowanych opakowań jednostkowych należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz podać cenę zaoferowanego opakowania jednostkowego. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania

Sporadziła: Marta Pasek-Zarzycka ✓

Sprawdziła: Ewa Kupis ✓

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.046.2020

c) W Zadaniu 3, pozycji 1 i 2, poprzez wpisanie ilości w kolumnie 6 – "ilość op. j." oraz w kolumnie 2 "Opis przedmiotu zamówienia", poprzez zmianę zapisu umożliwiającego przeliczenia zgodnie z opisem znacznika "**"

Było:

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa, numer katalogowy^	j.m.	ilość w op. j.	ilość op. j.
1	2	3	4	5	6
Zadanie 3					
1	Włóknina zielona, miękka 1000x1000mm (+/- 10mm) (150szt)*		op	150	
2	Włóknina zielona, miękka 1200x1200mm (+/- 10mm) (100szt)*		op	100	

* Zamawiający dopuszcza opakowania o ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości, zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu, ale nie większej niż 50 sztuk w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas Wykonawca winien podać oferowaną ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym, a następnie, zgodnie ze wskazaną formułą, przeliczyć wymaganą ilość opakowań na oferowaną ilość opakowań i podać uzyskany wynik. Ilość oferowanych opakowań jednostkowych należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz podać cenę zaoferowanego opakowania jednostkowego. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania

Jest:

L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa, numer katalogowy^	j.m.	ilość w op. j.	ilość op. j.
1	2	3	4	5	6
Zadanie 3					
1	Włóknina zielona, miękka 1000x1000mm (+/- 10mm) (150szt)*		op	150	27
2	Włóknina zielona, miękka 1200x1200mm (+/- 10mm) (100szt)*		op	100	21

* Zamawiający dopuszcza opakowania o ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości, zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu, ale nie mniejszej niż 50 sztuk w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas Wykonawca winien podać oferowaną ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym, a następnie, zgodnie ze wskazaną formułą, przeliczyć wymaganą ilość opakowań na oferowaną ilość opakowań i podać uzyskany wynik. Ilość oferowanych opakowań

Sporządziła: Marta Pasek-Zarzycka ✓

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

EZ.272.046.2020

jednostkowych należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz podać cenę zaoferowanego opakowania jednostkowego. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania

2. „Wzór umowy” § 16. ust. 2 stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Było:

2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Jest:

2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy” i „Wzór umowy”.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

Sporadziła: Marta Pasek-Zarzycka

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**

FORMULARZ CENOWY														
L.p	Opis wyrobu	nazwa handlowa, numer katalogowy [^]	J.m	ilość w op. J	ilość op. J	ilość w op. J	ilość op. J	zaof. ilość w op. J	zaof. ilość op. J	op. J	op. J	op. J	op. J	op. J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ZADANIE 2														
1	Papier do sterylizacji biały lub zielony ▼ 750x750mm (+/- 10mm) (250szt)*		op	250	36									22
2	Papier do sterylizacji biały lub zielony ▼ 1000x1000mm (+/- 10mm) (250szt)*		op	250	48									29
3	Papier do sterylizacji biały lub zielony ▼ 1200x1200mm (+/- 10mm) (250szt)*		op	250	27									17
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne

1) Papier do sterylizacji wg normy PN-EN 868-2 cz. 1, 2 oraz normy ISO 11607

2) Certyfikat dotyczący szczelności mikrobiologicznej posiadający zgodność z normą DIN 58953, gramatura 60g/m2 (+/-5g/m2)

3) Opakowanie transportowe – twarda tektura od wewnątrz jako ochrona przed kurzem i zawiłoceniem zabezpieczona powłoką polietylenu

4) Oznakowanie każdego kartonu posiada etykietę (opis produktu, ilość, naniesiony znak CE i termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy)

* Zamawiający dopuszcza opakowania o ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości, zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu, ale nie mniejszej niż 50 sztuk w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. Wówczas Wykonawca winien podać oferowaną ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym, a następnie, zgodnie ze wskazaną formułą, przeliczyć wymaganą ilość opakowań i podać uzyskany wynik. Ilość oferowanych opakowań jednostkowych należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz podać cenę zaofiarowanego opakowania jednostkowego

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może zaofiarować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaofiarowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania

▼ Zamawiający przy każdorazowym zamówieniu określi kolor papieru

[^] W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 13, po nazwie producenta, zamieścić stosowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"

Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie pozycje ww. "Formularza Cenowego". Wszystkie oferowane ceny powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY																		
L.p.	Opis wyrobu	nazwa handlowa, numer katalogowy^	j.m.	ilość w op. j.	ilość op. j.	zaof. ilość w op. j.	zaof. ilość op. j.*	cena j. netto 9	VAT % 10	kwota j. VAT 11	cena j. brutto 12	wartość netto 13	kwota VAT 14	wartość brutto 15	producent (uwagi)^	ilości objęte prawem opcji		
1	2	3	4	5	6	7	8									17		
x	x	x	x	x	x	x	[(5x6)/7]	x	x	x	[9+11]	[9x9]	[8x11]	[8x12]	x	x		
ZADANIE 3																		
1	Włókna zielona, miękka 1000x1000mm (+/- 10mm) (150szt)*		op	150	27											17		
2	Włókna zielona, miękka 1200x1200mm (+/- 10mm) (100szt)*		op	100	21											13		
x	x	x	x	x	x	x	x	razem							x	x		

Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne:
Włókna sterylizacyjna wg normy PN EN 868-2 w kolorze zielonym – celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana o zawartości chloru i siarczianów poniżej 0,015% o gramaturze nominalnej 66g/m2 (+/- 3g/m2), wytrzymałość na rozdarcie w kierunku wałowania min 1500mN i min 2300mN w kierunku poprzecznym. Szczelność mikrobiologiczna potwierdzająca zgodność z normą DIN 58953

* Zamawiający dopuszcza opakowania o ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości, zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu, ale nie mniejszej niż 50 sztuk w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas Wykonawca winien podać oferowaną ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym, a następnie, zgodnie ze wskazaną formułą, przeliczyć wymaganą ilość opakowań na oferowaną ilość opakowań i podać uzyskany wynik. Ilość oferowanych opakowań jednostkowych należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz podać cenę zaoferowanego opakowania jednostkowego.

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzelagowej przynajmniej 1 opakowania

[^] W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 10, po nazwie producenta, zamieścić słowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"

Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie pozycje ww. "Formularza Cenowego". Wszystkie oferowane ceny powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY														
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa, numer katalogowy ^{A, *}	j.m.	Ilość	Ilość zaokrąglonych sztuk	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI) ^A	Ilości objęte prawem opcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	[7x8]	[7+9]	[6x7]	[6x9]	[6x10]	x	x
ZADANIE 11														
1	Rękaw typu Tyvek 75mm (+/- 2 mm) x100mb		szk.	6										4
2	Rękaw typu Tyvek 100mm (+/- 2 mm) x100mb		szk.	9										6
3	Rękaw typu Tyvek 150mm (+/- 2 mm) x100mb		szk.	6										4
4	Rękaw typu Tyvek 200mm (+/- 2 mm) x100mb		szk.	6										4
5	Rękaw typu Tyvek 250mm (+/- 2 mm) x100mb		szk.	6										4
6	Rękaw typu Tyvek 300mm (+/- 2 mm) x100mb		szk.	6										4
7	Rękaw typu Tyvek 400mm (+/- 2 mm) x100mb		szk.	3										2
x	x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x	x

Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne:

1) Rękawy do sterylizacji plazmowej z testem procesu o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2:

Włókna:

a) HDPE niezawierająca celulozy o gramaturze nominalnej 75g/m2 +/- 0,5g (ISO 536)

b) nominalna porowatość wg Gurley'a -22s/100ml

c) odporna na temperaturę nie mniejszą niż 120°C

Folia:

a) dwuosiowo orientowany polipropylen (BOPET) oraz wielowarstwowy poliester o grubości nie większej niż 62µm (+/-10%)

b) gramatura nominalna 65g/m2 (+/-10%)

c) odporna na temperaturę nie mniejszą niż 100°C

Zgrzew:

a) wielościęzkowy nie większy niż 6mm

b) wytrzymałość nie mniejsza niż 1,5N/15mm

2) Wszystkie nadruki na rękawach znajdują się poza obszarem pakowania

3) Każdy rękaw posiada kod partii GMP [rok-miesiąc] pozwalający na ustalenie daty produkcji.

4) Pakiety powinny być zgrzewane w temperaturze 110-120°C za pomocą zgrzewarek rolkowych lub impulsowych

5) Wskaźnik procesu wyrażony łatwą do interpretacji zmianą barwy przy ekspozycji na płazmę nadłunku wodowego

6) Rękaw powinien posiadać leśty do sterylizacji nadłunkiem wodoru od strony folii

7) Każda sztuka powinna być zabezpieczona przed kontaktem zewnętrznym (ofoliowana)

^A W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 13, po nazwie producenta, zamieścić stosowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"

^{**} Zamawiający dopuszcza zaokręglanie długości rolki z odpowiednim przełiczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wówczas w kolumnie 3 po nazwie handlowej należy podać oferowaną w opakowaniu długość rolki, a w kolumnie 6 podać przełiczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Ilość oferowanych sztuk (Wykonawca zobowiązany jest podać ww. ilości z dokładnością do dwóch miejsc, jeżeli ilość opakowań jednostkowych zawiera wartości ułamkowe) i podać cenę opakowania

Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie pozycje ww. "Formularza Cenowego". Wszystkie oferowane ceny powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Umowa Nr/...../..... DOSTAWA
(ZADANIE:)

zawarta w dniu 2021r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

z/s ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z/s

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej Pzp).
2. Podstawą zawarcia umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/946/317/20.

§ 2.

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy wyrobów do sterylizacji – Zadanie, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail : Wykonawcy.
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw i usług przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczanego asortymentu wykazanego w Załączniku nr 1, w zakresie docelowej ilości nieprzekraczającej 70% zamówienia podstawowego (dla wszystkich Zadań za wyjątkiem zadania 9 poz. 2) oraz w zakresie docelowej ilości nie przekraczającej 100% zamówienia podstawowego dla

Zadania 9 poz. 2, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wykazanych w Załączniku nr 1, przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego zawarte w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.) - dotyczy.....
4. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
5. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).

§ 5.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym w § 3 ust 2. umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 6.

Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
 - 1) Załącznik Nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy.

§ 7.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (36 m-cy)

§ 8.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.



§ 9.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 8 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. W przypadku wyrobu dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
4. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych wyrobów.
5. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.

§ 10.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 11.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 13.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;

- 4) zmiana danych zawartych w § 4 ust. 1 umowy,
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu objętego umową;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktu będącego przedmiotem umowy.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 14.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 3) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 11 umowy;
 - 4) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 15.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień opóźnienia w dostawie, poczynając od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 lub 3 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 2% wartości brutto produktów, którego dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 2% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 umowy, poczynając od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 5) w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy § 10 umowy.

2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374).
4. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 16.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 17.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

§ 19.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

