



EZ/...../21  
53

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów szewnych, siatek i tasiemek (sygnatura sprawy: EZ/960/111/20)

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

**1. Pytanie dot. zapisów SIWZ**

„Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?”

Odpowiedź: Zamawiający uzna oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, w przypadku jakiegokolwiek zmiany sytuacji, do obowiązku natychmiastowej aktualizacji takiego oświadczenia.

**2. Pytanie dot. Zadania 1, poz. 5, 15**

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**3. Pytanie dot. Zadania 1, poz. 5, 15**

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęśła” pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**4. Pytanie dot. Zadania 4, poz. 1**

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**5. Pytanie dot. Zadania 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęśła” pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**6. Pytanie dot. Zadania 5**

„Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonm i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania ok. 42 dni?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**7. Pytanie dot. Zadania 5 poz. 1**

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Sporzadziła: Zofia Dombrowska

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY  
ŚLĄSK



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

**8. Pytanie dot. Zadania 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęśła” pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**9. Pytanie dot. Zadania 9, poz.4**

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą wzmocnioną lancetową (szpatułką), pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**10. Pytanie dot. Zadania 12**

„Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**11. Pytanie dot. Zadania 20, poz.4**

„Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez określenie krzywizny igły.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji „Formularza cenowego” poprzez uzupełnienie poz. 4 w Zadaniu 20. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy” stanowiący integralną część SIWZ.

**12. Pytanie dot. Zadania 21**

„Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie wchłaniania 90-120 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 21 dniach 40%?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**13. Pytanie dot. Zadania 21 poz.1**

„Czy Zamawiający ma na myśli igłę 1/2 koła czy 3/8 koła?”

Odpowiedź: Zamawiający dookreśla i wymaga igłę 3/8 koła. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy” stanowiący integralną część SIWZ.

**14. Pytanie**

„Pyt. 1 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 5, 15 dopuści szew z igłą tnącą bez określenia dwuwkłęśła?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**15. Pytanie**

„Pyt. 2 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 7 dopuści szew z igłą o długości 23mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**16. Pytanie**

„Pyt. 3 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 20 dopuści szew o długości nici 75cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**17. Pytanie**

„Pyt. 4 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 30 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**18. Pytanie**

„Pyt. 5 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 32 dopuści szew z igłą bez katalogowego określenia wzmocniona?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Sporzadziła: Zofia Dombrowska

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

**19. Pytanie**

„Pyt. 6 Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 6, 8 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**20. Pytanie**

„Pyt. 7 Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pozycja 1-3, 6 dopuści szew z igłą kosmetyczną o wysmukłym ostrzu ze stopu stali A300 o wysokiej odporności na tępienie oraz wyginanie igły?”

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 1 Zadania 4 nie dopuszcza. W poz. 2-3, 6 Zadania 4 Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**21. Pytanie**

„Pyt. 8 Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pozycja 10 dopuści szew o długości igły 24mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**22. Pytanie**

„Pyt. 9 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 35 dopuści szew o długości igły 40mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**23. Pytanie**

„Pyt. 10 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 35 dopuści szew o długości igły 48mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**24. Pytanie**

„Pyt. 11 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 36 dopuści szew o długości igły 40mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**25. Pytanie**

„Pyt. 12 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 36 dopuści szew o długości igły 48mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**26. Pytanie**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1 pkt 1,2,3,5:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne:

1) W wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy wyrobów za każdy dzień opóźnienia w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu okr. w §3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy, jednak nie więcej niż 10% niezrealizowanej w terminie części dostawy wyrobów”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.



**27. Pytanie**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1 pkt 1,2,3,5:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne:

2) W wysokości 0,5% wartości brutto produktów, którego dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia, w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto produktów objętych reklamacją”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Sporządziła: Zofia Dombrowska   
Sprawdziła: Ewa Kupis 

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 54-049 Wrocław

e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

**28. Pytanie**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1 pkt 1,2,3,5:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne:

3) W wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej części umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z §4 ust 3 umowy, poczynwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zobowiązań wynikających z §4 ust 3 umowy (opoznien w dostarczeniu dokumentów)”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

**29. Pytanie**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1 pkt 1,2,3,5:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne:

5) W wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy §10 umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

**30. Pytanie**

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanymi w umowie adresami poczty e-mail Wykonawcy?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

**31. Pytanie**

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „...od dnia zgłoszenia przez zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

**32. Pytanie dotyczy zadania nr 1**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nowszej generacji szwów syntetycznych plecionych, powlekanych, wchłaniających od 56 do 70 dni od zaimplantowania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**33. Pytanie dotyczy zadania nr 1**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - w pozycji nr 7 z igła 24 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów,”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**34. Pytanie dotyczy zadania nr 1**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - w pozycji nr 11 ze szwem o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**35. Pytanie dotyczy zadania nr 1**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - w pozycji nr 12 ze szwem o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**36. Pytanie dotyczy zadania nr 1**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - w pozycji nr 33 z igła wzmocnioną tj. odporniejszą na złamania i wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Sporzadziła: Zofia Dombrowska

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

**37. Pytanie dotyczy zadania nr 1**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - w pozycji nr 36 z igłą 48 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów lub ze szwem o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**38. Pytanie dotyczy zadania nr 1**

„Czy w celu zabezpieczenia igły przed rotacją w imadle Zamawiający w przypadku igieł okrągłych powyżej długości 22 mm wymaga igieł spłaszczonych i rowkowanych?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

**39. Pytanie dotyczy zadania nr 2**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nowszej generacji szwów syntetycznych plecionych, powlekanych, z poliglaktyny 910 wchłaniających od 56 do 70 dni od zaimplantowania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

**40. Pytanie dotyczy zadania nr 4**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 6 szwu z igłą odwrotnie tnąca dwuwkłęską z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

**41. Pytanie dotyczy zadania nr 4**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych monofilamentowych wchłaniających się między 60-90 dniem?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

**42. Pytanie dotyczy zadania nr 5**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nowszej generacji szwów syntetycznych plecionych, powlekanych poliglaktyna 370 i stearynianem wapnia, z poliglaktyny 910 wchłaniających po około 42 dniach od zaimplantowania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**43. Pytanie dotyczy zadania nr 5**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 4 szwu z igłą odwrotnie tnąca 26 ze szwem 75cm zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**44. Pytanie dotyczy zadania nr 7**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 5 ze szwem o długości 100cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**45. Pytanie dotyczy zadania nr 9 i 20**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nowszej generacji szwów polietylenowych z dodatkiem polietylenu co czyni nitkę bardziej elastyczną i poręczną dla operatora?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Sporadziła: Zofia Dombrowska

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 54-049 Wrocław

e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY  
ŚLĄSK



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

**46. Pytanie dotyczy zadania nr 9**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - pozycji nr 1 - szwu niewchłaniałego, syntetycznego, monofilamentowego z poliamidu z zachowaniem pozostałych parametrów”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**46. Pytanie dotyczy zadania nr 9**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - w pozycji nr 4 z igłą 6,6 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**47. Pytanie dotyczy zadania nr 9**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - w pozycji nr 9 i 14 ze szwem szwu z igłą odwrotnie tnącą dwuwkłęską z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**48. Pytanie dotyczy zadania nr 9**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - w pozycji nr 9 ze szwem o długości 75 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**49. Pytanie dotyczy zadania nr 10**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - w pozycji 1-6, 8-9 z igłą odwrotnie-tnącą dwuwkłęską z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**50. Pytanie dotyczy zadania nr 10**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - w pozycji 4 i 9 z igłą 26mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**51. Pytanie dotyczy zadania nr 10**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - w pozycji nr 14 ze szwem o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**52. Pytanie dotyczy zadania nr 10**

„Czy Zamawiający w celu zminimalizowania pamięci szwu i ułatwieniu manipulacji podczas szycia wymaga szwów w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu tzn. szwów nawiniętych na okrągło na plastikową tackę?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**53. Pytanie dotyczy zadania nr 11**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 1 szwu z igłą odwrotnie tnącą dwuwkłęską z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**54. Pytanie dotyczy zadania nr 13**

„W związku z tym, że na rynku dostępne są siatki o różnych parametrach i każda z nich ma inną cenę, dlatego trudno będzie porównać oferty, prosimy o doprecyzowanie jakiej siatki Zamawiający oczekuje, np. jaka gramatura, grubość, wielkość porów itd.?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**55. Pytanie dotyczy zadania nr 16**

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wyceny 1296 szt. tasiemek a nie opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji „Formularza cenowego” dla Zadania 16 zmienia jednostkę miary z „opakowań” na „1 saszetka = 2 sztuki” oraz ilość sztuk.

Sporzadziła: Zofia Dombrowska

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

**56. Pytanie dotyczy zadania nr 20**

„Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego kształtu igły Zamawiający oczekuje?”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji „Formularza cenowego” poprzez uzupełnienie poz. 4 w Zadaniu 20. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy” stanowiący integralną część SIWZ.

**57. Pytanie dotyczy zadania nr 21**

„Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga: Szwów syntetycznych, monofilamentowych z glikonatu, wchłaniające się między 60-90 dniach od zaimplantowania z igłą odwrotnie-tnącą plastyczną micropoint 19mm, 3/8 koła, 45cm o grubości 3/0 USP?”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 21 poz. 1 dokonując modyfikacji „Formularza cenowego”. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy” stanowiący integralną część SIWZ.

**58. Pytanie ZADANIE 15. Siatka chirurgiczna wchłaniaalna z kwasu poliglikolowego**

„Poz. 1

Czy w pak 15 Zamawiający dopuści siatkę o następujących parametrach:

Biosyntetyczną siatkę o strukturze przestrzennej 3D - GORE® BIO-A®, zbudowaną z 67% PGA (kwas poliglikolowy) i 33%TMC (węglan trimetylenu), o optymalnej porowatości (średnio 60µ), stosowaną w korekcjach skomplikowanych przepuklin brzusznych, całkowicie bioabsorbowalną w przeciągu 6-7 m-cy, bezpieczną w obrazowaniu MRI i CT i nie wywołującą reakcji alergicznej, sterylną, jednorazowego użytku, z możliwością docięcia do wymaganego rozmiaru, pakowaną po 1 szt.”  
w rozmiarze 9cm x 15cm

lub

Poz. 1

Czy w pak 15 Zamawiający dopuści siatkę o następujących parametrach:

Biosyntetyczną siatkę o strukturze przestrzennej 3D - GORE® BIO-A®, zbudowaną z 67% PGA (kwas poliglikolowy) i 33%TMC (węglan trimetylenu), o optymalnej porowatości (średnio 60µ), stosowaną w korekcjach skomplikowanych przepuklin brzusznych, całkowicie bioabsorbowalną w przeciągu 6-7 m-cy, bezpieczną w obrazowaniu MRI i CT i nie wywołującą reakcji alergicznej, sterylną, jednorazowego użytku, z możliwością docięcia do wymaganego rozmiaru, pakowaną po 1 szt.”  
w rozmiarze 20cm x 20cm”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba rozmiary lecz nie czyni wymogu.

**59. Pytanie Zadanie 16, poz.1**

„Czy Zamawiający dopuści jałowe tasiemki z monofilamentowej przędzy poliestrowej w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz. Nie uraża tkanek. Odpowiednio zaprojektowany splot ogranicza strzępliwość w miejscach przecięć. Barwne oznaczniki oferowane są w trzech rozmiarach: 2, 3 i 4mm oraz czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym i niebieskim. Długość w stanie swobodnym to 900 mm.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**60. Pytanie dot. projektu umowy**

„Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaofiarowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

**61. Pytanie dot. projektu umowy**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 15, ust. 1, pkt. 1) na: 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Sporzadziła: Zofia Dombrowska

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**



# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Jednocześnie Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. "Formularza Cenowego", stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez:
  - a) zmianę w kolumnie 9 "j.m" – jednostki miary, dla Zadań od 1 do 12 oraz dla Zadań od 17 do 21, a mianowicie  
Było: op.  
Jest: 1 szaszetka = 1szt.
  - b) zmianę w kolumnie 9 "j.m" – jednostki miary, dla Zadania 16, a mianowicie  
Było: op.  
Jest: 1 szaszetka=2 sztuki \*\*\*\*
  - c) zmianę w kolumnie 9 "j.m" – jednostki miary, dla Zadań od 13 do 15, a mianowicie  
Było: op.  
Jest: szt.
  - d) zmianę nazwy kolumny 10 dla wszystkich Zadań', a mianowicie  
Było: ilość szaszetek/sztuk  
Jest: Zaoferowana ilość zamówienia podstawowego
  - e) zmianę ilości w kolumnie 10 dla Zadania 16 "Tasiemki", a mianowicie:  
Było: 1296  
Jest: 864
  - f) zmianę ilości w kolumnie 21 dla Zadania 16 "Tasiemki" a mianowicie:  
Było: 504  
Jest: 336
  - g) zmianę opisu kolumny 5 poz. 1 dla Zadania 19, a mianowicie:  
Było: 1/ koła  
Jest: 1/2 koła
  - h) zmianę opisu kolumny 5 poz. 4 dla Zadania 20, poprzez uzupełnienie pozycji (nie była wypełniona) a mianowicie:  
Było:  
Jest: prosta
  - i) zmianę opisu kolumny 5 poz. 1 dla Zadania 21, a mianowicie:  
Było: 1/8 koła  
Jest: 3/8 koła
  - j) zmianę opisu kolumny 6 poz. 1 dla Zadania 21, a mianowicie:  
Było: okrągła kłująca  
Jest: odwr.tnąca z igłą micro-point, plastyczna
  - k) dodanie kolumny nr 22 do "Formularza cenowego": "ilość op.j. objęta prawem opcji"
  - l) dodanie pod formularzem cenowym zapisu " \*\*\*\*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w 1 szaszetce 1 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości, wówczas Wykonawca w kolumnie 4 "j.m." wpisuje "1 szaszetka = 1 sztuka" przeliczając tym samym odpowiednio ilości zamówienia podstawowego w kolumnie 10 i ilości objęte prawem opcji w kolumnie 21."

Sporzadziła: Zofia Dombrowska  
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław  
e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Pzp, w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert: na 02.06.2021r., godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIII, XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

Dyrektor

*mgr inż. Katarzyna Kopuścińska*

Sporadziła: Zofia Dombrowska   
Sprawdziła: Ewa Kupis 

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław  
e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**





FORMULARZ CELOWY										WYROBY MEDYCZNE - MATERIAŁY SZEWNE SIATKI TASIEMKI										
nr	grubość nitki	długość igły (mm)	długość nitki ** (cm)	krzywizna igły	rodzaj osiża igły	nazwa handlowa	kod (nr kat.)	j m	ilość w op	ilość op i	cena netto op	VAT %	kwota   VAT	cena brutto op	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	ilość objęta prawem opacji	inn. skł. podlega op. akcyz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZADANIE 2. Szwy syntetyczne plecione, powlekane, wchłaniające od 60 do 90 dni od zaimplantowania

1	7/0	10	45	3/8 kolo	okrągła klujca																12	
2	6/0	13/17	45	1/2 kolo	okrągła klujca				36												60	
3	7/0	26	70/75	1/2 kolo	okrągła linca				180												972	
4	0	37	90	1/2 kolo	odwrotna linca				2436												284	
5	1	50(48)	90	1/2 kolo	okr. z lep. koi.				600												84	
6	2	podw.	250	3 punkta					216												24	
7	1	65	90	1/2 kolo	okr. z lep. koi.				84												24	
8	4/0	13	45	1/2 kolo	okrągła klujca				324												24	
9	7/0	70-76	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				192												120	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	72	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZADANIE 3. Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się po około 180-210 dniach od zaimplantowania

1	4/0	17 podwój	70-90	1/2 kolo	okrągła klujca																	48
2	4/0	20-22	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				132													30
3	3/0	20-22	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				108													48
4	7/0	26	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				132													120
5	0	30	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				324													120
6	1	48	150	pełna	okrągła klujca				324													120
7	1	40	150	pełna	okrągła klujca				324													120
8	0	48	150	pełna	okrągła klujca				792													312
X	X	X	X	X	X	X	X	X	36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZADANIE 4. Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się między 90-120 dniem od zaimplantowania

1	5/0	16	45	3/8 kolo	odwrotna linca, dwusieczna																	216
2	4/0	16	70/75	3/8 kolo	odwrotna linca				576													288
3	4/0	16	45	3/8 kolo	odwrotna linca				792													36
4	4/0	22	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				108													108
5	3/0	22	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				324													1080
6	3/0	19	45	3/8 kolo	odwrotna linca				272													432
7	7/0	26	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				1116													396
8	2/0	20	90	1/2 kolo	okrągła klujca				1044													386
9	2/0	22	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				180													72
10	0	26	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				1044													396
11	3/0	26	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				475													160
12	5/0	17	70/75	1/2 kolo	okrągła klujca				446													160
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

UWAGA: ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ GENOWY

WYROBY MEDYCZNE - MATERIAŁY SZWINE, SIATKI I TASIEMKI				WYROBY MEDYCZNE - MATERIAŁY SZWINE, SIATKI I TASIEMKI				WYROBY MEDYCZNE - MATERIAŁY SZWINE, SIATKI I TASIEMKI													
ip	grubość nitu	długość igły (mm)	długość nitu ** (cm)	krzywizna igły	rodzaj ostrza igły	nazwa handlowa	kod (nr kat.)	J/m	ciężkość tkaniny (g/cm²)	ilość w op J	ilość op J	cecha netto op J	VAT %	cecha brutto op J	VAT %	cecha brutto op J	wartość netto	wartość brutto	PRODUCEJNT (UWAGI)	ilości objęte prawem objęty	ilość objęta prawem objęty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZADANIE 6. Szwy syntetyczne z kwasu poliglikolowego, płocienne, powlekane glikonem, wchłaniające siłę od 35 do 45 dni od zapiętkowania

1	4/0	16	20(75)	3/8 kola	odwrócone trąga, dwuwłókniste				036												
2	3/0	72	20(75)	1/2 kola	okragła klujca				60												252
3	2/0	72	20(75)	1/2 kola	okragła klujca				96												24
4	2/0	30	50	3/8 kola	odwrócone trąga				72												36
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZADANIE 6. Szwy niewchłaniające, płocienne, palustrkowe, powlekane silikonem

1	2/0	72	75	1/2 kola	okragła klujca				300													120
2	2	podw	2x25						216													84
3	3	podw	2x25						192													72
4	3	48	75	1/2 kola	okragła klujca				600													364
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ZADANIE 7. Szwy niewchłaniające, płocienne, jedwabne, powlekane woskiem lub silikonem

1	4/0	16	65	3/8 kola	odwrócone trąga				108													60
2	2/0	17(16)	75	1/2 kola	okragła klujca				324													120
3	2/0	22	75	1/2 kola	okragła klujca				132													48
4	1	25	75	1/2 kola	okragła klujca				1272													504
5	2	90	75	3/8 kola	odwrócone trąga				36													12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ZADANIE 8. Szwy niewchłaniające, płocienne, jedwabne, powlekane woskiem lub silikonem

1	0	podw	150						72													24
2	1	podw	150						84													24
3	3	podw	150						324													120
4	2	podw	150						60													24
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



FORMULARZ CENOWY										WYROBY MEDYCZNE - MATERIAŁY SZEWNE, SIATKI I TASIENKI											
ip	grubość nitki	długość igły (mm)	długość nitki ** (cm)	krzywizna igły	rodzaj ostrza igły	nazwa handlowa	kod (nr kat.)	jm	rodzaj opakowania	ilość w op. j	ilość op. j	cecha netto op. j	VAT %	kwota j VAT	cecha brutto op. j	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGA!)	liczba objęta prawem objęty	nr w ewidencji przedsiębiorcy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

ZADANIE 9. Szwy niewłochodzące, syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe

1	1	48	150pętla	1/2 kola	Okragła klujca				432											168	
2	1	40	75	1/2kola	okragła wzmocniona				300											120	
3	0	26	75	1/2kola	okragła klujca				308											132	
4	0/0	6	15	3/8 kola	Wzmocniona mikrociaczet				36											12	
5	0/0	2x10	75	1/2 kola	okragła klujca				108											36	
6	0/0	13	45	3/8 kola	Odwr. tnąca z igła mikro-point, plastyczna				636											252	
7	0/0	10 podwoj	60	3/8 kola	okragła klujca				192											72	
8	5/0	12(13)	45	3/8kola	odwracnie tnąca z zabezpieczeniem mikro-point				300											120	
9	5/0	16	45	3/8 kola	odwracnie tnąca				324											120	
10	5/0	16	75	1/2 kola	okragła klujca				84											24	
11	4/0	19	45	3/8 kola	Odwr. tnąca z igła mikro-point, elastyczna				300											120	
12	4/0	17	45(75)	3/8 kola	odwracnie tnąca				168											60	
13	4/0	16	45	3/8 kola	odwracnie tnąca				168											60	
14	4/0	16	45	3/8 kola	Odwr. tnąca z igła mikro-point, plastyczna				108											36	
15	4/0	22	75	1/2kola	okragła klujca				108											36	
16	4/0	17 podwoj	90	1/2 kola	okragła klujca				108											36	
17	3/0	24	45	3/8 kola	odwracnie tnąca				264											86	
18	3/0	27	75	1/2 kola	okragła klujca				300											120	
19	3/0	17 podwoj	90	1/2 kola	okragła klujca				168											60	
20	2/0	26	75	1/2 kola	okragła klujca				240											96	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	razem	X	X	X	X	X	X

ZADANIE 10. Szwy niewłochodzące, monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe

1	5/0	12	45	3/8kola	odwracnie tnąca				132											48	
2	4/0	12	45	3/8kola	odwracnie tnąca				168											60	
3	4/0	19	45	3/8kola	odwracnie tnąca				3000											1320	
4	3/0	24	75	3/8kola	odwracnie tnąca				300											120	
5	3/0	24	45	3/8 kola	odwracnie tnąca				8508											3396	
6	3/0	19	45	3/8 kola	odwracnie tnąca				2688											1152	
7	2/0	39	25	3/8 kola	odwracnie tnąca				168											60	
8	2/0	30	75	3/8 kola	odwracnie tnąca				4788											1908	
9	2/0	24	75	3/8 kola	odwracnie tnąca				7764											3096	
10	2/0	24	45	3/8 kola	odwracnie tnąca				324											120	
11	1	30	75	3/8 kola	odwracnie tnąca				192											72	
12	1	39	75	3/8kola	odwracnie tnąca				132											48	
13	0	39	75	3/8kola	odwracnie tnąca				48											12	
14	0	30	75	3/8kola	odwracnie tnąca				1164											456	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	razem	X	X	X	X	X	X







Ogłoszenie nr 540431899-N-2021 z dnia 24.05.2021 r.

**Wrocław:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 776000-N-2020

**Data:** 31/12/2020

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 00632038400000, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail [zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl), faks 71 306 48 67.

Adres strony internetowej (url): <http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/>

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27.01.2021, godzina: 10:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 02.06.2021, godzina: 10:00

