

Wrocław dnia 09.05.2018r.

**Dotyczy: pytań do zapytania ofertowego na dostawę rękawów foliowo-papierowych,  
znak sprawy EZ/253/317/18.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji o gramaturze papieru **70 g/m<sup>2</sup>**, co zdecydowanie podnosi jakość rękawów i ich wytrzymałość mechaniczną?

**Zamawiający dopuszcza ale nie stanowi wymogu.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny rękaw w rozmiarze 350mm lub 400mm zamiast 380mm?

**Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3**

Pozycja Nr 1: Czy w miejsce rękawa o szerokości 380 mm Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 400mm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**


Czy Zamawiający dopuści rękawy skonstruowane z folii zgrzewalnej w temperaturze 160-200 stC?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Dotyczy pozycji nr 1: Czy w miejsce rękawa o szerokości 380mm (+10mm) Zamawiający dopuści rękaw 400mm

**Zamawiający dopuszcza.**

p.o. Zastępca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
  
dr n. med. Tomasz Tomkalski

2