

Wrocław dnia 27.05.2019r.

**Dotyczy: pytań do zapytania ofertowego na dostawę wyrobów medycznych do sterylizacji,
znak sprawy LF 317/317/1/2019**

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w poz. 1 dopuści do oceny rękaw foliowo-papierowy płaski S. F 400mm

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający w zad.1 wymaga rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji o gramaturze papieru **70 g/m²**, co zdecydowanie podnosi jakość rękawów i ich wytrzymałość mechaniczną?

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Czy Zamawiający w zad. 1 w poz. 1 dopuści do oceny rękaw w rozmiarze 350mm lub 400mm zamiast 380mm?

Zamawiający dopuszcza

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. *Katarzyna Kapuścińska*

Kierownik Apteki

mgr farm. Urszula Wirska

Sporządziła : Katarzyna Lisiecka